

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė AURIMAS  
ŠUMSKIS  
Data: 2017-10-19 03:49:55  
Paskirtis: Parašas  
Vieta: Vilnius  
Kontaktinė informacija:  
869829975

Atviro konkurso sąlygų  
1 priedas

**UAB „FOX VISION“**

Uždaroji akcinė bendrovė „Fox Vision“, buveinės adresas A. Mickevičiaus 9-3, Vilnius LT-08119,  
Lietuva.  
Tel.: +370 698 29975; el. paštas: info@foxvisiongroup.com  
Juridinio asmens kodas 303317197.  
Juridinio asmens duomenys tvarkomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale,  
PVM mokėtojo kodas LT100008636117

Viešojo įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

**PASIŪLYMAS**

**DĖL INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ PIRKIMO**

2017-10-19 Nr.AL20171019

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|                                                                                              |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Fox Vision                        |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | A. Mickevičiaus 9-3, Vilnius LT-08119 |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas                                                             | 303317197; LT100008636117             |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas                                      | LT83 7044 0600 0815 0581              |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė                                                      | Aurimas Šumskis, direktorius          |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | asumskis@foxvisiongroup.com           |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                              | Aurimas Šumskis, direktorius          |
| Telefono numeris                                                                             | 869829975                             |
| Fakso numeris                                                                                | --                                    |
| El. pašto adresas                                                                            | asumskis@foxvisiongroup.com           |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro (supaprastinto pirkimo) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

| Eil.<br>Nr. | Subtiekiejo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
|-------------|---------------------------------------------------|
|             |                                                   |

\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekieją (-us)

**PASIŪLYMO KAINA**

Mes siūlome šias prekes: pridedama užpildyta pirkimo dokumentų 3 priedo siūlomų prekių „Techninės specifikacijos“ lentelė su kaina.

## PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr | Pateiktų dokumentų pavadinimas  | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
|--------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1      | Technine specifikacija.docx     | 4                           | Technine specifikacija.docx                |
| 2      | Konfidencialu 1PD aprasai.pdf   | 1                           | Konfidencialu 1PD aprasai.pdf              |
| 3      | Konfidencialu 9PD katalogas.pdf | 2                           | Konfidencialu 9PD katalogas.pdf            |
| 4      | Konfidencialu 1PD CE_EN.pdf     | 2                           | Konfidencialu 1PD CE_EN.pdf                |
| 5      | Konfidencialu 9PD CE En.pdf     | 6                           | Konfidencialu 9PD CE En.pdf                |
| 6      | Konfidencialu Igaliuojimas.pdf  | 3                           | Konfidencialu Igaliuojimas.pdf             |
| 7      | Konfidencialu JCRS EN.pdf       | 6                           | Konfidencialu JCRS EN.pdf                  |
| 8      | Konfidencialu MNF pazyma.pdf    | 4                           | Konfidencialu MNF pazyma.pdf               |
| 9      | espd-response.pdf               | 12                          | espd-response.pdf                          |
| 10     | espd-response.xml               | 12                          | espd-response.xml                          |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekejai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Konfidencialu 1PD aprasai.pdf; Konfidencialu 9PD katalogas.pdf; Konfidencialu 1PD CE\_EN.pdf; Konfidencialu 9PD CE En.pdf; Konfidencialu Igaliuojimas.pdf; Konfidencialu JCRS EN.pdf; Konfidencialu MNF pazyma.pdf

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Aurimas Šumskis

(Vardas ir pavardė)

## Intraokulinių lęšių techninė specifikacija

### PRIVALOMI REIKALAVIMAI:

1. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. Turi būti pridėtos dokumentų skaitmeninės CE sertifikatų kopijos (CE sertifikatų vertimas į lietuvių kalbą būtinas, jei dokumentas išduotas ne anglų kalba).
2. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, vienai pirkimo daliai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.
3. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti siūlomų prekių 5 vnt. dažniausiai naudojamų dydžių (20-22D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių pavyzdžių.
4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta ir objektyviai gaminama produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo išipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.
5. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės pristatyti perkančiajai organizacijai lęšius su vienkartiniais inektoriais, arba lęšius preimplantuotus į inektorių.
6. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo prekių pateikimo perkančiajai organizacijai.
7. Tiekėjai, siūlantys lęšius **pagal 1-3 pirkimo dalį**, turi pateikti pažymą, kad tiekėjo siūlomi lęšiai implantuoti bent trijose valstybėse, implantuota ne mažiau kaip 1000 vnt. lęšiukų, nurodyti įstaigas, kuriose buvo implantuoti lęšiai bei pateikti informaciją apie nepageidaujamus įvykius, netinkamus lęšius, jei tokie įvykiai buvo nustatyti (pažymos vertimas į lietuvių kalbą būtinas, jei dokumentas išduotas ne anglų kalba).
8. Tiekėjai, siūlantys lęšius **pagal 4-10 pirkimo dalį**, privalo pateikti bent vieną *Thomson Reuters WebofScience (ISI WebofKnowledge)* indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų gerus pooperacinius rezultatus.
9. Konkursą laimėjęs tiekėjas perkančiajai organizacijai intraokulinius lęšius turi pristatyti per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo, nepriklausomai nuo užsakymo apimties.
10. Gamintojo įgaliojimas tiekėjui.

### 1 pirkimo objekto dalis

Užpakalinės kameros sulankstomi asferiniai intraokuliniai lęšiai supakuoti į vienkartinius inektorius (Pacientams kompensuojami PSDF lėšomis)  
Orientacinis kiekis - 400 vnt.

|  | Vnt. Kaina<br>Eur, be<br>PVM | Vnt. Kaina<br>Eur,<br>su PVM |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  | 27,00                        | 28,35                        |

|    | filtru, pilnai praleidžiantis matomą mėlyną šviesą  | filtru, pilnai praleidžiantis matomą mėlyną šviesą                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Ilgis                                               | 12,5 mm ir 13,0 mm                                                                                                                                                                     |
| 3  | Optikos diametras                                   | 6,0 mm                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Optikos kraštas                                     | Stačiakampis                                                                                                                                                                           |
| 5  | Optinės dalies išgaubtumumas                        | Asferinis                                                                                                                                                                              |
| 6  | Refrakcijos indeksas                                | 1,51                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Laužiamoji galia                                    | Nuo 0 D iki +40 D, žingsnis kas 0,5D                                                                                                                                                   |
| 8  | Atraminų elementų forma                             | L modifikacija                                                                                                                                                                         |
| 9  | Atraminų elementų jungimosi su optine dalimi kampas | 0 laipsnių                                                                                                                                                                             |
| 10 | Konstrukcija                                        | Monolitiniai                                                                                                                                                                           |
| 11 | Lęšio pateikimo sąlygos                             | Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje, komplekte su vienkartinė sterilia implantavimo kasete ir vienkartinio steriliu inektoriumi, skirtais implantuoti IOL. |
|    |                                                     | <b>Visos pirkimo dalies kaina</b>                                                                                                                                                      |
|    |                                                     | <b>11340,00 EUR su PVM</b>                                                                                                                                                             |

9 pirkimo dalis

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai intraokuliniai lęšiai su kasetėmis ir vienkartiniais injektoriais implantavimui.

Orientacinis kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai, pavadinimas                             | Reikalaujamos parametru reikšmės                                                                                                                         | Siūlomų parametru reikšmės                                                                                                                               | Vnt. Kaina Eur, be PVM | Vnt. Kaina Eur, su PVM |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1        | Medžiaga                                            | Hidruotas iki pusiausvyros būsenos fiziologiniu druskų tirpalu hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, pilnai praleidžiantis matomą mėlyną šviesą | Hidruotas iki pusiausvyros būsenos fiziologiniu druskų tirpalu hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, pilnai praleidžiantis matomą mėlyną šviesą | 138,00                 | 144,90                 |
| 2        | Bendras ilgis                                       | 12,5 mm                                                                                                                                                  | 12,5 mm                                                                                                                                                  |                        |                        |
| 3        | Optikos diametras                                   | 6,0 mm                                                                                                                                                   | 6,0 mm                                                                                                                                                   |                        |                        |
| 4        | Optikos kraštas                                     | Stataus kampo, 360 laipsnių                                                                                                                              | Stataus kampo, 360 laipsnių                                                                                                                              |                        |                        |
| 5        | Optikos savybės                                     | Neutraliai asferinis, nesukeliantis papildomų aberacijų                                                                                                  | Neutraliai asferinis, nesukeliantis papildomų aberacijų                                                                                                  |                        |                        |
| 6        | Refrakcijos indeksas                                | Nuo 1,45 iki 1,55                                                                                                                                        | 1,54                                                                                                                                                     |                        |                        |
| 7        | Laužiamoji galia                                    | Laužiamoji galia: nuo 0 iki +34 dioptrijų                                                                                                                | Laužiamoji galia: nuo 0 iki +34 dioptrijų                                                                                                                |                        |                        |
| 8        | Atraminų elementų forma                             | “C” arba “L” ar jų modifikacijos                                                                                                                         | C modifikacija                                                                                                                                           |                        |                        |
| 9        | Atraminų elementų jungimosi su optine dalimi kampas | 0 laipsnių                                                                                                                                               | 0 laipsnių                                                                                                                                               |                        |                        |
| 10       | Konstrukcija                                        | Hidrofobiniai - monolitiniai.                                                                                                                            | Hidrofobiniai - monolitiniai.                                                                                                                            |                        |                        |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                     |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11 | Lėšio pateikimo sąlygos | Lėšis tiekiamas hidruotas iki pusiausvyros sterilioje pakuotėje su fiziologiniu druskų tirpalu. Kartu pateikiamas vienkartinis sterilus inektorius, skirtas implantuoti IOL per ne didesnę kaip 2,4 mm pjūvį. | Lėšis tiekiamas hidruotas iki pusiausvyros sterilioje pakuotėje su fiziologiniu druskų tirpalu. Kartu pateikiamas vienkartinis sterilus inektorius, skirtas implantuoti IOL per 2,2 mm pjūvį. |                     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                               | Visos pirkimo dalies kaina                                                                                                                                                                    | 14490,00 EUR su PVM |