



PRINCIPALMED

UAB „PRINCIPALMED 1L „

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542, Faks. +37037794625

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL OPERACINĖS BALDŲ NEUROCHIRURGIJOS SKYRIŲ OPERACINEI PIRKIMO

2018 m. balandis 11 d. Nr. 180411-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	135926717, PVM kodas LT100000969815
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT877044060003685890, AB SEB bankas, 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Laurušonis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Markūnas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Andrius Markūnas
Telefono numeris	8 37 795542
Fakso numeris	8 37 794625
El. pašto adresas	info@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Bendra kaina Eur (su PVM)
7.	Chirurgo kėdė su rankų pasidėjimo laikikliu	UFSK/Taneta	1	vnt.	2395,00	2897,95	2897,95
Bendra suma EUR su PVM:							2897,95

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Reikalavimai kėdės funkcionalumui	Mobili (su ratukais), reguliuojamo aukščio kėdė su pažemintu nugaros atlošu (tik kryžmens sričiai), su rankų ir krūtinės atramomis, užtikrinanti patogią, ergonomišką neurochirurgo sėdimą padėti operacijų metu.	Mobili (su ratukais), reguliuojamo aukščio kėdė su pažemintu nugaros atlošu (tik kryžmens sričiai), su rankų ir krūtinės atramomis, užtikrinanti patogią, ergonomišką neurochirurgo sėdimą padėti operacijų metu. <i>Žr. Kėdė.pdf 1,2 psl.</i>
2.	Sėdima dalis	Balnelio formos	Balnelio formos <i>Žr. Kėdė.pdf 1,2 psl.</i>
3.	Sėdimos dalies pasvirimo kampo reguliavimas	$\geq 9^\circ$	9° <i>Žr. Kėdė.pdf 1,2 psl.</i>
4.	Sėdimos dalies aukščio reguliavimo ribos	Nuo ≤ 540 mm iki ≥ 730 mm	Nuo ≤ 540 mm iki ≥ 730 mm <i>Žr. Kėdė.pdf 1,2 psl.</i>
5.	Aukščio reguliavimo mechanizmas	Hidraulinė pompa, valdoma žiedo formos kojiniu pedalu patogiai pasiekiamu iš visų pusių.	Hidraulinė pompa, valdoma žiedo formos kojiniu pedalu patogiai pasiekiamu iš visų pusių. <i>Žr. Kėdė.pdf 1,2 psl.</i>
6.	Stabdžiai	Bendri (centrinė stabdymo sistema), įjungiami koja nuspaudus specialią svirtį.	Bendri (centrinė stabdymo sistema), įjungiami koja nuspaudus specialią svirtį.
7.	Ratukai	4 - 5 vnt. ≥ 50 mm skersmens	5 vnt. 50 mm skersmens <i>Žr. Kėdė.pdf 1,2 psl.</i>
8.	Ratukų guma netepanti grindų dangos	Būtina	Ratukų guma netepanti grindų dangos <i>Žr. Kėdė.pdf 3,4 psl.</i>
9.	Maksimali kėdės darbinė apkrova	≥ 110 kg	110 kg <i>Žr. Kėdė.pdf 1,2 psl.</i>
10.	Nugaros atlošo išmatavimai	Aukštis (nuo sėdimos dalies) 200 mm $\pm$ 20 mm, plotis 150-200 mm	Aukštis (nuo sėdimos dalies) 210 mm, plotis 170 mm <i>Žr. Kėdė.pdf 3,4 psl.</i>
11.	Krūtinės ir rankų atramos	- Vieninga konstrukcija, apjungianti krūtinės ir rankų atramas, pritvirtinta prie laikančiojo rėmo - Krūtinės ir rankų atramaslaikantis rėmas į šoną nukreipto lanko formos, netrukdantis chirurgo kojoms ir priėjimui prie operacinio stalo; - Krūtinės ir rankų atramų konstrukcijos aukštis ir pasvirimo kampas reguliuojami - bendras krūtinės ir rankų atramų konstrukcijos plotis 550 mm $\pm$ 50	- Vieninga konstrukcija, apjungianti krūtinės ir rankų atramas, pritvirtinta prie laikančiojo rėmo - Krūtinės ir rankų atramaslaikantis rėmas į šoną nukreipto lanko formos, netrukdantis chirurgo kojoms ir priėjimui prie operacinio stalo; - Krūtinės ir rankų atramų konstrukcijos aukštis ir pasvirimo kampas reguliuojami - bendras krūtinės ir rankų atramų konstrukcijos plotis 570 mm (krūtinei skirtos atramos plotis 184 mm,

		mm (krūtinei skirtos atramos plotis 180 mm $\pm$ 10 mm, kiekvienos rankai skirtos atramos plotis 150 mm $\pm$ 10 mm) 5. Krūtinei skirtos atramos gabaritinis aukštis 150-200 mm, kiekvienos rankai skirtos atramos aukštis (nuo jos pagrindo iki paminkštinimo paviršiaus) 50 mm $\pm$ 10 mm; 6. Kiekvienos rankai skirtos atramos (paminkštinimo) gylis 250 mm $\pm$ 20 mm	kiekvienos rankai skirtos atramos plotis 160 mm) 5. Krūtinei skirtos atramos gabaritinis aukštis 200 mm, kiekvienos rankai skirtos atramos aukštis (nuo jos pagrindo iki paminkštinimo paviršiaus) 50 mm; 6. Kiekvienos rankai skirtos atramos (paminkštinimo) gylis 257 mm Žr. Kėdė.pdf 5 psl.
12	Sėdima dalis, krūtinės bei rankų atramos ir nugaros atlošas paminkštinti, aptrukti oda arba dirbtine oda	Būtina	Sėdima dalis, krūtinės bei rankų atramos ir nugaros atlošas paminkštinti, aptraukti garinta oda ir dirbtine oda Žr. Kėdė.pdf 6 psl.
13.	Paviršių paruošimas	1. Paviršiai turi būti paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei braiunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų į kurias galima susižeisti valant, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių). 2. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo (jei naudojamos apsauginės – dekoratyvinės dangos) darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui.	1. Paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei braiunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų į kurias galima susižeisti valant, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių). 2. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Žr. Kėdė.pdf 6 psl.
14.	Garantinis laikotarpis	$\geq$ 12 mėn.	$\geq$ 12 mėn. Žr. Kėdė.pdf 6 psl.

*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos charakteristikos“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	13
2.	Prekių aprašymas	6
3.	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): EBVPD, gaminio aprašymai, įgaliojimai, sertifikatai, autorizacijos

Vadybininkas
(Tiektėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Markunas
(Vardas ir pavardė)