



Viva Medical, UAB

Santariškių 5, LT-08406 Vilnius Tel.: +370 699 32161 info@vivamedical.lt Įmonės kodas 302820861, Įmonės PVM kodas: LT100007018811

A/s LT94 7044 0600 0784 1050 AB SEB bankas Banko kodas 7044

Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras Vilniaus filialas

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS ĮRANGOS IR MEDICININIŲ BALDŲ PIRKIMO**

2019-01-28 Nr. 01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Viva Medical, UAB
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Santariškių 5, LT-08406 Vilnius
Tiekėjo (įmonės) kodas	302820861
PVM mokėtojo kodas	LT100007018811
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Antanas Juška
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Eglė Tamošaitytė-Bastienė, administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
Telefono numeris	+370 699 32161
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@vivamedical.lt

Numatomi subtiektėjai:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektį (-us)

Subtiektėjo (-ų) pavadinimas	
Subtiektėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiektį (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai	Kiekis	Gamintojas, modelis	1 vnt. kaina be PVM	1 vnt. kaina su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1.	Ultragarinis šlapimo pūslės liekamojo šlapimo tūrio tyrimo aparatas	1 kompl.	Vitacon, VitaScan PD	5880,00	7114,80	5880,00	7114,80

Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) 7114,80 septyni tūkstančiai vienas šimtas keturiolika eurų 80 ct

PVM (21 proc.) suma Eur 1234,80 vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt keturi eurai 80 ct

* Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

Kartu su pasiūlymu elektronine forma pateikiami skanuoti šie dokumentai:

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir psl. Nr.
1	Igaliojimas	1
2	EBVPD	13
3	CE sertifikatas	2
4	Bukletas	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)**:

konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama.**

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Antanas Juška

(Vardas ir pavardė)

Techninė specifikacija

1 pirkimo dalis

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro reikšmė	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametą patvirtinantis dokumentas
1.	Ultragarsinis šlapimo pūslės liekamojo šlapimo tūrio tyrimo aparatas	1komplektas	Vitacon, VitaScan PD	
1.1.	Ultragarsinis šlapimo pūslės tyrimas realiu laiku	Būtina	Yra	Bukletas LT, 1 psl
1.2.	Tikslus šlapimo vietos nustatymas	Būtina	Yra	Bukletas LT, 1 psl
1.3.	Skirtingi skanavimo gyliai	≥ 100 iki ≥ 230 mm	vaikams 100mm suaugusiems 160mm apkūniems 230mm	Bukletas LT, 1 psl
1.4.	Pūslės tūrio skaičiavimas	Būtina	Yra	Bukletas LT, 1 psl
1.5.	Tūrio ribos	Ne siauresnės 1-1000ml	0-1000 ml	Bukletas LT, 2 psl
1.6.	Tikslumas	± 20 ml	± 20 ml	Bukletas LT, 2 psl
1.7.	Daviklio dažnis	3,5 MHz $\pm$ 1,5MHz	2,35 MHz	Bukletas LT, 2 psl
1.8.	Skanavimo metodas	Sektorinis, 180 laipsnių	Sektorinis, 180 laipsnių	Bukletas LT, 2 psl
1.9.	Pasukimo kampas	$\geq 120^\circ$	120°	Bukletas LT, 2 psl
1.10.	Pasukamumas	≥ 24 pozicijos	24 pozicijos (2 režimai 12,24)	Bukletas LT, 2 psl
1.11.	Lietimui jautrus ekranas	Ne mažiau 7colių	7 colių	Bukletas LT, 2 psl
1.12.	Iš baterijos darbo laikas	≥ 5 val	6 valandos	Bukletas LT, 2 psl
1.13.	Integruotas spausdintuvas	Būtina	Yra	Bukletas LT, 2 psl
1.14.	Skonavimo paleidimo mygtukas	Ant daviklio	Ant daviklio	Bukletas LT, 1 psl
1.15.	Paciento lyties nustatymas	Būtina	Vyras/moteris	Bukletas LT, 2 psl
1.16.	Hysterektomijos funkcija	Būtina	Yra	Bukletas LT, 2 psl
1.17.	Vidinė atmintis	≥ 1000 pacientų įrašų	1000 pacientų įrašų	Bukletas LT, 2 psl
1.18.	Mobilus stovas su ratukais ir daiktų laikymo krepšiu	Būtina	Yra	Bukletas LT, 1 psl

1.19.	Ženklinimas	Įranga paženklinta CE ženklu.	CE	CE sertifikatas
1.20.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpiau kaip 36 mėn. visom komplektuojančioms dalims.	36 mėn.	
1.21.	Reikalavimai techninei dokumentacijai	Pateikti instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Su aparatu pateiktos instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojo parengti techniniai aprašai ir/ar analogiški dokumentai.	