

UAB „FOX VISION“

Uždaroji akcinė bendrovė „Fox Vision“, buveinės adresas A. Mickevičiaus 9-3, Vilnius LT-08119, Lietuva.

Tel.: +370 698 29975; el. paštas: info@foxvisiongroup.com

Juridinio asmens kodas 303317197.

Juridinio asmens duomenys tvarkomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale,
PVM mokėtojo kodas LT100008636117

VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL INTRAOKULINIŲ LĘŠIUKŲ PIRKIMO**

2019-03-28

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Fox Vision
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	A. Mickevičiaus 9 – 3, Vilnius LT-08119
Tiekėjo (įmonės) kodas	303317197
PVM mokėtojo kodas	LT100008636117
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Aurimas Šumskis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Aurimas Šumskis, direktorius
Telefono numeris	8 698 29975
Fakso numeris	--
El. pašto adresas	asumskis@foxvisiongroup.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome prekes:

Pirk. dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus kiekis vnt 2 metams	Gamintojas, katalogo kodas	1 mato vnt kaina, Eur be PVM	1 mato vnt kaina, Eur Su PVM	Bendra suma, Eur be PVM
1.	Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai su kasetėmis implantavimui (ang. Cartridge)	900	HOYA Corporation/ HOYA Medical Singapore Pte Ltd iSert 250	74,00	77,70	66 600,00

* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Konfidencialu aprasas.pdf
2	Konfidencialu CE.pdf

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas **negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo **kaina/vieneto kaina (įkainis)**, **gamintojas** arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Teikėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Šiame pasiūlyme pateikti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Konfidencialu aprasas.pdf	2
2	Konfidencialu CE.pdf	3
3	espd-response.pdf	4
4	espd-response.xml	5
5	Publikacija ISI.pdf	6

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius



Aurimas Šumskis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro reikšmė*
1.	Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai kasetėmis implantavimui (ang. Cartridge) su	- Medžiaga: hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė - Lęšiukas skaidrus, bespalvis - UV spindulių filtras - Ilgis: 12,5 mm ir/arba 13,00 mm. - Optinės dalies diametras: 6,0 mm - Optikos kraštas – status - Optinės dalies išgaubtumas: asferinis - Optinės dalies forma: nuo +6 iki +30 dioptrijų laužiamosios galios lęšių optinė dalis abipusiai išgaubta - Refrakcijos indeksas: 1,52 -1,55 - Laužiamoji galia: nuo +6 iki +30 dioptrijų. Žingsnis nuo +6 iki +10 ir nuo +27 iki +30 kas 0,5 D arba kas 1,0 D, nuo +10 iki +27 kas 0,5 D. - Atraminių elementų forma – „J“, „C“ arba „L“ - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0^0 - 10^0 - Konstrukcija – monolitiniai	- Medžiaga: hidrofobinis akrilatas - Lęšiukas skaidrus, bespalvis - UV spindulių filtras - Ilgis: 12,5 mm - Optinės dalies diametras: 6,0 mm - Optikos kraštas – status - Optinės dalies išgaubtumas: asferinis - Optinės dalies forma: nuo +6 iki +30 dioptrijų laužiamosios galios lęšių optinė dalis abipusiai išgaubta - Refrakcijos indeksas: 1,52 - Laužiamoji galia: nuo +6 iki +30 dioptrijų. Žingsnis kas 0,5 D. - Atraminių elementų forma – „C“ - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 5^0 - Konstrukcija – monolitiniai (vienos dalies)

PRIVALOMI REIKALAVIMAI:

1. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. Tiekėjas turės pateikti skaitmenines CE sertifikatų kopijas (CE sertifikatų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinai, jei CE sertifikatas pateikiamas anglų kalba).

2. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, vienai pirkimo daliai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Intraokulinių lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.

3. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo kataloge (markeriu pažymėta) nurodytos bei objektyviai gaminamos prekės (intraokuliniai lęšiai). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo išpareigojimu pagaminti prekes (intraokulinius lęšius) pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.

4. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės nemokamai pristatyti į perkančiąją organizaciją vienkartinio arba daugkartinio naudojimo inektorius, pagal perkančiosios organizacijos poreikį.

5. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.

6. Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius privalo pateikti bent vieną *Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge)* indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus.

7. Intraokuliniai lęšiukai turi atitikti Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr.V-18, reikalavimus.

***Pastaba:** grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.