



Viva Medical, UAB

Santariškių 5, LT-08406 Vilnius Tel.: +370 699 32161 info@vivamedical.lt Įmonės kodas 302820861, Įmonės PVM kodas: LT100007018811

A/s LT94 7044 0600 0784 1050 AB SEB bankas Banko kodas 7044

Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras Vilniaus filialas

PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS ĮRANGOS IR MEDICININIŲ BALDŲ PIRKIMO

2019-04-17 Nr. 01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Viva Medical, UAB
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius
Tiekėjo (įmonės) kodas	302820861
PVM mokėtojo kodas	LT947044060007841050
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Antanas Juška
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Eglė Tamošaitytė-Bastienė, administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
Telefono numeris	+37065834334
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@vivamedical.lt

Numatomi subtiektėjai:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektėją (-us)

Subtiektėjo (-ų) pavadinimas	
Subtiektėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiektėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai	Kiekis	Gamintojas, modelis	1 vnt. kaina be PVM	1 vnt. kaina su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
6.	Elektroninės svarstyklės kūdikiams	1 vnt	SECA, 334	498,00	602,58	498,00	602,58
7.	Elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle	2 vnt	SECA, 799	552,00	667,92	1104,00	1335,84

12.	Vežimėlis gulimų pacientų transportavimui su atlenkiamais šoniniais borteliais	1 vnt	Taneta, 310001-4 / TSH	1212,00	1466,52	1212,00	1466,52
14.	Medicininė kušetė reguliuojamu aukščiu	4 vnt	Taneta, 200002-2 / TBH-2	905,00	1095,05	3620,00	4380,20
20.	Elektroencefalografas	1 vnt	Neuroelectrics, Enobio 32	28000,00	33880,00	28000,00	33880,00
27.	Vaikų stacionari ūgio matuoklė	1 vnt	SECA, 264	636,00	769,56	636,00	769,56

Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) 42434,70 (keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi eurai 70 ct) (nurodoma kiekvienos siūlomos pirkimo dalies kaina)

PVM (21 proc.) suma Eur 7364,70 (septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai 70 ct)

* Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

Kartu su pasiūlymu elektronine forma pateikiami skanuoti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir psl. Nr.
1	espd - response	12
2	Igaliojimas pasirašymui	1
3	6 p.d. aprašymas LT	2
4	6 p.d. aprašymas EN	2
5	6 p.d. CE sertifikatas	2
6	7 p.d. aprašymas LT	2
7	7 p.d. aprašymas EN	2
8	7 p.d. CE sertifikatas	2
9	12 p.d. aprašymas	1
10	12 p.d. CE sertifikatas	1
11	14 p.d. aprašymas	1
12	14 p.d. CE sertifikatas	1
13	27 p.d. aprašymas LT	2
14	27 p.d. aprašymas EN	2
15	27 p.d. CE sertifikatas	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1	6 p.d. aprašymas LT	6 p.d. aprašymas LT
2	6 p.d. aprašymas EN	6 p.d. aprašymas EN
3	6 p.d. CE sertifikatas	6 p.d. CE sertifikatas
4	7 p.d. aprašymas LT	7 p.d. aprašymas LT
5	7 p.d. aprašymas EN	7 p.d. aprašymas EN
6	7 p.d. CE sertifikatas	7 p.d. CE sertifikatas
7	12 p.d. aprašymas	12 p.d. aprašymas
8	12 p.d. CE sertifikatas	12 p.d. CE sertifikatas

9	14 p.d. aprašymas	14 p.d. aprašymas
10	14 p.d. CE sertifikatas	14 p.d. CE sertifikatas
11	27 p.d. aprašymas LT	27 p.d. aprašymas LT
12	27 p.d. aprašymas EN	27 p.d. aprašymas EN
13	27 p.d. CE sertifikatas	27 p.d. CE sertifikatas

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas **negali** nurodyti, kad konfidenciali **informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis), gamintojas** arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Eglė Tamošaitytė-Bastienė

Administratorė-viešųjų
pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Techninė specifikacija

6 pirkimo dalis Elektroninės svarstyklės kūdikiams (1vnt.)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
1.	Elektroninės svarstyklės kūdikiams	Siūlomos įrangos modelis, gamintojas	334, SECA
1.1.	Paskirtis	Kūdikių svėrimui	Kūdikių svėrimui (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.2.	Konstrukcija	Elektroninės, statomos ant stalo. Vienos arba 2dalų dalies, su nenuimama/nuimama svėrimo platforma, kurioje įmontuoti svarstyklių valdymo elementai ir matavimo rezultatų indikatorius.	Elektroninės, statomos ant stalo, vienos dalies su nenuimama svėrimo platforma, kurioje įmontuoti svarstyklių valdymo elementai ir matavimo rezultatų indikatorius. (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.3.	Matavimo vienetai	kg	kg(6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.4.	Tikslumo klasė	Ne blogiau kaip III	III (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.5.	Medicininės paskirties	Būtina	Medicininės paskirties (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.6.	Maksimalus sveriamas svoris	≥ 20 kg	20 kg (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.7.	Matavimo diskretiškumas	≤ 10 g	10 g (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.8.	Funkcijos	- Nulinės vertės nustatymas - Papildomo svorio atmetimas (TARE) - Svėrimo rezultatų rodymas, pasvertą kūdikį nuėmus nuo svarstyklių (HOLD) - Automatinis išsijungimas	-Nulinės vertės nustatymas -Papildomo svorio atmetimas (TARE) - Svėrimo rezultatų rodymas, pasvertą kūdikį nuėmus nuo svarstyklių (HOLD) - Automatinis išsijungimas (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.9.	Svarstyklių matmenys (ilgis x plotis)	$\geq 55\text{cm} \times \geq 30\text{cm}$	63,8 x 30 cm (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.10	Elektros maitinimas	Pasirinktinai nuo vidinių maitinimo elementų arba iš elektros tinklo (privalomi abu pasirinkimai)	Nuo vidinio maitinimo element arba iš elektros tinklo(6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)

1.11	Pirminė metrologinė patikra	Būtina. Pristatymo metu pirminė metrologinė patikra turi galioti netrumpiau kaip 24 mėn.	Pirminė metrologinė patikra, 24 mėn
1.12	Pirminės metrologinės patikros sertifikatas arba liudijimas	Būtina	Pirminės metrologinės patikros liudijimas
1.13	Ūgio matuoklis	Pageidautina	Ūgio matuoklis (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.13.1	Konstrukcija	Techniškai suderintas su svarstyklėmis. Ūgio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 cm iki 80 cm, matavimo žingsnis 1 mm	Techniškai suderintas su svarstyklėmis, 35 – 80 cm, matavimo žingsnis 1 mm (6 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.14	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos slaitmeninės dokumentų kopijos original ir lietuvių kalba. Pristatant pirkėjas turės būti pateikiamas CE sertifikatas.	CE sertifikatas
1.15	Kartu pateikiama dokumentacija	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Pateikiama vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys dokumentai.
1.16	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Įrangai ir visom komplektuojančiom detalėm.	36 mėn.

7 pirkimo dalis
Elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle (2vnt.)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
1.	Elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle	Siūlomos įrangos modelis, gamintojas	799, SECA
1.1.	Paskirtis	Vaikų svėrimui ir ūgio matavimui	Vaikų svėrimui ir ūgio matavimui
1.2.	Konstrukcija	Elektroninės, statomos ant grindų. Vienos dalies - svėrimo platforma padengta neslidžia danga, stovas kur įmontuoti svarstyklių valdymo elementai ir matavimo rezultatų indikatorius.	Elektroninės, statomos ant grindų. Vienos dalies- platforma padengta neslidžia danga, stovas kur įmontuoti svarstyklių valdymo elementai ir matavimo rezultatų indikatorius (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.3.	Matavimo vienetai	kg	kg (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)

1.4.	Tikslumo klasė	Ne blogiau kaip III	III (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.5.	Medicininės paskirties	Būtina	Medicininės paskirties (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.6.	Maksimalus sveriamas svoris	≥ 200 kg	200 kg (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.7.	Matavimo diskretiškumas	≤ 100 g	100 g (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.8.	Funkcijos	- Nulinės vertės nustatymas - Papildomo svorio atmetimas (TARE) - Svėrimo rezultatų rodymas, nulipus nuo svarstyklių (HOLD) - Automatinis išsijungimas - BMI - Ratukai	- Nulinės vertės nustatymas - Papildomo svorio atmetimas (TARE) - Svėrimo rezultatų rodymas, nulipus nuo svarstyklių (HOLD) - Automatinis išsijungimas - BMI - Ratukai (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.9.	Svėrimo platformos matmenys (ilgis x plotis)	$\geq 31\text{cm} \times \geq 31\text{cm}$	$31\text{cm} \times \geq 31\text{cm}$ (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.10	Elektros maitinimas	Pasirinktinai nuo vidinių maitinimo elementų arba iš elektros tinklo (privalomi abu pasirinkimai)	nuo vidinių maitinimo elementų arba iš elektros tinklo (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.11	Pirminė metrologinė patikra	Būtina. Pristatymo metu pirminė metrologinė patikra turi galioti netrumpiau kaip 24 mėn.	Pirminė metrologinė patikra, 24 mėn
1.12	Pirminės metrologinės patikros sertifikatas arba liudijimas	Būtina	Pirminės metrologinės patikros liudijimas
1.13	Ūgio matuoklis	Techniškai suderintas su svarstyklėmis. Ūgio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 60 cm iki 210 cm, matavimo žingsnis 1 mm	Techniškai suderintas su svarstyklėmis, 60 – 210 cm, matavimo žingsnis 1 mm (7 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.14	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos slaitmeninės dokumentų kopijos original ir lietuvių kalba. Pristatant perves turės būti pateikiamas CE sertifikatas.	CE sertifikatas
1.15	Kartu pateikiama dokumentacija	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Pateikiama vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys dokumentai.
1.16	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Įrangai ir visom komplektuojančiom detalėm.	36 mėn.

12 pirkimo dalis
Vežimėlis gulimų pacientų transportavimui (1vnt.)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
1.	Vežimėlis gulimų pacientų transportavimui su atlenkiamais šoniniais borteliais	Siūlomos įrangos modelis, gamintojas	310001-4 / TSH, Taneta
1.1.	Paskirtis	Padidinto manevringumo vežimėlis, tinkantis pacientų apžiūrai, transportavimui ir procedūroms, pusiau sėdimoje bei gulimoje padėtyje	Padidinto manevringumo vežimėlis pacientų apžiūrai, transportavimui ir procedūroms, pusiau sėdimoje bei gulimoje padėtyje (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.2.	Rėmas	Pagamintas iš korozijai, mechaniniam bei cheminiam poveikiui atsparia danga padengto plieno, su apsaugomis visuose keturiuose kampuose.	Rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms padengimu, su apsaugomis keturiuose kampuose. (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.3.	Važiuklė	Su keturiais manevruojamais, ≥ 15 cm skersmens ratukais	Keturi 15 cm manevruojami ratukai (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.4.	Hidraulinis aukščio reguliavimas	ne siauresnės nei 56-93 cm	56 – 98 cm (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.5.	Vežimėlio viršutinė dalis dviejų sekcijų	Galvos – nugaros; Sėdmenų-kojų.	Galvos – nugaros; Sėdmenų-kojų. (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.6.	Rankenos	Tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje turi būti rankenos, tinkančios vežimėlio stūmimui ir medicinos prietaisų pakabinimui.	Vežimėlis turi stūmimo rankeną priekyje ir gale, tinkančią vežimėlio stūmimui ir medicinos prietaisų pakabinimui. (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.7.	Apsauginiai šoniniai turėklai	Pagaminti iš nerūdijančio plieno nuleidžiami/pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje.	Iš nerūdijančio plieno nuleidžiami/pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje. (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.8.	Nugaros dalies valdymas	Dujinė spyruoklė, valdymo kampas ne blogesnis nei 0 - 70°	Dujinė spyruoklė, reguliavimo kampas 0 - 70° (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)

1.9.	Vežimėlio keliamoji galia	≥200 kg	225 kg (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.10	Čiužinio pagrindo matmenys	Čiužinys turio atitikti gulimos dalies išmatavimus	Čiužinys atitinka gulimos dalies išmatavimus (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.11	Išoriniai (gabaritiniai) matmenys	Ne daugiau kaip 215 x 75 cm	215 x 71 cm (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.12	Čiužinio pagrindo spalva (esant galimybei)	Derinama užsakymo metu	Derinama užsakymo metu (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.13	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos slaitmeninės dokumentų kopijos original ir lietuvių kalba). Pristatant perekes turės būti pateikiamas CE sertifikatas.	CE sertifikatas
1.14	Kartu pateikiama dokumentacija	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Pateikiama vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys dokumentai.
1.15	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Įrangai ir visom komplektuojančiom detalėm.	36 mėn. (12 p.d. aprašymas, 1 psl.)

14 pirkimo dalis
Reguliuojamo aukščio medicininė kušetė (4 vnt.)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
1.	Medicininė kušetė reguliuojamu aukščiu	Siūlomos įrangos modelis, gamintojas	200002-2 / TBH-2, Taneta
1.1.	Rėmas	Plieninis, atsparus korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms	Rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms padengimu.(14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.2.	Sekcijų kiekis	2 Būtina	2 sekcijos (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.3.	Kušetės viršus	aptraukta valymui bei dezinfekcijai atsparia medicinine oda ar odos pakaitalu	aptraukta valymui bei dezinfekcijai atsparia medicinine oda (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.4.	Kušetės odos spalva	Derinama užsakymo metu	Derinama užsakymo metu (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)

1.5.	Aukščio reguliavimas	Hidraulinis	Hidraulinis (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.6.	Aukščio reguliavimo ribos	Ne siauresnės nei 500-880 mm	470 -970 mm (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.7.	Galvos dalies reguliavimas	Mechaninis	Mechaninis (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.8.	Galvos dalies pakėlimo kampas keičiamas	Ne siauresnėse ribose kaip 0°-50°	0°-70° (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.9.	Ratukų pakėlimo/nuleidimo sistema mobilumui užtikrinti	Valdoma pedalo pagalba	Valdoma pedalo pagalba (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.10	Ratukai	4	4 (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.11	Darbinėje padėtyje kušetė stovi ant keturių kojų	Būtina	Darbinėje padėtyje kušetė stovi ant keturių kojų (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.12	Maksimali leidžiama apkrova	Ne mažiau 170 kg	170 kg (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.13	Kušetės ilgis	2000 ± 200 mm	2000 mm (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.14	Kušetės plotis	700 ± 100 mm	700 mm (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)
1.15	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos slaitmeninės dokumentų kopijos original ir lietuvių kalba. Pristatant perves turės būti pateikiamas CE sertifikatas.	CE sertifikatas
1.16	Kartu pateikiama dokumentacija	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Pateikiama vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys dokumentai
1.17	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Įrangai ir visom komplektuojančiom detalėm.	36 mėn. (14 p.d. aprašymas, 1 psl.)

20 pirkimo dalis
Elektroencefalografas (1vnt.)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
	Elektroencefalografas	Siūlomos įrangos modelis, gamintojas	ENOBIO 32, Neuroelectrics
1.	Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio įvadai	1. Ne mažiau 42 įvadų priėmimo įrenginys. Iš jų: 2. Ne mažiau 16 bipoliniai įvadai; 3. Ne mažiau 3 referentiniai įvadai; 4. Ne mažiau 2 paciento įžeminimo įvadai;	1. 42 įvadų priėmimo įrenginys 2. 16 bipoliniai įvadai 3. 3 referentiniai įvadai

		5. Jungtis kepurėlės su elektrodais pajungimui.	4. 2 paciento įžeminimo įvadai 5. Jungtis kepurėlės su elektrodais pajungimui.
2.	Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio stovas	Su ratukais, reguliuojamo aukščio	Su ratukais, reguliuojamo aukščio
3.	Impedanso matuoklis	1. Matuojamos kiekvieno elektrodo kontakto impedansas; 2. Reikšmės pateikiamos grafiškai elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ekrane, skirtinga spalva pažymint elektrodus, kurių impedansas viršija leistinas ribas 3. Pateikiamos impedanso reikšmės Ω ; 4. Impedanso matavimo ribos (1 – 100) k Ω ± 10 %. 5. Jei impedansas viršija nustatytas ribas įvado jungtis šviečia	1. Matuojamos kiekvieno elektrodo kontakto impedansas 2. Reikšmės pateikiamos grafiškai elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ekrane, skirtinga spalva pažymint elektrodus, kurių impedansas viršija leistinas ribas 3. Pateikiamos impedanso reikšmės Ω 4. Impedanso matavimo ribos 1 – 100 k Ω . 5. Jei impedansas viršija nustatytas ribas įvado jungtis šviečia
4.	Spalvotas ekranas su valdymo mygtukais įmontuotais elektrofiziologinių signalų priėmimo modulyje	Menu pasirinkimui, kreivių kokybės peržiūrai, impedanso patikrinimui	Menu pasirinkimui, kreivių kokybės peržiūrai, impedanso patikrinimui
5.	Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio portatyvumas	1. Galimybė naudoti akumuliatorių, ne mažiau 8 valandų autonominio darbo. 2. Įmontuotas įvykių žymėjimo mygtukas; 3. Duomenų išsaugojimas elektrofiziologinių signalų priėmimo įrenginyje. Atmintis ne mažiau 16 GB	1. Galimybė naudoti akumuliatorių, 8 valandų autonominio darbo 2. Įmontuotas įvykių žymėjimo mygtukas 3. Duomenų išsaugojimas elektrofiziologinių signalų priėmimo įrenginyje. 16 GB atmintis
6.	Analoginis skaitmeninis konverteris	Ne mažiau 24 bitų	24 bitai
7.	Pasirenkamas diskretizacijos dažnis, ribos ne siauresnės už nurodytas	200Hz-30kHz	200Hz-30kHz
8.	Tyrimo įrašymas naudojant skirtingą diskretizacijos dažnį kanalams	Būtina	Tyrimo įrašymas naudojant skirtingą diskretizacijos dažnį kanalams
9.	Analoginio signalo dažnių diapazonas monopoliniams/bipoliniams kanalams, ne siauresnis už nurodytą	Nuo 0,1 iki 8 kHz	0,1 iki 8 kHz
10.	Triukšmų lygis, tipinis (RMS)	Ne daugiau 0,3 μ V	0,3 μ V RMS
11.	Sinfazinio kanalo slopinimas, tipinis	Ne mažiau 160 dB (CMRR)	160 dB
12.	Stiprintuvo įėjimo impedansas	Ne mažiau 180 M Ω ir ne daugiau 120pF	1 G Ω

13.	Naudotojo nustatomi filtrų dažniai	Būtina	Naudotojo nustatomi filtrų dažniai
14.	Kalibracijos režimas	Būtinai	Kalibracijos režimas
15.	Matricinis LED stimulatorius	Būtinai	Matricinis LED stimulatorius
16.	Vežimėlis su gamintojo numatytu ir testuotu PK, monitoriumi ir izoliuojančiu transformatoriumi	Būtinai	Vežimėlis su gamintojo numatytu ir testuotu PK, monitoriumi ir izoliuojančiu transformatoriumi
17.	Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulis ir PK sujungimas	LAN ir bevieliu ryšiu	LAN ir bevieliu ryšiu
18.	Skaitmeninė vaizdo kamera VEEG užrašymui	1. Minimalus filmuojamo spalvoto vaizdo apšvietimas ≤ 0.1 lux 2. Matymo kampas $\geq 100^\circ$	1. Filmuojamo spalvoto vaizdo apšvietimas 0.1 lux 2. Matymo kampas 100°
19.	Komplektuojamas standartiniais priedais reikalingais registruoti EEG	EEG diskiniai elektrodai 30 vnt., kepurėlė su elektrodais 3 dydžių, paruošimo ir klijavimo pasta – 2 kompl.	EEG diskiniai elektrodai 30 vnt., 3 dydžių kepurėlės su elektrodais, pasta – 2 kompl.
20.	Darbo vieta tyrimų duomenų peržiūrai ir analizei	Būtina	Darbo vieta tyrimų duomenų peržiūrai ir analizei
21.	Duomenų eksportas	ASCII, EDF ir EDF+ formatais	EDF+, ASCII, EDF+ formatai
22.	Gamintojo numatytas ir testuotas PK, monitorius ir spausdintuvas	Būtina	Gamintojo numatytas ir testuotas PK, monitorius ir spausdintuvas
22.1	Personalinis kompiuteris	Su gamintojo numatyta ir būtina darbui naujausia (ne senesne nei 2018 m. versija) programine įranga ir operacine sistema; vidinė RAM atmintis- ne mažiau 4 GB, kietojo disko talpa ne mažiau 500 GB; klaviatūra (su integruotu kontaktinių lustinių kortelių skaitytuvu) ir pele- 1 kompl.	Su gamintojo numatyta programine įranga ir operacine sistema, vidinė RAM atmintis 4 GB, kietojo disko talpa 500 GB, klaviatūra (su integruotu kontaktinių lustinių kortelių skaitytuvu) ir pele- 1 kompl.
22.2	Monitorius	Ne blogiau nei HD vaizdo kokybė, ekrano įstrižainė $\geq 19"$	HD vaizdo kokybė, 19" įstrižainė
22.3	Spausdintuvas	Vidinė atmintis ne mažiau kaip 512 MB RAM; spausdinimo sparta ne mažiau kaip 32 p./min, spausdinant A4 formato lapus; spausdinimo formatai- A4, A5, „Letter“, jungtys- ne blogiau, kaip 1 vnt.-USB 2.0, 1 vnt. RJ45 (ne blogiau kaip 1000 BASE-T). Tonerio spausdinimo resursas- ne mažiau kaip 6400 kopijų (5% padengimu). Turi būti paženklintas „Energy Star“ arba lygiavertis ženklu.	Vidinė atmintis 512 MB RAM, spausdinimo sparta 32 p./min A4 formato lapams, spausdinimo formatai- A4, A5, „Letter“, 1 vnt. USB jungtys, 1 vnt. RJ45. Tonerio spausdinimo resursas – 6400 kopijų. Paženklinta „Energy Star“.
23.	Instaliuota programinė įranga	1. EEG peržiūra ir analizė 2. Video EEG peržiūra ir analizė	1. EEG peržiūra ir analizė

		3. Trimatė (tūrinė) galvos topografinė analizė, peržiūra 3D režimu 4. Spektrinė analizė 5. Pacientų duomenų archyvas 6. MS Office arba analogiška programinė įranga 7. Automatinė pikų ir priepuolių detekcija. 8. Peržiūra ir analizė kitame kompiuteryje. 9. Integracija į ligoninės pacientų informacinę sistemą, užsakymų priėmimas per WORKLIST funkciją.	2. Video EEG peržiūra ir analizė 3. Trimatė (tūrinė) galvos topografinė analizė, peržiūra 3D režimu 4. Spektrinė analizė 5. Pacientų duomenų archyvas 6. MS Office 7. Automatinė pikų ir priepuolių detekcija. 8. Peržiūra ir analizė kitame kompiuteryje. 9. Integracija į ligoninės pacientų informacinę sistemą, užsakymų priėmimas per WORKLIST funkciją.
24.	Laisvai programuojami tyrimo montažai	Būtina	Laisvai programuojami tyrimo montažai
25.	Ekrane pateikiamų kreivių spalva, storis, pavadinimas	Vartotojo pasirenkamas	Vartotojo pasirenkamas
26.	Montažų peržiūra ekrane	Būtina	Montažų peržiūra ekrane
27.	Redaguojamas įvykių žymeklių sąrašas	Būtina	Redaguojamas įvykių žymeklių sąrašas
28.	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos slaitmeninės dokumentų kopijos original ir lietuvių kalba). Pristatant pėrekes turės būti pateikiamas CE sertifikatas.	CE sertifikatas
29.	Kartu pateikiama dokumentacija	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Pateikiama vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys dokumentai
30.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Įrangai ir visom komplektuojančiom detalėm.	36 mėn.

27 pirkimo dalis
Vaikų stacionari ūgio matuoklė (1vnt.)

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
1.	Vaikų stacionari ūgio matuoklė	Siūlomos įrangos modelis, gamintojas	264, SECA
1.1.	Paskirtis	Vaikų ūgio matavimui	Vaikų ūgio matavimas (27 p.d. aprašymas LT, 1 psl.)

1.2.	Konstrukcija	Stacionarus teleskopinis ūgio matuoklis su apatine dalimi teisingai kojų pozicijai. Statomas ant grindų ir tvirtinamas prie sienos.	Stacionarus teleskopinis ūgio matuoklis su apatine dalimi teisingai kojų pozicijai. Statomas ant grindų ir tvirtinamas prie sienos. (27 p.d. aprašymas LT, 1 psl.)
1.3.	Matavimo vienetai	cm	Cm (27 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.4.	Ūgio matavimo ribos	Ne siauresnės kaip nuo 60 cm iki 210 cm, matavimo žingsnis 1 mm	30 – 220 cm, matavimo žingsnis 1 mm (27 p.d. aprašymas LT, 2 psl.)
1.5.	Kartu pateikiama dokumentacija	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Pateikiama vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys dokumentai
1.6.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.

Pastaba: grafoje "Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti "Atitinka" arba "Taip" neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.