

**UAB „AE Medical“**  
Šilutės pl. 2-401 kab., LT91111 Klaipėda,  
Įmonės kodas 302591590, PVM kodas LT100006146717  
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė,  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMUI**

2019-08-12 Nr.AEM-20190812

Klaipėda

|                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „AE Medical“            |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai/       | 302591590                   |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Šilutės pl. 2-401, Klaipėda |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Rita Jarutė                 |
| Telefono numeris                                                                             | +370 640 52910              |
| Fakso numeris                                                                                |                             |
| El. pašto adresas                                                                            | info@aemedical.lt           |

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                              |  |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)                                                  |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.*

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka: *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS*;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, pakeitimuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Mes siūlome Prekes:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas        | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM) | PVM (%) | Bendra pirkimo dalies kaina Eur (su PVM) |
|--------------------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 1                  | 2                         | 3         | 4      | 5                           | 6                                   | 7       | 8                                        |
| 19.                | Antipraguliniai čiužiniai | Vnt.      | 20     | 104,00                      | 2080,00                             | 21%     | 2516,80                                  |
| 20.                | Antipraguliniai čiužiniai | Vnt.      | 2      | 1087,60                     | 2175,20                             | 21%     | 2283,96                                  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

**2. Mes siūlome garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą (po privalomų 24 mėn.):  
Tiekėjo techninis pasiūlymas\*:**

| Pirkimo dalies Nr. ir pavadinimas                       | Tiekėjo siūloma papildoma garantija                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                         | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė (T)    |
| 1. Uretrotomas                                          | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 2. Rektoskopai                                          | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 3. Operacinis stalas                                    | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 4. Šildymo-šaldymo įranga                               | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 5. Vaizdo endoskopai                                    | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 6. Vaizdo kolonoskopas                                  | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 7. Paros kraujospūdžio matuoklis                        | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 8. Vaisiaus monitoriai su centrine monitoravimo sistema | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 9. Daugiafunkcinis kombinuotas terapijos aparatas       | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 10. Magneto terapijos aparatas                          | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 11. Kompresinės terapijos aparatas                      | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 12. Lazerio terapijos aparatas                          | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 13. Šviesos terapijos aparatas                          | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 14. Antidepresinė lempa                                 | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 15. Infraraudonųjų spindulių terapijos šviestuvai       | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 16. Šviestuvai UV spindulių terapijai                   | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 17. Darsonvalizacijos aparatai                          | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 18. Kompresoriniai inhaliatoriai                        | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 19. Antipraguliniai čiūžiniai                           | 0 mėn.                                                          |
| 20. Antipraguliniai čiūžiniai                           | 0 mėn.                                                          |
| 21. Gulimas transportavimo vežimėlis                    | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 22. Neįgaliųjų vežimėlis                                | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 23. Endoskopų plovimo mašina                            | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 24. Impedansinės tomografijos monitorius                | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |
| 25. Mikroskopas                                         | [Tiekėjas įrašo siūlomus <b>papildomus</b> garantijos mėnesius] |

\* Šioje lentelėje tiekėjo nurodyta reikšmė bus naudojama pasiūlymo ekonominiam naudingumui apskaičiuoti.

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka Medicininės įrangos techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios: **(pateikti pagal šių Konkurso sąlygų 2 priedo „Medicininės įrangos techninė specifikacija“ grafą „Privalomi techniniai parametrai“).** Tiekėjas šių Konkurso sąlygų 2 priedo lentelėse nurodo pirkimo objekto dalis, kurioms teikia pasiūlymą. 2 priedo lenteles pateikti elektroninėje formoje, doc ir/arba xls ir/arba pdf formatu. Jei kainos pasiūlymas teikiamas pdf formatu, **prašome papildomai pateikti kainos pasiūlymą ir xls arba doc formatu.**

4. Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                                        | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | CE Effectacare 10 EN (Failas „19 pirkimo dalis konfidencialu“)                        | 1                           |
| 2        | CE Effectacare 10 LT (Failas „19 pirkimo dalis konfidencialu“)                        | 1                           |
| 3        | Čiužinys (Failas „19 pirkimo dalis konfidencialu“)                                    | 1                           |
| 4        | Užvalkalas (Failas „19 pirkimo dalis konfidencialu“)                                  | 2                           |
| 5        | Air2Care CE EN (Failas „20 pirkimo dalis konfidencialu“)                              | 1                           |
| 6        | Air2Care CE LT (Failas „20 pirkimo dalis konfidencialu“)                              | 1                           |
| 7        | Air2care čiužinys (Failas „20 pirkimo dalis konfidencialu“)                           | 43                          |
| 8        | Brošiūra (Failas „20 pirkimo dalis konfidencialu“)                                    | 12                          |
| 9        | Igaliojimas konkursams (Failas „Sertifikatas ir igaliojimai konfidencialu,,)          | 1                           |
| 11       | Igaliojimas Linet 2020 03 31 EN (Failas „Sertifikatas ir igaliojimai konfidencialu,,) | 1                           |
| 12       | Igaliojimas Linet LT 2020 03 31 (Failas „Sertifikatas ir igaliojimai konfidencialu,,) | 1                           |
| 13       | Linet sertifikatas A. Kociui (Failas „Sertifikatas ir igaliojimai konfidencialu,,)    | 1                           |
| 14       | EBVPD                                                                                 | 13                          |


6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali** informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1        | Dokumentai failuose „19 pirkimo dalis konfidencialu“            |
| 2        | Dokumentai failuose „20 pirkimo dalis konfidencialu“            |
| 3        | Dokumentai failuose „Sertifikatas ir igaliojimai konfidencialu“ |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.

Igaliotas asmuo Administratorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Rita Jarutė

(Vardas ir pavardė)

**19 pirkimo dalis. Antipraguliniai čiužiniai -20 vnt.**

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai                                                                                            | Privalomi techniniai parametrai                                                                                                                                       | Siūlomi techniniai parametrai                                                                                                                                          | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Matmenys (plotis x ilgis)                                                                                        | $\geq 90 \times 200$ cm.                                                                                                                                              | 90 x 200 cm                                                                                                                                                            | Atitikmuo dokumente: „čiužinys“                                                                                  |
| 2.       | Skirtas ne mažesnei nei II pragulų rizikos grupei.                                                               | Būtina                                                                                                                                                                | Skirtas II pragulų rizikos grupei.                                                                                                                                     | Atitikmuo dokumente: „čiužinys“                                                                                  |
| 3.       | Aukštis                                                                                                          | Ne mažiau 14 cm                                                                                                                                                       | 14 cm                                                                                                                                                                  | Atitikmuo dokumente: „čiužinys“                                                                                  |
| 4.       | Pagamintas iš elastingo tankio poliuretano putų                                                                  | Porolono tankis ne mažiau 22 kg/m <sup>3</sup> ).                                                                                                                     | 23 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | Atitikmuo dokumente: „čiužinys“                                                                                  |
| 5.       | Atsparumas spaudimui                                                                                             | Ne mažiau nei 4,0 kPa/m <sup>2</sup>                                                                                                                                  | 4,0 kPa/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | Atitikmuo dokumente: „čiužinys“                                                                                  |
| 6.       | Čiužinio svoris                                                                                                  | Ne daugiau nei 7 kg                                                                                                                                                   | 6,5 kg                                                                                                                                                                 | Atitikmuo dokumente: „čiužinys“                                                                                  |
| 7.       | Užvalkalas pagamintas iš audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų) | Būtina                                                                                                                                                                | Užvalkalas pagamintas iš audinio 100% poliesterio, dengto 100% poliuretanu                                                                                             | Atitikmuo dokumente: „užvalkalas“                                                                                |
| 8.       | Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga                                                                              | 1. nepralaidi skysčiams, pralaidi orui;<br>2. antibakterinė<br>3. lengvai valoma;<br>4. dezinfekuojamas paviršius;<br>5. džiovinama džiovyklėse;<br>6. atspari ugniai | 1 - nepralaidi skysčiams, pralaidi orui;<br>2. antibakterinė<br>3. lengvai valoma;<br>4. dezinfekuojamas paviršius;<br>5. džiovinama džiovyklėse;<br>6. atspari ugniai | Atitikmuo dokumente: „čiužinys“; „užvalkalas“                                                                    |
| 9.       | Užvalkalas su užtrauktuku ne mažiau nei 180°                                                                     | Būtina                                                                                                                                                                | 180°                                                                                                                                                                   | Atitikmuo dokumente: „čiužinys“                                                                                  |
| 10.      | Čiužinio apkrova ne mažiau 110 kg.                                                                               | Būtina                                                                                                                                                                | 110 kg.                                                                                                                                                                | Atitikmuo dokumente: „čiužinys“                                                                                  |

|     |                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                         |                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11. | Čiužinį galima naudoti iš abiejų pusių. Čiužinio viršus ir apačia iškarpyta, kad padidintų oro cirkuliaciją tarp čiužinio ir užvalkalų.    | Būtina            | Čiužinį galima naudoti iš abiejų pusių. Čiužinio viršus ir apačia iškarpyta, kad padidintų oro cirkuliaciją tarp čiužinio ir užvalkalų. | <b>Atitikmuo dokumente:</b><br>„čiužinys“ |
| 12. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. | Būtina            | <b>Pridėtas CE sertifikatas</b>                                                                                                         | <b>CE Effectacare 10 EN</b>               |
| 13. | Garantinis laikotarpis                                                                                                                     | Ne mažiau 24 mėn. | <b>24 mėn</b>                                                                                                                           |                                           |

**20 pirkimo dalis. Antipraguliniai čiužiniai -2 vnt.**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Techniniai parametrai</b> | <b>Privalomi techniniai parametrai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Siūlomi techniniai parametrai</b>                                                                                                                                                               | <b>Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)</b>  |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Paskirtis                    | 1. Antipragulinis.<br>2. Dedamas vietoje poroloninio čiužinio, tiesiai ant čiužinio platformos.                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Antipragulinis.<br>2. Dedamas vietoje poroloninio čiužinio, tiesiai ant čiužinio platformos.                                                                                                    | <b>Atitikmuo dokumente :</b><br>„Air2care čiužinys“;<br><b>puslapis 11; 12</b>                                           |
| 2.              | Veikimo principas            | 1. Veikia besikeičiančio slėgio oro kameroje principu.<br>2. Dviejų kamerų technologija- viena kamera pripūsta, kitoje išleistas oras.                                                                                                                                                                                                     | 1. Veikia besikeičiančio slėgio oro kameroje principu.<br>2. Dviejų kamerų technologija- viena kamera pripūsta, kitoje išleistas oras.                                                             | „Brošiūra“,<br><b>puslapis 3; 4</b>                                                                                      |
| 3.              | Sandara                      | 1. Sudarytas iš atskirų celių (kamerų).<br>2. Oro kameros tarpusavyje sujungtos- nėra galimybės paciento kūnui, keičiant čiužinio platformos poziciją patekti tarp oro kamerų.<br>3. Yra pripūstas šoninis rėmas.<br>4. Čiužinys dviejų sluoksnių:<br>a) apatinis sluoksnis porolonas;<br>b) viršutinis sluoksnis sudarytas iš oro kamerų. | 1. Sudarytas iš atskirų celių (kamerų).<br>2. Oro kameros tarpusavyje sujungtos- nėra galimybės paciento kūnui, keičiant čiužinio platformos poziciją patekti tarp oro kamerų.<br>3. Yra pripūstas | <b>Atitikmuo dokumente :</b><br>„Brošiūra“,<br><b>puslapis 7.</b><br><br>„Air2care čiužinys“;<br><b>puslapis 11; 12;</b> |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>5. Paciento galvos dalyje čiužinio celės (ne mažiau 3, ne daugiau 5 kameros) visada pilnai pripūstos.</p> <p>6. Kojų dalies celės (ne mažiau 7, ne daugiau 10 kamerų) ketvirtadaliu mažesnio skersmens – taip užtikrinama efektyvesnė apsauga nuo pragulų atsiradimo itin jautrioje praguloms paciento kūno vietoje.</p> | <p>šoninis rėmas.</p> <p>4. Čiužinys dviejų sluoksnių:</p> <p>a) apatinis sluoksnis porolonas;</p> <p>b) viršutinis sluoksnis sudarytas iš oro kamerų.</p> <p>5. Paciento galvos dalyje 3 čiužinio celės visada pilnai pripūstos.</p> <p>6. Kojų dalyje, 7 celės ketvirtadaliu mažesnio skersmens – taip užtikrinama efektyvesnė apsauga nuo pragulų atsiradimo itin jautrioje praguloms paciento kūno vietoje</p> |                                                                |
| 4. | Ciklo laikas (per tiek laiko keičiasi oro pripūtimas celėse) | 12 ± 2 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Atitikmuo dokumente : „Air2care čiužinys“; puslapis 36</b>  |
| 5. | Slėgio palaikymas/Transportavimo režimas                     | Dingus elektrai, atjungus kompresorių nuo elektros tinklo arba atjungus čiužinį nuo kompresoriaus oras čiužinyje turi išlikti ne mažiau 12 valandų.                                                                                                                                                                         | 12 valandų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Atitikmuo dokumente : „Air2care čiužinys“; puslapis 25</b>  |
| 6. | Saugi čiužinio apkrova (numatyta gamintojo)                  | Ne mažiau 200 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Atitikmuo dokumente : „Air2care čiužinys“; puslapis 36</b>  |
| 7. | Išmatavimai (ne mažesni už nurodytus)                        | 200×86 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200×86 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Atitikmuo dokumente : „Air2care čiužinys“; puslapis 36</b>  |
| 8. | Aukštis                                                      | Ne mažiau 17 cm, bet ne daugiau kaip 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Atitikmuo dokumente : „Air2care čiužinys“; puslapis 36</b>  |
| 9. | Apvalkalas                                                   | Kvėpuojantis, Atsparus vandeniui, Su užtrauktuku, Užtrauktukas uždengiamas audinio klose.                                                                                                                                                                                                                                   | Kvėpuojantis, Atsparus vandeniui, Su užtrauktuku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Atitikmuo dokumente : „Air2care čiužinys“; puslapis 11;</b> |

|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Užtrauktukas<br>uždengiamas<br>audinio klostė.                                                                                                                                                                                                                  | <b>„Brošiūra“,<br/>puslapis 7.</b>                                                             |
| 10. | Valdymo įrenginys                                                                                                                          | 1. Veikia prijungtas į elektros tinklą.<br>2. Integruotas CPR.<br>3. Integruotas žemo slėgio indikatorius.<br>4. Su pakabinimo mechanizmu (galima kabinti ant lovos).<br>5. Vizualiniai perspėjimai.<br>6. Oro slėgis čiužinyje keičiamas sukamuoju mechanizmu. | 1. Veikia prijungtas į elektros tinklą.<br>2. Integruotas CPR.<br>3. Integruotas žemo slėgio indikatorius.<br>4. Su pakabinimo mechanizmu (galima kabinti ant lovos).<br>5. Vizualiniai perspėjimai.<br>6. Oro slėgis čiužinyje keičiamas sukamuoju mechanizmu. | <b>Atitikmuo<br/>dokumente :<br/>„Air2care<br/>čiužinys“;<br/>Puslapis: 25; 18;<br/>20; 16</b> |
| 11. | Greitasis čiužinio išleidimas (CPR)                                                                                                        | Ne ilgiau nei 30 sekundžių                                                                                                                                                                                                                                      | 30 sekundžių                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Atitikmuo<br/>dokumente :<br/>„Air2care<br/>čiužinys“;<br/>puslapis 36</b>                  |
| 12. | Valdymo įrenginio skleidžiamas garsas                                                                                                      | Ne daugiau nei 35 dBA                                                                                                                                                                                                                                           | 35 dBA                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Atitikmuo<br/>dokumente :<br/>„Air2care<br/>čiužinys“;<br/>puslapis 36</b>                  |
| 13. | Režimai                                                                                                                                    | 1. Maksimalus /statinis - pripūtimas. Režimo metu naudojamas slėgis – 20 – 45 mmHg.<br>2. Terapinis (besikeičiančio slėgio terapija). Režimo metu naudojamas slėgis – 20 – 45 mmHg                                                                              | 1. Maksimalus /statinis - pripūtimas. Režimo metu naudojamas slėgis – 20 – 45 mmHg.<br>Terapinis (besikeičiančio slėgio terapija). Režimo metu naudojamas slėgis – 20 – 45 mmHg.                                                                                | <b>Atitikmuo<br/>dokumente :<br/>„Air2care<br/>čiužinys“;<br/>puslapis 36</b>                  |
| 14. | Sertifikatai                                                                                                                               | 1. ISO 14001<br>2. EN 60601-1-2                                                                                                                                                                                                                                 | 1. ISO 14001<br>2. EN 60601-1-2                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Atitikmuo<br/>dokumente :<br/>„Air2care<br/>čiužinys“;<br/>puslapis 10</b>                  |
| 15. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pateikiama kartu<br/>su pasiūlymu</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Air2Care CE EN</b>                                                                          |

|     |                                        |                            |                                       |  |
|-----|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 16. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama Lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis                 | Ne mažiau 24 mėn.          | <b>24 mėn.</b>                        |  |