

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2020 m. kovo ____ d. Nr. ____
Kaunas

Viešojo įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, juridinio asmens kodas 235042580, kurios registruota buveinė yra Pramonės pr. 33, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Mikelionio, veikiančio pagal įstatus (toliau – **Perkančioji organizacija**),
ir

UAB „Commercial transport service“, juridinio asmens kodas 302299401, kurios registruota buveinė yra Ragainės g. 2, Šilutė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Kuzminsko, veikiančio pagal įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

gavę ir aptarę informaciją, susijusią su tiekiamų prekių prigimtimi, jų tiekimo sąlygomis, prekių kaina, prekių tiekimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos Perkančiosios organizacijos apsisprendimui sudaryti sutartį,

vadovaudamiesi Perkančiosios organizacijos įgyvendinamo viešojo pirkimo (toliau – **Pirkimas**) rezultatais (pirkimo pavadinimas: „Greitosios medicinos pagalbos automobilių pirkimas“, sprendimo sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį data: 2020 m. kovo 16 d.), vykdyto vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – **VPI**), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – **CK**),

atsižvelgdami į Perkančiosios organizacijos įgyvendinamo Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas, sudarė šią viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra greitosios medicinos pagalbos automobilių pirkimas, įskaitant jų pristatymą, taip pat prekių montavimas, instaliavimas, įdiegimas ir (ar) paleidimas ir (ar) personalo apmokymas (toliau – **Prekės** arba **Prekių tiekimas**). Reikalavimai Prekėms yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

2. Perkamų Prekių sąrašas yra nurodytas Sutarties 13 punkte.

3. Prekių BVPŽ kodas – 34100000-8 Motorinės transporto priemonės.

4. Prekių pristatymo vieta – Pramonės pr. 33, Kaunas.

5. Terminas užsakymo ar užsakymų pateikimui – 30 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6. Prekių pristatymo terminas – 6 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo dienos. Į šį terminą nėra įtraukiami šie terminai: 1) terminas, skirtas perkančiajai organizacijai priimti paslaugas bei patikrinti jų atitikimą perkančiosios organizacijos nustatytiems reikalavimams (numatytas Sutarties 22 punkte) ir 2) perkančiosios organizacijos nurodytas protingas trūkumų ir (ar) pastabų, išvardintų priėmimo-perdavimo akte, pašalinimo terminas.

7. Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas, nurodytas Sutarties 6 punkte gali būti pratęstas Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo atsiranda bent viena šių sąlygų: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai įtakoja Tiekėjo prievolių įvykdymo terminą; 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms; 3) Perkančiosios organizacijos Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams; 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti

ir priskirtini Perkančiajai organizacijai arba Perkančiosios organizacijos personalui, arba tretiesiems asmenims; 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.

8. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms (pavyzdžiui, prekės tapo nebegaminamos ir tiekėjas, būdamas apdairus ir rūpestingas, iki sutarties sudarymo to negalėjo sužinoti; Prekės tapo neatitinkančios Sutartyje nustatytų Prekės keliamų reikalavimų dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių), dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 2 priede nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Perkančiajai organizacijai raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 13 punkte nurodytos Prekės kainos ir (ar) įkainio, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų Prekę. Tuo atveju, jei vertinant Tiekėjo pasiūlymą pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį buvo vertinti tik tam tikri Tiekėjo pasiūlyme nurodyto prekės modelio techniniai parametrai, kito prekės modelio šie techniniai parametrai turi būti ne blogesni nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės charakteristikos, o kiti prekės techniniai parametrai, kurie nebuvo vertinti pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, turi atitikti Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

10. Šiai Sutarčiai yra taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara, kaip tai numatyta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) (toliau – **Kainodaros taisyklės**).

11. Pradinė sutarties vertė – 620 000,00 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

12. Perkančioji organizacija neįsipareigoja sumokėti visos Sutarties vertės, numatytos šios Sutarties 11 punkte bei Tiekėjo pasiūlyme.

13. Sutarties Prekių įkainiai:

Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis (be PVM)	Taikomas PVM tarifas
1	2	3	4	5
1.	Greitosios medicinos pagalbos automobilis (neįskaitant objektų nurodytų šios lentelės 2-18 eilutėse)	vnt.	64 695,00	21
2.	Pagrindiniai neštuvai	kompl.	4 190,00	21
3.	Scoop tipo kaušiniai neštuvai	kompl.	495,00	21
4.	Minkšti transportavimo neštuvai	kompl.	195,00	21
5.	Ligonio transportavimo lenta	kompl.	695,00	21
6.	Vakuuminiai neštuvai su perkėlimo čiužiniu	kompl.	595,00	21
7.	Paciento transportavimo kėdutė	kompl.	895,00	21

8.	Ištraukimo – imobilizacijos prietaisas (Kendrikso tipo įtvaras)	kompl.	495,00	21
9.	Galūnių imobilizacijos rinkinys	kompl.	595,00	21
10.	Kramer tipo įtvarų rinkinys	kompl.	195,00	21
11.	Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis)	kompl.	795,00	21
12.	Krepšys medicinos priemonėms	kompl.	195,00	21
13.	Krepšys – kuprinė medicinos priemonėms	kompl.	295,00	21
14.	Pacientų rūšiavimo rinkinys (Triage)	kompl.	195,00	21
15.	Nešiojamoji gaivinimo sistema	kompl.	15 935,00	21
16.	Transportinis defibriliatorius-monitorius	kompl.	24 950,00	21
17.	Nešiojamoji kvėpavimo takų priežiūros sistema	kompl.	7 395,00	21
18.	Švirkštinis infuzijos siurblys	kompl.	995,00	21

14. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

15. Į Sutarties įkainius yra įskaičiuotos visos Prekių įkainio sudedamųjų dalių išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, maitinimo, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijoje (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas, sąskaitų pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis išlaidas). Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

16. Mokėjimai atliekami euraiš tokia tvarka:

16.1. Perkančioji organizacija su Tiekėju už faktiškai laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaitoma pagal Sutartyje nurodytus įkainius per 30 dienų nuo kiekvieno abiejų Sutarties šalių suderinto Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

17. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos įgaliotų atstovų; detali Prekių perdavimo-priėmimo tvarka aprašyta Sutarties 21-28 punktuose.

18. Sąskaita faktūra atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas**), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas Prekių perdavimo-priėmimo aktas be trūkumų ir pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose Prekių perdavimo-priėmimo aktuose, jei tokių buvo).

19. Perkančioji organizacija už pristatytas Prekes su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

20. Numatoma atlikti tarpinius mokėjimus. Tarpiniai mokėjimai atliekami vadovaujantis Šalių suderintais tarpiniais Prekių perdavimo-priėmimo aktais, kuriuose nurodoma faktiškai Tiekėjo patiektų Prekių dalis, ir Tiekėjo pateiktomis sąskaitomis faktūromis. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai patiektų Prekių kiekį ir jų vertę.

III SKYRIUS PREKIŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

21. Patiektų Prekių kokybė patikrinama perdavimo–priėmimo metu, Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kurį rengia Tiekėjas pagal šios Sutarties 3 priedą. Perdavimo–priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Prekių trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su tiekiamomis Prekėmis.

22. Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įsitikinusi, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti patiektas Prekes ir pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą.

23. Jeigu Perkančioji organizacija priėmimo metu turi pastabų dėl patiektų Prekių kiekio ir (ar) kokybės, ir (ar) nustatomi patiektų Prekių kokybės trūkumai, ir (ar) neatitikimai techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai ir (ar) trūkumai raštu nurodomi Prekių perdavimo-priėmimo akte ir Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas. Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Perkančiosios organizacijos Prekių perdavimo-priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat Perkančiosios organizacijos reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

24. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, Prekių perdavimo-priėmimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus ir (ar) trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Perkančiosios organizacijos nurodytą protingą terminą Prekių neatitikimus ir (ar) trūkumus, numatytus Prekių perdavimo-priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių perdavimo-priėmimo aktą.

25. Terminas, skirtas Perkančiajai organizacijai priimti Prekes bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Perkančiosios organizacijos nurodytas protingas trūkumų ir (ar) pastabų, išvardintų Prekių perdavimo-priėmimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminą, numatytą Sutarties 5 punkte.

26. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą.

27. Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Perkančiajai organizacijai nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų ir pastabų) pasirašymo momento.

28. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, jeigu rengiamas popierinis dokumentas.

IV SKYRIUS PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

29. Tiekėjas įsipareigoja:

29.1. pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, užsiregistruoti Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje, jeigu iki Sutarties pasirašymo dienos Tiekėjas šioje sistemoje nebuvo registruotas. Tiekėjas užsiregistravęs Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą,

informacinėje sistemoje informuoja Perkančiąją organizaciją per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą apie registravimosi faktą. Jei Tiekėjas neužsiregistruoja Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje, Sutartis neįsigalioja.

29.2. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

29.3. bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir (ar) kokybei;

29.4. ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Prekių pristatymo termino pabaigos, informuoti Perkančiąją organizaciją apie ketinimą pristatyti Prekes;

29.5. kartu su Prekėmis pateikti Perkančiajai organizacijai visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei tai numatyta Sutarties 1 priede);

29.6. priimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

29.7. perleisti Perkančiajai organizacijai nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo;

29.8. užtikrinti iš Perkančiosios organizacijos Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

29.9. nenaudoti Perkančiosios organizacijos Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo;

29.10. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Prekes tiekų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo ar subtiekejo (-ų) (jei taikoma) specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingą norint kokybiškai ir laiku tiekti Prekes;

29.11. Perkančiajai organizacijai raštu paprašius, grąžinti visus iš Perkančiosios organizacijos gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

29.12. remtis subtiekejais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: **subtiekejai nepasitelkiami**; taip pat tais subtiekejais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

29.13. remtis specialistais, kurie nurodyti Pasiūlyme bei tais, kurie papildomai įtraukti Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

29.14. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Nauji subtiekejai pasitelkiami arba esami subtiekejai keičiami Sutarties 49-54 punktuose nustatyta tvarka.

29.15. Perkančiajai organizacijai nurodžius patiektų Prekių trūkumus, neatitikimus ir (ar) pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Perkančiosios organizacijos nurodytą protingą terminą;

29.16. savo sąskaita per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Perkančiosios organizacijos reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

29.17. vykdant Sutartį, sąskaitą faktūrą atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą teikti Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią sąskaitą faktūrą teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

29.18. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Perkančiosios organizacijos vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Perkančioji organizacija prašo paaiškinti;

29.19. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

30. Tiekėjas turi teisę:

30.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

30.2. jei Perkančioji organizacija naudoja Sutarties 32.3 punkte įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejams;

30.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

31. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

31.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

31.2. nuo Prekių pristatymo į Sutarties 4 punkte nustatytą vietą iki Prekių perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų ir pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Perkančioji organizacija įpareigoja Tiekėją atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

31.3. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

31.4. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei tokie buvo keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekjų;

31.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

31.6. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 29.14 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybę, raštu pateikia prašymą Perkančiajai organizacijai per 3 darbo dienas.

32. Perkančioji organizacija turi teisę:

32.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir (ar) neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

32.2. tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti tinkamą VPI 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekejū;

32.3. tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Perkančioji organizacija, Tiekėjas ir jo subtiekėjas (-ai).

32.4. Perkančioji organizacija turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

33. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Šios Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 procentai nuo Sutartyje numatytos Pradinės sutarties vertės.

34. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Perkančioji organizacija įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Perkančiajai organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, prisiima atsakomybę ir dėl gamintojo kaltės atsiradusių šios Sutarties pažeidimų.

35. Tiekėjas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, turi pateikti Perkančiajai organizacijai Sutarties 33 punkte nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

36. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti:

36.1. jeigu Sutarties terminas yra mažesnis kaip 1 metai, iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo pabaigos;

36.2. jeigu Sutarties terminas yra ne mažesnis kaip 1 metai, tai Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduodamas ne mažiau kaip 1 metams ir turi būti pratęsiamas kiekvienais metais ir galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties pasibaigimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi apimti visą sutarties galiojimo laikotarpį ir naujas sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Pirkėjui likus ne mažiau kaip 3 darbo dienos iki ankstesnio sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos.

37. Jei Tiekėjas nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutarties 35 punkte numatytą terminą, Sutartis neįsigalioja.

38. Pratęsus Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Tiekėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

39. Jei Sutartyje numatytas Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dalimis, pasirašius tarpinį Prekių perdavimo-priėmimo aktą, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama proporcingai Tiekėjo įvykdytų įsipareigojimų daliai.

40. Jei Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir Perkančioji organizacija Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, bet Sutartis nėra nutraukiama, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai Perkančioji organizacija raštu informuoja Tiekėją, kad pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šios Sutarties sąlygas ir kurio vertė būtų ne mažesnė nei Sutarties 33 punkte numatyta vertė, o tuo atveju, jei buvo taikytas Sutarties 39 punktas – ne mažesnė nei likusi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalis.

41. Jeigu Tiekėjas tinkamai ir laiku įvykdo sutartinius įsipareigojimus, Perkančioji organizacija Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

VI SKYRIUS

PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

42. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų ir (ar) defektų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

43. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Perkančiosios organizacijos nuosavybės dienos (t. y. Prekių perdavimo-priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos.

44. Minimalūs garantinių įsipareigojimų terminai yra nustatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Jei garantinių įsipareigojimų terminai nėra nurodyti Sutarties 1 priede, Prekėms taikytini minimalūs garantiniai terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Jeigu Tiekėjas pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodė ilgesnius nei Sutarties 1 priede nurodytus garantinių įsipareigojimų terminus, tai garantinis terminas taikomas toks, koks jis nurodytas Sutarties 2 priede.

45. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės.

46. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Perkančioji organizacija raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

46.1. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, pašalinti defektą ir (ar) gedimą;

46.2. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

47. Jei Tiekėjas per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, nepašalina defekto ir (ar) gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Perkančioji organizacija turi teisę:

47.1. arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą ir (ar) gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita;

47.2. arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos raštu nurodytą terminą grąžintų Perkančiajai organizacijai už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Perkančiosios organizacijos turėtus nuostolius.

48. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Perkančioji organizacija gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Perkančioji organizacija kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

VII SKYRIUS

SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

49. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Prekių specifiką.

50. Tiekėjas negali keisti Sutarties 29.12 ir 29.13 punktuose nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) ir (ar) Pasiūlyme nurodyto (-ų) specialisto (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) ir (ar) specialistas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne mažesnę patirtį nei tas specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinta ekonominio naudingumo vertinimo metu ir ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat

užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekęjas (-ai) ir (ar) specialistas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

50.1. kai subtiekęjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

50.2. kai subtiekęjas (-ai) ir (ar) specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekęjui ir (ar) specialistui atsisakius vykdyti Sutartį, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

51. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekęją (-us) ir (ar) specialistą (-us), turi raštu informuoti Perkančiąją organizaciją prieš 3 darbo dienas ir gauti Perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą. Perkančiajai organizacijai sutikus su subtiekęjo (-ų) ir (ar) specialisto (-ų) pakeitimu, Perkančioji organizacija su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekęjo (ų) ir (ar) specialisto (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

52. Jeigu Perkančioji organizacija yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo paskirtu specialistu (-ais), Tiekėjas Perkančiosios organizacijos raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is). Keičiamas (-i) asmuo (-enys) turi ne mažesnę patirtį nei tas specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinta ekonominio naudingumo vertinimo metu ir ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikiami specialisto (-ų) kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

53. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekęjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Perkančiąją organizaciją bei kartu su informacija apie naujus subtiekęjus pateikti ir subtiekęjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

54. Subtiekęjo (-ų) ir (ar) specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

55. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

56. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Perkančiosios organizacijos kaltės, Tiekėjo pareikalavimu Perkančioji organizacija privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

57. Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Perkančioji organizacija be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. Pradinės sutarties vertės.

58. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. Pradinės sutarties vertės, Perkančioji organizacija, prieš tai raštu įspėjusi Tiekėją:

58.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų ir (arba);

58.2. reikalauja sumokėti baudą arba pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu ir (arba);

58.3. nutraukia Sutartį.

59. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IX SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

60. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos CK 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

61. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

62. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X SKYRIUS KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

63. Perkančioji organizacija Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar šio Sutarties pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia viešai.

64. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu.

XI SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

65. Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina suprantančios, kad vykdant Sutartį yra tvarkomi asmens duomenys.

66. Šalys įsipareigoja:

66.1. Laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

66.2. bendradarbiaujant tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

66.3. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą;

66.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis;

66.5. tinkamai informuoti fizinius asmenis (savo darbuotojus), kuriuos Šalys pasitelkia Sutarčiai vykdyti, kad jų asmens duomenys gali būti perduoti kitai Šaliai ir gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Fiziniai asmenys turi būti informuojami iki jų pasitelkimo Sutarties vykdymui arba iki jų duomenų perdavimo kitai Šaliai momento.

XII SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS

67. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

68. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

69. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

70. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

71. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus peržiūrimi tokiomis sąlygomis:

71.1. Pirmas perskaičiavimas vykdomas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo;

71.2. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių laikotarpį;

71.3. Perskaičiavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 12 mėnesio dieną) arba praėjus 12 mėnesių (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 12 mėnesio dieną) nuo paskutinio perskaičiavimo dienos, esant toliau nustatytiems aplinkybėms:

71.3.1. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis Metiniai vartotojų kainų pokyčiai (metinė infliacija) siekia ne mažiau kaip 5 procentus arba Metiniai vartotojų kainų pokyčiai (metinė infliacija) siekia mažiau kaip -5 procentus (t.y. įvyksta nurodyto procento defliacija) (duomenų šaltinis <http://www.stat.gov.lt>);

71.3.2. įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis informuoja kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti įkainius;

72. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$I_N = I_S \cdot \frac{(100+I)}{100}, \text{ kur}$$

I_N – Perskaičiuotas įkainis, Eur/vnt.

I_S – Iki perskaičiavimo taikomas įkainis, Eur/vnt.

I – Metinis vartotojų kainų pokytis (metinė infliacija), %

73. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo pasirašymo dienos, jei susitarime nenumatyta kitaip.

74. Perkančioji organizacija už pirkimo objektą užsakytą iki susitarimo pasirašymo dienos sumoka Tiekėjui taikant užsakymo metu galiojusiais įkainiais.

75. Perkančioji organizacija už pirkimo objektą užsakytą po perskaičiuotų įkainių įsigaliojimo dienos, sumoka taikant įkainius po perskaičiavimo.

76. Atlikus įkainių perskaičiavimą, vadovaujantis Kainodaros taisyklių 23 punkte numatyta tvarka patikslinama Pradinė Sutarties vertė.

XIII SKYRIUS

SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

77. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (ar) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Perkančiajai organizacijai būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės vėluoja kitos Perkančiosios organizacijos pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuri kita Perkančioji organizacija), Perkančioji organizacija turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

78. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

79. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 dienų, praėjus 60 dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Perkančiosios organizacijos pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 dienų arba nutraukti Sutartį.

80. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

81. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

82. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 80 ir 81 punktuose nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo įtakojama.

83. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

XIV SKYRIUS SUTARTIES PAŽEIDIMAS

84. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

85. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

85.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

85.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

85.3. reikalauti sumokėti Sutarties 56 ir 57 punktuose nustatytus delspinigius;

85.4. reikalauti sumokėti Sutarties 33-41 punktuose nustatytą baudą arba pasinaudoti kita Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemone;

85.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;

85.6. nutraukti Sutartį;

85.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

86. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo.

87. Tiekėjas turi nedelsiant pranešti Perkančiajai organizacijai apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

88. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

88.1. Sutarties dalykas, įskaitant Prekių modelius;

88.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

88.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

88.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

88.5. subtiektėjo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka;

88.6. reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu (pavyzdžiui, pratęsus Prekių tiekimo terminą, nepateikiamas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas);

88.7. Sutarties įvykdymo sąlygos ir (ar) aplinkybės už kuriuos Tiekėjui pasiūlymo vertinimo buvo skiriami balai.

89. Sutarties 88 punkte numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

XV SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

90. Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje numatytais atvejais.

91. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

92. Perkančioji organizacija, įspėjusi Tiekėją prieš 14 dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

92.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

92.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Perkančiosios organizacijos nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

92.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Perkančiosios organizacijos žinios;

92.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

92.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

92.6. kai Perkančioji organizacija šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

92.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.

93. Tiekėjas, prieš 14 dienų įspėjęs Perkančiąją organizaciją, gali nutraukti sutartį, jei:

93.1. Perkančioji organizacija dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

94. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Perkančioji organizacija sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

95. Perkančioji organizacija po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Perkančiajai organizacijai ir Perkančiosios organizacijos skolą Tiekėjui.

96. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

97. Jei Sutartis nutraukiama Perkančiosios organizacijos iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Perkančiosios organizacijos patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš

Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Perkančioji organizacija įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties 33-41 punktuose.

XVI SKYRIUS GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

98. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

99. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XVII SKYRIUS ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

100. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Perkančiosios organizacijos atstovas	Tiekėjo atstovas
1	2	3
Vardas ir pavardė		
Adresas		
Telefono numeris		
El. pašto adresas		
Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos Elektroninio pristatymo dėžutė	235042580	302299401

101. Perkančiosios organizacijos vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą –

102. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

103. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

104. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, jeigu rengiamas popierinis dokumentas.

105. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

105.1. Sutarties 1 priedas „Prekių techninė specifikacija“;

105.2. Sutarties 2 priedas „Tiekėjo pasiūlymas“;

105.3. Sutarties 3 priedas „Prekių perdavimo-priėmimo aktų formos“.

Perkančioji organizacija

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios
pagalbos stotis

Pramonės pr. 33, Kaunas

Juridinio asmens kodas 235042580

Nėra PVM mokėtojas

Tel. (8 37) 408679

El. paštas kaunogmp@greitojipagalba.lt

Direktorius

Nerijus Mikelionis

Tiekėjas

UAB „Commercial transport service“

Ragainės g. 2, Šilutė

Juridinio asmens kodas 302299401

PVM mokėtojo kodas LT100004514313

Tel. 8 614 85286

El. paštas info@cts.lt

Direktorius

Vaidotas Kuzminskas

(parašas)

(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija šio pirkimo metu įsigys automobilius su papildoma medicinine įranga (preliminarus kiekis – 5 vnt., kuris negali būti laikomas nei maksimaliu kiekiu, nei minimaliu kiekiu).

Ši techninė specifikacija sudaryta pagal LST EN 1789 standarto nuostatas, norimą rezultatą ir nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Greitosios medicinos pagalbos automobilis bus skirtas pacientams pervežti ir atlikti jų pirminę priežiūrą bei juos stebėti. Tiekėjo siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus, atitikimas standartui LST EN 1789 arba EN 1789 yra rekomenduotinas, bet ne privalomas, išskyrus reikalavimą nurodyta standarto LST EN 1789 4.5.9 ir 5.4 punktuose kuris yra privalomas.

Dėl Perdirbto automobilio atitikties standarto LST EN 1789 4.5.9 ir 5.4 punktuose nustatytiems reikalavimams tiekėjas pagrindžiančius dokumentus (bandymo protokolus) Perkančiajai organizacijai turės pateikti užsakyto Automobilio perdavimo-priėmimo metu.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai sistemoms ir jų elementams. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti aukščiau nurodyto kiekio automobilių. Automobiliai bus užsakomi atskirais užsakymais, pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.

II SKYRIUS PIRMA PIRKIMO DALIS AUTOMOBILIS SU PAPILDOMA MEDICININE ĮRANGA

1. Perkančioji organizacija perka B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilį (toliau šiame skyriuje – Automobilis), kuris turi atitikti funkcinius ir įrengimo minimalius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje. Automobilis skirtas pacientams pervežti ir atlikti jų pirminę priežiūrą bei juos stebėti.

2. Automobilį sudaro Vairuotojo skyrius, Paciento skyrius, Įrangos skyrius.

3. Šioje Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

3.1. Bazinis Automobilis – automobilis, kurį pagamina gamintojas serijinės gamybos būdu.

3.2. Perdirbtas Automobilis – Automobilis, kuri pagamina (perdirba) antros eilės gamintojas iš Bazinio Automobilio pagal Perkančiosios organizacijos nurodymus.

4. Antros eilės gamintojas Bazinio Automobilio gamybos (perdirbimo metu) Baziniame automobilyje turi įrengti (jeigu tai nėra įrengta Baziniame automobilyje) šiuos elementus arba atlikti nurodytus pakeitimus:

4.1. Nudažyti automobilį balta spalva

4.2. Įrengti slankiojančias duris Paciento skyriaus dešinėje pusėje su langu.

4.3. Įrengti slankiojančias durys Paciento skyriaus kairėje pusėje be lango.

4.4. Įrengti galines dvivėres duris, atsidarančias ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu su langais.

4.5. Įrengti elektra valdomą laiptelį (žr. reikalavimus).

- 4.6. Įrengti Paciento skyrių Automobilyje (žr. reikalavimus).
- 4.7. Įrengti Įrangos skyrių (žr. reikalavimus)
- 4.8. Įrengti Pagrindinį AGM akumuliatorių (žr. reikalavimus)
- 4.9. Įrengti Papildomą AGM akumuliatorių (žr. reikalavimus)
- 4.10. Įrengti Generatorių (žr. reikalavimus)
- 4.11. Įrengti Akumuliatorių pakrovėją (žr. reikalavimus)
- 4.12. Įrengti Apšvietimo lempuotę su lanksčia jungtimi (žr. reikalavimus)
- 4.13. Įrengti Automobilio Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemą, kurią sudaro a) oro kondicionierius (žr. reikalavimus), b) oro kondicionieriaus valdymo skydelis su monitoriumi, c) autonominis aušinimo skysčio šildytuvas (žr. reikalavimus), d) oro šildytuvas veikiantis nuo aušinimo skysčio (žr. reikalavimus), e) 220 V AC įtampos šildytuvas (žr. reikalavimus), f) ištraukiamoji ventiliacija (žr. reikalavimus).
- 4.14. Įrengti Automobilio papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistemą (žr. reikalavimus).
- 4.15. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje 12 V DC lizdus (žr. reikalavimus).
- 4.16. Įrengti Automobilio išorėje 220 V AC 20 A rozetę (žr. reikalavimus).
- 4.17. Automobilį sukomplektuoti su 220 V AC išorinio pajungimo kabeliu (žr. reikalavimus).
- 4.18. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje 220 V AC rozetes (žr. reikalavimus).
- 4.19. Įrengti Sinusinės srovės 12 V DC - 220 V AC įtampos keitiklį (žr. reikalavimus).
- 4.20. Įrengti LED švyturėlių juostą ant Automobilio stogo priekinės dalies (žr. reikalavimus)
- 4.21. Įrengti LED švyturėlių juostą ant Automobilio stogo galinės dalies (žr. reikalavimus)
- 4.22. Įrengti LED švyturėlius (žr. reikalavimus).
- 4.23. Įrengti Garsiakalbius (žr. reikalavimus).
- 4.24. Įrengti Sirenos stiprintuvą (žr. reikalavimus)
- 4.25. Įrengti Automobilio Vairuotojo skyriuje vietą radijo ryšio įrangos pajungimui (žr. reikalavimus)
- 4.26. Apipavidalinti Automobilio Paciento skyriuje esančius langus (žr. reikalavimus)
- 4.27. Apipavidalinti Automobilį (žr. reikalavimus)
- 4.28. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje LED lempas (žr. reikalavimus)
- 4.29. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje taškinis LED žibintus (žr. reikalavimus)
- 4.30. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje M1 klasės (A tipo) sėdynę (žr. reikalavimus)
- 4.31. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje M1 klasės (B tipo) sėdynes (žr. reikalavimus)
- 4.32. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje A tipo spinteles (žr. reikalavimus)
- 4.33. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje B tipo spinteles (žr. reikalavimus)
- 4.34. Įrengti Automobilio Paciento skyriaus Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemą (žr. reikalavimus)
- 4.35. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Pasilaikymo turėklą (žr. reikalavimus).
- 4.36. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Lašinės sistemos laikiklius (žr. reikalavimus).
- 4.37. Įrengti Automobilyje Centrinę deguonies sistemą (žr. reikalavimus)
- 4.38. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Universalią modulinę sistemą (žr. reikalavimus)
- 4.39. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Stacionarų integruotą infuzinių skysčių šildytuvą (žr. reikalavimus)
- 4.40. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Neštuvų platformą (žr. reikalavimus)
- 4.41. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Pagrindinius neštuvus (žr. reikalavimus)

- 4.42. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Scoop tipo kaušinius neštuvus (žr. reikalavimus)
- 4.43. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Minkštus transportavimo neštuvus (žr. reikalavimus)
- 4.44. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Ligonio transportavimo lentą (žr. reikalavimus)
- 4.45. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Vakuuminius neštuvus su perkėlimo čiužiniu (žr. reikalavimus).
- 4.46. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Paciento transportavimo kėdutę (žr. reikalavimus)
- 4.47. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Ištraukimo – imobilizacijos prietaisą (Kendrikso tipo įtvarą) (žr. reikalavimus)
- 4.48. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Galūnių imobilizacijos rinkinį (žr. reikalavimus).
- 4.49. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Kramer tipo įtvarų rinkinį (žr. reikalavimus).
- 4.50. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Gleivių (skysčių) siurbėją (elektrinį) (žr. reikalavimus)
- 4.51. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Krepšį medicinos priemonėms (žr. reikalavimus).
- 4.52. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Krepšys – kuprinę medicinos priemonėms (žr. reikalavimus)
- 4.53. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Pacientų rūšiavimo rinkinį (Triage) (žr. reikalavimus)
- 4.54. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Nešiojamąją gaivinimo sistemą (žr. reikalavimus)
- 4.55. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Transportinį defibriliatorių-monitorių (žr. reikalavimus).
- 4.56. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Nešiojamoji kvėpavimo takų priežiūros sistemą (žr. reikalavimus).
- 4.57. Įrengti Automobilio Paciento skyriuje Švirkštinį infuzijos siurbį (žr. reikalavimus).

5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Perdirbtas automobilis, Perdirbtame automobilyje įrengta įranga ir įrengti tvirtinimai tenkina LST EN 1789 standarto arba EN 1789 standarto arba lygiavertčio standarto reikalavimus, įskaitant reikalavimus nurodytus šiuose standartuose 10 G pagreičiui.

6. Prieš pradėdamas Bazinio automobilio perdirbimą Tiekėjas turės išsiaiškinti Perkančiosios organizacijos poreikius ir atsižvelgdamas į poreikių tyrimo metu nustatytus pageidavimus Tiekėjas turės parengti Automobilio brėžinius, kuriuose detalai būtų nurodyta visas perkamas objektas. Tiekėjas savo sprendinius Perkančiajai organizacijai turės paaiškinti raštu ir žodžiu. Tik kai Perkančioji organizacija nurodys, kad Tiekėjo siūlomi sprendiniai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius, Tiekėjas galės pradėti Bazinio automobilių perdirbimą.

PIRMAS SKIRSNIS BAZINIS AUTOMOBILIS

1. Minimalūs reikalavimai baziniam Automobiliui

Bendri

1. Bazinis Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas.
2. Bazinio Automobilio pagaminimo metai: 2020 arba vėlesni.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Bendra Bazinio Automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg.

2. Minimalūs reikalavimai Automobilio išoriniams matmenims**Bendri**

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Automobilio ilgis ne daugiau kaip 6100 mm.
2. Automobilio plotis (neįskaitant išorinių veidrodėlių) ne daugiau kaip 2200 mm.
3. Automobilio aukštis su švyturėliais – ne daugiau kaip 2900 mm.
4. Automobilio ratų bazė ne mažesnė kaip 3400 mm ir ne didesnė kaip 3700 mm.

3. Minimalūs reikalavimai Automobilio varikliui**Bendri**

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Dyzelinis variklis.
2. Variklio gamyklinė galia ne mažesnė kaip 130 kW.
3. Automobilis turi tenkinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimus, nustatytus Euro 6 standarte.

4. Minimalūs reikalavimai Automobilio degalų bakui**Bendri**

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Degalų bako talpa ne mažiau kaip 70 litrų.

5. Minimalūs reikalavimai Automobilio transmisijai ir pakabai**Bendri**

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Mechaninė (rankinio perjungimo) pavarų dėžė, turinti ne mažiau kaip 7 pavaras, iš kurių ne mažiau kaip 1 pavara yra atbulinės eigos.
2. Visi varantys ratai (4x4)

6. Minimalūs reikalavimai Automobilio saugumui ir komfortui**Bendri**

1. Elektrinis vairuotojo kabinos oro šildytuvas nuo 12 V įtampos turi būti suprogramuotas taip, kad pūstų orą per Automobilio priekinius ortakius. Elektrinis vairuotojo kabinos oro šildytuvas automatiškai turi įsijungti kai išorės oro temperatūra yra ne didesnė kaip 5 °C (galima paklaida 2 °C), esant įjungtam Automobilio varikliui ir kai aušinimo skysčio temperatūra yra ne didesnė kaip 80 °C.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu (ABS).
2. Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema (ESP su ASC).
3. Diskiniai priekiniai ir galiniai ratų stabdžiai.

4. Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.
5. Priekiniai rŭko ųibintai.
6. Dienos ųviesos.
7. Priekinių ųibintų apiplovimo sistema.
8. Langų apiplovimo skysčio lygio indikacija.
9. Reguliuojama vairo kolonėlė.
10. Apsaugos sistema – autosignalizacija.
11. Gamyklinis visų durų centrinis uųraktas, valdomas nuotoliniu būdu.
12. Automobilyje yra integruota: gamyklinis radijas su ne mažesniu kaip 7 colių spalvotu monitoriumi, USB jungtis, gamyklinio radijo valdymas mygtukais nuo vairo, Bluetooth, nemaųiau 2 garsiakalbiai automobilio salono priekyje.
13. Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje.
14. Elektrinis vairuotojo kabinos oro ųildytuvas nuo 220 V, kurio galia ne maųiau kaip 1200 W
15. Elektrinis vairuotojo kabinos oro ųildytuvas nuo 12 V, kurio galia ne maųiau kaip 1400 W

7. Minimalūs reikalavimai Automobilio įrangai

Bendri

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Elektra valdomi ųoniniai langai vairuotojo kabinoje.
2. Elektra valdomi ir ųildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.
3. Apųvietimo lempuė vairuotojui.
4. Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti.
5. Normalaus dydųio atsarginis ratas.
6. Purvasaugiai uų priekinių ratų ir uų galinių ratų.
7. Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvaųiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.
8. Metalinė variklio karterio apsauga.
9. Borto kompiuteris, nurodantis momentines, vidutines kuro ųanaudas, išorės temperatūrą.
10. Variklio alyvos temperatūros nurodymas laipsniais.
11. Galinio vaizdo kamera.

8. Minimalūs reikalavimai vairuotojo ir keleivio sėdynei

Bendri

1. Vairuotojo sėdynė turi būti patogi.
2. Keleivio sėdynė turi būti patogi.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Vairuotojo sėdynė turi ųias funkcijas: galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį, galimybė reguliuoti sėdynės aukštį, galimybė reguliuoti sėdynės nugaros atramos išlinkį.
2. Vairuotojo sėdynė yra prisitaikanti prie vairuotojo svorio ir vaųiuojant suųvelnina ir (ar) absorbuoja vibracijas kylančias dėl kelio nelygumų, turi svyravimų slopinimo funkciją.
3. Keleivio sėdynė turi ųias funkcijas: galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį, galimybė reguliuoti sėdynės nugaros atramos išlinkį.
4. Keleivio sėdynė yra prisitaikanti prie keleivio svorio ir vaųiuojant suųvelnina ir (ar) absorbuoja vibracijas kylančias dėl kelio nelygumų, turi svyravimų slopinimo funkciją.

ANTRAS SKIRSNIS BAZINIO AUTOMOBILIO PERDIRBIMAS

9. Minimalūs reikalavimai elektra valdomam laipteliui

Bendri

1. Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas elektra valdomas laiptelis. Esant ištrauktam laipteliui turi būti vizualinė ir garsinė indikacija vairuotojo kabinoje.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

10. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriui

Bendri

1. Vairuotojo skyrius nuo Paciento skyriaus turi būti atskirtas pertvara su praėjimu, uždaromu stumdomomis durimis su langu. Durys turi būti apsaugotos nuo savaiminio atsidarymo.

2. Paciento skyriaus šoninės sienos turi būti padengtos elementais iš specialaus plastiko ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.

3. Paciento skyriaus kairė siena ir dešinė siena turi būti sustiprinta aliuminio bėgeliais, pritaikant medicinines aparatūros tvirtinimui.

4. Paciento skyriaus grindys turi būti neslidžios, atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms, pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindu.

5. Visi Paciento skyriaus grindų sujungimai turi būti lygūs ir hermetiški.

6. Paciento skyriuje turi būti įrengta šilumos ir garso izoliacija tarp kėbulo ir sienų, lubų, durų.

7. Paciento skyriuje turi būti paruošta vieta ir priemonės 3 l deguonies baliono talpinimui ir tvirtinimui.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros ne mažesnis kaip 3000 mm.

2. Paciento skyriaus plotis ne mažesnis kaip 1700 mm (plačiausioje vietoje).

3. Paciento skyriaus aukštis ne mažesnis kaip 1800 mm (aukščiausioje vietoje).

4. Galinių durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1500 mm (plačiausioje vietoje).

5. Galinių durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje).

6. Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1200 mm (plačiausioje vietoje).

7. Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje).

11. Minimalūs reikalavimai Įrangos skyriui

Bendri

1. Įrangos skyrius įrengiamas Automobilyje už kairės pusės slankiojančių durų.

2. Įrangos skyrius turi būti atskirtas nuo paciento skyriaus.

3. Įrangos skyriuje turi būti paruošta vieta ir priemonės dviejų 10 l deguonies balionų ir medicininių priemonių talpinimui ir tvirtinimui.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

12. Minimalūs reikalavimai Pagrindiniam AGM akumuliatoriui

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Pagrindinis 12 V DC AGM (angl. Absorbent Glass Mat) akumuliatorius ne mažiau 90 Ah / 500A.

13. Minimalūs reikalavimai Papildomam AGM akumuliatoriui**Bendri**

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Papildomas 12 V DC AGM akumuliatorius ne mažiau 90 Ah / 500A.

14. Minimalūs reikalavimai Generatoriui**Bendri**

1. Generatorius turi būti paruoštas taip, kad krautų Pagrindinį AGM akumuliatorių ir Papildomą AGM akumuliatorių.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Generatorius turi būti ne mažiau kaip 250 A galios.

15. Minimalūs reikalavimai Akumuliatorių pakrovėjui**Bendri**

1. Akumuliatorių pakrovėjas nuo 220 V turi krauti Pagrindinį AGM akumuliatorių ir Papildomą AGM akumuliatorių

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Akumuliatorių pakrovėjas nuo 220 V turi būti ne mažiau kaip 25+25 A galios veikiantis nuo 220 V AC įtampos ir tinkantis AGM, GEL tipo baterijoms.
2. Akumuliatorių pakrovėjas turi automatinę apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo.

16. Minimalūs reikalavimai Apšvietimo lemputei su lanksčia jungtimi**Bendri**

1. Apšvietimo lempučių su lanksčia jungtimi montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Apšvietimo lempučių lanksti jungtis turi būti ne trumpesnė kaip 300 mm ir ne ilgesnė kaip 400 mm.

17. Minimalūs reikalavimai Oro kondicionieriui**Bendri**

1. Oro kondicionierius įrengiamas Automobilio Paciento skyriuje ir jis yra Automobilio Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Oro kondicionierius turi būti ne mažesnio kaip 8 kW galingumo.

18. Minimalūs reikalavimai Autonominiam aušinimo skysčio šildytuvui**Bendri**

1. Autonominis aušinimo skysčio šildytuvas įrengiamas Automobilyje ir jis yra Automobilio Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.
2. Turi būti programuojamas.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Autonominis aušinimo skysčio šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo.

19. Minimalūs reikalavimai Oro šildytuvui veikiančiam nuo aušinimo skysčio Bendri

1. Oro šildytuvas veikiantis nuo aušinimo skysčio įrengiamas Automobilyje ir jis yra Automobilio Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Oro šildytuvas veikiantis nuo aušinimo skysčio turi būti ne mažesnio kaip 6 kW galingumo.

20. Minimalūs reikalavimai 220 V AC įtampos šildytuvui

Bendri

1. 220 V AC įtampos šildytuvas įrengiamas Automobilio Paciento skyriuje ir jis yra Automobilio Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. 220 V AC įtampos šildytuvas turi būti skirtas dirbti nuo 220 V AC įtampos tinklo.
2. 220 V AC įtampos šildytuvas turi būti skirtas transporto priemonėms.
3. 220 V AC įtampos šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 2 kW galingumo.

21. Minimalūs reikalavimai Ištraukiamajai ventiliacijai

Bendri

1. Ištraukiamoji ventiliacija įrengiama Automobilyje ir ji yra Automobilio Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.
2. Ištraukiamoji ventiliacija turi būti dvikryptė (oro padavimas ir oro ištraukimas).

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Ištraukiamosios ventiliacijos galingumas turi būti ne mažesnis kaip 500 m³/h.

22. Minimalūs reikalavimai Automobilio papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistemai

Bendri

1. Automobilyje tiekėjas turės papildomai įrengti skaitmeninę papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistemą, susidedančią iš a) kontrolinio valdymo bloko, b) dviejų lietimui jautrių valdymo monitorių, c) sirenos stiprintuvo.

2. Automobilio vairuotojo skyriuje tiekėjas turės įrengti pirmą valdymo monitorių su lietimui jautriu ekranu, kuriame turės būti realizuotos šios funkcijos:

- a) švyturėlių įjungimas su sirena, be sirenos;
- b) paciento skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėty: normalus ir mažai intensyvus;
- c) perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės;
- d) naktinio apšvietimo valdymas;
- e) automatinis klimato valdymas su galimybe pereiti į rankinį režimą;
- f) paciento skyriaus ir lauko temperatūros indikacija;
- g) ištraukiamosios ventiliacijos valdymas, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą ir kryptį;

h) automatiškai keičia ekrano apšvietimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir yra galimybė apšvietimą reguliuoti rankiniu būdu;

i) laikrodžio su valandomis, sekundėmis indikacija;

j) prie sistemos yra prijungiamas papildomas paprastas mygtukas su LED indikacija, skirtas skubiai ir tiesiogiai įjungti švyturėlius, nesinaudojant liečiamuoju ekranu – galima įjungti švyturėlius su sirena arba be sirenos;

k) Pagrindinio AGM akumuliatoriaus ir Papildomo AGM akumuliatoriaus baterijų įtampų indikacija.

3. Automobilio paciento skyriuje prie priekinės sėdynės kairėje pusėje tiekėjas turės įrengti antrą valdymo monitorių su lietimui jautriu ekranu, kuriame turės būti realizuotos šios funkcijos:

a) paciento skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėtys: normalus ir mažai intensyvus;

b) naktinio apšvietimo valdymas;

c) perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės;

d) automatinis klimato valdymas su galimybe pereiti į rankinį režimą;

e) paciento skyriaus temperatūros indikacija;

f) ištraukiamosios ventiliacijos valdymas, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą ir kryptį;

g) infuzinių skysčių temperatūros valdymas ir pasirinktos temperatūros nustatymas;

h) automatiškai keičia ekrano apšvietimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir galimybė apšvietimą reguliuoti rankiniu būdu;

i) laikrodžio su valandomis, sekundėmis indikacija.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

23. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus 12 V DC lizdams

Bendri

1. 12 V DC lizdai yra skirti medicininėms reikmėms.

2. 12 V DC lizdai komplektuojami kartu su lizdų jungtimis (jungties antgaliais).

3. Kiekis – 5 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Lizdai turi būti 12 V DC įtampos.

2. Lizdo komutuojama srovė ne mažiau 16 A.

3. Lizdas dviejų kontaktų su dangteliu.

4. Lizdų atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IP34.

24. Minimalūs reikalavimai Automobilio išorėje įrengiamai 220 V AC 20 A rozetei

Bendri

1. Automobilio išorėje turi būti įrengtas išorinis kištukinis lizdas su dangteliu (toliau šio objekto aprašyme – Rozetė) ir LED indikacija. Įjungus degimą – išorinio pajungimo kabelis automatiškai išstumiamas arba „iššaunamas“ iš lizdo.

2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Rozetė turi būti 220 V AC įtampos 20 A galios.

2. Rozetė turi nerūdijančio plieno dangtelį.

3. Rozetė turi LED indikaciją.

25. Minimalūs reikalavimai 220 V AC išorinio pajungimo kabeliui

Bendri

1. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. 220 V AC išorinio pajungimo kabelis turi būti ne trumpesnis kaip 10 m.

26. Minimalūs reikalavimai 220 V AC rozetėms

Bendri

1. 220 V AC rozetės su dangteliu yra skirtos Paciento skyriaus medicininei įrangai. Rozečių vietos Automobilio įrengimo metu tikslinamos ir derinamos su Perkančiąja organizacija.
2. Kiekviena 220 V AC rozetė turi būti įrengta taip, kad prie jos būtų galima prijungti 1 000 W galios elektros prietaisus.
3. Prie visų 220 V AC rozečių vienu metu prijungiamų elektros prietaisų galia 1 000 W.
4. Kiekis – ne mažiau kaip 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Rozetė turi būti 220 V AC įtampos.

27. Minimalūs reikalavimai Sinusinės srovės 12 V DC - 220 V AC įtampos keitikliui

Bendri

1. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Sinusinės srovės 12 V DC – 220 V AC įtampos keitiklio (keičiančio srovę iš 12 V DC į 220 V AC) nominali galia ne mažesnė kaip 1000 W.

28. Minimalūs reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Automobilio stogo priekinės dalies

Bendri

1. LED švyturėlių juosta įrengiama ant Automobilio stogo priekinės dalies.
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. LED švyturėlių juostos profilio aukštis su tvirtinimo kronšteinais turi būti ne daugiau kaip 100 mm.
2. LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1550 mm.
3. LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 90 LED diodų su optika.
4. LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu.
5. LED švyturėlių juostos kairėje ir dešinėje pusėje turi būti įrengtos perimetro apšvietimo LED šviesos.
6. LED švyturėlių juostoje turi būti mėlynos LED kruizo šviesos.

29. Minimalūs reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Automobilio stogo galinės dalies

Bendri

1. LED švyturėlių juosta įrengiama ant Automobilio stogo galinės dalies.
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. LED švyturėlių juostos profilio aukštis su tvirtinimo kronšteinais turi būti daugiau kaip 100 mm.
2. LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 90 LED diodų su optika

3. LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu.
4. LED švyturėlių juostoje turi būti įrengtos perimetro apšvietimo LED šviesos juostos kairėje pusėje, dešinėje pusėje ir gale (galinių durų darbo zonoje).
5. LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1550 mm.

30. Minimalūs reikalavimai LED švyturėliams

Bendri

1. Automobilio priekinėse grotelėse turi būti įrengti mėlyni mirksintys LED švyturėliai.
2. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Kiekvienas LED švyturėlis turi ne mažiau kaip 6 LED diodus su optika.

31. Minimalūs reikalavimai Garsiakalbiams

Bendri

1. Automobilio priekyje po priekinėmis ventiliacijos grotelėmis turi būti integruoti garsiakalbiai ne žemiau kaip 700 mm nuo žemės paviršiaus.
2. Garsiakalbiai turi būti įrengti taip, kad jie būtų apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į garsiakalbį.
3. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Garsiakalbis turi būti ne mažesnės kaip 100 W galios.
2. Garsiakalbis turi būti ne mažesnio kaip 110 dB garso stiprumo.
3. Garsiakalbis turi būti ne didesnis kaip 190 mm x 190 mm x 90 mm.

32. Minimalūs reikalavimai Sirenos stiprintuvui

Bendri

1. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Sirenos stiprintuvas turi būti ne mažesnės kaip 200 W galios.

33. Minimalūs reikalavimai Automobilio Vairuotojo skyriaus vietos radijo ryšio įrangos pajungimui paruošimui

Bendri

1. Automobilio Vairuotojo skyriuje turi būti įrengta vieta, skirta montuoti ryšio priemonės (planšetinį kompiuterį ir radijo valdymo pultą). Vieta parenkama atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikius, kitų elementų Vairuotojo skyriuje išdėstymą. Vieta prieš įrengiant derinama su Perkančiąja organizacija.
2. Automobilio Vairuotojo skyriuje turi būti įrengta dėžutė racijos blokui su ne mažesniais vidiniais išmatavimais kaip 250x280x95 mm, netrukdanti priekinėms sėdynėms ir slankiojančioms durims, turinti galimybę plačiai atsidaryti (arba nuimti dureles) ir prieiti prie racijos bloko jungčių. Į šią dėžutę turi būti atvestas maitinimo laidas į nuo Papildomo AGM akumuliatoriaus per 7,5 A saugiklį, įtraukiant į schemą („Radijo ryšio įranga“).
3. Automobilio Vairuotojo skyriuje specialiai tam įrengtose vietose tiekėjas turės sumontuoti Perkančiosios organizacijos pateiktas priemones: racijos bloką, planšetinį kompiuterį ir radijo valdymo pultą.
4. Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

34. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriuje esančių langu apipavidalinimui

Bendri

1. Langai medicininiame skyriuje turi būti užtamsinti ne mažesniu kaip 45% ir ne didesniu kaip 55% šviesos laidumu.
2. Langai medicininiame skyriuje turi būti 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele.
3. Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

35. Minimalūs reikalavimai Automobilio apipavidalinimui

Bendri

1. Automobilio apipavidalinimas turi atitikti LST 1299 standartą ir apipavidalinimas turi būti šviesą atspindintis.
2. Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

36. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus LED lempoms

Bendri

1. Į Automobilio Paciento skyriaus lubas per visą ilgį turi būti integruotos LED apšvietimo lempos.
2. Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. LED lempos sukuriama apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 lm.
2. LED lempos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 3500 K.
3. LED lempos atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IP54.

37. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus taškiniams LED žibintams

Bendri

1. Į Automobilio Paciento skyriaus lubas virš neštuvų galvūgalio turi būti integruoti LED žibintai.
2. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

38. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus M1 klasės (A tipo) sėdynei

Bendri

1. M1 klasės sėdynė įrengiama neštuvų priekyje.
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) Integruoti tritaškiai saugos diržai; b) reguliuojamo kampo nugaros atrama; c) pasisukanti 180° kampu; d) perstumiami ne mažiau 250 mm išilgai medicininio skyriaus patogesniai personalo darbui su pacientu; e) apsiūta

aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga atsparia trinčiai, cheminėms medžiagoms.

39. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus M1 klasės (B tipo) sėdynėms

Bendri

1. M1 klasės sėdynė įrengiama Automobilio dešinėje pusėje šalia neštuvų.
2. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) integruoti tritaškiai saugos diržai; b) sulankstoma; c) pasisukanti 180 laipsnių kampų; d) reguliuojamo kampo nugaros atrama; e) perstumiami ne mažiau 250 mm išilgai medicininio skyriaus, kad personalas galėtų dirbti prie viršutinės ir apatinės paciento kūno dalies; f) apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga atsparia trinčiai, cheminėms medžiagoms.

40. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus A tipo spintelėms

Bendri

1. Spintelės įrengiamos Automobilio Paciento skyriuje ant kairės pusės sienos viršutinės dalies prie lubų (spintelė nėra standartinis gaminy, tiekėjas ją turės pagaminti).
2. Spintelė turi permatomas dureles.
3. Spintelėje įrengimas LED apšvietimas.
4. Spintelėje įrengimas „push to close“ tipo užrakinimas.
5. Spintelėje rankenėlė įrengiama taip, kad ji nebūtų išsikušusi už spintelės ribos.
6. Spintelės plotis ne mažesnis kaip 400 mm.
7. Spintelės gylis apatinėje dalyje ne mažesnis kaip 180 mm.
8. Spintelės aukštis ne mažesnis kaip 200 mm.
9. Kiekis – ne mažiau kaip 5 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

41. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus B tipo spintelėms

Bendri

1. Spintelės įrengiamos Automobilio Paciento skyriuje ant dešinės pusės sienos viršutinės dalies prie lubų (spintelė nėra standartinis gaminy, tiekėjas ją turės pagaminti).
2. Spintelė turi permatomas dureles.
3. Spintelėje įrengimas LED apšvietimas.
4. Spintelėje įrengimas „push to close“ tipo užrakinimas.
5. Spintelėje rankenėlė įrengiama taip, kad ji nebūtų išsikušusi už spintelės ribos.
6. Spintelės plotis ne mažesnis kaip 400 mm.
7. Spintelės gylis apatinėje dalyje ne mažesnis kaip 180 mm.
8. Spintelės aukštis ne mažesnis kaip 200 mm.
9. Kiekis – ne mažiau kaip 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

42. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemai

Bendri

1. Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistema įrengiama ant Automobilio Paciento skyriaus kairės sienos. Šią sistemą sudaro profiliai ir moduliai medicininei įrangai tvirtinti.

2. Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemos pagalba Automobilyje turi būti tvirtinami šie objektai:

- a) Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) – 1 vnt.
- b) Nešiojamoji gaivinimo sistema – 1 vnt.
- c) Transportinis defibriliatorius-monitorius – 1 vnt.
- d) Švirkštinis infuzijos siurblys – 2 vnt.

3. Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

43. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus Pasilaikymo turėklui Bendri

1. Automobilio Paciento skyriuje turi būti įrengti pasilaikymo turėklai išilgai lubų, prie galinių durų ir prie dešinės pusės durų. Turėklas turi būti įrengtas taip, kad tarpas tarp turėklo iš paviršiaus prie kurio jis yra tvirtinamas būtų ne mažesnis kaip 6 cm.

2. Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

44. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus Lašinės sistemos laikikliams Bendri

1. Automobilio Paciento skyriaus lubose turi būti įrengti lašinės sistemos laikikliai.

2. Kiekis – ne mažiau kaip 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

45. Minimalūs reikalavimai Automobilio Centrinei deguonies sistemai Bendri

1. Automobilyje turi būti įrengta Centrinė deguonies sistema, kurią sudaro a) centrinė deguonies instaliacija su dviem greito pajungimo deguonies lizdais, b) medicininio deguonies srauto matuoklis su greitąja jungtimi su automobilio deguonies lizdu, c) medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvu.

2. medicininio deguonies srauto matuoklis turi užtikrinti nenutrūkstamą deguonies tiekimą reguliuojant deguonies srautą.

3. Kiekis:

3.1. Centrinė deguonies instaliacija su dviem greito pajungimo deguonies lizdais – 1 kompl.

3.2. Medicininio deguonies srauto matuoklis – 2 vnt.

3.3. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Medicininio deguonies srauto matuoklio įėjimo deguonies slėgis ne siauresnis kaip nuo 2,8 bar iki 8,0 bar.

2. Medicininio deguonies srauto matuoklis deguonies srautą reguliuoja fiksuotomis pakopomis: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 litrai per minutę.

3. Medicininio deguonies srauto matuoklio priekinėje dalyje ir šoninėje dalyje indikatoriai rodo nustatytą srautą.
4. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvo talpa ne mažesnė kaip 200 ml.
5. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas autoklavuojamas ne mažesnėje kaip 130 °C temperatūroje.
6. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas ne aukštesnis kaip 200 mm.

46. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus Universaliai modulinei sistemai

Bendri

1. Ant skiriamosios pertvaros, esančios tarp Vairuotojo skyriaus ir Paciento skyriaus, turi būti sumontuota universalio modulinė sistema ant aliuminio bėgelių, kurią sudaro: a) dvi atlenkiamos lentynėlės su fiksavimo diržais.
2. Turi būti galimybė keisti atlenkiamų lentynėlių su fiksavimo diržais pozicijas reguliuojant jų fiksavimo aukštį.
3. Turi būti galimybė sumontuoti papildomas lentynėles.
4. Turi būti numatyta vieta: a) spausdintuvui, b) mobiliam šaldytuvui, c) mediciniam krepšiui.
5. Spausdintuvo vietoje turi būti įrengta 220 V AC įtampos rozetė.
6. Mobiliojo šaldytuvo vietoje turi būti įrengta 12 V DC įtampos jungtis.
7. 220 V AC rozetė turi būti įrengta taip, kad prie jos būtų galima prijungti 2 000 W galios elektros prietaisus.
8. Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

47. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus Stacionariam integruotam infuzinių skysčių šildytuvui

Bendri

1. Automobilio Paciento skyriuje turi būti įrengtas Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas.
2. Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas turi būti suprogramuotas taip, kad palaikytų 37 °C infuzuojamo skysčio temperatūrą.
3. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 3 litrų tūrio.
2. Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas turi temperatūros indikaciją valdymo monitoriuje.

48. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus Neštuvų platformai

Bendri

1. Neštuvų platforma (pneumatinė-hidraulinė, sugerianti kelio nelygumus ir neperteikianti jų pacientui) turi būti suderinta su neštuvų pakrovimo aukščiu, kad būtų užtikrintas sklandus neštuvų įstūmimas ir ištraukimas iš Automobilio.
2. Neštuvų platformos atlenkiama rampa neštuvams pakrauti turi būti suderinta su neštuvų pakrovimo aukščiu.
3. Neštuvų platforma turi būti pritaikyta pacientų reanimavimui.
4. Neštuvų platforma turi automatiškai palaikyti aukštį.
3. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Neštuvų platformos viršus pagamintas iš nerūdijančio plieno.
2. Neštuvų platformos keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg.
3. Neštuvų platformos šoninis poslinkis turi būti ne mažesnis 250 mm.
4. Neštuvų platforma turi automatinį šoninio poslinkio fiksavimą bet kurioje tarpinėje pozicijoje.
5. Neštuvų platformos aukštis ne mažesnis kaip 200 mm ir ne didesnis kaip 350 mm.
6. Neštuvų platformos plotis ne mažesnis kaip 550 mm ir ne didesnis kaip 650 mm.
7. Neštuvų platformos ilgis ne mažesnis kaip 1950 mm ir ne didesnis kaip 2050 mm.
8. Neštuvų platformos svoris ne didesnis kaip 120 kg.
9. Neštuvų platformoje turi būti galimybė reguliuoti neštuvų įvažiavimo aukštį.

49. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus Pagrindiniams neštuvams

Bendri

1. Pagrindinių neštuvų tipas – monoblokiniai neštuvai.
2. Pagrindinių neštuvų pakrovimo aukštis privalo būti suderintas su neštuvų platformos aukščiu, kad būtų užtikrintas sklandus neštuvų įstūmimas ir ištraukimas iš automobilio.
3. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su neštuvų tvirtinimo sistema.
4. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Pagrindiniai neštuvai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 1789 standarto arba EN 1789 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
2. Pagrindiniai neštuvai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 1865 standarto arba EN 1865 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
3. Pagrindiniai neštuvai turi turėti nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybę ne mažiau kaip 85 laipsnių kampu.
4. Pagrindiniai neštuvai turi turėti ne mažiau kaip šias reguliavimo pozicijas: pakeltų kojų „priešmūginė padėtis“, sulenktų per kelius kojų padėtis, mažinanti pilvo raumenų įtempimą.
5. Pagrindinių neštuvų nugaros atramoje privalo būti sumontuotas kvėpavimo takų reguliavimo rėmelis, leidžiantis galvą reguliuoti ne mažiau kaip trijose padėtyse.
6. Pagrindiniai neštuvai turi turėti automatiškai išsilankstančią (ištraukiant iš automobilio arba keliant nereikalauja papildomų veiksmų) neštuvų važiuoklę.
7. Pagrindiniai neštuvai turi būti pritaikyti reanimavimui ir turintys tvirtą pagrindą ir (ar) plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu.
8. Pagrindiniai neštuvai turi turėti 4 ratukus besisukančius 360 laipsnių kampu aplink vertikalią ašį.
9. Pagrindinių neštuvų ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 18 cm.
10. Pagrindinių neštuvų ne mažiau kaip 2 ratukai turi būti su stabdžiais.
11. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su anatomišku čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. Prie čiužinio tvirtinama specialiai išformuota pagalvė su šoninėmis atramomis.
12. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su keturtaškiais saugos diržais ir dviem skersiniais saugos diržais, tvirtinamais betarpiškai prie neštuvų rėmo.
13. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su iš abiejų pusių nulenkiama šoniniais porankiais.
14. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su nulenkiamu infuzinių tirpalų laikiklis.

15. Pagrindiniai neštuvai turi turėti nepriklausomai susilenkiančias priekinę ir galinę ašis.
16. Pagrindiniai neštuvai turi turėti apsaugą nuo nekontroliuojamo susilankstymo transportavimo metu.
17. Pagrindinių neštuvų svoris ne daugiau 45 kg.
18. Pagrindinių neštuvų leistina apkrova ne mažiau 250 kg.
19. Pagrindinių neštuvų konstrukcija turi būti apsaugota nuo korozijos.
20. Pagrindiniai neštuvai turi turėti ne mažiau kaip šešis horizontalaus aukščio reguliavimo lygius intervale ne siauresniame kaip nuo 33 cm iki 88 cm.
21. Pagrindinių neštuvų pakrovimo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 65 cm.

50. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus Scoop tipo kaušiniams neštuvams

Bendri

1. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Scoop tipo kaušiniai neštuvai turi būti pagaminti iš aliuminio.
2. Scoop tipo kaušinių neštuvų keliamas svoris ne mažiau kaip 150 kg.
3. Scoop tipo kaušiniai neštuvuose turi būti pilnai perskiriamos neštuvo išilginės dalys ir neštuvai perlenkiami pusiau.
4. Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (nepailgintų) ne mažiau kaip 1650 mm.
5. Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (maksimaliai pailgintų) ne mažiau kaip 2010 cm.
6. Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (sulenktų pusiau) ne daugiau kaip 1200 mm.
7. Scoop tipo kaušinių neštuvų plotis ne mažiau kaip 400 mm.
8. Scoop tipo kaušinių neštuvų svoris ne daugiau kaip 11 kg.
9. Scoop tipo kaušiniai neštuvai komplektuojami su ne mažiau kaip 3 poromis paciento saugos diržų (su greitos fiksacijos sagtimis).

51. Minimalūs reikalavimai Minkštiems transportavimo neštuvams

Bendri

1. Minkšti transportavimo neštuvai turi būti lengvai valomi ir dezinfekuojami.
2. Minkštų transportavimo neštuvų rankenos turi būti pagamintos iš tvirtos medžiagos ir vientisai persiūtos per visą neštuvų apatinės dalies perimetrą.
3. Minkšti transportavimo neštuvai, įskaitant kišenę – atlangas kojoms, turi būti pagaminti taip, kad pacientą nešant laiptais pacientas iš neštuvų neišslystų.
4. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Minkštuose transportavimo neštuvuose turi būti ne mažiau kaip po 4 rankenos iš neštuvų abiejų pusių ir po vieną rankeną neštuvų galuose.
2. Minkštų transportavimo neštuvų visos rankenos turi turėti plastikinius, vamzdelio tipo, sutvirtinimus.
3. Minkšti transportavimo neštuvai kojų pusėje turėti kišenę – atlangą kojoms.
4. Minkštų transportavimo neštuvų ilgis ne mažesnis kaip 190 cm.
5. Minkštų transportavimo neštuvų plotis ne mažesnis kaip 70 cm.
6. Minkštų transportavimo neštuvų keliamas svoris ne mažiau kaip 200 kg.

52. Minimalūs reikalavimai Ligonio transportavimo lentai

Bendri

1. Ligonio transportavimo lenta skirta nukentėjusiojo, pernešimui, imobilizavimui ir transportavimui, taip pat evakavimui iš sunkiai prieinamų vietų įtarus stuburo traumą.

2. Ligonio transportavimo lenta turi būti su kraštuose esančiais tarpais, suteikiančiais galimybę įvairiais būdais imobilizuoti pacientą.

3. Ligonio transportavimo lentos šonuose turi būti tarpai su skersiniais elementais, skirtais tvirtinti greitos fiksacijos saugos diržų metalines jungtis.

4. Ligonio transportavimo lenta turi būti lengvai valoma ir dezinfekuojama.

5. Kartu su ligonio transportavimo lenta komplektuojami diržai turi būti universalūs, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje. Diržai turi būti su greitos fiksacijos sagtimis ir metaliniais karabinais tvirtinimui prie lentos.

6. Galvos fiksavimo sistemą sudaro galvos įtvaras, kuris prie lentos tvirtinamas fiksuojančių juostų pagalba. Galvos įtvaras sudarytas iš paminkštinto pagrindo ir paminkštintų šoninių atramų. Šoninėse atramose privalo būti ertmės prieiti prie paciento ausų. Papildomai komplektuojama su kaktos ir smakro prilaikymo juostomis. Visi elementai lengvai valomi ir dezinfekuojami.

1. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Ligonio transportavimo lentoje turi būti ne mažiau kaip 10 rankenų, išformuotų lentoje didelėmis ertmėmis.

2. Ligonio transportavimo lenta turi būti laidi rentgeno spinduliams.

3. Ligonio transportavimo lentą galima naudoti atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus.

4. Ligonio transportavimo lentą galima naudoti atliekant branduolinio magnetinio rezonanso tyrimus.

5. Ligonio transportavimo lentos didžiausia leidžiama apkrova ne mažiau kaip 180 kg.

6. Ligonio transportavimo lentos svoris ne daugiau kaip 8 kg.

7. Ligonio transportavimo lentos ilgis ne mažesnis kaip 1830 mm ir ne didesnis kaip 1980 mm

8. Ligonio transportavimo lentos plotis ne mažesnis kaip 400 mm ir ne didesnis kaip 500 mm.

9. Ligonio transportavimo lenta komplektuojama su ne mažiau kaip 3 diržais.

10. Ligonio transportavimo lenta komplektuojama su galvos fiksavimo sistema.

53. Minimalūs reikalavimai Vakuuminiams neštuvams su perkėlimo čiužiniu

Bendri

1. Vakuuminiai neštuvai su perkėlimo čiužiniu yra skirti viso kūno imobilizacijai ir pacientų perkėlimui.

2. Vakuuminiai neštuvai pagaminti iš tvirto, aukštos kokybės tekstilinio audinio.

3. Perkėlimo čiužinio vidinė dalis, sudaryta iš kanalų, pripildytų granulėmis. Oras iš kiekvieno kanalo pašalinamas atskirai.

4. Po perkėlimo čiužiniu yra pritvirtintas tvirtas, lankstus apsauginis pagrindas, kuriame yra išformuotos ir sutvirtintos rankenos iš abiejų šonų.

5. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Perkėlimo čiužinio vidinę dalį sudaro ne mažiau kaip 10 kanalų.

2. Po perkėlimo čiužiniu esantis apsauginis pagrindas turi ne mažiau kaip 8 rankenas.

3. Vakuuminiai neštuvai su perkėlimo čiužiniu turi ne mažiau kaip 3 diržų fiksavimo sistemą nukentėjusiajam.

4. Vakuuminių neštuvų su perkėlimo čiužiniu ilgis ne mažesnis kaip 1950 mm ir ne ilgesnis kaip 2050 mm.

5. Vakuuminių neštuvų su perkėlimo čiužiniu plotis ne mažesnis kaip 800 mm ir ne ilgesnis kaip 900 mm.

6. Vakuuminių neštuvų su perkėlimo čiužiniu svoris ne didesnis kaip 6 kg.
7. Vakuuminiai neštuvai ir perkėlimo čiužinys komplektuojamas kartu su a) vakuumine pompa (su atrama pėdai), b) transportavimo krepšiu, c) remonto komplektu, d) atsarginiu vožtuvu.

54. Minimalūs reikalavimai Paciento transportavimo kėdutei

Bendri

1. Paciento transportavimo kėdutė yra skirta a) pacientą gabenti lygiu paviršiumi, b) pacientą gabenti laiptais.
2. Paciento transportavimo kėdutės vikšrai yra greitai ir lengvai nuimami ir uždedami.
3. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Paciento transportavimo kėdutės bendras plotis ne daugiau kaip 550 mm.
2. Paciento transportavimo kėdutės sėdynės plotis ne mažiau kaip 410 mm.
3. Sulenktos Paciento transportavimo kėdutės gylis ne daugiau 220 mm.
4. Paciento transportavimo kėdutė turi ištraukiamą nugarinę atramą.
5. Paciento transportavimo kėdutės ištraukiamą nugarinę atramą turi ne mažiau kaip 4 aukščio reguliavimo pozicijas ne siauresniame kaip nuo 1000 mm iki 1500 mm intervale.
6. Paciento transportavimo kėdutė turi nulenkiamas galines rankenas.
7. Paciento transportavimo kėdutė turi priekines ištraukiamas nešimo-prilaikymo rankenas.
8. Paciento transportavimo kėdutė turi 4 ratukus (2 priekinius ir 2 galinius).
9. Priekiniai ratukai sukasi 360° kampu.
10. Priekinių ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 12 cm.
11. Galinių ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 15 cm.
12. Galiniai ratukai turi stabdžius.
13. Prie Paciento transportavimo kėdutės galinių ratų ašies yra sumontuoti atsilenkiantys nukreipiantys vikšrai.
14. Vikšrai esant poreikiui gali būti nuimami ir uždedami.
15. Paciento transportavimo kėdutė turi: a) nulenkiamus porankius, b) nulenkiama atramą kojoms; c) saugos diržus krūtinei, juosmeniui ir kojoms.
16. Paciento transportavimo kėdutės svoris be vikšrų ne daugiau kaip 12 kg.
17. Paciento transportavimo kėdutės svoris su vikšrais ne daugiau kaip 17 kg.
18. Paciento transportavimo kėdutės keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg.

55. Minimalūs reikalavimai Ištraukimo – imobilizacijos prietaisui (Kendrikso tipo įtvarui)

Bendri

1. Ištraukimo – imobilizacijos prietaisas (Kendrikso tipo įtvaras) skirtas apsaugoti nukentėjusiesiems, kuriems įtariama stuburo trauma, sužeistojo ištraukimui iš automobilių ar kitų sunkiai prieinamų vietų ir stuburo bei kaklo imobilizavimui vertikaliajoje ir horizontaliojoje srityse. Prietaisas turi būti tinkamas naudoti suaugusiems, nėščioms moterims ir vaikams.
2. Ištraukimo – imobilizacijos prietaisas (Kendrikso tipo įtvaras) atsparus nusitrynimui, tepalams ir naftos kilmės medžiagoms, nesugeria skysčių ir purvo, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Viduje turi būti įsiūti sutvirtinantys strypai.
3. Ištraukimo – imobilizacijos prietaisas (Kendrikso tipo įtvaras) komplektuojamas su trimis poromis saugos diržų krūtinės ląstos fiksacijai, dviem diržais klubų fiksavimui, lanksčiu kaklo ir (ar) galvos įtvaru su juostomis, skirtomis smakro ir kaktos fiksacijai, užpildomąja pagalve, prisitaikančia prie anatominio kūno išlinkių. Visi saugos diržai turi būti su spalvine koduote ir greitos fiksacijos sagtimis. Klubų fiksavimui skirtos sagtys turi būti užfiksuojančios – suveržiančios.

4. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Ištraukimo – imobilizacijos prietaiso (Kendrikso tipo įtvaro) keliamos svoris ne mažesnis kaip 220 kg.
2. Ištraukimo – imobilizacijos prietaiso (Kendrikso tipo įtvaro) svoris ne didesnis kaip 3 kg.
3. Ištraukimo – imobilizacijos prietaiso (Kendrikso tipo įtvaro) ilgis ne mažesnis kaip 75 cm ir ne ilgesnis kaip 95 cm.
4. Ištraukimo – imobilizacijos prietaiso (Kendrikso tipo įtvaro) plotis ne mažesnis kaip 70 cm ir ne ilgesnis kaip 90 cm.

56. Minimalūs reikalavimai Galūnių imobilizacijos rinkiniui

Bendri

1. Galūnių imobilizacijos rinkinio elementai yra lankstūs, lengvai ir greitai uždedami, pagaminti iš skysčiui nepralaidžios medžiagos, su aliuminio juoste viduje.
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Galūnių imobilizacijos rinkinį sudaro ne mažiau kaip 5 įtvarai.
2. Įtvaras kojai turi būti ne trumpesnis kaip 570 mm.
3. Įtvaras kojai turi būti ne platesnis kaip 450 mm.
4. Įtvaras rankai turi būti ne trumpesnis kaip 580 mm.
5. Įtvaras rankai turi būti ne platesnis kaip 280 mm.
6. Įtvaras dilbiui turi būti ne trumpesnis kaip 380 mm.
7. Įtvaras dilbiui turi būti ne platesnis kaip 300 mm.
8. Įtvaras riešui turi būti ne trumpesnis kaip 300 mm.
9. Įtvaras riešui turi būti ne platesnis kaip 240 mm.
10. Įtvaras sulenktai rankai turi būti ne trumpesnis kaip 540 mm.
11. Įtvaras sulenktai rankai turi būti ne platesnis kaip 280 mm.
12. Galūnių imobilizacijos rinkinys komplektuojamas su krepšiu transportavimui.

57. Minimalūs reikalavimai Kramer tipo įtvarų rinkiniui

Bendri

1. Kramer tipo įtvarų rinkinį sudaro 6 skirtingų dydžių įtvarai.
2. Kramer tipo įtvarų rinkinio įtvarai skirti imobilizuoti ranką, koją ar klubą.
3. Kramer tipo įtvarų rinkinio įtvarai pagaminti iš plieno lanksčios vielos ir sutankinti per visą ilgį skersiniais strypeliais.
4. Kiekvienas įtvaras patalpintas atskirame apsauginiame, skysčiams nepralaidžiamame užvalkale, su paminkštinimu viduje.
5. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. A tipo įtvaro ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 1490 mm ir ne ilgesnis kaip 1510 mm.
2. A tipo įtvaro plotis turi būti ne trumpesnis kaip 140 mm ir ne ilgesnis kaip 160 mm.
3. Rinkinyje yra 1 vnt. A tipo įtvarų.
4. B tipo įtvaro ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 1490 mm ir ne ilgesnis kaip 1510 mm.
5. B tipo įtvaro plotis turi būti ne trumpesnis kaip 110 mm ir ne ilgesnis kaip 130 mm.
6. Rinkinyje yra 1 vnt. B tipo įtvarų.
7. C tipo įtvaro ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 1190 mm ir ne ilgesnis kaip 1210 mm.
8. C tipo įtvaro plotis turi būti ne trumpesnis kaip 110 mm ir ne ilgesnis kaip 130 mm.
9. Rinkinyje yra 1 vnt. C tipo įtvarų.

10. D tipo įtvaro ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 990 mm ir ne ilgesnis kaip 1010 mm.
11. D tipo įtvaro plotis turi būti ne trumpesnis kaip 90 mm ir ne ilgesnis kaip 110 mm.
12. Rinkinyje yra 2 vnt. D tipo įtvarų.
13. E tipo įtvaro ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 790 mm ir ne ilgesnis kaip 810 mm.
14. E tipo įtvaro plotis turi būti ne trumpesnis kaip 90 mm ir ne ilgesnis kaip 110 mm.
15. Rinkinyje yra 2 vnt. E tipo įtvarų.
16. F tipo įtvaro ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 590 mm ir ne ilgesnis kaip 610 mm.
17. F tipo įtvaro plotis turi būti ne trumpesnis kaip 70 mm ir ne ilgesnis kaip 90 mm.
18. Rinkinyje yra 2 vnt. F tipo įtvarų.
19. Kramer tipo įtvarų rinkinys komplektuojamas su krepšiu transportavimui.

58. Minimalūs reikalavimai Gleivių (skysčių) siurbėjui (elektriniam)

Bendri

1. Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra transportinis, nešiojamas, pritaikytas naudoti greitosios medicinos pagalbos automobiliuose.
2. Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) siurbimo indas daugkartinio naudojimo.
3. Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi būti sumontuotas kairėje paciento skyriaus pusėje, žemiau (po) nešiojamos kvėpavimo takų priežiūros sistemos.
4. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi atsiurbto skysčio viršijimo apsauginį vožtuvą.
2. Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi antibakterinį filtrą.
3. Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi vaizdinę indikaciją su šiomis funkcijomis:
 - a) Prietaiso įjungimo ir (ar) išjungimo indikacija;
 - b) Vakuumo slėgio indikacija;
 - c) Akumuliatoriaus būsenos indikacija.
4. Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra maitinamas iš 220 V AC elektros tinklo.
5. Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra maitinamas iš 12 V DC elektros tinklo.
6. Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi vidinį akumuliatorių.
7. Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) komplektuojamas kartu su a) laikikliu, skirtu gleivių-skysčių siurbėjo tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobiliuose; b) išorinio maitinimo 12 V DC kabeliu; c) maitinimo šaltiniu ir (ar) pakrovėju iš 220 V AC elektros tinklo; ne mažiau kaip 10 antibakterinių filtrų; d) daugkartinio naudojimo siurbimo žarna.
8. Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo maksimalus slėgis ne mažesnis kaip -0,8 bar.
9. Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo reguliavimo ribos ne mažiau kaip nuo -0,1 bar iki -0,8 bar.
10. Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo galia ne mažiau kaip 30 litrų/min.
11. Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo indo talpa ne mažesnė kaip 1000 ml.
12. Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbo laikas iš vidinio akumuliatoriaus ne mažiau kaip 40 min., esant atsiurbimo slėgiui -0.8 bar.
13. Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -5 °C iki +50 °C.

59. Minimalūs reikalavimai Krepšiui medicinos priemonėms

Bendri

1. Krepšys medicinos priemonėms pagamintas iš tvirto nepralaidaus vandeniui audinio, kurio išorėje yra dviejų tipų rankenos: 2 rankenos nešti rankoje, 1 ilga rankena nešti per petį bei 3 kišenės, užsegamos užtrauktukais. Ant kišenių yra pritvirtintos šviesą atspindinčios

apsauginės juostelės. Ant krepšio dugno yra pritvirtintos apsauginės išformuotos plokštelės, apsaugančios krepšio dugną nuo drėgmės.

2. Krepšio medicinos priemonėms viduje yra 2 lipniomis juostomis priklijuojamos reguliuojamo dydžio pertvaros (skirtos medicininėms pagalbos priemonėms sudėti). Krepšio vidinis pamušalas atsegamas užtrauktukais ir yra galimybė pakeisti vidinius krepšio pakietinimus, jei jie susidėvi.

3. Kartu su Krepšiu medicinos priemonėms turi būti pateikiamos rekomendacijos valymui.

4. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Krepšio medicinos priemonėms ilgis ne mažesnis kaip 360 mm ir ne didesnis kaip 460 mm.

2. Krepšio medicinos priemonėms plotis ne mažesnis kaip 200 mm ir ne didesnis kaip 300 mm.

3. Krepšio medicinos priemonėms aukštis ne mažesnis kaip 170 mm ir ne didesnis kaip 270 mm.

4. Krepšio medicinos priemonėms spalva raudona.

60. Minimalūs reikalavimai Krepšiui – kuprinei medicinos priemonėms

Bendri

1. Krepšys – kuprinė medicinos priemonėms pagaminta iš tvirto, atsparaus plėšimams, nusidėvėjimui, nelaidaus skysčiams, drėgmei bei purvui audinio. Krepšys – kuprinė yra pritaikyta naudoti pačiomis sudėtingiausiomis klimatinėmis ar aplinkos sąlygomis, ją lengva valyti ir pataisyti.

2. Krepšio – kuprinės smūgiams atsparus karkasas turi užtikrinti viduje esančių medicinos prietaisų saugumą. Šviesą atspindinčios juostos turi būti pritvirtintos iš 3 pusių. Nugarinė kuprinės pusė turi būti sutvirtinta paminkštintu pagrindu, ergonomiškai išlenktais reguliuojamas pečių diržais ir specialia fiksuojančia juosmens juosta, kas užtikrintų net ir didelio svorio patogų nešimą. Dvi sutvirtintos rankenos turi būti pritvirtintos prie kuprinės skirtingų šonų, kad būtų galima kuprinę nešti kaip krepšį. Kuprinės apačioje turi būti pritvirtintos apsauginės išformuotos plokštelės, apsaugančios kuprinės dugną nuo drėgmės ir purvo.

3. Krepšio – kuprinės viduje turi būti ne mažiau kaip 5 spalvoti moduliniai skirtingos spalvinės koduotės krepšeliai, užsegami užtrauktukais, tvirtinami kibiomis (Velcro tipo) juostomis. Kuprinės išorinėje pusėje turi būti mažiausiai 3 saugojimo kišenės, užsegamos dvipusiais užtrauktukais. Priekinėje dalyje turi būti specialus skyrelis dokumentams.

4. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Krepšio – kuprinės aukštis ne mažiau kaip 510 mm ir ne daugiau kaip 610 mm.

2. Krepšio – kuprinės plotis ne mažiau kaip 400 mm ir ne daugiau kaip 500 mm.

3. Krepšio – kuprinės storis ne mažiau kaip 200 mm ir ne daugiau kaip 250 mm.

61. Minimalūs reikalavimai Pacientų rūšiavimo rinkiniui (Triage)

Bendri

1. Pacientų rūšiavimo rinkinį (Triage) sudaro krepšys skirtas susidėti priemonės, skirtas pacientų rūšiavimui masinių sužeidimų metu ir priemonės.

2. Krepšys turi būti pagamintas iš tvirto, atsparaus plėšimui, nusidėvėjimui audinio ir turi ilgą rankena krepšiui nešti per petį bei rankeną krepšiui prisegti prie diržo bei yra užsegamas užtrauktuku per visą krepšio ilgį. Krepšio viduje turi būti kišenės, skirtos rūšiavimo reikmenims susidėti. Ne mažiau 2 suskirstymai ir vieta rašymo priemonei. Išorinėje krepšio

priekinėje dalyje turi būti dvi atskiros kišenės, užsegamos lipnia juosta. Ant krepšio turi būti atšvaitas su užrašu „TRIAGE“, bei geltona atšvaito juosta, bei įmautė cheminei lazdelei.

3. Rūšiavimo kortelės pagamintos iš popieriaus ant kurio galima rašyti tušinuku, flomasteriu ir pieštuku. Sintetinis popierius yra atsparus plyšimui.

4. Raiščiai turi būti paženklinėti skaičiais pagal TRIAGE kodavimo sistemą.

5. Tušinukas yra skirtas rašyti bet kokiose sąlygose.

6. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Krepšio spalva raudona.

2. Krepšio ilgis ne mažesnis kaip 350 ir ne didesnis kaip 450 mm.

3. Krepšio plotis ne mažesnis kaip 200 ir ne didesnis kaip 300 mm.

4. Krepšio aukštis ne mažesnis kaip 150 ir ne didesnis kaip 250 mm.

5. Pacientų rūšiavimo rinkinyje (Triage) yra ne mažiau kaip 50 rūšiavimo kortelių su dėklais ir gumytėmis.

6. Rūšiavimo kortelių popieriaus tankis yra ne mažesnis kaip 240 g/m²

7. Pacientų rūšiavimo rinkinyje (Triage) yra ne mažiau kaip po 10 raudonų, 10 geltonų, 20 žalių ir 10 juodai-baltų savaime užsisigančių raiščių.

8. Pacientų rūšiavimo rinkinyje (Triage) yra ne mažiau kaip 1 tušinukas.

9. Pacientų rūšiavimo rinkinyje (Triage) yra ne mažiau kaip 1 gelbėjimo žirkklės.

10. Pacientų rūšiavimo rinkinyje (Triage) yra ne mažiau kaip 5 pirštinių poros pagamintos iš nitrilo.

11. Pacientų rūšiavimo rinkinyje (Triage) yra ne mažiau kaip 1 geltona cheminė lazdelė, šviečianti ne mažiau kaip 12 val.

12. Pacientų rūšiavimo rinkinyje (Triage) yra ne mažiau kaip 1 žibintuvėlis, tvirtinamas ant rankos arba kaktos.

13. Pacientų rūšiavimo rinkinyje (Triage) yra ne mažiau kaip 1 baterijų komplektas žibintuvėliui.

14. Pacientų rūšiavimo rinkinyje (Triage) yra ne mažiau kaip 1 biologinės apsaugos kaukė.

62. Minimalūs reikalavimai Nešiojamajai gaivinimo sistemai

Bendri

1. Nešiojamoji gaivinimo sistema skirtas išoriniam širdies paspaudimui atlikti suaugusiems pacientams, kuriuos ištiko ūminis kraujo apytakos sutrikimas, pasireiškiantis spontaniško kvėpavimo ir pulso nebuvimu bei sąmonės netekimu.

2. Nešiojamąją gaivinimo sistemą galima naudoti esant įvairioms situacijoms ir įvairioms aplinkybėms: įvykio vietoje, pacientui judant, pacientą gabenant greitosios pagalbos transporto priemonėmis.

3. Nešiojamoji gaivinimo sistema tinkama naudoti atliekant defibriliaciją.

4. Nešiojamosios gaivinimo sistemos akumuliatorių galima nesudėtingai ir greitai pakeisti be papildomų įrankių panaudojimo.

5. Akumuliatorius yra kraunamas Nešiojamajai gaivinimo sistemai dirbant tiek nuo 220 V AC elektros tinklo, tiek ir nuo 12 V DC išorinio maitinimo.

6. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Nešiojamoji gaivinimo sistema turi šiuos darbo režimus: a) nepertraukiama kompresija, b) kompresija su ventiliacijos pauze 30:2, c) aktyvi dekompresija, d) pauzės režimas.

2. Nešiojamoji gaivinimo sistema turi šiuos ventiliavimo dažnio nustatymus: a) garsiniai signalai kas 30 paspaudimų ir b) vienas kas 6 s arba 10 k/min nesinchronizuotam ventiliavimui, kai pacientas yra intubuotas atliekant pastovaus režimo paspaudimus.

3. Nešiojamoji gaivinimo sistema turi šį funkcionalumą: pilnas krūtinės ląstos atpalaidavimas, kai po paspaudimo seka pilnas krūtinės ląstos atleidimas – aktyvi dekompresija. Kompresijos ir dekompresijos ciklas 1:1.

4. Nešiojamoji gaivinimo sistemos maitinimas: a) iš 220 V AC elektros tinklo; b) iš 12 V DC išorinio maitinimo; c) iš vidinio akumuliatoriaus.

5. Nešiojamoji gaivinimo sistema turi šią garsinę ir vaizdinę aliarmo sistemą: a) informuoja apie ventiliavimo pauzę, b) per mažą pacientą, c) sisteminį gedimą, d) akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir e) akumuliatoriaus išsikrovimą.

6. Nešiojamoji gaivinimo sistema komplektuojama su a) transportavimo-nešiojimo krepšiu; b) ne mažiau kaip 2 akumuliatoriais; c) akumuliatoriaus pakrovėju, jeigu jis nėra integruotas į Nešiojamąją gaivinimo sistemą; d) laidu maitinimui iš 220 V AC elektros tinklo; automobiliniu laidu maitinimui iš 12 V DC.

7. Nešiojamoji gaivinimo sistema duomenis į kompiuterį perduoda bevieliu būdu.

8. Nešiojamoji gaivinimo sistema komplektuojama su programine įranga, kuri parengia ataskaitą su šiais duomenimis: a) paspaudimų laikas, b) paspaudimų greitis, c) paspaudimų trukmė, d) paspaudimų skaičius, e) nutrauktų paspaudimų ilgesnių nei 10s skaičius.

9. Nešiojamoji gaivinimo sistemos svoris ne didesnis kaip 8 kg.

11. Nešiojamosios gaivinimo sistemos paspaudimų greitis nustatomas ne mažesniame kaip nuo 100 k/min iki 120 k/min diapazone.

12. Nešiojamosios gaivinimo sistemos paspaudimų gylis ne mažiau kaip 4 cm ir ne daugiau kaip 6 cm.

13. Nešiojamoji gaivinimo sistema iš vidinio akumuliatoriaus dirba ne mažiau kaip 40 min.

14. Vidinis akumuliatorius pasikrauna per ne ilgiau kaip 3 val.

15. Nešiojamosios gaivinimo sistemos darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 °C iki +40 °C. Laikina (dirbant ne daugiau kaip 20 min.) Nešiojamosios gaivinimo sistemos darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -20 °C iki +40 °C.

16. Nešiojamosios gaivinimo sistemos atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IP43.

17. Nešiojamoji gaivinimo sistema savo atmintyje saugo ne mažiau kaip 10 paskutinių gaivinimo įvykių duomenis.

18. Nešiojamoji gaivinimo sistema turi garsinio perspėjimo laikmatį defibriliacijai kas 2 min.

63. Minimalūs reikalavimai Transportiniam defibriliatoriui-monitoriui

Bendri

1. Transportinis defibriliatorius-monitorius pritaikytas kūdikių, vaikų ir suaugusių defibriliacijai -monitoravimui ir gaivinimui.

2. Transportinis defibriliatorius-monitorius kompaktiškas, tinkamas naudoti transportuojant pacientą, nenutraukiant gaivinimo ir monitoravimo proceso.

3. Transportinis defibriliatorius-monitorius turi būti sumontuotas kairėje paciento skyriaus pusėje, ne žemiau kaip 200 mm aukštyje nuo neštuvų ties paciento krūtine.

4. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus impulso forma bifazinė, su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą.

2. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus darbo režimai: a) Nesinchronizuota defibriliacija; b) Sinchronizuota kardioversija; c) Automatinis režimas su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatančia defibriliuotiną EKG ritmą.

3. Transportiniame defibriliatoriuje-monitoriuje yra spalvotas LCD ekranas su galimybe keisti kontrastą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo.

4. Transportiniame defibriliatoriuje-monitoriuje yra šių gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane: a) Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija; b) SpO₂; c) Arterinis kraujo spaudimas (NIBP); d) CO₂; e) Širdies susitraukimų dažnis; f) Kvėpavimo dažnis; g) Temperatūra.

5. Transportiniame defibriliatoriuje-monitoriuje yra metronomo garsinė funkcija su paspaudimų ir (ar) įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams 15:2 ir suaugusiems 30:2.

6. Transportiniame defibriliatoriuje-monitoriuje yra tiesioginio valdymo mygtukai įmontuoti aparato korpuse.

7. Transportiniame defibriliatoriuje-monitoriuje yra greito pasirinkimo valdymo rankenėlė programos meniu nustatymams.

8. Transportiniame defibriliatoriuje-monitoriuje yra 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys: a) diagnozė pagal lytį ir amžių, b) ST segmento amplitudės išmatavimai, c) suvidurkinti QRS kompleksai, d) ritmo EKG.

9. Transportiniame defibriliatoriuje-monitoriuje yra skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas, aliarmo nustatymas rankiniu režimu.

10. Transportiniame defibriliatoriuje-monitoriuje yra programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka didėjančiai energijai nustatyti.

11. Transportiniame defibriliatoriuje-monitoriuje yra šie stimuliacijos režimai: a) Sinchronizuota stimuliacija; b) Nesinchronizuota stimuliacija.

12. Transportinis defibriliatorius-monitorius turi galimybę 12 derivacijų EKG ir aparato techninės būklės duomenis persiųsti į darbo stotį Bluetooth ryšiu ir naudojant 3G ryšio įrangą (sąsają).

13. Transportinis defibriliatorius-monitorius turi programinę įrangą gaivinimo įvertinimui: a) ventiliavimo efektyvumo analizė, b) krūtinės paspaudimų dažnis, c) dirbtinių įpūtimų dažnis.

14. Transportinis defibriliatorius-monitorius vienu metu naudoja ne mažiau kaip du akumuliatorius.

15. Akumuliatorius turi energijos lygio indikatorių.

16. Transportinis defibriliatorius-monitorius automatiškai perjungia akumuliatorių, vienam iš jų išsekus.

17. Transportinis defibriliatorius-monitorius turi garsinį signalą senkant akumuliatoriams.

18. Transportinis defibriliatorius-monitorius turi testinę įrangą leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą.

19. Transportinis defibriliatorius-monitorius spausdintuvą rašantį tris EKG kanalus ant terminio graduoto popieriaus.

20. Transportinis defibriliatorius-monitorius turi arterinio kraujospūdžio (NIBP) matavimą ir rodymą ekrane: a) sistolinis, b) diastolinis, c) vidutinis AKS ir d) likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo.

21. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus CO₂ matavimo principas: infraraudonųjų spindulių spektroskopija.

22. Transportinis defibriliatorius-monitorius kvėpavimo monitoravimo metu registruoja apnejas.

23. Transportinis defibriliatorius-monitorius turi šerdinės temperatūros monitoravimą stempliniais ir rektaliniais davikliais.

24. Transportinis defibriliatorius-monitorius komplektuojamas su a) ne mažiau kaip 3 vnt. Ličio jonų akumuliatoriais; b) ne mažiau kaip 3 vnt. AKS matavimo manžetėmis (šlaunies

ir žasto XL, L, M dydžio); c) ne mažiau kaip 1 vnt. SpO₂ pirštiniu davikliu su prailginimo kabeliu; d) vienu transportavimo krepšiu su neštuvų laikikliu, trimis kišenėmis ir diržu; e) ne mažiau kaip 1 vnt. stimuliacijos kabeliu; f) ne mažiau kaip 1 vnt. 12 derivacijų EKG kabeliu; g) ne mažiau kaip 1 vnt. daugiakartinio naudojimo defibriliacijos elektrodu; h) ne mažiau kaip 50 vnt. vienkartiniais defibriliacijos ir stimuliacijos elektrodais suaugusiems; i) ne mažiau kaip 5 vnt. vienkartiniais defibriliacijos ir stimuliacijos elektrodais vaikams; j) ne mažiau kaip 50 vnt. daviklių šerdinei temperatūrai matuoti; k) ne mažiau kaip 50 vnt. CO₂ monitoravimo vamzdelių intubuotam pacientui; l) automatinio akumuliatorių pakrovėju vienu metu galinčiu krauti 2 akumuliatorius; m) 3G ryšio įranga (sąsaja) duomenų persiuntimui.

25. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 J iki 360 J.

26. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis ne didesnis kaip 50 J.

27. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus įsikrovimo iki 360 J trukmė ne daugiau kaip 10 s.

28. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus automatinio defibriliavimo režime EKG analizės laikas ne ilgiau kaip 9 s.

29. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrautų akumuliatorių esančių defibriliatoriuje naudojant 360 J energiją ne mažiau kaip 400 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo.

30. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus stimuliacijos dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 imp/min iki 170 imp/min.

31. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus stimuliavimo srovės diapozonas ne siauresnis kaip nuo 0 mA iki 200 mA.

32. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus stimuliavimo refrakterinis periodas diapozonas ne siauresnis kaip nuo 200 ms iki 280 ms.

33. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 21 cm.

34. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus ekrano raiška ne mažesnė kaip 640x480 taškų.

35. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus ekrane vienu metu pateikiamų kreivių skaičius ne mažesnis kaip 3 kreivės.

36. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus EKG monitoruojamų derivacijų skaičius ne mažiau kaip 12 derivacijų.

37. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus EKG amplitudės dydžių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,25 cm/mV iki 4 cm/mV.

38. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus ŠSD matavimų ribos ne siauresnės kaip nuo 20 k/min iki 280 k/min.

39. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus spausdintuvas turi ne mažiau kaip 2 EKG rašymo greičius 25 mm/s ir 12,5 mm/s.

40. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus spausdintuvo naudojamo popieriaus plotis ne siauresnis kaip 95 mm ir ne platesnis kaip 105 mm.

41. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus SpO₂ matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 70% iki 100%.

42. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus ŠSD dažnio matavimo ribos matuojant SpO₂ ne siauresnės kaip nuo 25 k/min iki 240 k/min.

43. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus AKS matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 15 mmHg iki 255 mmHg.

44. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus automatinis AKS matavimo laiko intervalas ne siauresnis kaip nuo 2,5 min iki 60 min.

45. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus manžetės apsauga nuo viršslėgio (automatinis oro išleidimas viršijus 290 mmHg).

46. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus CO₂ mėginio paėmimo srautas ne daugiau kaip 50 ml/min.
47. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus CO₂ sensoriaus matavimo mėginys ne daugiau kaip 15 μ l.
48. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus CO₂ matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 mmHg iki 99 mmHg.
49. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 k/min iki 90 k/min.
50. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 25 °C iki 45 °C .
51. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus Temperatūros matavimo rezoliucija ne daugiau kaip 0,1 °C.
52. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus Temperatūros matavimo tikslumas ne daugiau kaip $\pm 0,2$ °C.
53. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus Duomenų atminties talpa ne mažiau kaip 6 val. nepertraukiamo EKG įrašymo į vidinę atmintį.
54. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių instaliuotų aparate ne mažiau kaip 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo.
55. Transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -20 °C iki +50 °C, santykinės drėgmės diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5% iki 95%.

64. Minimalūs reikalavimai Nešiojamajai kvėpavimo takų priežiūros sistemai **Bendri**

1. Aparatas pritaikytas kūdikių, vaikų ir suaugusių plaučių dirbtinei ventiliacijai.
2. Aparatas kompaktiškas, tinkamas naudoti transportuojant pacientą, nenutraukiant ventiliacijos proceso.
3. Greita darbo pradžia su pradiniais vaiko ir suaugusio ventiliavimo parametrų nustatymais.
4. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Aparatas pritaikytas kūdikių iki 5 kg plaučių dirbtinei ventiliacijai.
2. Ventiliacijos režimai: a) Tūriu kontroliuojama ventiliacija (ACV), b) Slėgiu kontroliuojama ventiliacija (ACP), c) Tūriu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija (SIMVV), d) Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija (SIMVP), e) Dvigubo lygio ventiliacija aukštesnio įkvėpimo slėgio ventiliacija (IPAP), f) Dvigubo lygio ventiliacija mažesnio iškvėpimo slėgio ventiliacija (EPAP), g) Tūriu kontroliuojama pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija (CPAPV), h) Slėgiu kontroliuojama pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija (CPAPP), i) Rankinė ventiliacija.
3. Aparato svoris ne daugiau kaip 4,5 kg.
4. Aparatas turi LCD ekraną.
5. Aparato ekrane pateikiamos šių parametrų vertės skaitine išraiška: a) Deguonies koncentracija (FiO₂), b) Maksimalus įkvėpimo slėgis (PIP), c) Įkvėpimo tūris (Vt), d) Kvėpavimo dažnis (BPM), e) Minutinis tūris (Vmin), f) Vidutinis slėgis paciento kvėpavimo kontūre (MAP), g) Triggeris (Trigger), h) Įkvėpimo laikas (Ti)
6. Aparato korpuse įmontuoti tiesioginio valdymo mygtukai.
7. Aparatas turi greito pasirinkimo valdymo rankenėlę.
8. Aparatas turi galimybę valdyti ventiliacijos-kvėpavimo dažnį ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 k./min. iki 80 k./min.

9. Aparatas turi galimybę valdyti įkvėpimo-iškvėpimo (I:E) santykį ne siauresnėse ribose kaip nuo 1:99 iki 4.0:1.0
10. Aparatas turi galimybę reguliuoti dujų srautą ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 l/min. iki 100 l/min.
11. Aparatas turi galimybę reguliuoti teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje palaikymą (PEEP) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 cm H₂O iki 30 cm H₂O.
12. Aparatas turi galimybę reguliuoti srauto trigerio jautrumą ne siauresnėse ribose kaip nuo -0.5 iki -6.0 cm H₂O.
13. Aparatas turi galimybę reguliuoti vienkartinį įkvėpimo tūrį ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 ml iki 2000 ml.
14. Aparatas ekrane atvaizduoja slėgio ir srauto kreivę.
15. Aparato darbui tiekiamų deguonies dujų slėgio ribos ne siauresnės kaip nuo 3 bar iki 6 bar.
16. Aparate integruota turbina (orapūtė), kuri leidžia ventiliuoti pacientą neprijungus prie išorinio deguonies šaltinio.
17. Aparatas yra maitinamas iš 220 V AC elektros tinklo.
18. Aparato atsparumas aplinkos veiksniams: apsauga nuo pažeidimų, atsparumas dulkėms: MIL standartas 810F, testavimo metodas 510.4, procedūra 1; apsauga nuo pažeidimų, atsparumas lietai: MIL standartas 810F, testavimo metodas 510.4, procedūra 1; atsparumas smūgiams 20g; kritimo testas – 26 kritimai iš 120 centimetrų aukščio ant visų paviršių.
19. Aparato darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo - 25 °C iki +45°C
20. Aparatas autonomiškai veikia iš vidinio akumuliatoriaus ne mažiau kaip 10 ventiliacijos valandų, esant gamykliniams nustatymams. Išsikrovusios baterijos įkrovimas iki 80 procentų ne daugiau kaip per 2 valandas.
21. Aparato ekrane atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis.
22. Aparatas turi šią išmaniąją (teikia pagal prioritetą operatoriui pranešimus ekrane, kai reaguojama, atsakoma į aliarmus) garsinę ir vaizdinę aliarmų sistemą: a) dujų slėgio, b) maksimalus slėgis, c) minimalus slėgis, d) baterijos išsikrovimo, e) paciento sistemos integralumo, f) apnėjos.
23. Aparatas turi galimybę išjungti garsinį aliarmą ne mažiau kaip iki 120 s trukmei.
24. Išmatavimai ne didesni kaip: plotis 250 mm, aukštis 350 mm, gylis 125 mm.
25. Aparatas komplektuojamas su: a) aparato laikikliu į GMP automobilį, b) paciento kvėpavimo kontūrą (vienkartinio naudojimo) – ne mažiau kaip 10 vnt., c) transportavimo krepšiu.

65. Minimalūs reikalavimai Švirkštiniam infuzijos siurbliui

Bendri

1. Vieno švirkšto švirkštinis infuzijos siurblys.
2. Švirkštinis infuzijos siurblys turi būti pritaikytas naudoti greitosios medicinos pagalbos automobiliuose su tam skirta specialia tvirtinimo pakaba. Prietaisas turi būti sumontuotas kairėje paciento skyriaus pusėje, šalia transportinio defibriliatoriaus-monitoriaus (kairėje pusėje).
3. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Švirkštinis infuzijos siurblys pritaikytas 5, 10, 20, 30, 50, 60 ir 100 ml tūrio švirkštams.
2. Švirkštinis infuzijos siurblys informaciją pateikia lietuvių kalba.
3. Švirkštinis infuzijos siurblys turi galimybę pagal vartotojo pageidavimą, užprogramuoti naujus švirkštų tipus.
4. Švirkštinis infuzijos siurblys turi galimybę indikuoti vaistų pavadinimą iš vaistų sąrašo.

5. Švirkštinis infuzijos siurblys turi galimybę vartotojui įvesti naujų vaistų pavadinimus.
6. Švirkštinis infuzijos siurblys turi galimybę vartotojui vykdyti infuziją, neribojant infuzijos tūrio.
7. Švirkštinis infuzijos siurblys turi galimybę infuzijos metu peržiūrėti infuzijos parametrus (infuzijos greitį, okliuzijos slėgio lygį, boluso tūrį ir kt.) ir keisti infuzijos greitį.
8. Švirkštinis infuzijos siurblys turi boluso funkciją.
9. Švirkštinis infuzijos siurblys turi galimybę įvesti iš anksto užprogramuotą boluso tūrį.
10. Švirkštinis infuzijos siurblys turi galimybę įvesti boluso tūrį, kurio trukmė priklausytų nuo „boluso“ mygtuko nuspaudimo trukmės.
11. Švirkštinis infuzijos siurblys turi galimybę reguliuoti boluso greitį.
12. Švirkštinis infuzijos siurblys turi KOR (KVO) funkciją.
13. Švirkštinis infuzijos siurblys turi okliuzijos slėgio lygio parinkimo funkciją.
14. Švirkštinis infuzijos siurblys turi valdymo klaviatūros užrakinimo funkciją.
15. Švirkštinis infuzijos siurblys turi garsinę ir vaizdinę aliarmų indikaciją kai: a) Nėra elektros tinklo; b) Silpnas akumulatorius; c) Akumulatorius išsikrovė; d) Okliuzija; e) Švirkštas tuščias; f) Infuzijos pabaiga.
16. Švirkštinis infuzijos siurblys yra maitinamas iš a) 220 V AC elektros tinklo; b) Išorinio maitinimo 12 V DC; c) Vidinio akumulatoriaus
17. Švirkštinio infuzijos siurblio komplektacijoje turi būti: a) Laikiklis, skirtas švirkštinio infuzijos siurblio tvirtinimui greitosios pagalbos automobiliuose; b) Išorinio maitinimo 12 V DC kabelis.
18. Švirkštinis infuzijos siurblys atsparus defibriliacijai.
19. Švirkštinis infuzijos siurblio atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IP42.
20. Švirkštinio infuzijos siurblio Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnio dydžio švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml/val. iki 1500 ml/val.
21. Švirkštinio infuzijos siurblio Infuzijos tūrio nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 999 ml.
22. Švirkštinio infuzijos siurblio Tūrinis infuzijos tikslumas ne didesnis kaip $\pm 2\%$.
23. Švirkštinio infuzijos siurblio Okliuzijos slėgio pasirinkimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 kPa iki 120 kPa (ne mažiau kaip 3 nustatymo lygiai).
24. Švirkštinio infuzijos siurblio Boluso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 10 ml/val iki 1500 ml/val.
25. Švirkštinio infuzijos siurblio Boluso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99 ml.
26. Švirkštinio infuzijos siurblio darbo iš vidinio akumulatoriaus laikas ne mažiau kaip 10 val., esant infuzijos greičiui 5 ml/val.
27. Švirkštinio infuzijos siurblio vaistų pavadinimų sąrašas ne mažesnis kaip 50 vaistų pavadinimų.

TREČIAS SKIRSNIS

KARTU SU AUTOMOBILIU PATIEKIAMOS PAPILDOMOS PREKĖS

66. Minimalūs reikalavimai Gesintuvams

Bendri

1. Automobilis turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip 2 gesintuvais, kur vienas gesintuvas turi būti įrengtas Vairuotojo skyriuje ir vienas gesintuvas turi būti įrengtas Paciento skyriuje.
2. Kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Gesintuvo tūris ne mažiau kaip 2 litrai.

67. Minimalūs reikalavimai Plaktukui avariniam langų išdaužymui**Bendri**

1. Automobilis turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip 1 plaktuku avariniam langų išdaužymui.
2. Kiekis – ne mažiau kaip 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

68. Minimalūs reikalavimai Peiliui diržų perpjovimui**Bendri**

1. Automobilis turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip 1 peiliu diržų perpjovimui.
2. Kiekis – ne mažiau kaip 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

69. Minimalūs reikalavimai Papildomoms priemonėms**Bendri**

1. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas (ne mažiau kaip 2 vnt.) ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

III SKYRIUS UŽSAKYMŲ ĮVYKDYMO TVARKA

1. Po sutarties įsigaliojimo dienos Perkančioji organizacija per 30 mėnesių Tiekėjui gali pateikti atskirus užsakymus Automobilio ar Automobilių pristatymui.
2. Tiekėjas gavęs Perkančiosios organizacijos užsakymą, patvirtina užsakymo gavimo faktą ir pradeda Automobilio ar Automobilių tiekimą.
3. Automobilis Perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 6 mėnesius po užsakymo pateikimo dienos ir ne vėliau nei nurodyta Tiekėjo pasiūlyme.

IV SKYRIUS BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

1. Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti Automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti atlikti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu vieno mėnesio laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo Automobilio priėmimo-perdavimo momento.

V SKYRIUS TECHNINIS APTARNAVIMAS

1. Jeigu Bazinio Automobilio gamintojas ir (ar) Automobilio perdirbėjas turi techninio aptarnavimo centrą Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai gedimo atveju Automobilį į techninio aptarnavimo centrą pristato Perkančioji organizacija savo sąskaitą. Jeigu Bazinio Automobilio

gamintojas ir (ar) Automobilio perdirbėjas neturi techninio aptarnavimo centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai gedimo atveju Automobilį į techninio aptarnavimo centrą pristato Tiekėjas.

2. Jeigu įrangos, tiekiamos kartu su Automobiliumi, techninio aptarnavimo centras yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai įrangos tiekiamos kartu su Automobiliumi gedimo atveju Automobilį arba įrangą, tiekiamą kartu su Automobiliumi, (jeigu įrangą galima išmontuoti iš automobilio) į techninio aptarnavimo centrą pristato Perkančioji organizacija savo sąskaitą. Jeigu įrangos, tiekiamos kartu su Automobiliumi, techninio aptarnavimo centro nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai gedimo atveju Automobilį arba įrangą, tiekiamą kartu su Automobiliumi, (jeigu įrangą galima išmontuoti iš automobilio) į techninio aptarnavimo centrą pristato Tiekėjas.

VI SKYRIUS GARANTIJA

1. Automobiliumi yra taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija, skaičiuojama nuo Automobilio priėmimo-perdavimo momento. Garantijai taikoma tik tokiu atveju, jei Automobilio rida per nurodytą laikotarpį neviršija 200 000 km (Automobiliui tiekiamam Pirmoje pirkimo dalyje) arba 150 000 km (Automobiliui tiekiamam Antroje pirkimo dalyje). Ši garantija netaikoma Automobilio įrangai nurodytai šio skyriaus 4 punkte.

2. Automobilio apipavidalinimui taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo.

3. Automobilio kėbului taikoma ne trumpesnė kaip 6 metų garantija nuo korozijos, skaičiuojama nuo Automobilio priėmimo-perdavimo momento.

4. Pirkimo dokumentų **Error! Reference source not found.** priedo I skyriaus lentelės 3-20 eilutėje nurodytai Automobilio įrangai taikoma ne trumpesnė kaip 1 metų garantija, skaičiuojama nuo Automobilio priėmimo-perdavimo momento:

VII SKYRIUS DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba patvarioje laikmenoje¹.

VIII SKYRIUS TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečioms tiekėjų tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

¹ Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.

Viešojo pirkimo–
pardavimo sutarties
2 priedas

TIEKĖJO PASIŪLYMAS

(Pasiūlymo A dalies ir B dalies užpildytos formos ir visi Pasiūlymo A dalies ir B dalies priedai pilna apimtimi yra saugomi CVP IS. Pasiūlymo A dalies ir B dalies užpildytos formos ir Pasiūlymo A dalies ir B dalies priedai saugomi CVP IS yra laikomi neatskiriama šio dokumento dalimi)

(prekių perdavimo-priėmimo aktų formos)

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

20__ m. _____ Nr. _____
(Sudarymo vieta)

(pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – **Perkančioji organizacija**),

ir

(pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – **Tiekėjas**),

Šiuo paslaugų perdavimo-priėmimo aktu patvirtiname, kad buvo patiektos žemiau nurodytos prekės, nurodytos 20__ m. _____ d. Viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje Nr. ____ (toliau – Prekės).

Laikotarpis nuo 20__ m. _____ d. iki 20__ m. _____ d.

Prekės atitinka sutartyje keliamus reikalavimus, pateikti visi reikalingi dokumentai ir informacija. Perkančioji organizacija dėl patiektų Prekių pastabų ir pretenzijų neturi.

1 lentelė. Patiektos prekės

Nr.	Prekės	Šiuo aktu priimamas kiekis	Įkainis be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	2	3	4	5=3x4
1.				

Iš viso (be PVM):

PVM:

Iš viso (su PVM):

2 lentelė. Sutarties vertės, Eur su PVM

Sutarties kaina su PVM (nurodyta sutartyje)	Priimtų prekių vertė iki šio akto sudarymo momento	Šiuo aktu priimamų prekių vertė	Priimtų prekių vertė, įskaitant ši aktą	Skirtumas
1	2	3	4=2+3	5=1-4

Bendra kaina: _____.

Pastabos: _____.

(šalių rekvizitai ir parašai)

DETALŲS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Commercial transport service“, Ragainės g. 2, Šilutė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	sutartis 1 dalis 2020-03
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-02 Nr. VP9-8E
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GGEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidotas Kuzminskas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-26 10:24:29
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-24 - 2024-09-22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	NERIJUS MIKELIONIS, DIREKTORIUS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-26 17:58:49
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-12 - 2023-06-11
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	NERIJUS MIKELIONIS, DIREKTORIUS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-02 09:50:07
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-12 - 2023-06-11
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180521-8185)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Dokumentas turi klaidų
Paieškos nuoroda	