

Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:

PASIŪLYMAS

Projekto „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“ medicininės įrangos (I etapas) pirkimas

Data:	2020.06.04
Nr.:	1
Vieta:	Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi	Viva Medical, UAB
Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	302820861,00
PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi	LT100007018811
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB, banko kodas 73000, A/s LT2573000101
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių	Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius
Telefono numeris	37065834334,00
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@vivamedical.lt
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė,	aitytė-Bastienė, administratorė-viešųjų pirkimų
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Antanas Juška, direktorius

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomi produktai	Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1.	Neinvazinis šlapimo kiekio matuoklis pūslėje						
1.1.	Portatyvus ultragarsinis šlapimo pūslės skaneris su rankena ir stovu	2	vnt	7 390,00 €	14780	VitaScan PD	
1.1.1.	Šlapimo pūslės skenavimas realiu laiku, siekiant išmatuoti šlapimo pūslės skysčių likutinį kiekį						Šlapimo pūslės skenavimas realiu laiku, siekiant išmatuoti šlapimo pūslės skysčių likutinį kiekį (1 p.d. aprašymas EN 1, 1 psl.)
1.1.2.	Skanavimo metodas sektorinis, ≥ 180 laipsnių						Skanavimo metodas sektorinis, 180 laipsnių (1 p.d. aprašymas EN 1, 2 psl.)
1.1.3.	Tūrio matavimo ribų diapazonas ≥ 0-999 ml						Tūrio matavimo ribų diapazonas 0 - 1000 ml (1 p.d. aprašymas EN 1, 2 psl.)
1.1.4.	Skanavimo gylis ≥ 230 mm						Skanavimo gylis 230 mm (1 p.d. aprašymas EN 1, 2 psl.)
1.1.5.	Daviklio darbinis dažnis 2.0 ± 0.5 MHz						Daviklio darbinis dažnis 2.35 MHz (1 p.d. aprašymas EN 1, 2 psl.)
1.1.6.	Pūslės atvaizdavimas ekrane iš priekio ir iš šono						Pūslės atvaizdavimas ekrane iš priekio ir iš šono (1 p.d. aprašymas EN 1, 1 psl.)
1.1.7.	Automatinis šlapimo pūslės skysčių kiekio apskaičiavimas						Automatinis šlapimo pūslės skysčių apskaičiavimas (1 p.d. aprašymas EN 1, 1 psl.)
1.1.8.	Galimybė rankiniu būdu pakoreguoti matuojamus pūslės plotus						Galimybė rankiniu būdu pakoreguoti matuojamus pūslės plotus (1 p.d. aprašymas EN 1, 1 psl.)
1.1.9.	Matavimo tikslumo atvaizdavimas ±10%						Matavimo tikslumo atvaizdavimas ±10% (1 p.d. aprašymas EN 1, 2 psl.)
1.1.10.	Lietimui jautrus ekrano tipas, ≥ 15 cm įstrižainė						Lietimui jautrus ekrano tipas, 17,78 cm (7 colių) įstrižainė (1 p.d. aprašymas EN 1, 2 psl.)
1.1.11.	Paciento lyties pasirinkimas						Paciento lyties pasirinkimas (1 p.d. aprašymas EN 2, 1 psl.)
1.1.12.	Hysterektomijos funkcija						Hysterektomijos funkcija (1 p.d. aprašymas EN 2, 1 psl.)
1.1.13.	Integruotas terminis spausdintuvas						Integruotas terminis spausdintuvas (1 p.d. aprašymas EN 1, 1 psl.)
1.1.14.	Integruotas akumulatorius, skaneris be elektros tinklo gali veikti ≥ 300 min						Integruotas akumulatorius, skeneris be elektros tinklo gali veikti 360 min (1 p.d. aprašymas EN_1, 2 psl.)
1.1.15.	Aparatas lengvai nuimamas ir uždedamas ant stovo						Aparatas lengvai nuimamas ir uždedamas ant stovo (1 p.d. aprašymas EN 3, 1 psl.)
1.1.16.	Elektros tinklas 230 V, 50 Hz						Elektros tinklas 230 V, 50 Hz (1 p.d. aprašymas EN 1, 2 psl.)
1.1.17.	Komplektuojamas su krepšiu, mobiliu stovu su laikikliu davikliui ir ratukais, galimybė reguliuoti stovo aukštį ≥ 1000 mm						Komplektuojama su krepšiu, mobiliu stovu su laikikliu davikliui ir ratukais, galimybė reguliuoti stovo aukštį 1000 mm (1 p.d. aprašymas EN 1, 2 psl.; 1 p.d. aprašymas EN 3, 1 psl.)
1.1.18.	Atitinka medicininių prietaisų direktyvos 93/ 42/ EEC reikalavimus (pateikti CE sertifikatai)						Atitinka medicininių prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus, pateikiamas sertifikatas (1 p.d. CE sertifikatas EN)
				Suma be PVM	14780		
				PVM suma	3 103,80 €		
				Suma su PVM	17883,8		