

ĮRANGOS PANAUDOS SUTARTIS

2021 m. 2021-04-29

d. Nr. S-2021-285

Klaipėda

UAB Mediq Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Marcinkonio, veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau – Panaudos davėjas)

Ir **Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė**, juridinio asmens kodas 191340469, kurios registruota buveinė yra Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo medicinai Algirdo Liutkaus, veikiančio pagal VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus Jono Šalysgos 2014 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2-458 (toliau – Panaudos gavėjas)

toliau sutartyje kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, remdamiesi Šalių išreikšta valia, viešojo pirkimo ir pardavimo sutartimi „Laboratoriniai reagentai“ (Sutartis dėl reagentų pirkimo), sudarė šią Turto panaudos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau išvardintų sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Panaudos davėjas, vadovaudamasis atvirojo konkurso „Reagentai bei priemonės laboratoriniams tyrimams VI (kartu su analizatorių panauda)“ (pirkimo Nr. 531547) sąlygomis, Laboratorinių reagentų viešojo pirkimo pardavimo sutartimi Nr. S-2021-276 ir šios sutarties sąlygomis ir terminais, perduoda Panaudos gavėjui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis nuosavybės teise priklausančių materialųjų turčių – gliukozės matuoklius Accu-Chek Inform II Meter Kit-RF Roche, 4 vnt. naujų gliukozės matuoklių, kurių įsigijimo vertė – Eur. (su PVM) ir 4 vnt. gliukozės matuoklius, kurių vertė – Eur. (su PVM), biocheminių analizatorių Cobas (S.N. 14116), kurio įsigijimo vertė – Eur. (su PVM), kraujo elektrolitų analizatorių i-Smart 30 PRO, kurio įsigijimo vertė – Eur. (su PVM). Bendra laikinai perduodamo turto vertė yra (su PVM) (toliau – Įranga, Turtas).

2. Panaudos davėjas perduoda Įrangą Panaudos gavėjui neatlygintinai naudotis 2021 m. balandžio 20 d. viešojo pirkimo ir pardavimo sutarties „Laboratoriniai reagentai“ Nr.S-2021-276 galiojimo laikotarpiu.

3. Kitos sąlygos: šios Sutarties 1 punkte nurodyta Įranga perduodama Panaudos gavėjo įstatuose numatytos veiklos įgyvendinimui ir teikiamų medicininių paslaugų kokybės gerinimui ir atitinka šio tipo įrangai keliamus standarto bei kokybės reikalavimus.

4. Trečiųjų asmenų teisės į daiktą: perduota Įranga negali būti perduodama ar kitaip perleidžiama naudotis tretiesiems asmenims.

II. PANAUDOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5. Panaudos gavėjas įsipareigoja pagal perdavimo ir priėmimo aktą (2 priedas) priimti perduodamą Įrangą, sudaryti sąlygas jos instaliacijai Panaudos gavėjo patalpose ir vadovaudamasis vartotojo instrukcija užtikrinti tinkamą ir saugią Įrangos eksploataciją.

6. Panaudos gavėjas privalo:

6.1. naudotis Įranga pagal tiesioginę paskirtį ir sutartyje nurodytomis sąlygomis tik savo įstatuose numatyta veikla vykdyti, griežtai laikytis šiai Įrangai keliamų gamintojo naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų, taip pat priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir kitų taisyklių;

6.2. sudaryti sąlygas Panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduota Įranga naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį ir sutartyje numatytais sąlygomis, ar Panaudos gavėjas vykdo veiklą, kurios gerinimui buvo perduotas Panaudos davėjo turtas;

6.3. atlyginti Panaudos davėjui nuostolius, atsiradusius netinkamos Įrangos eksploatacijos, dėl ko Įranga sugedo ar buvo sugadinta;

6.4. likus 1 (vienam) mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu pranešti Panaudos davėjui apie grąžinamą Įrangą, o panaudos sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, grąžinti Įrangą Panaudos davėjui tos būklės, kokios jam buvo perduota, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

III. PANAUDOS DAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7. Panaudos davėjas garantuoja, kad Įranga atitinka Panaudos gavėjo keliamus kokybės reikalavimus ir aprobuota naudojimui Lietuvoje.

8. Panaudos davėjas:

8.1. privalo per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti sutarties 1 punkte nurodytą Įrangą pagal perdavimo ir priėmimo aktą (2 priedas). Įranga turi būti pristatyta, sumontuota/instaliuota/įdiegta, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta, apmokytas personalas. Panaudos davėjas turi informuoti Panaudos gavėją apie perduodamos Įrangos ypatumus, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas

8.2. Panaudos davėjas privalo Panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu, nuo Įrangos perdavimo Panaudos gavėjui dienos, savo sąskaita užtikrinti perduotos Įrangos techninį aptarnavimą (techninę priežiūrą ir remontą, techninės būklės tikrinimą).

8.3. Panaudos davėjas įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį teikti konsultacijas visais su Įrangos naudojimu susijusiais klausimais.

8.4. Nepažeisdamas Panaudos gavėjo teisių, turi teisę Pardavėjo atsakingų darbuotojų darbo metu ir iš anksto aptartu laiku tikrinti, ar Panaudos gavėjas naudojasi Įranga tinkamai pagal paskirtį ir sutarties sąlygas;

8.5. Pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui, iš panaudos gavėjo per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasibaigimo dienos, jei Šalys nesusitaria kitaip, turi priimti jam grąžinamą daiktą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

11. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu, siunčiant elektroniniu arba registruotu paštu, apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes - taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12. Jei Panaudos davėjas nepristato Sutartyje numatytos įrangos ar pristato nepilnos komplektacijos, dėl ko Panaudos gavėjas negali Įrangos eksploatuoti pagal paskirtį, Sutarties 8.1 p. nustatytu terminu, Panaudos davėjas moka Panaudos gavėjui 0,07 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytos Įrangos vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Panaudos gavėjas šią sumą, be atskiro rašytinio įspėjimo, gali išskaičiuoti iš Panaudos davėjui mokėtinų sumų, kurias Panaudos

gavėjas turi mokėti pagal tarpusavio sudarytą „Laboratorinių reagentų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį“.

13. Panaudos gavėjui nutraukus Sutartį dėl Sutarties 17.5 p. nurodyto Panaudos davėjo Sutarties pažeidimo, Panaudos davėjas įgyja pareigą atlyginti (kompensuoti) visus Panaudos gavėjo patirtus nuostolius, įskaitant dėl pretenzijų (reikalavimų, ieškinių) iš trečiųjų asmenų, dėl Panaudos gavėjo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, susijusių su šia Sutartimi.

14. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

V. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

13. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

13.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

13.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;

13.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų.

13.4. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

13.5. Kai Sutartyje tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamas žodine reikšme.

13.6. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

13.7. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

14. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Paslaugų atlikimo terminus.

VI. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMAS

15. Panaudos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tiek, kiek 2021 m. balandžio 20 d. viešojo pirkimo ir pardavimo sutartis „Laboratoriniai reagentai“ Nr.S-2021-276. Panaudos sutartis pasibaigia, kai nutraukiama arba baigia galioti 2021 m. balandžio 20 d. viešojo pirkimo ir pardavimo sutartis „Laboratoriniai reagentai“ Nr.S-2021-276, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

16. Sutarties pakeitimai:

16.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu, kuris įsigaliojės tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ir Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Panaudos gavėjas.

16.3. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl

pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas - tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo

17. Šalys nutraukia sutartį prieš terminą:

17.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir šioje sutartyje numatytais pagrindais;

17.2. Nutraukus viešojo pirkimo Nr. 531547 metu sudarytą Laboratorinių reagentų viešojo pirkimo - pardavimo sutartį, dėl reagentų pirkimo;

17.3. jeigu Panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti ir nepateikia prašomos informacijos ar perduota pagal sutartį įranga naudojama pagal paskirtį ir sutartyje nurodytas sąlygas, ar Panaudos gavėjas vykdo veiklą, kurios gerinimui buvo perduota įranga;

17.4. jeigu bent vienai iš Šalių netinkamai vykdoma arba nevykdoma Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, po pateikto rašytinio reikalavimo, kai per reikalavime nustatytą nukentėjusios Šalies papildomą terminą, Sutarties vykdymo trūkumai nepašalinami arba nepradedama tinkamai vykdyti Sutartis;

17.5. Panaudos davėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų per Sutarties 8.1. p. nurodytą terminą, atsižvelgiant į Sutarties sąlygas, kurių griežtas laikymasis turi esminės reikšmės Panaudos gavėjo pareigoms – savalaikiai ir tinkamai teikti medicininės paslaugas tretiesiems asmenims (pacientams), Panaudos gavėjas turi teisę Sutartį nutraukti, jei per 24 valandas Panaudos davėjas tinkamai neįvykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8.1 p.

17.6. jeigu Panaudos gavėjas tyčia ar iš neatsargumo blogina Įrangos būklę;

17.7. pasibaigus Panaudos gavėjui kaip juridiniam asmeniui;

17.8. atsiradus objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių Šalys nebegali vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir šių aplinkybių Šalys protingai negalėjo numatyti sudarydamos Sutartį;

17.9. kai nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių Įranga pasidaro netinkama naudojimui;

17.10. Šalių susitarimu.

18. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas LR įstatymams ar kitiems norminiams LR teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia LR teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19. Nutraukus Sutartį Šalys privalo iki planuojamos sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos Šalys vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus.

20. Sutartį Panaudos davėjui nutraukus vienašališkai, nesant Panaudos gavėjo kaltės ar Panaudos davėjui nutraukus Sutartį dėl Panaudos davėjo kaltės, Panaudos gavėjui Panaudos davėjas kompensuoja visus patirtus nuostolius ir/ar žalą.

21. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

22. Visi iškilę ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų būdu, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčai sprendžiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal Panaudos gavėjo buveinės registracijos vietą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Vykdydamos sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

24. Šalys atsako už įsipareigojimų, prisiimtų šia sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą bei atlygina kitos Šalies patirtus nuostolius taip, kaip numatyta šioje sutartyje.

25. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

26. Bet kokio pobūdžio informacija (įspėjimai, pranešimai, paklausimai, siūlymai ir t.t.) susijusi su Sutartimi, privalo būti rašytinė ir siunčiama kitai Šaliai, darbo dienomis ir valandomis, Sutarties rekvizituose nurodytais adresais, el. paštu, registruotu paštu ar įteikiant. Informacija laikoma gauta išsiuntimo dieną arba sekančią darbo dieną. Pranešimai, siųsti registruotu paštu, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nuo jų išsiuntimo dienos.

27. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingi:

27.1. Panaudos davėjo atstovas – Pardavimų atstovė Rūta Markovskytė, tel. 852688454, el. paštas ruta.markovskyte@mediq.com jo nesant – mediqlietuva@mediq.com ;

27.2. Panaudos gavėjo atstovas – Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja Fausta Dautartienė, tel. 846 491 072, el. paštas laboratorija@jurlig.lt.

28. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

PRIDEDAMA:

1. Įrangos, perduodamos pagal panaudos sutartį, techninė specifikacija;

2. Įrangos, perduodamos pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo akto forma po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Panaudos davėjas

UAB Mediq Lietuva

Kodas 302513086

Kolektyvo g. 15-20, LT-08314, Vilnius

Tel. 852688451, faks. (+370) 5 268 8470

El. paštas: mediqlietuva@mediq.com

Panaudos gavėjas

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Kodas 193404469

Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda

Tel. (8 46) 491 002, faks. (8 46) 385 338

El. paštas jurlig@jurlig.lt

Generalinis direktorius

Direktoriaus pavaduotojas medicinai

Giedrius Marcinkonis

A. V.

Algirdas Liutkus



Stiprinantis
dokumentas

2021 m. 2021 -04- 23 d.
 Įrangos panaudos sutarties Nr.
 5-2021-285 I Priedas

ĮRANGOS, PERDUODAMOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI (1 vnt., Palangos departamentui)

Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
			cobas c 111
1	Analizatoriaus paskirtis	Visiškai automatinis biocheminių tyrimų analizatorius be ISE modulio. Kompaktiškas, statomas ant stalo.	Visiškai automatinis biocheminių tyrimų analizatorius be ISE modulio. Kompaktiškas, statomas ant stalo.(Žr. faile Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/3psl)
2	Matavimo metodas	Fotometrinis, potenciometrinis.	Fotometrinis, potenciometrinis.(Žr. faile Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/14psl)
3	Našumas	60-100 fotometrinų tyrimų per valandą	60-100 fotometrinų tyrimų per valandą(Žr. faile Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/14psl.)
4	Mėginių tipai	Šlapimas, likvoras, serumas, plazma, visas kraujas.	Šlapimas, likvoras, serumas, plazma, visas kraujas.(Žr. faile Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/14psl)
5	Mėginio tūris ir kiekis	Mėginio sąnaudos tyrimui ne daugiau kaip 20 µl tyrimui. Mėginiai į analizatorių dedami pirminiuose mėgintuvėliuose arba mėginio indeliuose.	Minimalus mėginio tūris 50µL Mėginiai į analizatorių dedami pirminiuose mėgintuvėliuose arba mėginio indeliuose. (Žr. faile Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/14psl)
6	Mėginio kokybės patikrinimas	Būtina krešulių nustatymo sistema.	Būtina krešulių nustatymo sistema.(Žr. faile Gamintojų dokumentai/2 dalis/c111_4.0_OM_LT Word.pdf/p.A-17)

7	Brūkšinių kodų skaitymas	Reagentų, mėginių brūkšinių kodų nuskaitymui.	Reagentų, mėginių brūkšinių kodų nuskaitymui. (Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/14psl)
8	Kiuvetės	Tyrimai atliekami neplaunamose vienkartinėse kiuvetėse. Kiuvėčių kiekis analizatoriuje vienu metu – ne mažiau kaip 50.	Tyrimai atliekami neplaunamose vienkartinėse kiuvetėse. Kiuvėčių kiekis analizatoriuje vienu metu – ne mažiau kaip 50. (Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/c111 4.0 OM_LT Word.pdf/p.A-63 ir A-74)
9	Automatinis mėginio praskiedimas	Būtina.	Automatinis mėginio praskiedimas (Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/5psl)
10	Reagentai	Paruošti naudojimui, ne didesnė nei po 50-100 tyrimų konteineriuose. Reagentai turi turėti brūkšninį kodą. Pagrindinių metodų reagentai ne trumpesnio nei 14-28 d. galiojimo atidarius. Reagentų, kontrolių ir kalibratorių laikymui nereikalingas šaldiklis.	Paruošti naudojimui, ne didesnė nei po 50-100 tyrimų konteineriuose. Reagentai turi turėti brūkšninį kodą. Pagrindinių metodų reagentai ne trumpesnio nei 14-28 d. galiojimo atidarius. Reagentų, kontrolių ir kalibratorių laikymui nereikalingas šaldiklis. (Žr. failę Gamintojų dokumentus/2 dalis/Reagentai)
11	Tyrimų spektras	Analizatorius turi būti pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus.	Analizatorius pajėgus atlikti visus reikalaujamus tyrimus (Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/13psl)
12	Tyrimų rezultatų pateikimas	Rezultatai spausdinami spausdintuvu.	Rezultatai spausdinami spausdintuvu (Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/c111 4.0 OM_LT Word.pdf/p.A-18)
13	Ištyrimo režimai	Skubių tyrimų galimybė su išpildymo ir tyrimo prioritizavimu (STAT funkcija)	Skubių tyrimų galimybė su išpildymo ir tyrimo prioritizavimu (STAT funkcija) (Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/5psl)
14	Rezultatų ir duomenų valdymas	Analizatoriaus valdymo programa turi saugoti kontrolių saugoti kontrolių rezultatus, braižyti kontrolių grafiką, pateikti kalibracijos kreives, saugoti pacientų tyrimų rezultatus	Analizatoriaus valdymo programa turi saugoti kontrolių rezultatus, braižyti kontrolių grafiką, pateikti kalibracijos kreives, saugoti pacientų tyrimų rezultatus (Žr. failę Gamintojų dokumentai/3 dalis/c111 4.0 OM_LT Word.pdf/p.A-19)
15	Vandens sąnaudos.	Ne daugiau kaip 0,5 l/val.	Ne daugiau kaip 0,5 l/val. (Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/14psl)

16	CE ženklimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Būtina. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.	(Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/Reagentai; kontroles ir kalibratoriai)
17	Techninis analizatoriaus aptarnavimas	Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių.	Garantuojamas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių. (Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/inžinieriaus apmokymų sertifikatas)
18	Garantiniai įsipareigojimai, remontas	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus.	Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas bus pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus.
19	Pajungimas į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą.	Būtina. Turi būti sąsaja, leidžianti analizatorių sujungti su Ligoninės informacine sistema.	Yra sąsaja, leidžianti analizatorių sujungti su Ligoninės informacine sistema.(Žr. failę Gamintojų dokumentai/2 dalis/cobas c 111 analyzer brochure.pdf/14psl)
20	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių, anglų kalbomis.	Būtina.	Yra (Žr. failę Gamintojų dokumentai/c111_4.0_OM_LT Word.pdf)
21	Siūlomas naujas analizatorius.	Būtina.	Taip

3.2 REIKALAVIMAI GLJUKOZĖS NUSTATYMO ANALIZATORIUI (8 vnt.)

Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
		Siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis	Roche Diagnostics, Accu-Chek Inform II system – 8 vnt

1	Portatyvus diagnostinis analizatorius gliukozės koncentracijos kiekybiniam nustatymui su dėklu transportavimui.	Būtina	Portatyvus diagnostinis analizatorius gliukozės koncentracijos kiekybiniam nustatymui su dėklu transportavimui. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
2	Matavimo metodas – elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija.	Būtina	Matavimo metodas – elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
3	Tyrimo atlikimo trukmė iki 10 sek.	Būtina	Tyrimo atlikimo trukmė 5 sek. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
4	Mėginys - veninis, kapiliarinis, arterinis kraujas, naujagimių kr. matuoti tiek tiesiogiai, tiek iš vakuuminės ir kapiliarinės sistemos talpų su KEDTA ir Li heparinu.	Būtina	Mėginys - veninis, kapiliarinis, arterinis kraujas, naujagimių kr. matuoti tiek tiesiogiai, tiek iš vakuuminės ir kapiliarinės sistemos talpų su KEDTA ir Li heparinu. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II ir Atitikimas 3 - AC Inform II juostelės ENG_PakuotesLapelis (sk.Naudojimo paskirtis bei Informacija sveikatos priežiūros specialistams)
5	Mėginys įsiurbiamas, kiekis iki 1 μl.	Būtina	Mėginys įsiurbiamas, kiekis 0,6 μl. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
6	Mėginio hematokrito ribos ne siauresnės kaip 15-65%.	Būtina	Mėginio hematokrito ribos 10-65%. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
7	Rezultatai atitinka gliukozės koncentraciją kraujo plazmoje.	Būtina	Rezultatai atitinka gliukozės koncentraciją kraujo plazmoje. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl
8	Matuojamos gliukozės konc.ribos ne siauresnės kaip 0,6-33,0 mmol/l.	Būtina	Matuojamos gliukozės konc.ribos ne siauresnės kaip 0,6-33,3 mmol/l. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
9	Kokybės kontrolė ne mažiau kaip 2 lygių.	Būtina	Kokybės kontrolė 2 lygių. / pasiūlyta 2 lygių bei gamintojo dokumentuose skirtingų lygių kokybės kontrolės aprašai
10	Gamyklinis kalibravimas pagal ID-GCMS metoda arba lygiavertį.	Būtina	Gamyklinis kalibravimas pagal ID-GCMS / AC Inform II juostelės LT_PakuotesLapelis LT vertime.
11	Mėginio kiekio pakankamumo patvirtinimo f-ja (garsinis signalas).	Būtina	Mėginio kiekio pakankamumo patvirtinimo f-ja (garsinis signalas). / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 11psl.

12	Jutiklinis valdymo ekranas.	Būtina	Jutiklinis valdymo ekranas. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 10psl.
13	Atmintis ne mažiau kaip 2000 matavimo rezultatų, su data, laiku ir komentarais.	Būtina	Atmintis ne mažiau kaip 2000 matavimo rezultatų, su data, laiku ir komentarais. / Accu Check Inform II Operators Manual LT 137psl
14	Darbinė temperatūra tyrimams atlikti ne blogiau kaip: 15-35°C, drėgnumas iki 90%.	Būtina	Darbinė temperatūra tyrimams atlikti: 8-44°C, drėgnumas iki 90%. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 10psl. Ir Accu Check Inform II Operators Manual LT 137psl, AC Inform II juostelės LT PakuotesLapelis
15	Svoris ne daugiau kaip 0,4 kg.	Būtina	Svoris 0,347 kg. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 10psl.
16	Maitinimas: 220V ir autonominis (akumuliatorius) užtikrinantis ne mažiau kaip 80 matavimų iš eilės su viena pilna įkrova.	Būtina	Maitinimas: 220V ir autonominis (akumuliatorius) užtikrinantis ne mažiau kaip 100 matavimų iš eilės su viena pilna įkrova. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II (4h įkrova - 50 matavimų, po 6h - 100 matavimų) ir Accu Check Inform II Operators Manual LT 138psl.
17	Įrangos instaliavimas ir prijungimas prie esamos laboratorinės informacinės sistemos (LIS).	Būtina. Turi būti sąsaja, leidžianti analizatorių sujungti su Ligoninės informacine sistema.	Įrangos instaliavimas ir prijungimas prie esamos laboratorinės informacinės sistemos (LIS). / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 13 ir 16 psl.
18	Duomenų perdavimas, keitimasis: 1.Infraraudonųjų spindulių sąsaja, 2.Bevielio ryšio prievadas WLAN, 3.Integruotas brūkšinių kodų skaitytuvas, 4.Nuotoliniai sist.administratoriaus nustatymai.	Būtina	Duomenų perdavimas, keitimasis: 1.Infraraudonųjų spindulių sąsaja, 2.Bevielio ryšio prievadas WLAN, 3.Integruotas brūkšinių kodų skaitytuvas, 4.Nuotoliniai sist.administratoriaus nustatymai. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 13 ir 16psl. ir Accu Check Inform II Operators Manual LT 22 psl.
19	Pateikti IVD CE 98/79EC sertifikata arba lygiavertį.	Būtina	Pateiktas IVD CE 98/79EC sertifikatas / CE instrument ir CE Accu-Chek Performa System
20	Prietaiso instrukcija lietuvių kalba ir originalo kalba.	Būtina	Pridėta prietaiso instrukcija lietuvių kalba ir originalo kalba. / Accu Check Inform II Operators Manual ENG ir Accu Check Inform II Operators Manual LT

21	Garantiniai įsipareigojimai, remontas	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių.	UAB Mediq Lietuva prisiima įsipareigojimus/ Roche įgaliojimas ir ACCU-CHECK Inform II inz. certificate išd. UAB Mediq Lietuva inž. R.Kardauskui
----	---------------------------------------	---	---

5.2 REIKALAVIMAI ANALIZATORIUI (1 vnt.)

Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
		Siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis	i-Sens Inc., i-Smart Pro30
1	Mėginys	Kraujo serumas/ heparinuotas bendras kraujas/ šlapimas	Bendras kraujas, serumas, plazma arba šlapimas (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/ i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
2	Matavimo metodas	ISE (Ion Selective Electrode)	ISE (Ion Selective Electrode) (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
3	Matuojami parametrai	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ ; trys analizės vienu tyrimu	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ ; trys analizės vienu tyrimu (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)

4	Matavimo ribos: iš serumo / iš šlapimo	Ne siauresnės nei: - 245 mmol/L K ⁺ - 1,0 – 20,0 mmol/L Cl ⁻ - 25 – 250 mmol/L	Na ⁺ - 25 Ne siauresnės nei: Na ⁺ - 10 – 400 mmol/L K ⁺ - 1,0 – 120,0 mmol/L Cl ⁻ - 10 – 400 mmol/L	Kraujyje: Na ⁺ : 20 - 250 mmol/L K ⁺ : 0,5 - 20 mmol/L Cl ⁻ : 20-250 mmol/L Šlapime: Na ⁺ : 10 - 400 mmol/L K ⁺ : 1,0 - 120,0 mmol/L Cl ⁻ : 10 -- 400 mmol/L (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
5	Mėginio kiekis	Ne didesnis kaip 100 µL		
6	Matavimo laikas	iki 60 s serume, iki 100 s šlapime		
7	Kalibracija	Analizatorius kalibruojasi automatiškai, o esant reikalui ir rankiniu programos paleidimu. Kalibravimo procesui reagentai nenaudojami.		
8	Atmintis	Ne mažiau 1000 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir ne mažiau 300 paskutinių kokybės kontrolės duomenų su paieškos funkcija ir išspausdinimu.		
9	Mėginio paėmimas	Įsiurbiamas per įsiurbimo adatą		
10	Kontrolė	Skysta kokybės kontrolė, ne mažiau 2 lygių kiekvienam parametrai ir atliekama per integruotą kokybės kontrolės programą.		
		Išsiurbiamas per įsiurbimo adatą (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)		
		Skysta kokybės kontrolė, 3 lygių kiekvienam parametrai ir atliekama per integruotą kokybės kontrolės programą. (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO Brosiura 2.pdf)		

11	Reagentų pakas/kasetė	Vartotojo lengvai keičiamas/įstatomas į analizatoriaus korpusą. Reagentų kasetėje- integruoti elektrodai, reagentai, vamzdeliai ir uždaras atliekų maišas. (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)	Vartotojo lengvai keičiamas/įstatomas į analizatoriaus korpusą. Reagentų kasetėje- integruoti elektrodai, reagentai, vamzdeliai ir uždaras atliekų maišas. (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
12	Reagentų, kokybės kontrolės, operatoriaus, paciento ir mėginio duomenų įvedimas	Su barkodo skaneriu, taip pat turi būti galimybė suvesti ir ranka, tiek skaičiais tiek raidėmis. (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)	Su barkodo skaneriu, taip pat yra galimybė suvesti ir ranka, tiek skaičiais tiek raidėmis. (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
13	Integruotas vidinis spausdintuvas	Būtinai	Integruotas vidinis spausdintuvas (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
14	Maitinimas	El.220V įtampa ir autonominis: nuo prietaise integruotų integruotų akumuliatorių arba baterijų ne mažiau 1,5 valandos įprasto darbo. (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)	El.220V įtampa ir autonominis: nuo prietaise integruotų akumuliatorių arba baterijų ne mažiau 1,5 valandos įprasto darbo. (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
15	Valdymas	Lietimui jautrus ekranas.	Spalvotas, lietimui jautrus ekranas (touch-screen). (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
16	Darbinė aplinka	15 – 35 °C	15 – 35 °C (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
	Jungtys	USB ir galimybė prijungti į LIS.	USB ir yra galimybė prijungti į LIS. (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/i-Smart 30 PRO with Urine(2016.09.30).pdf)
	Reagentų monitoringas	Ekране monitoruojama tikslius likusių tyrimų kiekių ir reagentų pako galiojimo laikas.	Ekране monitoruojama tikslius likusių tyrimų kiekių ir reagentų pako galiojimo laikas. (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis/4 i-smart 30 pro operator's manual_rev0_201209.doc/3-1psl.)
	Pajungimas/siuntimas į duomenų bazę (LIS/HIS)	Pateikti gamintojo prijungimo instrukciją/ protokolą	Pateikiamas gamintojo prijungimo instrukcija/ protokolai (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis)
	Garantija	Užtikrinama visu panaudos laikotarpiu	Užtikrinama visu panaudos laikotarpiu

	Sertifikatai	Gamintojo ISO ir CE sertifikatai siūlomai prekei ir reagentams ir reagentams (analizatoriui, reagentams ir kokybės kontrolei) (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis")
	Analizatoriaus, kokybės kontrolės ir reagentų naudojimo instrukcijos	Pateikti anglų ir lietuvių kalba (Žr. failę "Gamintojų dokumentai/5 dalis")


Panaudos davėjas
 UAB Mediq Lietuva
 Kodas 302513086
 Kolektyvo g. 15-20, LT-08314, Vilnius
 Tel. 852688451, faks. (+370) 5 268 8470
 El. paštas: mediqlietuva@mediq.com

Panaudos gavėjas
 Viešojo įstaiga Klaipėdos jūrinių ligoninė
 Kodas 193404469
 Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda
 Tel. (8 46) 491 002, faks. (8 46) 385 338
 El. paštas jurlig@jurlig.lt

Generalinis direktorius

Giedrius Marcinkonis
 A. V.

Direktoriaus pavaduotojas medicinai



2021 m.2021-04-23..... d.
Įrangos panaudos sutarties Nr.
5-2021-285 2 Priedas

**ĮRANGOS, PERDUODAMOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ Nr., PERDAVIMO IR
PRIĖMIMO AKTAS (forma)**

2021 m. d. Nr.
Klaipėda

Šiuo aktu Panaudos davėjas perduoda nuosavybės teise priklausančią materialųjį turtą, o
Panaudos gavėjas priima:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas	Inventorinis Nr.	Kiekis, vnt.	Vertė, Eur
1.				

Perduodamo turto būklė perdavimo metu - _____.

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, vienas Panaudos davėjui ir Panaudos gavėjui.
PRIDEDAMA. Perduodamo turto eksploatavimo instrukcija ir kita dokumentacija.

Perdavė:

A. V.

Priėmė:

A. V.