

UAB „PRINCIPALMED 1L „  
Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542,  
Faks. +37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė  
Kauno klinikos  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

## PASIŪLYMAS

### DĖL JĖGOS INSTRUMENTŲ PIRKIMO

2021-04-09 Nr. 210409-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

### TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Principalmed 1L"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 135926717 PVM kodas LT 100000969815
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas Banko kodas 70440 A/S LT 877044060003685890
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Laurušonis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	uh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

## PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“  
(dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu)

## SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

Pirkimo dalies Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Elektrinio jėgos instrumento komplektas		
1.2.	Paskirtis (taikymas)	Elektrinė sistema, skirta neurochirurginėms operacijoms.	Elektrinė sistema, skirta neurochirurginėms operacijoms. <b>Žr. Katalogas.pdf 1, 11 psl.</b>
1.3.	Valdymo konsolė	<ol style="list-style-type: none"> <li>Išoriniai matmenys (280 x 270 x 160) ± 5 mm;</li> <li>Svoris 6,9 ± 0,5 kg;</li> <li>Procedūrų valdymas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pagrindiniu valdymo ekranu LCD tipo (arba lygiaverčiu), 17 ± 0,5 cm įstrižainės, kuriame valdomos funkcijos: <ol style="list-style-type: none"> <li>Greičio nustatymas;</li> <li>Irigacijos nustatymas;</li> <li>Sukimosi krypties nustatymas;</li> <li>Užpildymo nustatymas.</li> </ol> </li> <li>Ekranu, skirtu kojiniui pedalui priskiriamoms funkcijoms valdyti;</li> <li>Ekranu, skirtu papildomų funkcijų parinktis valdyti.</li> </ol> </li> <li>Mikromotorų jungtys ne mažiau kaip 2;</li> <li>Kojinio pedalo jungtis priekinėje konsolės dalyje;</li> <li>Kalbos pasirinkimo galimybė (ne mažiau kaip 6 kalbos);</li> <li>Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija;</li> <li>Integruota irigacinė pompa;</li> <li>Irigacija reguliuojama 5% žingsniu;</li> <li>Maksimali irigacija 75 ± 1 ml/min.;</li> <li>Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir optimalaus darbinio greičio nustatymas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Išoriniai matmenys 278 x 268 x 160 mm;</li> <li>Svoris 6,9 kg;</li> <li>Procedūrų valdymas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pagrindiniu valdymo ekranu LCD tipo, 16,5 cm įstrižainės, kuriame valdomos funkcijos: <ol style="list-style-type: none"> <li>Greičio nustatymas;</li> <li>Irigacijos nustatymas;</li> <li>Sukimosi krypties nustatymas;</li> <li>Užpildymo nustatymas.</li> </ol> </li> <li>Ekranu, skirtu kojiniui pedalui priskiriamoms funkcijoms valdyti;</li> <li>Ekranu, skirtu papildomų funkcijų parinktis valdyti.</li> </ol> </li> <li>Mikromotorų jungtys - 2;</li> <li>Kojinio pedalo jungtis priekinėje konsolės dalyje;</li> <li>Kalbos pasirinkimo galimybė (Anglų, Japonų, Vokiečių, Prancūzų, Ispanų ir Italų kalbos);</li> <li>Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija;</li> <li>Integruota irigacinė pompa;</li> <li>Irigacija reguliuojama 5% žingsniu;</li> <li>Maksimali irigacija 75 ml/min.;</li> <li>Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir optimalaus darbinio greičio nustatymas.</li> </ol> <b>Žr. Katalogas.pdf 2, 11 psl.</b>



1.4.	Mikromotoras su kabeliu ( $\geq 3,5$ m ilgio), skirtas gręžimo antgaliams	1. Mikromotora svoris su kabeliu $300 \pm 5$ g; 2. Mikromotora diametras $18 \pm 0,05$ mm; 3. Mikromotora ilgis $99,5 \pm 0,5$ mm; 4. Mikromotora sukimosi greitis ne mažiau kaip 80000 aps./min.; 5. Sukimo momento reguliavimo ribos 30 – 100% (ne siauresnės už nurodytas); 6. Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių.	1. Mikromotora svoris su kabeliu 305 g; 2. Mikromotora diametras 18 mm; 3. Mikromotora ilgis 99,7 mm; 4. Mikromotora sukimosi greitis 80000 aps./min.; 5. Sukimo momento reguliavimo ribos 30 – 100%; 6. Galimybė prijungti 20 skirtingų antgalių <b>Katalogo kodas – P200-SMH</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 3, 4, 11 psl.</b>
1.5.	Kojinis valdymo pedalas	1. Programuojamas kojinis jungiklis; 2. Svoris ne didesnis kaip 1,5 kg; 3. Išoriniai matmenys $(155 \times 225 \times 175) \pm 5$ mm; 4. Galimybė pedalu reguliuoti apsukas; 5. Su apsauginiu kojinio pedalo lanku; 6. Kojinio valdymo pedalo kabelis ne mažiau kaip 3,5 m ilgio; 7. Atsparumo vandeniui klasė ne mažesnė kaip IPX8.	1. Programuojamas kojinis jungiklis; 2. Svoris 1,4 kg; 3. Išoriniai matmenys $153 \times 223 \times 175,5$ mm; 4. Galimybė pedalu reguliuoti apsukas; 5. Su apsauginiu kojinio pedalo lanku; 6. Kojinio valdymo pedalo kabelis 3,5 m ilgio; 7. Atsparumo vandeniui klasė - IPX8. <b>Katalogo kodas – FC-74</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 4, 5, 11 psl.</b>
1.6.	Trepanomotoras	1. Trepanomotora sukimosi greitis ne mažesnis kaip 1250 aps./min.; 2. Su universalia Hudson tipo (arba lygiaverte) jungtimi.	1. Trepanomotora sukimosi greitis 1250 aps./min.; 2. Su universalia Hudson tipo jungtimi. <b>Katalogo kodas – P200-PER</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 6, 12 psl.</b>
1.7.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais. <b>Katalogo kodas – P200-2SD</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 6, 12 psl.</b>
1.8.	Lenktas ilgas darbinis antgalis	1. Skirtas darbui endoskopinių procedūrų metu; 2. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 20000 aps./min.; 3. Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais; 4. Darbinės dalies ilgis $276 \pm 0,2$ mm; 5. Darbinio galiuko diametras $2 \pm 0,1$ mm; 6. Komplektuojamas su grąžtelių apsauginės movos fiksavimo raktu.	1. Skirtas darbui endoskopinių procedūrų metu; 2. Sukimosi greitis 20000 aps./min.; 3. Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais; 4. Darbinės dalies ilgis 275,8 mm; 5. Darbinio galiuko diametras 2,1 mm; 6. Komplektuojamas su grąžtelių apsauginės movos fiksavimo raktu. <b>Katalogo kodas – P200-RA330; P200-1ARA-W</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 7, 12 psl.</b>
1.9.	Kraniotomo rankena	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis), skirtas suaugusiems;	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo, skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės



		4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis $15,3 \pm 0,2$ mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.	dalies ilgis 15,3 mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais. <b>Katalogo kodas – P200-CRA, P200-RCRD-M</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 6, 12 psl.</b>
1.10.	Konteineris	1. Perforuotas konteineris, skirtas mikromotoro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys $(510 \times 260 \times 70) \pm 5$ mm.	1. Perforuotas konteineris, skirtas mikromotoro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys $512 \times 262 \times 70$ mm. <b>Katalogo kodas – SC-ML; SC-C-H70; SC-SM</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 8, 12 psl.</b>
1.11.	Purškiamas lubrikantas	1. Skirtas mikromotoro ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa ne mažesnė kaip 500 ml.	1. Skirtas mikromotoro ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa 500 ml. <b>Katalogo kodas – Z182100</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 8, 12 psl.</b>
1.12.	Grąžtelis	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Grąžtelio diametras $2,35 \pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $1,5 \pm 0,01$ mm.	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5 mm. <b>Katalogo kodas – PDS-2TD-15</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 9, 12 psl.</b>
1.13.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras $3,17 \pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos. <b>Katalogo kodas – PDS-CRA-P</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 9, 12 psl.</b>
1.14.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras $3,17 \pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.  <b>Katalogo kodas – PDS-ROU-P</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 9, 12 psl.</b>
1.15.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras $3,17 \pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos. <b>Katalogo kodas – PDS-CRA-M</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 9, 12 psl.</b>
1.16.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems;	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu

		2. Gražtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	suaugusiems; 2. Gražtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis. <b>Katalogo kodas – PDS-ROU-M</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 9, 12 psl.</b>
1.17.	Gražtelis	1. Šiurkštus, deimantinis, rutulio formos, skirtas darbui su ilgu lenktu antgaliu; 2. Gražtelio diametras 1,0±0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,5±0,01 mm.	1. Šiurkštus, deimantinis, rutulio formos, skirtas darbui su ilgu lenktu antgaliu; 2. Gražtelio diametras 1,0 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,5 mm. <b>Katalogo kodas – PDS-1CD330-35</b> <b>Žr. Katalogas.pdf 10, 12 psl.</b>
1.18.	Siūlomo elektrinio jėgos instrumento komplekto žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti elektrinio jėgos instrumento komplekto žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	EB atitikties deklaracijų kopijos.
1.19.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	36 mėnesiai
<b>2.</b>	<b>Pneumatinis jėgos instrumento komplektas</b>		
2.1.	Paskirtis (taikymas)	Didelio greičio, pneumatinė sistema, dirbanti nuo paduodamo suspausto oro, specialiai skirta neurochirurginėms operacijoms.	Didelio greičio, pneumatinė sistema, dirbanti nuo paduodamo suspausto oro, specialiai skirta neurochirurginėms operacijoms. <b>Katalogo kodas – Primado Air</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 1, 18 psl.</b>
2.2.	Darbinis slėgis	6 - 10 bar (0,6 – 1,0 Mpa)	6 - 10 bar (0,6 – 1,0 Mpa)  <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 2, 18 psl.</b>
2.3.	Maksimalus sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 80000 aps./min.	80000 aps./min.  <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 3, 4, 18 psl.</b>
2.4.	Sterilizavimo metodas	Sterilizavimas garais	Sterilizavimas garais <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 2, 18 psl.</b>
2.5.	Mikromotoras su oro padavimo žarna	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Mikromotoro ilgis 71±0,5 mm; 3. Mikromotoro skersmuo 18±0,05 mm; 4. Svoris kartu su oro padavimo žarna ne didesnis kaip 950 g; 5. Mikromotoro oro suvartojimas ne daugiau kaip 210 l/min.; 6. Mikromotoras sujungtas su oro padavimo žarna gali suktis 360° kampu apie savo ašį; 7. Mikromotoro oro padavimo žarnos diametras 17±0,5 mm, ilgis ne mažesnis kaip 3,5 m; 8. Galimybė prie mikromotoro jungti	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Mikromotoro ilgis 71,15 mm; 3. Mikromotoro skersmuo 18 mm; 4. Svoris kartu su oro padavimo žarna 950 g; 5. Mikromotoro oro suvartojimas 210 l/min.; 6. Mikromotoras sujungtas su oro padavimo žarna gali suktis 360° kampu apie savo ašį; 7. Mikromotoro oro padavimo žarnos diametras 17,5 mm, ilgis 3,5 m; 8. Galimybė prie mikromotoro jungti ligoninėje turimo gamintojo „NSK“ elektrinio jėgos instrumento „Primado 2“



		ligoninėje turimo gamintojo „NSK“ elektrinio jėgos instrumento „Primado 2“ darbinis antgalius; 9. Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų darbinių antgalių.	darbinius antgalius; 9. Galimybė prijungti 20 skirtingų darbinių antgalių. <b>Katalogo kodas – PDA-SMH</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 2, 4, 5, 6, 18 psl.</b>
2.6.	Valdymo kojinis pedalas	1. Kojinio pedalo išoriniai matmenys (190 x 180 x 317) ± 5 mm; 2. Kojinio pedalo svoris ne didesnis kaip 3 kg; 3. Kojinio pedalo žarnos svoris ne didesnis kaip 650 g; 4. Kojinio pedalo žarnos diametras 12±0,5 mm, ilgis ne mažesnis kaip 5 m; 5. Integruota perjungimo svirtis kojiniui arba rankiniam valdymui nustatyti.	1. Kojinio pedalo išoriniai matmenys - 190 x 182 x 317 mm; 2. Kojinio pedalo svoris 2,910 kg; 3. Kojinio pedalo žarnos svoris 640 g; 4. Kojinio pedalo žarnos diametras 12 mm, ilgis 5 m; 5. Integruota perjungimo svirtis kojiniui arba rankiniam valdymui nustatyti. <b>Katalogo kodas – PDA-FC</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 2, 7, 8, 18 psl.</b>
2.7.	Trepanomotoras	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 1250 aps./min.; 2. Su universalia „Hudson“ tipo (arba lygiaverte) jungtimi.	1. Sukimosi greitis 1250 aps./min.; 2. Su universalia „Hudson“ tipo jungtimi. <b>Katalogo kodas – P200-PER</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 9, 18 psl.</b>
2.8.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais. <b>Katalogo kodas – P200-2SD</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 9, 18 psl.</b>
2.9.	Kraniotomo rankena	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis), skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,3±0,2 mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo, skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,4 mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais. <b>Katalogo kodas – P200-CRA; P200-RCRD-M</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 10, 18 psl.</b>
2.10.	Kraniotomo darbinis antgalis	1. Pediatrinis, „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis); 2. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 11,4±0,2 mm; 3. Rotuojama darbinė dalis; 4. Tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.	1. Pediatrinis, „Duraguard“ tipo; 2. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 11,4 mm; 3. Rotuojama darbinė dalis; 4. Tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais. <b>Katalogo kodas – P200-RCRD-P</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 10, 18 psl.</b>
2.11.	Lenktas darbinis antgalis	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis 45±0,2 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,5±0,1 mm;	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis 45 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,5 mm; 4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro



		4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	grąžteliais. <b>Katalogo kodas – P200-2AS</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 11, 18 psl.</b>
2.12.	Lenktas, trumpas darbinis antgalis	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis $39 \pm 0,2$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5,5 \pm 0,1$ mm; 4. Grąžtelio darbinis ilgis fiksuojamas šešiose padėtyse; 5. Komplektuojamas kartu su darbinės dalies ir grąžtelio apsauga.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis 39 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,5 mm; 4. Grąžtelio darbinis ilgis fiksuojamas šešiose padėtyse; 5. Komplektuojamas kartu su darbinės dalies ir grąžtelio apsauga <b>Katalogo kodas – P200-2AS</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 12, 13, 19 psl.</b>
2.13.	Lenktas darbinis antgalis	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis $85 \pm 0,2$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5,5 \pm 0,1$ mm; 4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis 85 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,5 mm; 4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais. <b>Katalogo kodas – P200-2AL</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 11, 19 psl.</b>
2.14.	Konteineris	1. Perforuotas, skirtas mikromotoro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys $(510 \times 260 \times 70) \pm 5$ mm.	1. Perforuotas, skirtas mikromotoro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys - $512 \times 262 \times 70$ mm. <b>Katalogo kodas – SC-ML; SC-C-H70; SC-SM</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 14, 19 psl.</b>
2.15.	Purškiamas lubrikantas	1. Skirtas mikromotoro ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa ne mažesnė kaip 500 ml.	1. Skirtas mikromotoro ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa 500 ml. <b>Katalogo kodas – Z182100</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 14, 19 psl.</b>
2.16.	Grąžtelis	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbiniu antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras $3 \pm 0,01$ mm.	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbiniu antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras 3,00 mm. <b>Katalogo kodas – PDS-2RFUL-30</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 15, 19 psl.</b>
2.17.	Grąžtelis	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbiniu antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras $5 \pm 0,01$ mm;	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbiniu antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras 5,00 mm; <b>Katalogo kodas – PDS-2RFUL-50</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 15, 19 psl.</b>
2.18.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras $2,35 \pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $3 \pm 0,01$ mm.	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,00 mm. <b>Katalogo kodas – PDS-2CS-30</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 16, 19 psl.</b>
2.19.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu;	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbiniu antgaliu;



		2. Ggrąžtelio diametras 2,35±0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5±0,01 mm.	2. Ggrąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,00 mm. <b>Katalogo kodas – PDS-2CS-50</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 16, 19 psl.</b>
2.20.	Gražtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Gražtelio diametras 2,35±0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3±0,01 mm.	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Gražtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,00 mm. <b>Katalogo kodas – PDS-2CL-30</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 16, 19 psl.</b>
2.21.	Gražtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Gražtelio diametras 2,35±0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5±0,01 mm.	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbiniu antgaliu; 2. Gražtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,00 mm. <b>Katalogo kodas – PDS-2CL-50</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 16, 19 psl.</b>
2.22.	Gražtelis	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Gražtelio diametras 2,35±0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5±0,01 mm.	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Gražtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5 mm. <b>Katalogo kodas – PDS-2TD-15</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 17, 19 psl.</b>
2.23.	Gražtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Gražtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Gražtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos. <b>Katalogo kodas – PDS-CRA-P</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 17, 19 psl.</b>
2.24.	Gražtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Gražtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Gražtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis. <b>Katalogo kodas – PDS-ROU-P</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 17, 19 psl.</b>
2.25.	Gražtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Gražtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Gražtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos. <b>Katalogo kodas – PDS-CRA-M</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 17, 19 psl.</b>
2.26.	Gražtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Gražtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Gražtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis. <b>Katalogo kodas – PDS-ROU-M</b> <b>Žr. Katalogas 2 p.d.pdf 17, 19 psl.</b>



2.27.	Siūlomo pneumatinio jėgos instrumento komplekto žymėjimas CE ženklų	Būtinai. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti pneumatinio jėgos instrumento komplekto žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	EB atitikties deklaracijų kopijos.
2.28.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	36 mėnesiai

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka. Atsakymai turi būti pateikti **i visus** klausimus.
2. Grafoje "Siūlomos parametrų reikšmės", vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu<sup>1</sup>, **turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.,** taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

### PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13	EBVPD
2.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.	1	Igaliojimas Edvinui.pdf
3.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui pateikti konkursinius pasiūlymus bei patvirtinti juos elektroniniu parašu.	1	Igaliojimas Andriui.pdf
4.	EB atitikties deklaracijų kopijos	41	EB deklaracijos.pdf
5.	Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.	31	Katalogas.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

**Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:** (tiekėjai **turi nurodyti**, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kuriame nurodoma kas negali būti laikoma konfidencialia informacija):

Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui  
Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui  
Atitikties deklaracijos kopijos  
Siūlomų prekių katalogų kopijos

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Markūnas

Vardas, pavardė

<sup>1</sup> [http://vpt.lrv.lt/lt/news/view\\_item/id.1596](http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596)