

JĖGOS INSTRUMENTŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SLP-21-1454

PIRKIMO NR. 535135

Du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gegužės mėnesio 13 diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Principalmed 1L“, juridinio asmens kodas 135926717, kurios registruota buveinė yra Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Laurušonio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių – **jėgos instrumentų** (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą, instaliavimą, išbandymą, Pirkėjo specialistų apmokymą naudotis Prekėmis (toliau – pristatymas) pirkimas atviro konkurso būdu, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 8 savaites nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Užsakytas prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis. Prekių instaliavimas, išbandymas, Pirkėjo specialistų apmokymas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo prekių pristatymo dienos.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiujų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	78.068,37 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt aštuoni eurai, 37 ct)
PVM	16.394,35 Eur (šešiolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 35 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	94.462,72 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du eurai, 72 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas nurodyti sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

- 2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.
- 2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.
- 2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.
- 2.6. Mokėjimo sąlygos:
- 2.6.1. Vykdamas Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdamas Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.
- 2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.
- 2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:
- 2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo bei „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo, Pirkėjui gavus sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;
- 2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;
- 2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.
- 2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui t. y. Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo ir perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo, diena.
- 2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.
- 2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.
- 2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.
- 2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

- 4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.
- 4.1.1. Parduotoms prekėms tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip (žr. Sutarties 1 priedą “Techninė specifikacija”) garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo bei „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoja nemokamą prekių remontą, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.
- 4.1.2. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo.

4.1.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės gedimo per 4.1.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka 0,06 % nuo sugedusios Prekės pradinės įsigijimo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Iki Prekės naudojimo pradžios („Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo) pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas, skaičiuojant nuo pranešimo apie pastebėtus Prekės trūkumus gavimo.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumų per Sutarties specialiąją sąlygą 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčios Prekės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato prekių Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo nepristatytų ar nuo pristatytų trūkumų turinčių Prekių bendros kainos.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Edvinas Lekas	Joana Čeponienė
Adresas	Gedimino g. 47, 44242 Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 37795542	+370 37326418
Faksas	+370 37794625	-
El. paštas	uh@principalmed.com	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - viešųjų pirkimų specialistė Vaida Juodrienė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Edvinas Lekas	Joana Čeponienė
Adresas	Gedimino g. 47, 44242 Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 37795542	+370 37326418
Faksas	+370 37794625	-
El. paštas	uh@principalmed.com	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

- 9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.
- 9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.
- 9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.
- 9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.
- 9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:
- 9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;
- 9.5.2. Sutarties priedai:
- 9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);
- 9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);
- 9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);
- 9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);
- 9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);
- 9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.
- 9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamaši Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Principalmed 1L“

Gedimino g. 47, 44242 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135926717
PVM mokėt.kodas LT100000969815
A.s. LT87 7044 0600 0368 5890
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Kęstutis Laurušonis


Parašas 
Data: 2021-05-07
A.V.



Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas 
Data: 2021-05-13
A.V.



Jėgos instrumentų techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Kiekis
1.	Elektrinio jėgos instrumento komplektas		1 kompl.
1.2.	Paskirtis (taikymas)	Elektrinė sistema, skirta neurochirurginėms operacijoms.	
1.3.	Valdymo konsolė	1. Išoriniai matmenys (280 x 270 x 160) $\pm$ 5 mm; 2. Svoris 6,9 $\pm$ 0,5 kg; 3. Procedūrų valdymas: 3.1. Pagrindiniu valdymo ekranu LCD tipo (arba lygiavėrių), 17 $\pm$ 0,5 cm įstrižainės, kuriame valdomos funkcijos: a) Greičio nustatymas; b) Irigacijos nustatymas; c) Sukimosi krypties nustatymas; d) Užpildymo nustatymas. 3.2. Ekranu, skirtu kojiniui pedalui priskiriamoms funkcijoms valdyti; 3.3. Ekranu, skirtu papildomų funkcijų parinktis valdyti. 4. Mikromotorų jungtis ne mažiau kaip 2; 5. Kojinio pedalo jungtis priekinėje konsolės dalyje; 6. Kalbos pasirinkimo galimybė (ne mažiau kaip 6 kalbos); 7. Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija; 8. Integruota irigacinė pompa; 9. Irigacija reguliuojama 5% žingsniu; 10. Maksimali irigacija 75 $\pm$ 1 ml/min.; 11. Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir optimalaus darbinio greičio nustatymas.	1 vnt.
1.4.	Mikromotoras su kabeliu ($\geq$ 3,5 m ilgio), skirtas gręžimo antgaliams	1. Mikromotora svoris su kabeliu 300 $\pm$ 5 g; 2. Mikromotora diametras 18$\pm$0,05 mm; 3. Mikromotora ilgis 99,5 $\pm$ 0,5 mm; 4. Mikromotora sukimosi greitis ne mažiau kaip 80000 aps./min.; 5. Sukimo momento reguliavimo ribos 30 – 100% (ne siauresnės už nurodytas); 6. Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių.	1 vnt.
1.5.	Kojinis valdymo pedalas	1. Programuojamas kojinis jungiklis; 2. Svoris ne didesnis kaip 1,5 kg; 3. Išoriniai matmenys (155 x 225 x 175) $\pm$ 5 mm; 4. Galimybė pedalu reguliuoti apsukas; 5. Su apsauginiu kojinio pedalo lanku; 6. Kojinio valdymo pedalo kabelis ne mažiau kaip 3,5 m ilgio; 7. Atsparumo vandeniui klasė ne mažesnė kaip IPX8.	1 vnt.
1.6.	Trepanomotoras	1. Trepanomotora sukimosi greitis ne mažesnis kaip 1250 aps./min.; 2. Su universalia Hudson tipo (arba lygiaverte) jungtimi.	1 vnt.
1.7.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1 vnt.
1.8.	Lenktas ilgas darbinis antgalis	1. Skirtas darbui endoskopinių procedūrų metu; 2. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 20000 aps./min.; 3. Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais; 4. Darbinės dalies ilgis 276 $\pm$ 0,2 mm; 5. Darbinio galiuko diametras 2 $\pm$ 0,1 mm;	1 vnt.

		6. Komplektuojamas su grąžtelių apsauginės movos fiksavimo raktu.	
1.9.	Kraniotomo rankena	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis), skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,3±0,2 mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.	1 vnt.
1.10.	Konteineris	1. Perforuotas konteineris, skirtas mikromotro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys (510 x 260 x 70) ± 5 mm.	1 vnt.
1.11.	Purškiamas lubrikantas	1. Skirtas mikromotro ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa ne mažesnė kaip 500 ml.	6 vnt.
1.12.	Grąžtelis	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Grąžtelio diametras 2,35±0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5±0,01 mm.	5 vnt.
1.13.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	5 vnt.
1.14.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	5 vnt.
1.15.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	5 vnt.
1.16.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	5 vnt.
1.17.	Grąžtelis	1. Šiurkštus, deimantinis, rutulio formos, skirtas darbui su ilgu lenktu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 1,0±0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,5±0,01 mm.	5 vnt.
1.18.	Siūlomo elektrinio jėgos instrumento komplekto žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti elektrinio jėgos instrumento komplekto žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	
1.19.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	
2.	Pneumatinis jėgos instrumento komplektas		1 kompl.
2.1.	Paskirtis (taikymas)	Didelio greičio, pneumatinė sistema, dirbanti nuo paduodamo suspausto oro, specialiai skirta neurochirurginėms operacijoms.	
2.2.	Darbinis slėgis	6 - 10 bar (0,6 – 1,0 Mpa)	
2.3.	Maksimalus sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 80000 aps./min.	
2.4.	Sterilizavimo metodas	Sterilizavimas garais	
2.5.	Mikromotoras su oro	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.;	1 vnt.

	padavimo žarna	2. Mikromotoro ilgis $71 \pm 0,5$ mm; 3. Mikromotoro skersmuo $18 \pm 0,05$ mm; 4. Svoris kartu su oro padavimo žarna ne didesnis kaip 950 g; 5. Mikromotoro oro suvartojimas ne daugiau kaip 210 l/min.; 6. Mikromotoras sujungtas su oro padavimo žarna gali sukurti 360° kampą apie savo ašį; 7. Mikromotoro oro padavimo žarnos diametras $17 \pm 0,5$ mm, ilgis ne mažesnis kaip 3,5 m; 8. Galimybė prie mikromotoro jungti ligoninėje turimo gamintojo „NSK“ elektrinio jėgos instrumento „Primado 2“ darbinis antgalius; 9. Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų darbinių antgalių.	
2.6.	Valdymo kojinis pedalas	1. Kojinio pedalo išoriniai matmenys $(190 \times 180 \times 317) \pm 5$ mm; 2. Kojinio pedalo svoris ne didesnis kaip 3 kg; 3. Kojinio pedalo žarnos svoris ne didesnis kaip 650 g; 4. Kojinio pedalo žarnos diametras $12 \pm 0,5$ mm, ilgis ne mažesnis kaip 5 m; 5. Integruota perjungimo svirtis kojiniui arba rankiniam valdymui nustatyti.	1 vnt.
2.7.	Trepanomotoras	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 1250 aps./min.; 2. Su universalia „Hudson“ tipo (arba lygiaverte) jungtimi.	1 vnt.
2.8.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1 vnt.
2.9.	Kraniotomo rankena	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis), skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis $15,3 \pm 0,2$ mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.	1 vnt.
2.10.	Kraniotomo darbinis antgalis	1. Pediatrinis, „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis); 2. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis $11,4 \pm 0,2$ mm; 3. Rotuojama darbinė dalis; 4. Tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.	1 vnt.
2.11.	Lenktas darbinis antgalis	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis $45 \pm 0,2$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5,5 \pm 0,1$ mm; 4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1 vnt.
2.12.	Lenktas, trumpas darbinis antgalis	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis $39 \pm 0,2$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5,5 \pm 0,1$ mm; 4. Grąžtelio darbinis ilgis fiksuojamas šešiose padėtyse; 5. Komplektuojamas kartu su darbinės dalies ir grąžtelio apsauga.	1 vnt.
2.13.	Lenktas darbinis antgalis	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis $85 \pm 0,2$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5,5 \pm 0,1$ mm; 4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1 vnt.
2.14.	Konteineris	1. Perforuotas, skirtas mikromotoro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys $(510 \times 260 \times 70) \pm 5$ mm.	1 vnt.
2.15.	Purškiamas lubrikantas	1. Skirtas mikromotoro ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa ne mažesnė kaip 500 ml.	6 vnt.

2.16.	Grąžtelis	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras $3\pm 0,01$ mm.	5 vnt.
2.17.	Grąžtelis	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras $5\pm 0,01$ mm;	5 vnt.
2.18.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras $2,35\pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $3\pm 0,01$ mm.	5 vnt.
2.19.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras $2,35\pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5\pm 0,01$ mm.	5 vnt.
2.20.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras $2,35\pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $3\pm 0,01$ mm.	5 vnt.
2.21.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras $2,35\pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5\pm 0,01$ mm.	5 vnt.
2.22.	Grąžtelis	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Grąžtelio diametras $2,35\pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $1,5\pm 0,01$ mm.	5 vnt.
2.23.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras $3,17\pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	5 vnt.
2.24.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras $3,17\pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	5 vnt.
2.25.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras $3,17\pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	5 vnt.
2.26.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras $3,17\pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	5 vnt.
2.27.	Siūlomo pneumatinio jėgos instrumento komplekto žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti pneumatinio jėgos instrumento komplekto žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	
2.28.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirkimo dalies Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Elektrinio jėgos instrumento komplektas		
1.2.	Paskirtis (taikymas)	Elektrinė sistema, skirta neurochirurginėms operacijoms.	Elektrinė sistema, skirta neurochirurginėms operacijoms.

1.3.	Valdymo konsolė	1. Išoriniai matmenys (280 x 270 x 160) ± 5 mm; 2. Svoris 6,9 ± 0,5 kg; 3. Procedūrų valdymas: 3.1. Pagrindiniu valdymo ekranu LCD tipo (arba lygiaverčiu), 17 ± 0,5 cm įstrižainės, kuriame valdomos funkcijos: a) Greičio nustatymas; b) Irigacijos nustatymas; c) Sukimosi krypties nustatymas; d) Užpildymo nustatymas. 3.2. Ekranu, skirtu kojiniui pedalui priskiriamoms funkcijoms valdyti; 3.3. Ekranu, skirtu papildomų funkcijų parinktis valdyti. 4. Mikromotorų jungtys ne mažiau kaip 2; 5. Kojinio pedalo jungtis priekinėje konsolės dalyje; 6. Kalbos pasirinkimo galimybė (ne mažiau kaip 6 kalbos); 7. Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija; 8. Integruota irigacinė pompa; 9. Irigacija reguliuojama 5% žingsniu; 10. Maksimali irigacija 75 ± 1 ml/min.; 11. Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir optimalaus darbinio greičio nustatymas.	1. Išoriniai matmenys 278 x 268 x 160 mm; 2. Svoris 6,9 kg; 3. Procedūrų valdymas: 3.1. Pagrindiniu valdymo ekranu LCD tipo, 16,5 cm įstrižainės, kuriame valdomos funkcijos: a) Greičio nustatymas; b) Irigacijos nustatymas; c) Sukimosi krypties nustatymas; d) Užpildymo nustatymas. 3.2. Ekranu, skirtu kojiniui pedalui priskiriamoms funkcijoms valdyti; 3.3. Ekranu, skirtu papildomų funkcijų parinktis valdyti. 4. Mikromotorų jungtys - 2; 5. Kojinio pedalo jungtis priekinėje konsolės dalyje; 6. Kalbos pasirinkimo galimybė (Anglų, Japonų, Vokiečių, Prancūzų, Ispanų ir Italų kalbos); 7. Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija; 8. Integruota irigacinė pompa; 9. Irigacija reguliuojama 5% žingsniu; 10. Maksimali irigacija 75 ml/min.; 11. Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir optimalaus darbinio greičio nustatymas.
1.4.	Mikromotoras su kabeliu (≥ 3,5 m ilgio), skirtas gręžimo antgaliams	1. Mikromotora svoris su kabeliu 300 ± 5 g; 2. Mikromotora diametras 18 ± 0,05 mm; 3. Mikromotora ilgis 99,5 ± 0,5 mm; 4. Mikromotora sukimosi greitis ne mažiau kaip 80000 aps./min.; 5. Sukimo momento reguliavimo ribos 30 – 100% (ne siauresnės už nurodytas); 6. Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų antgalių.	1. Mikromotora svoris su kabeliu 305 g; 2. Mikromotora diametras 18 mm; 3. Mikromotora ilgis 99,7 mm; 4. Mikromotora sukimosi greitis 80000 aps./min.; 5. Sukimo momento reguliavimo ribos 30 – 100%; 6. Galimybė prijungti 20 skirtingų antgalių
1.5.	Kojinis valdymo pedalas	1. Programuojamas kojinis jungiklis; 2. Svoris ne didesnis kaip 1,5 kg; 3. Išoriniai matmenys (155 x 225 x 175) ± 5 mm; 4. Galimybė pedalu reguliuoti apsukas; 5. Su apsauginiu kojinio pedalo lanku; 6. Kojinio valdymo pedalo kabelis ne mažiau kaip 3,5 m ilgio;	1. Programuojamas kojinis jungiklis; 2. Svoris 1,4 kg; 3. Išoriniai matmenys 153 x 223 x 175,5 mm; 4. Galimybė pedalu reguliuoti apsukas; 5. Su apsauginiu kojinio pedalo lanku; 6. Kojinio valdymo pedalo kabelis 3,5 m ilgio;

		7. Atsparumo vandeniui klasė ne mažesnė kaip IPX8.	7. Atsparumo vandeniui klasė - IPX8.
1.6.	Trepanomotoras	1. Trepanomoto sukimosi greitis ne mažesnis kaip 1250 aps./min.; 2. Su universalia Hudson tipo (arba lygiaverte) jungtimi.	1. Trepanomoto sukimosi greitis 1250 aps./min.; 2. Su universalia Hudson tipo jungtimi.
1.7.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.
1.8.	Lenktas ilgas darbinis antgalis	1. Skirtas darbui endoskopinių procedūrų metu; 2. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 20000 aps./min.; 3. Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais; 4. Darbinės dalies ilgis $276 \pm 0,2$ mm; 5. Darbinio galiuko diametras $2 \pm 0,1$ mm; 6. Komplektuojamas su grąžtelių apsauginės movos fiksavimo raktu.	1. Skirtas darbui endoskopinių procedūrų metu; 2. Sukimosi greitis 20000 aps./min.; 3. Tinkantis darbui su 1,0 mm diametro grąžteliais; 4. Darbinės dalies ilgis 275,8 mm; 5. Darbinio galiuko diametras 2,1 mm; 6. Komplektuojamas su grąžtelių apsauginės movos fiksavimo raktu.
1.9.	Kraniotomo rankena	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis), skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis $15,3 \pm 0,2$ mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo, skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,3 mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.
1.10.	Konteineris	1. Perforuotas konteineris, skirtas mikromotors su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys $(510 \times 260 \times 70) \pm 5$ mm.	1. Perforuotas konteineris, skirtas mikromotors su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys $512 \times 262 \times 70$ mm.
1.11.	Purškiamas lubrikantas	1. Skirtas mikromotors ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa ne mažesnė kaip 500 ml.	1. Skirtas mikromotors ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa 500 ml.
1.12.	Grąžtelis	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Grąžtelio diametras $2,35 \pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $1,5 \pm 0,01$ mm.	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5 mm.
1.13.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu;	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu;

		2. Grąžtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.
1.14.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.
1.15.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.
1.16.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17±0,01 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.
1.17.	Grąžtelis	1. Šiurkštus, deimantinis, rutulio formos, skirtas darbui su ilgu lenktu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 1,0±0,01 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,5±0,01 mm.	1. Šiurkštus, deimantinis, rutulio formos, skirtas darbui su ilgu lenktu antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 1,0 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,5 mm.
1.18.	Siūlomo elektrinio jėgos instrumento komplekto žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti elektrinio jėgos instrumento komplekto žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	EB atitikties deklaracijų kopijos.
1.19.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	36 mėnesiai
2.	Pneumatinis jėgos instrumento komplektas		
2.1.	Paskirtis (taikymas)	Didelio greičio, pneumatinė sistema, dirbanti nuo paduodamo suspausto oro, specialiai skirta neurochirurginėms operacijoms.	Didelio greičio, pneumatinė sistema, dirbanti nuo paduodamo suspausto oro, specialiai skirta neurochirurginėms operacijoms.
2.2.	Darbinis slėgis	6 - 10 bar (0,6 – 1,0 Mpa)	6 - 10 bar (0,6 – 1,0 Mpa)
2.3.	Maksimalus sukimosi greitis	Ne mažesnis kaip 80000 aps./min.	80000 aps./min.
2.4.	Sterilizavimo metodas	Sterilizavimas garais	Sterilizavimas garais
2.5.	Mikromotoras su oro padavimo žarna	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Mikromotora ilgis 71±0,5 mm; 3. Mikromotora skersmuo 18±0,05 mm; 4. Svoris kartu su oro padavimo žarna ne didesnis kaip 950 g; 5. Mikromotora oro suvartojimas	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Mikromotora ilgis 71,15 mm; 3. Mikromotora skersmuo 18 mm; 4. Svoris kartu su oro padavimo žarna 950 g; 5. Mikromotora oro suvartojimas 210 l/min.;

		ne daugiau kaip 210 l/min.; 6. Mikromotoras sujungtas su oro padavimo žarna gali sukurti 360° kampų apie savo ašį; 7. Mikromotora oro padavimo žarnos diametras 17±0,5 mm, ilgis ne mažesnis kaip 3,5 m; 8. Galimybė prie mikromotora jungti ligoninėje turimo gamintojo „NSK“ elektrinio jėgos instrumento „Primado 2“ darbinis antgalis; 9. Galimybė prijungti ne mažiau kaip 20 skirtingų darbinių antgalių.	6. Mikromotoras sujungtas su oro padavimo žarna gali sukurti 360° kampų apie savo ašį; 7. Mikromotora oro padavimo žarnos diametras 17,5 mm, ilgis 3,5 m; 8. Galimybė prie mikromotora jungti ligoninėje turimo gamintojo „NSK“ elektrinio jėgos instrumento „Primado 2“ darbinis antgalis; 9. Galimybė prijungti 20 skirtingų darbinių antgalių.
2.6.	Valdymo kojinis pedalas	1. Kojinio pedalo išoriniai matmenys (190 x 180 x 317) ± 5 mm; 2. Kojinio pedalo svoris ne didesnis kaip 3 kg; 3. Kojinio pedalo žarnos svoris ne didesnis kaip 650 g; 4. Kojinio pedalo žarnos diametras 12±0,5 mm, ilgis ne mažesnis kaip 5 m; 5. Integruota perjungimo svirtis kojiniui arba rankiniam valdymui nustatyti.	1. Kojinio pedalo išoriniai matmenys - 190 x 182 x 317 mm; 2. Kojinio pedalo svoris 2,910 kg; 3. Kojinio pedalo žarnos svoris 640 g; 4. Kojinio pedalo žarnos diametras 12 mm, ilgis 5 m; 5. Integruota perjungimo svirtis kojiniui arba rankiniam valdymui nustatyti.
2.7.	Trepanomotoras	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 1250 aps./min.; 2. Su universalia „Hudson“ tipo (arba lygiaverte) jungtimi.	1. Sukimosi greitis 1250 aps./min.; 2. Su universalia „Hudson“ tipo jungtimi.
2.8.	Tiesus darbinis antgalis angoms gręžti	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.
2.9.	Kraniotomo rankena	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis), skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,3±0,2 mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Komplektuojama kartu su darbinio antgaliu; 3. Vidutinio dydžio kraniotomo darbinis antgalis „Duraguard“ tipo, skirtas suaugusiems; 4. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 15,4 mm; 5. Rotuojama kraniotomo antgalio darbinė dalis; 6. Kraniotomo antgalis tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.
2.10.	Kraniotomo darbinis antgalis	1. Pediatrinis, „Duraguard“ tipo (arba lygiavertis); 2. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 11,4±0,2 mm; 3. Rotuojama darbinė dalis; 4. Tinkamas darbui su 3,17 mm	1. Pediatrinis, „Duraguard“ tipo; 2. Kraniotomo darbinio antgalio darbinės dalies ilgis 11,4 mm; 3. Rotuojama darbinė dalis; 4. Tinkamas darbui su 3,17 mm diametro grąžteliais.

		diametro grąžteliais.	
2.11.	Lenktas darbinis antgalis	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis $45 \pm 0,2$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5,5 \pm 0,1$ mm; 4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis 45 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,5 mm; 4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.
2.12.	Lenktas, trumpas darbinis antgalis	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis $39 \pm 0,2$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5,5 \pm 0,1$ mm; 4. Grąžtelio darbinis ilgis fiksuojamas šešiose padėtyse; 5. Komplektuojamas kartu su darbinės dalies ir grąžtelio apsauga.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis 39 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,5 mm; 4. Grąžtelio darbinis ilgis fiksuojamas šešiose padėtyse; 5. Komplektuojamas kartu su darbinės dalies ir grąžtelio apsauga
2.13.	Lenktas darbinis antgalis	1. Sukimosi greitis ne mažesnis kaip 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis $85 \pm 0,2$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5,5 \pm 0,1$ mm; 4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.	1. Sukimosi greitis 80000 aps./min.; 2. Darbinės dalies ilgis 85 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,5 mm; 4. Tinkantis darbui su 2,35 mm diametro grąžteliais.
2.14.	Konteineris	1. Perforuotas, skirtas mikromotro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys $(510 \times 260 \times 70) \pm 5$ mm.	1. Perforuotas, skirtas mikromotro su kabeliu bei priedų laikymui ir sterilizavimui; 2. Su silikoniniu kilimėliu; 3. Išoriniai matmenys - $512 \times 262 \times 70$ mm.
2.15.	Purškiamas lubrikantas	1. Skirtas mikromotro ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa ne mažesnė kaip 500 ml.	1. Skirtas mikromotro ir darbinių antgalių valymui ir tepimui; 2. Savyje turintis alkoholio; 3. Pateikiamas flakone, kurio talpa 500 ml.
2.16.	Grąžtelis	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras $3 \pm 0,01$ mm.	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras 3,00 mm.
2.17.	Grąžtelis	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras $5 \pm 0,01$ mm;	1. Universalus, skirtas darbui su lenktu darbinio antgaliu; 2. Darbinės dalies diametras 5,00 mm;
2.18.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras $2,35 \pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $3 \pm 0,01$ mm.	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,00 mm.
2.19.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras $2,35 \pm 0,01$	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su trumpu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm;

		mm; 3. Darbinės dalies diametras $5\pm 0,01$ mm.	3. Darbinės dalies diametras 5,00 mm.
2.20.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras $2,35\pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $3\pm 0,01$ mm.	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 3,00 mm.
2.21.	Grąžtelis	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras $2,35\pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $5\pm 0,01$ mm.	1. Rievėtas, rutulinis, skirtas darbui su ilgu, lenktu darbinio antgaliu; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 5,00 mm.
2.22.	Grąžtelis	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Grąžtelio diametras $2,35\pm 0,01$ mm; 3. Darbinės dalies diametras $1,5\pm 0,01$ mm.	1. Skirtas angų gręžimui; 2. Grąžtelio diametras 2,35 mm; 3. Darbinės dalies diametras 1,5 mm.
2.23.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras $3,17\pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.
2.24.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras $3,17\pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su pediatriiniu kraniotomu; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.
2.25.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras $3,17\pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis rievėta, spiralės formos.
2.26.	Grąžtelis	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras $3,17\pm 0,01$ mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.	1. Skirtas kraniotomijai, darbui su vidutinio dydžio kraniotomu, skirtu suaugusiems; 2. Grąžtelio diametras 3,17 mm; 3. Darbinė dalis su išilginėmis rievėmis.
2.27.	Siūlomo pneumatinio jėgos instrumento komplekto žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti pneumatinio jėgos instrumento komplekto žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	EB atitikties deklaracijų kopijos.
2.28.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	36 mėnesiai

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Modelis, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Orientac. kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1	Elektrinio jėgos instrumento komplektas	Primado 2 Nakanishi Inc., Japonija NSK Europe GmbH, Vokietija	Kompl.	1	26304.64	26304.64	31828.61
2	Pneumatinis jėgos instrumento komplektas	Primado Air Nakanishi Inc., Japonija NSK Europe GmbH, Vokietija	Kompl.	1	51763.73	51763.73	62634.11
Pradinės sutarties vertė EUR (su PVM):							94462.72

Tiekėjas

UAB „Principalmed IL“

Gedimino g. 47, 44242 Kaunas
 Juridinio asmens kodas 135926717
 PVM mokėt.kodas LT100000969815
 A.s. LT87 7044 0600 0368 5890
 Banko kodas 70440
 AB SEB bankas

Direktorius
 Kęstutis Laurušonis

Parašas

Data: 2021-05-07

A.V.



Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
 ligoninė Kauno klinikos
 Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
 Juridinio asmens kodas 135163499
 PVM mokėt. kodas LT351634917
 A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
 Banko kodas 73000
 AB Swedbank

Generalinis direktorius
 prof. habil. dr. Renaldas Jurkevčius

Parašas

Data:

A.V.



2021-05-13

Jėgos instrumentai/6468 Nr.: SUTP-429 / 300-20-1454

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2021-03-08 08:18:18		Vizavo
2.	Medicininės technikos tarnybos vadovė	Joana Čeponienė	2021-05-03 18:06:07		Vizavo
3.	Tarnybos vadovė	Vaida Koniuchovienė	2021-05-03 18:17:32		Vizavo
4.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2021-05-04 13:23:17		Vizavo
5.	Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai	Gintarė Bagdonaitė	2021-05-04 15:20:40		Vizavo