

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

3.1. dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę instaliuoti prekę (tiekėjas yra prekės gamintojas arba prekės gamintojo paskirtas asmuo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.2 punkte.)

3.2. jeigu prekės gamintojas pridedamoje prie medicinos priemonės informacijoje (naudojimo instrukcijoje, techniniame pase ar kt.) nenurodo specialių reikalavimų prekę instaliuojančiam asmeniui, tuomet prekę gali instaliuoti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, atitinkantį numatomų darbų sritį — pateikiami prekę instaliuosiančio asmens išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai.

3.3. dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę atlikti siūlomos prekės garantinį aptarnavimą (Medicinos priemonės garantinį aptarnavimą gali atlikti medicinos priemonės gamintojas, medicinos priemonės gamintojo įgaliotas asmuo).

3.4. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia **prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba** (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*). **Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.**

3.5. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės tinkamą techninį bei programinį funkcionavimą/suderinamumą su nurodyta įranga.

3.6. dokumentą įrodantį, kad visos siūlomo cistoskopo-uretroskopo dalys yra autoklavuojamos.

4. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
Cistoskopas-uretroskopas (komplektas), 1 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas					
1.	Optika, 2 vnt.	1. Stebėjimo kampas 30°; 2. Skersmuo 4±0,1mm; 3. Ilgis 30±1 cm; 4. Išplėsto matymo kampo; 5. Su jungtimi šviesos srautui; 6. Optika turi būti tinkama įstaigos turimai gamintojo Karl Storz cistoskopo movai 7. Autoklavuojama.	1. Stebėjimo kampas 30°; 2. Skersmuo 4mm; 3. Ilgis 30 cm; 4. Išplėsto matymo kampo; 5. Su jungtimi šviesos srautui; 6. Optika tinkama įstaigos turimai gamintojo Karl Storz cistoskopo movai 7. Autoklavuojama. Karl Storz SE & Co.KG 27005BA	Techniniai aprašai.pdf	1-2
2.	Cistoskopo mova, 2 vnt.	1. Skersmuo 20±0,1 Fr; 2. Su standartiniu obturatoriumi; 3. Su dviem vožtuvais plovimui/atsiurbimui; 4. Distalinė dalis specialiai suformuota švelniam instrumento įvedimui, su įpjova apsaugančia nuo instrumento nukrypimo; 5. Autoklavuojama.	1. Skersmuo 20 Fr; 2. Su standartiniu obturatoriumi; 3. Su dviem vožtuvais plovimui/atsiurbimui; 4. Distalinė dalis specialiai suformuota švelniam instrumento įvedimui, su įpjova apsaugančia nuo instrumento nukrypimo; 5. Autoklavuojama. Karl Storz SE & Co.KG 27026CB	Techniniai aprašai.pdf	2
3.	Teleskopinis tiltelis, 2 vnt.	Su 1 instrumentiniu kanalu, su užraktu.	Su 1 instrumentiniu kanalu, su užraktu. Karl Storz SE & Co.KG 27025G	Techniniai aprašai.pdf	3
4.	Žnyplės, 1 vnt.	1. Žnyplės ištraukimui, abi žiaunos judančios, lanksčios; 2. 7±0,1 Fr; 3. Ilgis 39±1 cm.	1. Žnyplės ištraukimui, abi žiaunos judančios, lanksčios; 2. 7 Fr; 3. Ilgis 40cm. Karl Storz SE & Co.KG 27175A	Techniniai aprašai.pdf	4

5.	Konteineris, 2 vnt.	1. Naudojami instrumentų rinkinio sterilizacijai ir/ar transportavimui; 2. Plastikinis, perforuotas su dangčiu; 3. Pritaikytas perkamai komplektacijai.	1. Naudojami instrumentų rinkinio sterilizacijai ir/ar transportavimui; 2. Plastikinis, perforuotas su dangčiu; 3. Pritaikytas perkamai komplektacijai. <i>Karl Storz SE & Co.KG</i> <i>39301BS</i>	Techniniai aprašai.pdf	5
----	---------------------	---	---	------------------------	---

Prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija.

VŠĮ Kauno miesto poliklinikai

**PASIŪLYMAS
DĖL CISTOSKOPO-URETROSKOPO PIRKIMO**

2022 m. sausio 7 d. Nr. 220107/02
Vilnius

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (–ai)	UAB Tradintek
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (–ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo — verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	124942182
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (–ai)	LT249421811
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	J.Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB SEB bankas, banko kodas 70440, A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	1 vnt. kaina Eur be PVM	1 vnt. kaina Eur su PVM	Suma Eur be PVM 3x4	Suma Eur su PVM 3x5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cistoskopas-uretroskopas 27005BA, Karl Storz SE & Co.KG, Vokietija	1	6.610,00	7.998,10	6.610,00	7.998,10
Bendra pasiūlymo kaina:					6.610,00	7.998,10

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) 7.998,10 (septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur ir 10 ct) Eur iš jų PVM 1.388,10 (tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimš aštuoni Eur ir 10 ct.) Eur.

Mes siūlome prekes, nurodytas šiose pirkimo sąlygose, ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose pirkimo sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus. Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos, kaštai ir visi mokesčiai, susiję su tinkamu sutarties vykdymu pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir kaštus, kuriuos, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

1. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti subtiekęjus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

1.1. Pasitelksiu šiuos subtiekęjus:

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomi darbai, veiklos ar pan.), numatyta atlikti subtiekimu pagrindais	Subtiekęjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas
1.	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami subtiekęjai)	

1.2. pasitelksiu šiuos specialistus (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekęjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):

Eil. Nr.	Specialistai		
	Vardas ir pavardė	Kokiems sutartiniais įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas	Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar subtiekęjo) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju*
1.	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami specialistai)		

* Jei specialistas bus įdarbintas subtiekęjo įmonėje, o Tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti subtiekęjas — nurodoma kurio konkrečiai subtiekęjo įmonėje bus įdarbintas specialistas sutarties laimėjimo atveju.

1.3. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomi darbai, veiklos ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų	Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas.
1.	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)	

2. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Dokumentus su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai **:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pildydamas šią pasiūlymo formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus šio pasiūlymo formos 1 ir 2 punktus. Pasiūlymo formos 1 ir 2 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas neužpildo pasiūlymo formos 1 ir/ar 2 punktų arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų (subteikėjų) nepasitelks/pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas atstovauti gamintoją	2
2.	Igaliojimas atstovauti tiekėją	1
3.	Ištrauka iš įmonės įstatų	1
4.	Atitikties sertifikatai	2
5.	Techninė specifikacija	5
6.	Registrų centro išrašas	2
7.	Instrumentų priežiūros ir apruošimo instrukcija	35
8.	Inžinieriaus apmokymų sertifikato kopija	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.