

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

3. Prekei prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos (vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo 4.4.4. punktu).

4. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

5. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
1	2	3	4	5	6
1. Medinė kušetė, 21 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas- 5 vnt; Centro padalinys, Mickevičiaus g. 4, Kaunas - 8 vnt.; Šančių padalinys, Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas- 1 vnt.; Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas- 4 vnt.; Aleksoto poskyris, Veiverių g. 45, Kaunas-3 vnt.					
1.1.	Matmenys	Dviejų dalių kušetė. Ilgis - 190 cm +/- 12 cm; Plotis - 70 cm +/- 2 cm;	Dviejų dalių kušetė KLD 2 Ilgis - 190 cm Plotis - 70 cm	1 P.d. Katalogas	

1.2.	Pagaminta	Rėmas - pagamintas iš kietmedžio medienos; Gultas pagamintas iš 1,8 - 2 cm drožlių plokštės ir uždengtas 6 cm +/- 2 cm storio paminkštinančios dangos. Gulimoji dalis paminkštinta. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms.	Rėmas - pagamintas iš kietmedžio medienos; Gultas pagamintas iš 2 cm drožlių plokštės ir uždengtas 6 cm storio paminkštinančios dangos. Gulimoji dalis paminkštinta. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms.	1 P.d. Katalogas	
1.3.	Galimybė pasirinkti apmušalų spalvą	Ne mažiau 10 skirtingų atspalvių	Pridedama spalvų paletė	1 P.d. Katalogas	
1.4.	Aukštis	Aukštis fiksuotas 55 cm +/- 5 cm	60 cm		
1.5.	Galvos dalis	Galvos dalis mechaniškai reguliuojamo atlenkimo kampo ne mažiau 0/+30° ribose.	Galvos dalis mechaniškai reguliuojamo atlenkimo kampu nuo 0° iki +35° ribose.	1 P.d. Katalogas	
1.6.	Leistina apkrova	200 kg +/- 2 kg	200 kg	1 P.d. Katalogas	
2. Kėdė kraujo paėmimui, 5 vnt. Pristatymo adresas: Rokų poskyris, Borutos g. 16, Rokai - 1 vnt.; Nepriklausomybės poskyris, Nepriklausomybės a. 10, Kaunas - 1 vnt; Šančių padalinys, Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas - 2 vnt.; Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas - 1 vnt.					
2.1.	Kraujo paėmimo ir procedūrų kėdė turi dujinės spyruoklės arba elektros variklio pagalba reguliuojamą nugaros atlošą.	Būtina	Kraujo paėmimo ir procedūrų kėdė FK-02 turi dujinės spyruoklės reguliuojamą nugaros atlošą.	2 P.d. Katalogas	
2.2.	Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno su ne mažiau keturiomis reguliuojamo aukščio kojelėmis.	Būtina	Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno su keturiomis reguliuojamo aukščio kojelėmis.	2 P.d. Katalogas	
2.3.	Kėdės kojų dalis uždengta ABS plastiko paneliais arba kėdė aptraukta skaidriu plastikumu, kuris atsparus trinčiams, dezinfektantams.	Būtina	Kėdės kojų dalis aptraukta skaidriu plastikumu, kuris atsparus trinčiams, dezinfektantams.	2 P.d. Katalogas	
2.4.	Kėdės sėdimas/gulimas paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari ugniai, dezinfektantams, trinčiams. Kėdės besiūlės dirbtinės odos spalva - raudona (derinama su perkančiąja organizacija).	Būtina	Kėdės sėdimas/gulimas paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari ugniai, dezinfektantams, trinčiams. Kėdės besiūlės dirbtinės odos spalva - raudona (pridedama spalvų paletė).	2 P.d. Katalogas	
2.5.	Kėdė turi tvirtinamą staliuką priemonėms, kurio išmatavimai	Būtina	Kėdė turi tvirtinamą staliuką priemonėms, kurio išmatavimai	2 P.d. Katalogas	

	nemažesni nei 24 x 34 cm ir kurio apkrova gali būti ne mažesnė nei 12 kg.		25 x 35 cm ir kurio apkrova 15 kg.		
2.6.	Kėdės bendras ilgis ne didesnis nei 190 cm, bet ne mažesnis nei 160 cm Kėdės bendras plotis ne didesnis nei 95 cm Kėdės sėdynės plotis ne mažesnis nei 50 cm	Būtina	Kėdės bendras ilgis 170 cm, Kėdės bendras plotis 71 cm Kėdės sėdynės plotis 50 cm	2 P.d. Katalogas	
2.7.	Kėdės porankiai - reguliuojami visomis kryptimis, ne siauresnėse nei nuo - 15° iki +65° ribose.	Būtina	Kėdės porankiai - reguliuojami rutulinio guolio pagalba visomis kryptimis nuo - 15° iki +65° ribose.	2 P.d. Katalogas	
2.8.	Nugaros dalis reguliuojama ne siauresnėse nei 0° - 75° ribose.	Būtina	Nugaros dalis reguliuojama nuo 0° - 95° ribose.	2 P.d. Katalogas	
2.9.	Trendelenburgo pozicija visam kūnui ne siauresnėse nei nuo 0° iki -5° ±2° ribose.	Būtina	Trendelenburgo pozicija visam kūnui nuo 0° iki -3° ribose.	2 P.d. Katalogas	
2.10	Didžiausia leidžiama kėdės apkrova ne mažesnė nei 150 kg.	Būtina	150 kg	2 P.d. Katalogas	
3. Kūdikių vystymo stalas, 21 vnt. Pristatymo adresas: Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas - 20 vnt.; Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas- 1 vnt.					
3.1.	Vystymo stalo konstrukcija	Stabilus ir tvirtas plieninis arba aliuminio rėmas, padengtas milteliniu būdu su spintele po gulimuoju paviršiumi.	Vystymo stalas SBN-S01 Stabilus ir tvirtas plieninis rėmas, padengtas milteliniu būdu su spintele po gulimuoju paviršiumi.	3 P.d. Katalogas	
3.2.	Stalo kojos	Keturių reguliuojamos stabilios kojelės	Keturių reguliuojamos stabilios kojelės	3 P.d. Katalogas	
3.3.	Vystymo stalo stalviršis	Stalviršis pagamintas iš drožlių plokštės arba milteliniais dažais dengto plieno plokštės, su paminkštinimu. -Iš trijų pusių apsaugotas šoniniais borteliais ne mažesniais nei 10 cm aukščio. - Borteliai paminkštinti aptraukti dezinfekcinėms medžiagoms atsparia dirbtine oda.	Stalviršis pagamintas iš drožlių plokštės su paminkštinimu. -Iš trijų pusių apsaugotas 10 cm aukščio šoniniais borteliais. Borteliai paminkštinti aptraukti dezinfekcinėms medžiagoms atsparia dirbtine oda.	3 P.d. Katalogas	

3.4.	Spintelė	1. Dviejų durelių, su vidine lentynėle. 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. 3. Spintelė po vystymo stalu	1. Dviejų durelių, su vidine lentynėle. 2. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. 3. Spintelė po vystymo stalu	3 P.d. Katalogas	
3.5.	Gulimojo paviršiaus išmatavimai	Ne mažesnis nei 64 x 80 cm	65 x 80 cm	3 P.d. Katalogas	
3.6.	Stalo aukštis	Ne mažesnis nei 80 cm	85 cm	3 P.d. Katalogas	
3.7.	Maksimali apkrova	Ne mažiau 50 kg	50 kg	3 P.d. Katalogas	
3.8.	Staliuko svoris	Ne daugiau 45 kg	40 kg	3 P.d. Katalogas	
4. Paciento apžiūros kušetė, 15 vnt. Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas					
4.1.	Paskirtis	Skirta bendrai pacientų apžiūrai, 2 dalių	Skirta bendrai pacientų apžiūrai, 2 dalių KZ 2	4 P.d. Katalogas	
4.2.	Matmenys	Ilgis - 180 cm +/- 5 cm; Plotis - 70 cm +/- 5 cm; Aukštis - 75 cm +/- 5 cm;	Ilgis - 180 cm Plotis - 65 cm Aukštis - 70 cm	4 P.d. Katalogas	
4.3.	Pagaminta	Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) Gultas pagamintas iš 1,8 - 2 cm drožlių plokštės, ne mažiau 4 cm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertė medžiaga) ir aptrauktas dirbtine oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos	Rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno Gultas pagamintas iš 2 cm drožlių plokštės, 4 cm storio elastinio putų poliuretano ir aptrauktas dirbtine oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos	4 P.d. Katalogas	
4.4.	Galvos dalis	Galvos dalis mechanškai reguliuojamo atlenkimo kampo ne mažiau 0/+30° ribose	Nuo -60° iki +50°	4 P.d. Katalogas	
4.5.	Leistina apkrova	Ne mažiau 200 kg	200 kg	4 P.d. Katalogas	

