

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS**DĖL PRIEMONŲ INTERVENCINEI ŠIRDIES ELEKTROFIZIOLOGIJAI PIRKIMO**

2022-04-12 Nr. _

Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Sorimpeksas"
Tiekėjo adresas	Šiaulių 16a, 44353, Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	135733248, LT357332412
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT647300010002276949, AB Swedbank, banko kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Ramūnas Žalnerauskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų vadybininkė Daiva Macijauskienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Ramūnas Žalnerauskas
Telefono numeris	8 37 361766
Fakso numeris	8 37 324447
El. pašto adresas	daiva@sorimpeksas.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA**Pateikiame užpildytą pirkimo dokumentų 5 priedą „Kainų pasiūlymo lentelė“.**

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Siūlomos techninės charakteristikos
2.	Priemonių rinkinys plautinių venų krioabliacijai	<p>Rinkinį sudaro priemonės, suderinamos su CryoCath krioabliacijos aparatu CryoConsole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krioabliacijos kateteris-balionas, išpūsto baliono diametras nuo 23 iki 28 mm (pateikiama pagal PIRKĖJO poreikius) – 1 vnt. / Cath 2AF283 Arctic Front Advance ous 28 mm (modelis 2AF283) arba Cath 2AF233 Arctic Front Advance ous 23 mm (modelis 2AF233) 2. Valdomas kintamo linkio transseptalinis pravedėjas, kurio diametras 16F – 1 vnt. / Sheath 4FC12 FlexCath Advance (modelis 4FC12) 3. Skysto azoto padavimo vamzdelis – 1 vnt. / Cable 203CX Coaxial Umbilical (modelis 203CX) 4. Elektrinių signalų perdavimo iš krioabliacijos kateterio kabelis – 1 vnt. / Cable 2035U Electrical Umbilical (modelis 2035U) <p>2 poz. Konfidencialu. Brosiura. Priem. rinkinys plaut. venu krioabliacijai - 4, 5, 6 psl.</p>

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos techninės charakteristikos“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip to reikalaujama pirkimo sąlygų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Direktoriaus įgaliojimas	1
2.	EBVPD pažyma	14
3.	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų_4 priedas	1
4.	Gamintojo įgaliojimas	4
5.	CE sertifikatai	6
6.	2 poz. Konfidencialu. Brosiura. Priem. rinkinys plaut. venu krioabliacijai	6
7.	Konfidencialu. Registrų centro ir valdybos pažymos	5
8.	Priedas6 (PZM FA).	1
9.	Priedas6 (PZM FA)	1
10.	Konfidencialu. RC pažyma	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:

1. Konfidencialu. Registrų centro ir valdybos pažymos
2. Konfidencialu. RC pažyma
3. 2 poz. Konfidencialu. Brosiura. Priem. rinkinys plaut. venu krioabliacijai

Viešųjų pirkimų vadybininkė Daiva Macijauskienė