

UAB „FOX VISION“

Uždaroji akcinė bendrovė „Fox Vision“, buveinės adresas A. Mickevičiaus 9-3, Vilnius LT-08119, Lietuva.

Tel.: +370 698 29975; el. paštas: info@foxvisiongroup.com

Juridinio asmens kodas 303317197.

Juridinio asmens duomenys tvarkomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale,
PVM mokėtojo kodas LT100008636117

VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL INTRAOKULINIŲ LĖŠIUKŲ PIRKIMO**

2022-08-03

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Fox Vision
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	A. Mickevičiaus 9 – 3, Vilnius LT-08119
Tiekėjo (įmonės) kodas	303317197
PVM mokėtojo kodas	LT100008636117
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius, Aurimas Šumskis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Aurimas Šumskis, direktorius
Telefono numeris	8 698 29975
Fakso numeris	--
El. pašto adresas	asumskis@foxvisiongroup.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki

Mes siūlome šias prekes:

Pirk. dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis 12 mėn.	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo (REF) kodas	1 mato vnt kaina Eur su PVM	PVM dydis %	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1	Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai intraokuliniai lęšiai supakuoti į vienkartinį injektorių (preloaded)	vnt.	430	Vivinex iSert XY1 Gamintojas: Medical Singapore Pte Ltd	172,00	5%	73960,00	77658,00

Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) 77658,00 EUR (septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 0 ct.)**PVM (5 proc.) suma 3698,00 EUR** (trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 0 ct.).

**** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.**

Kartu su pasiūlymu elektronine forma pateikiami skanuoti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir psl. Nr.
1	Katalogas.pdf	5
2	Konfidencialu CE_En.pdf	1
3	Konfidencialu pazyma.pdf	2
4	Vivinex XY1 Publikacija ISI_En_Lt.pdf	10
5	espd-response.pdf	14
6	espd-response.xml	14
7	3-6 priedai.pdf	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1	Konfidencialu CE_En.pdf	Prisegti dokumentai
2	Konfidencialu pazyma.pdf	Prisegti dokumentai
3	Vivinex XY1 Publikacija ISI_En_Lt.pdf <i>Vertimas į lietuvių kalbą yra konfidencialus</i>	Prisegti dokumentai

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas **negali** nurodyti, kad konfidenciali **informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis), gamintojas** arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Aurimas Šumskis

(Vardas ir pavardė)

Techninė specifikacija

Pirk. dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Kokybės ir techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. Nr.). <i>Prisegtas failas „Katalogas.pdf“</i>
1	Užpakalinės kameros sulankstomi <u>vienos dalies asferiniai</u> intraokuliniai lęšiai supakuoti į vienkartinį inektorių (preloaded)	- Medžiaga: minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, turintis chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos spindulių pralaidumą, vandens kiekis medžiagoje <1 % arba lygiavertė medžiaga. - Ilgis : 13,00 mm - Optinės dalies diameteras: 6,0mm - Optikos kraštas – status, pašiurkštintas. - Optinės dalies išgaubtumas: asferinė optika, dalinai koreguojanti teigiamas sferines aberacijas. - Laužiamoji galia: +6D iki +30D, žingsnis kas 0,5D - Refrakcijos indeksas: ne mažiau nei 1,55. - Atraminių elementų forma – „C“, „L“ ar jų modifikacijos. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°. Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas. - Konstrukcija – hidrofobiniai – vienos dalies. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, vienkartiname inektoriuje (angl. preloaded), sterilizuotas etilo oksidu. - Injektoriaus savybės – lęšis implantuojamas sukanant arba stumiant injektoriaus rankelnelę	- Medžiaga: minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, turintis chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos spindulių pralaidumą, vandens kiekis medžiagoje 0,6%. - Ilgis : 13,00 mm - Optinės dalies diameteras: 6,0mm - Optikos kraštas – status, pašiurkštintas. - Optinės dalies išgaubtumas: asferinė optika, dalinai koreguojanti teigiamas sferines aberacijas. - Laužiamoji galia: +6D iki +30D, žingsnis kas 0,5D - Refrakcijos indeksas: 1,55. - Atraminių elementų forma – C modifikuota. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°. Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas. - Konstrukcija – hidrofobiniai – vienos dalies. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, vienkartiname inektoriuje (angl. preloaded), sterilizuotas etilo (etilen) oksidu. - Injektoriaus savybės – lęšis implantuojamas sukanant injektoriaus rankelnelę

PRIVALOMI REIKALAVIMAI:

- Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylių optinėje dalyje.
- Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. Tiekėjas turės pateikti skaitmenines CE sertifikatų kopijas (CE sertifikatų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinai, jei CE sertifikatas pateikiamas anglų kalba).
- Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, vienai pirkimo daliai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Intraokulinių lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.

4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo kataloge (markeriu pažymėta) nurodytos bei objektyviai gaminamos prekės (intraokuliniai lėšiai). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes (intraokulinius lėšius) pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.

5. Intraokulinių lėšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.

6. Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lėšius, privalo pateikti bent vieną *Thomson Reuters Web of Science* (*ISI Web of Knowledge*) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lėšių geras funkcines savybes ir/ ar kooperacinius rezultatus.

Pastaba: grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.