

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius
2022 m. d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS

1. Skiedros biokuro analizių atlikimas.

II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2. AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka Biokuro ėminių kokybinių rodiklių tyrimo paslaugas atlikti (toliau – Paslaugos). Kokybinių rodiklių tyrimus sudarys:

2.1. Biokuro mėginių kokybiniai rodikliai – Šilumingumas MJ/Kg pagal LST EN ISO 18125:2017, pelenų kiekis % pagal LST EN ISO 18122:2016, analitinė (savitoji) drėgmė % pagal LST EN ISO 18134-3:2015, visuminė drėgmė % pagal LST EN ISO 18134-1:2016.

2.2. Visi paruošiamieji darbai kuriuos reikia atlikti Paslaugai atlieka konkursą laimėjęs tiekėjas ar tiekėjų grupė, kurie teikia perkamą paslaugą (Toliau – Tiekėjas), iš savo resursų.

2.3. Kietojo biokuro, durpių mėginiai (Toliau – Mėginiai).

3. Kuro rūšys, preliminarus ėminių skaičius šildymo sezono metu, ėminių kiekis kuriam perkama paslauga:

Kuro rūšys	Kokybiniai rodikliai	Maksimalus ėminių skaičius per mėnesį šildymo sezono metu, vnt.	Maksimalus ėminių skaičius per dieną, šildymo sezono metu, vnt.	Minimalus ėminių skaičius per mėnesį šildymo sezono metu, vnt.	Ėminių kiekis, kuriam yra perkama paslauga 2 (dviems) metams (24 mėnesiams).
Kietasis biokuras, durpės	Pagrindiniai kokybiniai rodikliai				
	Visuminė drėgmė, %	0 – 250	0 - 40	100	1600
	Pelenų kiekis sausajai būsenai, %	0 – 100	0 - 10	10	650
	Sausojo masės apatinis ir viršutinis izochorinis šilumingumas, MJ/Kg	0 – 100	0 - 10	10	650

Pastaba: Mėginių analizės atliekama esant poreikiui.

III SKYRIUS SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4. Kuro mėginiai yra pristatomi į Tiekėjo laboratoriją, nurodytu adresu – Kauno mieste. Jeigu tiekėjo laboratorija yra ne Kauno mieste, yra sutariama Mėginių perdavimo vieta – Kauno mieste, tinkama Perkančiajam subjektui ir Tiekėjui. Už biokuro mėginių siuntimo kaštus ne Kauno mieste atsakingas paslaugos tiekėjas.

IV SKYRIUS BENDRI REIKALAVIMAI

5. Perkantysis subjektas pristato Mėginius į laboratoriją arba perduoda sutartoje vietoje kurjeriui ir kartu perduoda su jais susijusią informaciją, reikalingą juos identifikuoti.
6. Mėginių kokybiniai rodikliai yra pateikiami suprantamu, aiškiu formatu, leidžiančiu identifikuoti – Mėginį, nustatytus parametrus.
7. Paslaugos Tiekėjas garantuoja duomenų patikimumą. Sutinka kad jo atliktų tyrimų rezultatai gali būti lyginami su kitų akredituotų laboratorijų tyrimų rezultatais.

V SKYRIUS ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

8. Įsipareigojimų vykdymo terminai:
 - 8.1. Tiekėjas Paslaugą atlieka per 3 darbo dienas nuo mėginių perėmimo iš Perkančiojo subjekto. Atsiradus nenumatytiems darbams ar trukdžiams Tiekėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą telefonu ar elektroniniu paštu.
9. Pirkimo objekto priėmimo–perdavimo tvarka:
 - 9.1. Perduodamų mėginių akto turinys ir forma suderinama su Perkančiuoju subjektu.
10. Tyrimų kiekis yra preliminarus ir neįpareigoja AB „Kauno energija“ 3 punkto lentelėje nurodytų ėminių kiekį pateikti ir apmokėti.

Techninio aptarnavimo skyriaus Inžinierius

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]