

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

4. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
1	2	3	4	5	6

4. Procedūrinis staliukas su stalčiumi, 6 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas;

4.1	Pagaminta	Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos)	Rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno	<i>brošiūra</i>	1
4.2	Stalas turi turėti stalčių pagamintą iš MDP arba plieno arba lygiavertės medžiagos	Būtina	Stalas turi stalčių pagamintą iš MDP	<i>brošiūra</i>	1
4.3	2 lentynėlės	Būtina	2 lentynėlės	<i>brošiūra</i>	1

4.4	Leistina lentynėlių apkrova ne mažiau	10 kg	10 kg	brošiūra	1
4.5	Stalo ilgis	Ne mažiau 60 cm	60 cm	brošiūra	1
4.6	Stalo plotis	Ne mažiau 40 cm	40 cm	brošiūra	1
4.7	Stalo aukštis	Ne mažiau 82 cm	82 cm	brošiūra	1
4.8	Stalas turi būti sumontuotas ant keturių gumuotų, netepančių grindų, ratukų, iš kurių 2 turi stabdžius	Būtina	Stalas turi būti sumontuotas ant keturių gumuotų, netepančių grindų, ratukų, iš kurių 2 turi stabdžius	brošiūra	1
4.9	Išoriniai stalo paviršiai turi būti atsparūs bet kokiems neturintiems chloro dezinfektantams, kurie yra naudojami valymui ir dezinfekavimui	Būtina	Išoriniai stalo paviršiai atsparūs bet kokiems neturintiems chloro dezinfektantams, kurie yra naudojami valymui ir dezinfekavimui	brošiūra	1
5. Procedūrinis staliukas su spintele, 2 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas;					
5.1	Pagaminta	Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos)	Rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno	brošiūra	1
5.2	Stalas turi turėti spintelę (uždaromą) - spintelės aukštis apie 40 cm	Būtina	Stalas turi spintelę (uždaromą) - spintelės aukštis 40 cm	brošiūra	1
5.3	Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos.	Būtina	Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės	brošiūra	1
5.4	Leistina spintelės apkrova ne mažiau	10 kg	10 kg	brošiūra	1
5.5	Stalo ilgis	Ne mažiau 60 cm	60 cm	brošiūra	1
5.6	Stalo Plotis	Ne mažiau 40 cm	40 cm	brošiūra	1
5.7	Stalo Aukštis	Ne mažiau 82 cm	82 cm	brošiūra	1
5.8	Stalas turi būti montuojamas ant keturių guminių ratukų, iš kurių 2 - su stabdžiais	Būtina	Stalas montuojamas ant keturių guminių ratukų, iš kurių 2 - su stabdžiais	brošiūra	1
5.9	Išoriniai stalo paviršiai turi būti atsparūs bet kokiems neturintiems chloro dezinfektantams, kurie yra naudojami valymui ir dezinfekavimui	Būtina	Išoriniai stalo paviršiai atsparūs bet kokiems neturintiems chloro dezinfektantams, kurie	brošiūra	1

			yra naudojami valymui ir dezinfekavimui		
11. Medicininė mobili spintelė su lentynėlėmis, 2 vnt. Pristatymo adresas: Šančių padalinys, Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas					
11.1	Korpusas pagaminta iš MD-TP arba MDP plokštės arba lygiavertės medžiagos	Būtina	Korpusas pagaminta iš MDP plokštės	<i>brošiūra</i>	1
11.2	Spintelė turi keturis ratukus	Būtina	Spintelė su keturis ratukus	<i>brošiūra</i>	1
11.3	Lentynėlių skaičius ne mažiau nei 3 (dvi lentynėlės uždaromos)	Būtina		<i>brošiūra</i>	1
11.4	Išoriniai stalo paviršiai turi būti atsparūs bet kokiems neturintiems chloro dezinfekantams, kurie yra	Būtina		<i>brošiūra</i>	1

[illegible]

[illegible]



V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8~5) 2649696, faks. (8~5) 2602055, el.paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras.

VŠĮ Kauno miesto poliklinika
Siunčiama per CVP IS

2022-12-22, Nr. 2-835

PATVIRTINIMAS

Nr. 641504

Mes UAB LIMETA, vadovaudamiesi įdiegta kokybės vadybos sistema, užtikriname, kad konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimuose numatytos sąlygos:

- Prekės naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė atitinka toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;
- Prekėms suteikiama 24 mėn. garantija;

sutarties galiojimo (vykdymo) laikotarpių bus užtikrintos.

VšĮ Kauno miesto poliklinika
Siunčiama per CVP IS

2022-12-22, Nr. 2-836

TIEKĖJO DEKLARACIJA
Pirkimui Nr. 641504

Vykdydami atviro konkurso „Medicininį baldų pirkimas“, pirkimo Nr. 641504, sąlygų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,

šiuo **d e k l a r u o j a m e**, kad:

- Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.
- pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
- Tiekėjas UAB „Limeta“ laikosi įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų (pagal LST EN ISO 14001:2015).

Pridedama: aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas LST EN ISO 14001:2015.