

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

4. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
1	2	3	4	5	6
1. Kėdutė balno tipo, 13 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas- 6 vnt; Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas- 7 vnt.;					
1.1.	Sėdimosios dalies pasvirimas pirmyn/atgal	Būtina	Kėdutė balno tipo ETA Sėdimosios dalies pasvirimas pirmyn/atgal	1 P.d. Katalogas	
1.2.	Kėdės rėmas su penkių kojų atramos sistema su ratukais	Būtina	Kėdės rėmas su penkių kojų atramos sistema su ratukais		

1.3.	Sėdimosios dalies danga aptraukta dirbtine oda arba lygiaverte danga	Būtina. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms. Kėdės dangos spalvą galima rinktis iš ne mažiau 8 skirtingų atspalvių.	Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms. Kėdės dangos spalvą galima rinktis iš 10 skirtingų atspalvių.		
1.4.	Apkrova	Ne mažiau nei 120 kg	130 kg		
1.5.	Kėdės aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba	Reguliavimo diapazonas nuo grindų ne mažesnis nei 55-63 cm	Reguliavimo diapazonas nuo grindų 51-71 cm		
6. Medinė kušetė, 2 vnt. Pristatymo adresai: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas;					
6.1	Paskirtis	EKG tyrimams atlikti	Medinė kušetė KLD 2 EKG tyrimams atlikti	6 P.d. Katalogas	
6.2	Matmenys	Dviejų dalių kušetė. Ilgis - ne mažiau nei 195 cm; Plotis - 55 cm +/- 5 cm ;	Dviejų dalių kušetė. Ilgis - 195 cm; Plotis - 60 cm ;		
6.3	Pagaminta	Rėmas - pagamintas iš medienos/drožlių plokštės; Gultas pagamintas iš 1,8 - 2 cm drožlių plokštės ir uždengtas 6 cm +/- 2 cm storio paminkštinančios dangos. Gulimoji dalis paminkštinta. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms. Dangos spalvą galima rinktis iš ne mažiau 10 skirtingų atspalvių.	Rėmas - pagamintas iš buko medienos/drožlių plokštės; Gultas pagamintas iš 2 cm drožlių plokštės ir uždengtas 5 cm storio paminkštinančios dangos. Gulimoji dalis paminkštinta. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms. Dangos spalvą galima rinktis iš 28 skirtingų atspalvių		
6.4	Aukštis	Aukštis fiksuotas 65 cm +/- 10 cm	67 cm		
6.5	Galvos dalis	Galvos dalis mechanškai reguliuojamo atlenkimo kampo ne mažiau 0/+30° ribose.	Galvos dalis mechanškai reguliuojamo atlenkimo kampo 0/+35° ribose.		
6.6	Leistina apkrova	Ne mažiau 190 kg	200 kg		
8. Kėdė kraujo paėmimui, 4 vnt. Pristatymo adresai: Panemunės poskyris, Kampiškių g. 4, Kaunas - 1 vnt.; Šančių padalinys, Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas - 1 vnt.; Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, 2 vnt.					
8.1	Kraujo paėmimo ir procedūrų kėdė turi dujinės spyruoklės arba elektros variklio pagalba reguliuojamą nugaros atlošą.	Būtina	Kraujo paėmimo ir procedūrų kėdė FK-02 turi dujinės spyruoklės reguliuojamą nugaros atlošą.	8 P.d. Katalogas	

8.2	Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno su ne mažiau keturiomis reguliuojamo aukščio kojelėmis.	Būtina	Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno su keturiomis reguliuojamo aukščio kojelėmis.		
8.3	Kėdės kojų dalis uždengta ABS plastiko paneliais arba kėdė aptraukta skaidriu plastikumu, kuris atsparus trinčiams, dezinfektantams.	Būtina	Kėdės kojų dalis aptraukta skaidriu plastikumu, kuris atsparus trinčiams, dezinfektantams.		
8.4	Kėdės sėdimas/gulimas paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari ugniai, dezinfektantams, trinčiams. Kėdės besiūlės dirbtinės odos spalva - raudona (derinama su perkančiąja organizacija).	Būtina	Kėdės sėdimas/gulimas paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari ugniai, dezinfektantams, trinčiams. Kėdės besiūlės dirbtinės odos spalva - raudona (S06, pridedama spalvų paletė)		
8.5	Kėdė turi tvirtinamą staliuką priemonėms, kurio išmatavimai nemažesni nei 24 x 34 cm ir kurio apkrova gali būti ne mažesnė nei 12 kg.	Būtina	Kėdė turi tvirtinamą staliuką priemonėms, kurio išmatavimai 25 x 35 cm ir kurio 12 kg.		
8.6	Kėdės bendras ilgis ne didesnis nei 190 cm, bet ne mažesnis nei 160 cm Kėdės bendras plotis ne didesnis nei 95 cm Kėdės sėdynės plotis ne mažesnis nei 50 cm	Būtina	Kėdės bendras ilgis 170 cm, Kėdės bendras plotis 71 cm Kėdės sėdynės plotis 50 cm		
8.7	Kėdės porankiai - reguliuojami visomis kryptimis	Būtina	Kėdės porankiai - reguliuojami rutulinio guolio pagalba visomis kryptimis		
8.8	Nugaros dalis reguliuojama ne siauresnėse nei 0° - 75° ribose.	Būtina	Nugaros dalis reguliuojama nuo 0° - 95° ribose.		
8.9	Trendelenburgo pozicija visam kūnui ne siauresnėse nei nuo 0° iki -5° ±2° ribose.	Būtina	Trendelenburgo pozicija visam kūnui nuo 0° iki -3° ribose.		

8.10	Didžiausia leidžiama kėdės apkrova ne mažesnė nei 150 kg.	Būtina	150 kg		
13. Medicininė kušetė su elektriniu pakėlimu, 4 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas - 2 vnt; Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas- 2 vnt.;					
13.1	Dviejų sekcijų elektrinė kušetė	Būtina	Dviejų sekcijų elektrinė kušetė CROSS 2	13 P.d. Katalogas	
13.2	Elektrinė pavara reguliuojamas kušetės aukštis	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 48 cm iki 90 cm	nuo 48 cm iki 93 cm		
13.3	Elektrinė pavara valdoma abiejose kušetės pusėse sumontuotomis horizontaliomis svirtimis arba kojinių pedalo pagalba	Būtina	Elektrinė pavara valdoma abiejose kušetės pusėse kojinių pedalo pagalba		
13.4	Galvos sekcijos nuleidimo-pakėlimo kampas reguliuojamas	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 70°	nuo -46° iki +65°		
13.5	Galvos sekcija vienalytė be išpjovos veidui	Būtina	Galvos sekcija vienalytė be išpjovos veidui		
13.6	Galvos sekcijos ilgis	Ne mažiau nei 40 cm ir ne daugiau nei 60 cm	45 cm		
13.7	Sekcijos kojūgalyje pritvirtintas higieninio popieriaus rulono laikiklis	Būtina	Sekcijos kojūgalyje pritvirtintas higieninio popieriaus rulono laikiklis		
13.8	Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys	Ilgis ne mažiau 190 cm ir ne daugiau 205 cm; plotis 70 cm (+/-10 cm);	Ilgis 200 cm; plotis 67 cm;		
13.9	Didžiausia leistina apkrova	Ne mažiau kaip 180 kg	200 kg		
13.10	Elektrinis variklis kurio keliamoji galia	Ne mažiau kaip 6000 N	6000 N		
13.11	Kušetė su pakeliamais ratukais	Būtina	Kušetė su pakeliamais ratukais		
13.12	Rėmas pagamintas iš miltelinių (arba lygiaverčių) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) Korpusas pagamintas iš 1,8 - 2 cm drožlių plokštės, paminkštinimas ne mažiau 2 cm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertė medžiaga) ir aptrauktas dirbtine besiūle oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti	Būtina	Rėmas - pagamintas iš miltelinių būdu dažyto plieno; Korpusas pagamintas iš 2 cm drožlių plokštės ir uždengtas 3 cm storio elastinio putų poliuretano ir aptrauktas dirbtine besiūle oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms,		

Commented [VJ1]:

Commented [VJ2R1]:

	spalvos (galima pasirinkti iš ne mažiau 8 spalvų)		nealergizuojanti, nekeičianti spalvos. Dangos spalvą galima rinktis iš 28 skirtingų atspalvių		
15. Apvali kėdutė, 9 vnt. Pristatymo adresas: Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas					
15.1	Kėdutė skirta medicinos įstaigoms	Būtina	Medicinos įstaigoms skirta kėdutė PL 1 KINESIS Lenkija	15 P.d. Katalogas	
15.2	Kėdutė su ne mažiau nei 5 kojelėmis	Būtina	Kėdutė su 5 kojelėmis		
15.3	Aukštis	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 42- 56 cm ± 5 cm	Reguliuojami ribos nuo 43 iki 55 cm		
15.4	Pagrindo skersmuo	64 cm ± 2 cm	62 cm		
15.5	Sėdynės skersmuo	36 cm ± 2 cm	34 cm		
15.6	Maksimali apkrova	≥ 110 kg	130 kg		
15.7	Audinys	Aptraukta dirbtine oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos Audinio spalvą galima rinktis.	Aptraukta dirbtine oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos Audinio spalvą galima rinktis iš pridamos spalvų paletės		