

LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIKTI NUOMOS SUTARTIS NR. ST-23-140
2023-05-10

Kaunas

VšĮ Kauno miesto poliklinika, kodas 135042394 (toliau - Nuomininkas), kurios buveinė - Pramonės pr. 31, 51270 Kaune, atstovaujama, veikiančio pagal įstaigos įstatus, viena Šalis,

ir

UAB „Dimuna“ (toliau - Nuomotojas), kodas 303114072, buveinė - Parodos g. 24 - 3, 44215 Kaunas, kurią atstovauja, veikiantis pagal įmonės įstatus, kita Šalis, sudarė šią nuomos sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS, KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

1.1. Nuomotojas perduoda Nuomininkui nuomos teise naudotis priemonės: 1 pirkimo dalies analizatorius Analyzer I-2P, EUROIMMUN, 2020 ir 2021, 2 vienetai; 2 pirkimo dalies analizatorių EUROBLotMaster, EUROIMMUN, 2020, 1 vienetas; 3 pirkimo dalies analizatorių IDS iSYS, Immunodiagnosics, 2021, 1 vienetas (toliau tekste - Analizatorius), kurių komplektacija ir techniniai reikalavimai atitinka *Pirkimo Nr. 659372* techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) numatytus reikalavimus, *Pirkime Nr. 659372*. numatytus tyrimus atlikti naudojant prekes nurodytas sutartyje ST-23-139.

1.2. Maksimali 1 pirkimo dalies (visiškai automatizuotos imunologinių tyrimų sistemos, imunofermentiniams tyrimams atlikti, nuoma) sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	18.000,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų, 00 ct.)
21 % PVM	3.780,00 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	21.780,00 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct.)

1.3. Nuomininkas moka mėnesinį nuomos mokestį:

Mėnesinis nuomos mokestis be PVM	500,00 Eur (penki šimtai eurų, 00 ct.)
21 % PVM	105,00 Eur (vienas šimtas penki eurai, 00 ct.)
Mėnesinis nuomos mokestis su PVM	605,00 Eur (šeši šimtai penki eurai, 00 ct.)

1.4. Maksimali 2 pirkimo dalies (pusiau automatizuoto imunobloto tyrimų analizatoriaus nuoma) sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	36,00 Eur (tridešimt šeši eurai, 00 ct.)
21 % PVM	7,56 Eur (septyni eurai, 56 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	43,56 Eur (keturiasdešimt trys eurai, 56 ct.)

1.5. Nuomininkas moka mėnesinį nuomos mokestį:

Mėnesinis nuomos mokestis be PVM	1,00 Eur (vienas euras, 00 ct.)
21 % PVM	0,21 Eur (nulis eurų, 21 ct.)
Mėnesinis nuomos mokestis su PVM	1,21 Eur (vienas euras, 21 ct.)

1.6. Maksimali 3 pirkimo dalies (pilnai automatinio serologinių imunocheminių tyrimų analizatoriaus nuoma) sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	25.200,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai eurų, 00 ct.)
21 % PVM	5.292,00 Eur (penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai, 00 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	30.492,00 Eur (tridešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt du eurai, 00 ct.)

1.7. Nuomininkas moka mėnesinį nuomos mokestį:

Mėnesinis nuomos mokestis be PVM	700,00 Eur (septyni šimtai eurų, 00 ct.)
---	--

21 % PVM	147,00 Eur (šimtas keturiasdešimt septyni eurai, 00 ct.)
Mėnesinis nuomos mokestis su PVM	847,00 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 00 ct.)

1.8. Maksimali bendra sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	43.236,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai tridešimt šeši eurai, 00 ct.)
21 % PVM	9.079,56 Eur (devyni tūkstančiai septyniasdešimt devyni eurai, 56 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	52.315,56 Eur (penkiadešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiolika eurų, 56 ct.)

1.9. Nuomininkas moka bendrą sutarties mėnesinį nuomos mokestį:

Mėnesinis nuomos mokestis be PVM	1.201,00 Eur (vienas tūkstantis du šimtai vienas euras, 00 ct.)
21 % PVM	252,21 Eur (du šimtai penkiasdešimt du eurai, 21 ct.)
Mėnesinis nuomos mokestis su PVM	1.453,21 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiadešimt trys eurai, 21 ct.)

Nuomos mokestis gali būti vienu mokamas vienu mokėjimu už visą nuomos terminą arba vienodo dydžio mokėjimais, atliekamais kiekvieną mėnesį visą sutartą nuomos terminą. Nuomotojas turės užtikrinti išnuomotų analizatorių nepertraukiamą veikimą techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) numatytais terminais, tvarka ir pajėgumais pats dengdamas visas analizatorių išlaikymo, naudojamų medžiagų ir kitas išlaidas.

1.10. Sutarties galiojimo laikotarpiu sumokamas nuomos mokestis negali viršyti 90 proc. analizatoriaus vertės.

1.11. Vykdam sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Nuomotojas nepateikia E. sąskaitos, Nuomininkas turi teisę neatlikti mokėjimo.

1.12. Nuomininkas sumoka nuomos mokestį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros patvirtinimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis dienos.

1.13. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas -fiksauto įkainio kainodara. Nuomos mokestis, nurodytas sutarties 1.3. punkte yra galutinis ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Analizatoriaus nuoma. Nuomos mokesčiui įtakos neturi darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas, bendro kainų lygio kitimas. Visą riziką dėl galimo nuomos mokesčio padidėjimo prisiima Nuomotojas. Mėnesinis nuomos mokestis gali būti peržiūrimas ir keičiamas 1.9.; 1.10 punktuose ir Sutarties 2 priede nurodytais atvejais.

1.14. Analizatorių vertė šios sutarties pasirašymo dieną - 1 pirkimo dalies analizatorių vertė - 20800 ,00 Eur (dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai eurų) ir 25000,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų); 2 pirkimo dalies analizatoriaus vertė - 7000,00 Eur (septyni tūkstančiai eurų), 3 pirkimo dalies analizatoriaus vertė - 66250,00 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų). Analizatoriaus vertė nustatyta vadovaujantis Nuomotojo pateikta informacija.

1.15. Sutarties vykdymo metu Nuomotojui raštu pasiūlius Nuomininkui sumažinti nuomos mokestį, Šalys turi teisę įforminti šį pasiūlymą sutarties pakeitimu, sumažinant sutartyje nurodytą nuomos mokestį, nekeisdamos kitų esminių sutarties sąlygų ir nepažeisdamos Viešųjų pirkimų principų.

1.16. PVM pasikeitimo atveju, Nuomininkas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą ir įteikia jį Nuomotojui Sutartyje nustatyta tvarka. Nuomotojui per 3 (tris) dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Nuomininkui, Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

1.17. Jei vykdam sutartį Nuomotojas pasiūlo Nuomininkui kitą analizatorių, Nuomininkui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant nuomos mokesčio arba jį sumažinant, Nuomotojas gali pristatyti kitą analizatorių su sąlyga, kad tas analizatorius atitiks keliamus reikalavimus, t. y. analizatorius turi būti lygiavertis keičiamam ir atitikti ne žemesnius nei Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų), ir bus pristatytas už tą pačią ar mažesnę nuomos kainą:

1.17.1. Nuomotojas raštu praneša Nuomininkui apie galimybę/poreikį keisti analizatorių, pateikdamas tą galimybę/poreikį pagrindžiančius dokumentus (pvz. raštą/patvirtinimą dėl ekonomiškiausio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimą) bei

analizatoriaus techninę specifikaciją, pagrindžiančią, kad naujas analizatorius atitinka nustatytą techninę specifikaciją ir Nuomotojo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes;

1.17.2. Nuomininkas ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Nuomotojo rašto, nurodyto šios Sutarties 1.11.1. papunktyje, gavimo dienos privalo išnagrinėti ir įvertinti tokį Nuomotojo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Nuomotojui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties sąlygų 6 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybių ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

2. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

2.1. Nuomininkas įsipareigoja:

2.1.1. naudoti Analizatorių pagal jo paskirtį;

2.1.2. perduotu Analizatoriumi leisti naudotis darbuotojams, turintiems atitinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją;

2.1.3. neperduoti Analizatoriaus naudotis tretiesiems asmenims;

2.1.4. naudojantis Analizatoriumi laikytis visų higienos, sanitarijos, darbų saugos reikalavimų;

2.1.5. mokėti Analizatoriaus nuomos mokestį;

2.1.6. pasibaigus sutarčiai grąžinti Analizatorių Nuomotojui tokios būklės, kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą;

2.1.7. nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas) raštu pranešti Nuomotojui apie savo pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą;

2.1.8. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos, deleguoti atstovą spręsti ginčo.

2.2. Nuomotojas įsipareigoja:

2.2.1. nuo Analizatoriaus perdavimo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos (įskaitant galimus sutarties pratęsimus) savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus nepertraukiamą veikimą, techninį aptarnavimą (techninę priežiūrą, remontą ir techninės būklės tikrinimą) Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) numatytais terminais, pats dengdamas visas Analizatoriaus išlaikymo, naudojamų medžiagų ir kitas išlaidas;

2.2.2. aprūpinti Analizatorių visomis tinkamai jo eksploatacijai ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį reikalingomis medžiagomis, priedais (įskaitant, bet neapsiribojant, reagentais, kontrolinėmis medžiagomis, kalibratoriais, skiedimo ir plovimo tirpalais, specialiais antgaliais ir kt. priemonėmis);

2.2.3. įdiegti Analizatoriuje reikalingas funkcinės sistemas, numatytas Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir atitinkančias Nuomininko poreikius, bei užtikrinti jų tinkamą veikimą;

2.2.4. užtikrinti Analizatoriaus programinės įrangos duomenų mainų atitikimą standartams, kaip numatyta Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

2.2.5. atlikti Analizatoriaus veikimo testavimą prieš faktiškai perduodant naudoti Nuomininkui. Testavimas atliekamas tokiomis esminėmis sąlygomis:

a) apie numatomą Analizatoriaus veikimo testavimą ir jo datą Nuomotojas turės pranešti Nuomininkui rašytiniu pranešimu ne vėliau kaip prieš 3 (*tris*) dienas;

b) testavimas bus laikomas sėkmingu, jei testavimo rezultatai atitiks šios sutarties ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) bendrąsias nuostatas, Analizatoriaus specialiuosius reikalavimus bei reikalaujamas funkcines galimybes.

c) jei Analizatoriaus veikimo testavimas nebus sėkmingas, Nuomotojas turės nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (*dvi*) darbo dienas, pašalinti testavimo metu paašikėjusius Analizatoriaus trūkumus, neatitikimus ir atlikti pakartotini Analizatoriaus veikimo testavimą. Jei pakartotinis Analizatoriaus veikimo testavimas nėra sėkmingas, Nuomotojas turės ne vėliau kaip per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų po pakartotinio Analizatoriaus veikimo testavimo išmontuoti analizatorių ir jį išvežti iš Nuomininko patalpų.

2.2.6. atlikti defektų, gedimo ir (ar) netinkamo (ne)veikimo šalinimą Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatyta tvarka ir terminais;

2.2.7. atlikti Analizatoriaus remontą (tiek einamąjį, tiek kapitalinį) Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatyta tvarka ir terminais;

2.2.8. užtikrinti Analizatoriaus atsarginių detalių tiekimą, keitimą Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatyta tvarka ir terminais;

2.2.9. užtikrinti, kad Analizatorius pajėgus atlikti ne mažesnę kaip nurodytas

Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

2.2.10. Nuomotojas privalo:

2.2.10.1. Sumontuoti/pajungti Analizatorių taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis naudojimo efektyvumas: Nuomotojas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius Analizatoriaus energijos vartojimo parametrus. Nuomotojas, atlikdamas Analizatoriaus techninę priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius Analizatoriaus vartojimo parametrus.

2.2.10.2. pateikti Analizatoriaus naudojimo/eksplotavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų Analizatoriaus aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant Analizatoriaus klinikinio veiksmingumo: : pateikti nurodymus, kaip naudoti Analizatorių mažinant poveikį aplinkai, naudojimo, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį.

2.2.10.3. praveisti mokymus, kuriuose būtų aptarti Analizatoriaus elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.);

2.2.11. apdrausti Analizatorių turto draudimu nuo visų rizikų visam Sutarties galiojimo laikotarpiui;

2.2.12. paskirti atsakingus savo specialistus, kurie būtų kompetentingi atlikti Analizatoriaus priežiūros, atnaujinimo, aptarnavimo ir remonto darbus. Paskirti specialistai nurodytais telefono numeriais turi būti pasiekiami darbo dienomis Nuomininko darbo metu, sutarties galiojimo laikotarpiui;

2.2.13. einamąjį planinį ir/ar kapitalinį Analizatoriaus remontą atlikti tik iš anksto suderinus su Nuomininku datą ir laiką.

2.2.14. nesant galimybės pašalinti analizatoriaus gedimo per Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytą laiką, kitais būdais ir savo lėšomis atlikti Analizatoriumi atliekamus tyrimus pagal Nuomininko poreikius;

2.2.15. atlikti kitus veiksmus, kurie yra reikalingi siekiant užtikrinti Nuomininko galimybę nepertraukiamai gauti tyrimų rezultatus pagal faktinį Nuomininko tyrimų poreikį, kuris detalizuotas Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) bei tyrimų rezultatų perdavimą į Nuomininko informacinę sistemą.

2.2.16. nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas) raštu informuoti Nuomininką apie savo pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą

2.2.17. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos, deleguoti atstovą spręsti ginčo;

2.2.18. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant šią sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga tinkamam sutarties vykdymui; taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams.

2.3. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis šių socialinio atsakingumo ir aplinkosaugos reikalavimų (žaliasis pirkimas, socialiai atsakingas pirkimas): užtikrinti lygias galimybes darbo aplinkoje, rūšiuoti atliekas, mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žaliasis pirkimas, socialiai atsakingas pirkimas).

3. ANALIZATORIAUS PERDAVIMO TVARKA

3.1. Nuomotojas patvirtina, kad Analizatorius priklauso jam nuosavybės teise, yra neįkeistas ir neareštuotas, neapribota naudojimosi juo teisė.

3.2. Analizatorius perduodamas šalims pasirašant priėmimo - perdavimo aktą. Analizatoriaus priėmimo - perdavimo aktą Nuomininkas pasirašo tik po to, kai įgyvendinami šios sutarties 3.3. ir 3.4. punkte nurodyti veiksmai ir Nuomininkas įsitikina, kad Analizatorius veikia ir yra tinkamas naudojimui pagal paskirtį.

3.3. Nuomotojas Analizatorių Nuomininko adresu savo lėšomis pristato, surenka, sumontuoja, instaliuoja, įdiegia, paruošia darbui ir suderina/išbando (testuoja) ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.

3.4. Nuomotojas įsipareigoja informuoti Nuomininką apie nuomojamo Analizatoriaus ypatumus, perduoti Analizatoriaus eksplotavimo vadovą bei naudojimosi instrukcijas anglų ir lietuvių kalba, taip pat

ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos apmokyti Nuomininko personalą naudotis perduodamu Analizatoriumi.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Nuomotojas atsako už visus pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

4.2. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Tokiu atveju Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama ne vėliau kaip 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, nurodyma aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas, atima iš Šalies, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų, teisę remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančių nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.

4.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, pavirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

4.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus toliau vykdomi Sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai, jei nesutariama kitaip.

4.5. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį, kiekviena šalis turi teisę atsakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti sutartį. Šiuo atveju nė viena iš šalių negali reikalauti atlyginti jos turėtų turtinius nuostolius. Šiuo atveju šios sutarties šalys turi gražinti ką nepelnytai gavo šios Sutarties vykdymo metu.

4.6. Nuomotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje numatytais terminais, Nuomininkas įgyja teisę pradėti skaičiuoti 0,1 % dydžio delspinigius nuo maksimalios šios Sutarties ir Sutarties ST-23-139 sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną, Nuomininkas šią sumą gali išskaičiuoti iš Nuomotojui pagal šią Sutartį ir/ar sutartį ST-23-139 mokėtinos sumos.

4.7. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija dviejų mėnesių nuomos mokesčio sumą, Nuomininkas gali:

4.7.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Nuomotojui mokėtinų sumų;

4.7.2. vienašališkai nutraukti Sutartį.

4.8. Jeigu Nuomininkas nutraukia Sutartį 6.4.1.- 6.4.5. punktų pagrindu arba jeigu Nuomotojas nutraukia Sutartį joje nenumatytais pagrindais, Nuomotojas moka 10 % dydžio baudą nuo maksimalios šios Sutarties ir Sutarties ST-23-139 sumos bei atlygina tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė pirmalaikis Sutarties nutraukimas.

4.9. Nuomininkas turi teisę vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Nuomotojui mokėtinų sumų.

4.10. Laiku neįvykdęs šios Sutarties 1.6. punkto Nuomininkas, pagal Nuomotojo raštišką pareikalavimą, moka netesybas - po 0,1 % nuo neapmokėto nuomos mokesčio už kiekvieną vėlavimo dieną.

5. NUOMOTOJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS), JUNG TINĖ VEIKLA

5.1. Nuomotojas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subteikėjų.

5.2. Sutartinius įsipareigojimus, kuriuos Nuomotojas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti Subteikėjams, gali teikti tie Subteikėjai, kuriuos Nuomotojas iš anksto nurodė teikdamas Pasiūlymą Pirkimui.

5.3. Subteikėjo keitimas galimas tik toms Sutartinius įsipareigojimų dalims, kurias Nuomotojas Pasiūlyme numatė jiems perduoti.

5.4. Subteikėjų keitimas ar naujų Subteikėjų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Nuomotojas Nuomininkui pateikia prašymą dėl Subteikėjo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subteikėjo pasitelkimo, Subteikėjo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose Subteikėjams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna raštišką Nuomininko sutikimą dėl pasirinkto Subteikėjo pakeitimo ar naujo Subteikėjo pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Nuomotojas Nuomininkui taip pat turi pateikti

rašytinio pranešimo, pateikto Subteikėjui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

5.5. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutartį vykdančys Subteikėjai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtiną tinkamam Sutarties vykdymui. Už Subteikėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kokybę Nuomininkui atsako Nuomotojas.

5.6. Subteikėjams pageidaujant, Nuomininkas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Nuomininkas subteikėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Nuomotojo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Nuomininką. Tokiu atveju su Nuomininku, Nuomotoju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Nuomotojui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Nuomotojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

5.7. Sutartis iš Nuomotojo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE

5.8. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu sutartis vykdoma pagal jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:

5.8.1. Nuomotojas Nuomininkui pateikia šiuos dokumentus:

5.8.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo;

5.8.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujam / pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui;

5.8.1.3. naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma).

5.8.2. Nuomotojas gauna Nuomininko rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;

5.8.3. Nuomotojas pateikia Nuomininkui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekančias jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

5.9. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Sutartis įsigalioja nuo vėliausios parašo datos ir galioja tol, kol Nuomininkas turi pagal Sutartį nuomai perduotą analizatorių, bet ne ilgiau nei bus išpirkta maksimali Sutarties vertė nurodyta Sutarties 1.2 punkte. Bendra Sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė nei 37 (trisdešimt septyni) mėnesiai (įskaitant sąskaitos už Sistemos nuomą pateikimą ir apmokėjimą).

6.2. Pasibaigus šiai sutarčiai, Nuomininkas turi grąžinti Nuomotojui analizatorių ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.

6.3. Nuomininkas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tokį sutarties nutraukimą raštu pranešdamas Nuomotojui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

6.4. Nuomininkas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Nuomotojas ją iš esmės pažeidė:

6.4.1. perduotas analizatorius neatitinka Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir jo trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Nuomininkui priimtina terminą;

6.4.2. jei paaiškėja kad Nuomotojas apie analizatoriaus atitiktį nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią Nuomininkas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis;

6.4.3. kai Nuomotojas nurodytais terminais nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

6.4.4. kai Nuomotojui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Nuomininkui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Nuomotojo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos

Nuomotojo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Nuomotojo yra priimamas ir įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;

6.4.5. Esant VPĮ 90 str. 1 d. nurodytoms aplinkybėms.

6.5. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Nuomininką raštu prieš 10 (*dešimt*) dienų, tik jeigu Nuomininkas ją iš esmės pažeidė:

6.5.1. Nuomininkas daugiau kaip 2 (du) kartus laiku nesumokėjo nuomos mokesčio;

6.5.2. Nuomininkas sutarties galiojimo laikotarpiu išnuomoja analizatorių be Nuomotojo raštiško sutikimo;

6.5.3. Nuomininkas nepaisydamas ne mažiau 2 (dviejų) raštiškų Nuomotojo įspėjimų, vengia vykdyti Sutartimi prisiimtas pareigas ir nereaguoja į Nuomotojo priminimus ir įspėjimus apie Sutarties sąlygų vykdymo būtinumą. Iš eiles einančių priminimų ir/arba įspėjimų dažnumas negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

6.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6.7. Analizatoriaus savininko pasikeitimas nesudaro pagrindo šią sutartį nutraukti.

6.8. Kai Nuomotojas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Nuomotojas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Nuomotojas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

6.9. Sutarties sąlygos sutarties vykdymo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir šioje sutartyje numatytus atvejus.

6.10. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas techninio pobūdžio sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos viešojo pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas, pateikiant pagrindžiančius dokumentus.

6.11. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru Sutarties Šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (*trisdešimt*) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

6.12. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais, elektroniniu paštu ar fakso numeriais, kitais adresais, elektroniniu paštu ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

6.12.1. Nuomininko vadovo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:

Vardas, pavardė:	
Pareigos	
Adresas:	
Telefonas:	
El. paštas:	
Funkcijos	
Vardas, pavardė:	
Pareigos	
Adresas:	
Telefonas:	
El. paštas:	
Funkcijos	

6.12.2. Nuomotojo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą:

Vardas, pavardė:	
Adresas:	
Telefonas:	
El. paštas:	

6.12.3. Nuomotojo ir Nuomininko vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

Nuomotojui:

Vardas, pavardė:	
Adresas:	
Telefonas:	
El. paštas:	

Nuomininkui - Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika

Adresas: Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas

Telefonas: (8 37) 40 39 99

El. paštas: info@kaunopoliklinika.lt

6.13. Nuomotojo *Pirkimo Nr. 659372* pateiktas pasiūlymas ir kiti *Pirkimo Nr. 659372*. dokumentai yra laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi ir gali būti naudojami aiškinant Sutarties sąlygas.

6.14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

6.15. Šalys, pasirašydamos šią sutartį patvirtina, ją perskaitę, supratę jos nuostatas bei pasirašančios ją laisva valia, kaip jų siekius ir interesus atitinkantį dokumentą.

7. SUTARTIES PRIEDAI

7.1. Neatskiriama šios Sutarties dalis yra

1 priedas – Techninė specifikacija.

2 priedas- Nuomotojo pasiūlymas.

8. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI

Nuomotojas

UAB „Dimuna“

Kodas 303114072

PVM mokėtojo kodas LT100008002417

Parodos g. 24 - 3, 44215 Kaunas

Tel. +370 656 88955

El. paštas: info@dimuna.com

Parašas

2023-05-10

A.V.

Nuomininkas

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika

Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 135042394

PVM mokėtojo kodas: LT 350423917

Tel. (8 37) 40 39 99

El. paštas: info@kaunopoliklinika.lt

Parašas

2023-05-10

A.V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pirkimo objektas - Laboratorinės diagnostikos imunologinių tyrimų priemonių (toliau - Analizatoriaus) nuoma (įskaitant, bet neapsiribojant montavimą, diegimą, instaliavimą, integravimą, derinimą, paleidimą, priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir aptarnavimą, bei asmens sveikatos priežiūros laboratorinės diagnostikos priemonės veikimą užtikrinančių medžiagų ir detalių tiekimą) ir reagentai bei priemonės tyrimams atlikti (BVPŽ kodai: 38434000–6, 33696000–5). Visos reikalingos priemonės privalo užtikrinti kokybišką tyrimų, nurodytų Techninėje specifikacijoje atlikimą, atsižvelgiant į Tiekėjo nurodytus jų kiekius.

1.2. Perkančioji organizacija nurodo, kad pirkimas apima:

1.2.1. Analizatoriaus, aprašyto šios techninės specifikacijos III dalyje, sukomplektavimą;

1.2.2. Analizatoriaus atvežimą ir sumontavimą Perkančiosios organizacijos patalpose;

1.2.3. Analizatoriaus veikimui reikalingų funkcinių sistemų įdiegimą;

1.2.4. Analizatoriaus nenutrūkstamą aprūpinimą visomis tinkamai jo eksploatacijai ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį reikalingomis medžiagomis, priedais (įskaitant, bet neapsiribojant, reagentais, kontrolinėmis medžiagomis, kalibratoriais, skiedimo ir plovimo tirpalais, specialiais antgaliais ir kt. priemonėmis);

1.2.5. Analizatoriaus ir jo programinės įrangos galimybę keisti informacija su perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema (toliau – LIS);

1.2.6. Analizatoriaus veikimo testavimą prieš faktiškai perduodant naudoti Perkančiajai organizacijai. Testavimas atliekamas tokiomis esminėmis sąlygomis:

1.2.6.1. apie numatomą Analizatoriaus veikimo testavimą ir jo datą tiekėjas turės pranešti Perkančiajai organizacijai rašytiniu pranešimu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas;

1.2.6.2. testavimas bus laikomas sėkmingu, jei testavimo rezultatai atitiks šios techninės specifikacijos bendrąsias nuostatas, aparatūros specialiuosius reikalavimus bei šios techninės specifikacijos III dalyje nurodytas funkcines galimybes. Jei analizatoriaus veikimo testavimas nebus sėkmingas, tiekėjas turės nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pašalinti testavimo metu paaiškėjusius analizatoriaus trūkumus, neatitikimus ir atlikti pakartotinį analizatoriaus veikimo testavimą. Jei pakartotinis analizatoriaus veikimo testavimas nėra sėkmingas, tiekėjas turės ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pakartotinio analizatoriaus veikimo testavimo išmontuoti analizatorių ir jį išvežti iš Perkančiosios organizacijos patalpų;

1.2.7. Analizatoriaus defektų, gedimo ir (ar) netinkamo (ne)veikimo šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

1.2.8. Analizatoriaus remontą (tiek einamąjį, tiek kapitalinį), gedimų šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

1.2.9. Analizatoriaus atsarginių dalių sandėlio valdymą ir atsarginių detalių tiekimą, keitimą šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

1.2.10. Perkančiosios organizacijos laboratorijos personalo (ne mažiau kaip 2 (du) darbuotojai) apmokymą dirbti su analizatoriumi;

1.2.11. Analizatorių privalės būti pajėgus atlikti ne mažesnę kaip 2 (du) tyrimų, negu nurodyta šios Techninės specifikacijos III dalyje;

1.2.12. Analizatorių turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytą tyrimų spektrą, nurodytą šios Techninės specifikacijos III dalyje;

1.2.13. analizatoriaus apdraudimą turto draudimu nuo visų rizikų;

1.2.14. kitų veiksmų atlikimą, kurie yra reikalingi, siekiant užtikrinti Perkančiosios organizacijos galimybę nepertraukiamai gauti laboratorinės diagnostikos tyrimų rezultatus pagal faktinį Perkančiosios organizacijos tyrimų poreikį, kuris detalizuotas Techninės specifikacijos III dalyje (Tyrimai ir planuojamos orientacinės jų apimtys) bei tyrimų rezultatų perdavimą į Perkančiosios organizacijos informacinę sistemą.

1.3. Perkančioji organizacija už analizatorių tiekėjui mokės tik nuomos mokestį. Sutarties galiojimo laikotarpiu sumokamas analizatoriaus nuomos mokestis negali viršyti 90 proc. analizatoriaus vertės. Nuomos mokestis gali būti mokamas vienu mokėjimu už visą nuomos terminą arba vienodo dydžio mokėjimais, atliekamais kiekvieną mėnesį visą sutartą nuomos terminą. Tiekėjas turės užtikrinti išnuomoto analizatoriaus nepertraukiamą veikimą techninėje specifikacijoje numatytais terminais, tvarka ir pajėgumais pats dengdamas visas analizatorių išlaikymo, naudojamų medžiagų ir kitas išlaidas.

II. ANALIZATORIAUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Analizatoriaus komplektacija ir techniniai reikalavimai:

2.1.1. Analizatorius (perkama įranga 3.1 ir 3.2 punktuose) turi būti ne senesnis nei 4 metų nuo eksploatavimo pradžios, o analizatorius (perkama įranga 3.3 punkte) turi būti ne senesnis nei 2 metų nuo eksploatavimo pradžios, turėti CE/ IVD ženklus, skirtas naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose ir galėti perduoti duomenis į Perkančiosios organizacijos Laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Su pasiūlymu būtina pateikti analizatoriaus žymėjimo CE/ IVD ženklu liudijančio dokumento kopiją anglų ir lietuvių kalba.

2.1.2. Su pasiūlymu būtina pateikti Analizatoriaus naudojimo instrukciją anglų ir lietuvių kalba.

2.1.3. Analizatorius turi būti pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių (priedais) naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.1. Kartu su pasiūlymu dalyvis turi pateikti:

2.2.1. dokumentus, patvirtinančius analizatoriaus atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems atitinkamai kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. dalyvis privalo pateikti siūlomo analizatoriaus gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomo analizatoriaus vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu analizatoriaus techninių charakteristikų aprašymu - analizatoriaus pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia analizatoriaus atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba. Analizatoriaus gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.3. Reikalavimai analizatorių programinei įrangai:

2.3.1. Siūlomi analizatoriai ir jų programinė įranga turi turėti galimybę keisti informaciją su perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema ASTM standarto protokolu arba lygiaverčiais: ABX, CSV, MCSV, HL7, REST. Tyrimų užsakymai turi būti automatiškai nuskaitomi, o tyrimų atlikimo rezultatai automatiškai perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius, ar keli analizatoriai neturi galimybės keisti informaciją ASTM, ABX, CSV, MCSV, HL7, REST standartų protokolais, pasiūlyme turi būti pateikiamas kompiuteris su atitinkama programine įranga įgalinančia keisti informaciją su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu arba lygiaverčiais: ABX, CSV, MCSV, HL7, REST, kurių pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą.

Tiekėjas analizatoriaus programinės įrangos suderinimą atlieka savo jėgomis ir lėšomis.

2.3.2. Su Perkančiosios organizacijos LIS turi būti galimybė keisti šiais duomenimis:

2.3.2.1. automatiškai gauti tyrimų užsakymus;

2.3.2.2. automatiškai perduoti tyrimų rezultatus.

2.3.3. Tiekėjas yra atsakingas už analizatoriaus nenutrūkstamą veikimą, už analizatoriaus programinės įrangos nepriekaištingą veikimą bei už analizatoriaus jungties su Perkančiosios organizacijos LIS veikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

2.3.4. Turėti galimybę atlikti automatinį tyrimo atsakymo techninį validavimą.

2.3.6. Analizatorius turi turėti automatizuotos kokybės kontrolės valdymo ir analizės programą.

2.3.7. Analizatorius turi turėti naudojamų reagentų ir darbo eigos atsekamumo ir apskaitos programą.

2.3.8. Analizatoriuje turi būti galimybė iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti neribotą III dalies, atitinkamai kiekvienos pirkimo dalies atliekamų tyrimų specifikacijos sąraše nurodytų analizių kiekį, kurios gali būti atliekamos iš tokio pačio tipo mėgintuvėlio pagal analizatoriaus gamintojo metodinėse rekomendacijose nurodytus reikalavimus.

2.3.9. Turi būti galimybė talpinti į analizatorių naujus arba skubius mėginius, nestabdant analizatoriaus darbo (reikalavimas taikoma tik 3.3 perkamai įrangai). Pateikti gamintojo patvirtintą proceso aprašymą.

2.3.10. Bendras maksimalus tyrimų skaičius pateikiamas, įskaičiuojant kontrolių atlikimą, reagentų bei kitų medžiagų sunaudojimą kalibravimo procedūrai.

2.4. Reikalavimai analizatoriaus atliekamiems laboratoriniams tyrimams:

2.4.1. Tyrimo atlikimui turi būti pateiktos ir įskaičiuotos į tyrimo kainą visos pagal gamintojo rekomendacijas tyrimo atlikimui reikalingos sudedamosios priemonės: reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos (ne mažiau kaip 2 lygių), mėgintuvėliai, plovikliai, specialūs valikliai, specialūs antgaliai, ar bet kokios kitos gamintojo nurodytos priemonės.

2.4.2. Vidiniai kontroliniai tyrimai atliekami po vieną kartą kiekvieną darbo dieną, reagentai, kalibratoriai ir kt., priemonės bus naudojamos, atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo, galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus.

2.4.3. Visiems šios techninės specifikacijos III dalyje išvardintiems tyrimams pateikti gamintojo rekomenduojamas normų reikšmės, taikomas suaugusiems ir vaikams.

2.4.4. Atliekant tyrimus, esant reikalui, turi būti galimybė tirti mėginį iš specialių vienkartinį mėgintuvėlių.

2.4.5. Tyrimo rezultatai turi būti pateikiami SI sistemos vienetais.

2.4.6. **Visi reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos (1 ir 2 pirkimo objekto dalyse) turi būti ne daugiau 3 skirtingų gamintojų, originalūs, tinkami darbui su siūlomu analizatoriumi, taip pat turi būti užtikrintas siūlomų priemonių suderinamumas pateikiant tai įrodančius dokumentus. Visi reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos (3 pirkimo objekto dalyje) turi būti vieno gamintojo, originalūs, tinkami darbui su siūlomu analizatoriumi. Galima siūlyti nepriklausomų trečiųjų šalių kokybės kontrolės medžiagas, kurios suderinamos su siūloma įranga. Pateikti tai įrodančius dokumentus.**

2.4.7. Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinėti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC arba lygiavertį ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančių dokumentų kopijas.

2.4.8. Tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų naudojimo instrukcijas ir saugos duomenų lapus lietuvių ir anglų kalbomis.

2.5. Reikalavimai analizatoriaus aptarnavimui:

2.5.1. Tiekėjas, suteikęs prietaisą, privalo savo sąskaita užtikrinti jo techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą sutarties galiojimo terminą.

2.5.2. Tiekėjas turės užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą darbą 5 dienas per savaitę, 15 val. per parą, darbą organizuojant dvejomis

pamainomis sutarties galiojimo laikotarpiu, Tiekėjas turės paskirti atsakingus savo specialistus, kurie būtų kompetentingi atlikti analizatoriaus priežiūros, atnaujinimo, aptarnavimo ir remonto darbus. Tiekėjas turės užtikrinti, jog jo paskirti specialistai nurodytais telefono numeriais būtų pasiekiami darbo dienomis Perkančiosios organizacijos darbo metu, sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.5.3. Gavęs pranešimą apie analizatoriaus gedimą, Tiekėjo specialistas privalės atvykti į VŠĮ Kauno miesto polikliniką ne vėliau kaip per 4 valandas nuo pranešimo gavimo momento ir pradėti šalinti gedimą arba kitaip atkurti ir užtikrinti analizatoriaus veikimą. Sistema turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

2.5.4. Nesant galimybės pašalinti gedimų per nurodytą laiką, Tiekėjas privalės kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinti tyrimų atlikimą pagal VŠĮ Kauno miesto poliklinikos poreikius.

2.5.5. Einamasis planinis ir/ar kapitalinis analizatoriaus remontas gali būti atliekamas tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija datą ir laiką.

III. ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1 Techniniai reikalavimai visiškai automatizuotam imunologinių tyrimų analizatoriui imunofermentiniams tyrimams (ELISA metodu). (2vnt.)

3.1.1 Analizatoriaus techninė specifikacija:

1 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomoms prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomoms prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
1.	Analizatoriaus paskirtis	Visiškai automatizuota imunologinių tyrimų sistema imunofermentiniams tyrimams.	Visiškai automatizuota imunologinių tyrimų sistema imunofermentiniams tyrimams.	<i>Analizatoriaus Analyzer I-2P aprašymas.pdf</i>	9 puslapis
2.	Išmatavimai	Analizatorius ne platesnis negu 160 cm, gylis ne daugiau negu 125 cm. Kitų matmenų (didesnių) analizatorius turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti.	<i>Analizatoriaus plotis 160cm, gylis 75cm</i>	<i>Analizatoriaus Analyzer I-2P aprašymas.pdf</i>	2 puslapis
3.	Komplektacija	Komplektuojamas su spausdintuvu (jeigu reikalingas). Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu, lazeriniu	<i>Analizatoriai komplektuojami su spausdintuvais, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu.</i>	<i>Analizatoriaus Analyzer I-2P aprašymas.pdf</i>	2, 9 puslapiai

		spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. Analizatorius turi būti sukomplektuotas su purtykle, reikiamos temperatūros inkubatoriumi (-riais) bei turi būti vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio identifikavimą, pilstymą, mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą.			
4.	Brūkšninių kodų skaitytuvas	Analizatorius privalo turėti brūkšninių kodų skaitytuvą, skirtą mėginio identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą analizatorius automatiškai turi nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS	<i>Analizatorius turi brūkšninių kodų skaitytuvą, skirtą mėginio identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą analizatorius automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymų informaciją apie reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, tyrimų rezultatus automatiškai nusiųnčia į LIS.</i>	<i>Analizatoriaus Analyzer I-2P aprašymas.pdf</i>	2, 9 puslapiai
5.	Reagentai ir kitos priemonės	Reagentai paruošti naudojimui. Automatinė kontrolė reagentų lygiui, antgalių dydžiui, reakcijos tūriui	<i>Reagentai paruošti naudojimui. Automatinė kontrolė reagentų lygiui, antgalių dydžiui, reakcijos tūriui.</i>	<i>Analizatoriaus Analyzer I-2P aprašymas.pdf</i>	2 puslapis
6.	Mėginiai, jų specifikacija	Kraujo serumas, 3.1.2 punkto 2 lentelės 1 pozicijos tyrimams - išmatos	<i>Mėginiai - kraujo serumas, 3.1.2 - išmatos</i>	<i>Tyrimų instrukcijos.pdf</i>	
7.	Skysčio lygio aptikimo funkcija	Analizatorius turi skysčio lygio aptikimo funkciją.	<i>Analizatorius turi skysčio lygio aptikimo funkciją</i>	<i>Analizatoriaus Analyzer I-2P aprašymas.pdf</i>	28 puslapis
8.	Indo užpildymo kontrolė	Liekanų/atliekų butelis su skysčio lygio atpažinimo davikliu.	<i>Atliekų butelis turi skysčio lygio atpažinimo daviklius.</i>	<i>Analizatoriaus Analyzer I-2P aprašymas.pdf</i>	2 puslapis
9.	Tikslumas	CV ne daugiau 5 % -5 µl tūriui ir ne daugiau 3 % - 100 µl tūriui	<i>CV <5% - 5 µl tūriui, <3 % - 100 µl tūriui</i>	<i>Analizatoriaus Analyzer I-2P aprašymas.pdf</i>	2 puslapis

10.	Galimybė	Galimybė vienu metu tirti ne mažiau trijų 96 duobučių plokštelių. Galimybė tuo pačiu metu derinti įvairių skirtingų (ne mažiau trijų) tyrimų atlikimą (iš 3.1.2 punkto 2 lentelės).	<i>Galima tirti 3 96duobučių plokšteles, vienoje plokštelėje galima kombinuoti iki 12 skirtingų tyrimų.</i>	<i>Analizatoriaus Analyzer I-2P aprašymas.pdf</i>	2 puslapis
-----	----------	--	---	---	------------

3.2 Techniniai reikalavimai pusiau automatizuotam imunobloto tyrimų analizatoriui. (1 vnt.)

3.2.1 Analizatoriaus techninė specifikacija:

1 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai	Atitikimas kokybiniais ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
1.	Analizatoriaus paskirtis	Skirtas alergenų, autoimuninių ligų žymenų, infekcinių ligų žymenų imunobloto tyrimams su juostelėmis atlikti. Analizatorius turi gebėti automatiškai atlikti imunobloto inkubacijos ir plovimo žingsnius. Prietaisas turi gebėti atlikti ne mažiau 30 tyrimų (pateiktų 3.2.2. punkto 2 lentelėje) vienu metu (tokių pačių, arba skirtingų).	Skirtas alergenų, autoimuninių ligų žymenų, infekcinių ligų žymenų imunobloto tyrimams su juostelėmis atlikti. Analizatorius turi geba automatiškai atlikti imunobloto inkubacijos ir plovimo žingsnius. Prietaisas geba atlikti 44 tyrimų (pateiktų 3.2.2. punkto 2 lentelėje) vienu metu (tokių pačių, arba skirtingų).	<i>EUROBLOTMaster informacija.pdf</i>	1,2 puslapiai
2.	Brūkšninių kodų skaitytuvas	Analizatorius privalo turėti brūkšninių kodų skaitytuvą, skirtą mėginio identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą analizatorius automatiškai turi nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio	<i>Analizatorius komplektuojamas su brūkšninių kodų skaitytuvu, skirtą mėginio identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą analizatorius automatiškai turi nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie</i>	<i>EUROLinescan brošiūra</i>	2 puslapis

		identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS	reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiunčia į LIS		
3.	Mėginiai, jų specifikacija	Kraujo serumas, - prietaisas turi gebėti atlikti visus 3.2.2 punkto 2 lentelėje išvardintus tyrimus.	<i>Prietaisas gebi atlikti visus 3.2.2 punkto lentelėje išvardintus tyrimus</i>	<i>EUROLinescan brošiūra</i>	<i>4 puslapis</i>

3.3 Techniniai reikalavimai serologinių imunocheminių tyrimų analizatoriui. (1 vnt.)

3.3.1 Analizatoriaus techninė specifikacija:

1 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai	Atitikimas kokybiniais ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo numeris
1.	Analizatoriaus paskirtis	Pilnai automatinis imunocheminių tyrimų analizatorius. Metodas - chemiliuminescencinis arba lygiavertis imunoanalizės metodas.	Pilnai automatinis imunocheminių tyrimų analizatorius. Metodas - chemiliuminescencinis arba lygiavertis imunoanalizės metodas.		16
2.	Našumas ir mėgintuvėliai	Turi gebėti atlikti ne mažiau kaip 80 testų (3.3.2 punkto 2 lentelėje)(tokių pačių arba skirtingų) per valandą. Turi būti galimybė naudoti skirtingo dydžio pirminius mėgintuvėlius, antrinius mėgintuvėlius, mikro tūrio mėgintuvėlius.	<i>Geba atlikti 120 testų per valandą. Galimybė naudoti skirtingo dydžio pirminius mėgintuvėlius, antrinius mėgintuvėlius, mikrotūrio mėgintuvėlius.</i>	<i>įrašyti</i>	20
3.	Mėginiai, jų specifikacija	Turi būti galimybė atlikti pavienius tyrimus. Turi tilpti ne mažiau kaip 40 mėginių vienu metu. Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus ribas (taikomas Antikūnių IgG prieš Borelia sukėlėją,	<i>Galimybė atlikti pavienius tyrimus, analizatorius talpina 64 mėginius. Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus ribas.</i>	<i>įrašyti</i>	16,20, 103

		antikūnių IgG prieš <i>Toxoplasma gondii</i> sukėlėją ir IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 sukėlėją tyrimams). Automatinė mėginio krešulio ir skysčio lygio nustatymo funkcija.	<i>Automatinė mėginio krešulio ir skysčio lygio nustatymo funkcija.</i>		
3.	Kokybės kontrolė	Pateikiami Levey-Jennings grafikai.	<i>Pateikiami Levey-Jennings grafikai.</i>		42
4.	Nuotolinio prisijungimo galimybė	Prietaiso gamintojo patvirtinta saugaus nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti atlikti diagnostines ir prevencines užduotis.	<i>Prietaiso gamintojo patvirtinta saugaus nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti atlikti diagnostines ir prevencines užduotis.</i>	<i>Raštas</i>	1
5.	Brūkšninių kodų skaitytuvas	Analizatorius privalo turėti brūkšninių kodų skaitytuvą, skirtą mėginio identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą analizatorius automatiškai turi nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS	<i>Analizatorius turi brūkšninių kodų skaitytuvą, skirtą mėginio identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą analizatorius automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymų informaciją apie reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiunčiami į LIS.</i>	<i>įrašyti</i>	20

Pirkimo dalis Nr. 1 LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ PRIEMONĖS NUOMOS IMUNOFERMENTINIAMS TYRIMAMS, JOS VEIKIMĄ UŽTIKRINANČIOS PASLAUGOS IR MEDŽIAGOS

Visiškai automatizuotos imunologinių tyrimų sistemos, imunofermentiniams tyrimams atlikti, nuoma:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Sistemos (analizatoriaus) pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis	1 mėn. nuomos kaina, EUR (be PVM)	Nurodyto kiekio 1 mėn. nuomos kaina, EUR (be PVM) 4*5	Nurodyto kiekio analizatorių 36 mėn. nuomos kaina, EUR (be PVM) 6*36 mėn.
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
1.	Visiškai automatizuotos imunologinių tyrimų sistemos, imunofermentiniams tyrimams atlikti, nuoma	Analyzer I-2P, EUROIMMUN	2 vnt.	250,0	500	18000,00
					Bendra suma be PVM:	18000,00
					PVM:	3780,00
					Bendra suma su PVM:	21780,00

Pirkimo dalis Nr. 2. LABARATORINĖS DIAGNOSTIKOS IMUNOBLOTO TYRIMŲ DIAGNOSTIKOS ANALIZATORIAUS NUOMA IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIKTI SU MINĖTU ANALIZATORIUMI:

Pusiau automatizuoto imunobloto tyrimų analizatoriaus nuoma:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Analizatoriaus pavadinimas,modelis, gamintojas	Kiekis	1 mėn. nuomos kaina, EUR (be PVM)	Nurodyto kiekio 1 mėn. nuomos kaina, EUR (be PVM) 4*5	Nurodyto kiekio analizatorių 36 mėn. nuomos kaina, EUR (be PVM) 6*36 mėn.
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.

1.	Pusiaus automatizuoto imunobloto tyrimų analizatoriaus nuoma	EUROBLOTMaster	1 vnt.	1,00	1,00	36,00
Bendra suma be PVM:						36,00
PVM:						7,56
Bendra suma su PVM:						43,56

Pirkimo dalis Nr. 3. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS SEROLOGINIŲ IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ DIAGNOSTIKOS ANALIZATORIAUS NUOMA IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIKTI SU MINĖTU ANALIZATORIUMI :

Pilnai automatinio serologinių imunocheminių tyrimų analizatoriaus nuoma:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Analizatoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis	1 mėn. nuomos kaina, EUR (be PVM)	Nurodyto kiekio 1 mėn. nuomos kaina, EUR (be PVM) 4*5	Nurodyto kiekio analizatorių 36 mėn. nuomos kaina, EUR (be PVM) 6*36 mėn.
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
1.	Pilnai automatinio serologinių imunocheminių tyrimų analizatoriaus nuoma	IDS iSYS, Immunodiagnosics	1 vnt.	700,00	700,00	25200,00
Bendra suma be PVM:						25200,00
PVM:						5292,00
Bendra suma su PVM:						30492,00

Nuomotojas

UAB „Dimuna“

Parodos g. 24 - 3, 44215 Kaunas

Parašas

2023-05-10

A.V.

Nuomininkas

Viešojoji įstaiga Kauno miesto poliklinika

Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas

Parašas

2023-05-10

A.V.

ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMO SĄLYGOS

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami(a) tokiomis sąlygomis:

1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu dėl kainų lygio pokyčio turi teisę inicijuoti Sutartyje nurodytų įkainių ir Sutarties kainos perskaičiavimą (keitimą).
2. Sutartyje nurodytų įkainių ir Sutarties kainos perskaičiavimas gali būti inicijuotas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas - nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu kainų pokytis viršija 8 procentus.
3. Įkainių ir Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio atliekamas, remiantis šia indekso reikšme: Vartotojų kainų indeksas, grupė 12 „Įvairios prekės ir paslaugos“, kurio duomenys yra skelbiami <https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos>.
4. Nauji įkainiai dėl kainų lygio pokyčio perskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a \times \left(\frac{k}{100} + 1 \right)$$

a - įkainis eurai be PVM (jei įkainis jau buvo perskaičiuotas, imamas įkainis po paskutinio perskaičiavimo);

a₁ - perskaičiuotas (pakeistas) įkainis eurai be PVM;

k - kainos pokytis procentais (teigiamas, kai yra kainos padidėjimas, ir neigiamas, kai yra kainos sumažėjimas).

5. Kainų pokytis skaičiuojamas pagal formulę:

$$k = \left(\frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 \right) - 100$$

Ind_{naujausias} - kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas indeksas;

Ind_{pradžia} - laikotarpio pradžios datos (mėnesio) indeksas.

6. Skaičiavimams indeksų reikšmės (Ind_{naujausias} ir Ind_{pradžia}) imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas kainų pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas, jį suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o perskaičiuoti įkainiai (a) suapvalinami iki tiek skaitmenų po kablelio, su kiek skaitmenų po kablelio buvo nurodyti atitinkami įkainiai Sutartyje iki pirmo perskaičiavimo.

7. Perskaičius įkainius, perskaičiuojama Sutarties kaina, prie iki perskaičiavimo įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertės su PVM pridendant likusių sutartinių įsipareigojimų vertę su PVM, apskaičiuotą remiantis perskaičiuotais įkainiais.

8. Įkainių ir Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi Perskaičiuojant įkainius ir Sutarties kainą.

9. Rašytiniame susitarime dėl perskaičiavimo pagal kainų lygio pokytį turi būti nurodytas: šaltinis, kuriuo buvo remiamasi atliekant perskaičiavimą, atitinkami šaltinio duomenys laikotarpio pradžioje (jei taikoma) ir jų nustatymo datą, šaltinio duomenys laikotarpio pabaigoje ir jų nustatymo datą, kainų pokytis, perskaičiuoti įkainiai ir Sutarties kaina.

10. Jeigu atlikdamos perskaičiavimą šalys vadovaujasi oficialios Lietuvos, kitos Europos ekonominės erdvės šalies institucijos ar Europos Komisijos viešai skelbiama duomenų bazės duomenimis, kitais šaltiniais, kurių skelbiami duomenys yra saugomi ir viešai prieinami, šalys viena iš kitos

nereikalauja pateikti oficialaus atitinkamos institucijos ar kito šaltinio išduoto dokumento ar patvirtinimo.

11. Perskaičiuoti įkainiai taikomi po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.
12. Vėlesnis įkainių ir Sutarties kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
13. Įkainių perskaičiavimas, išskyrus perskaičiavimą dėl mokesčių pasikeitimo, neatliekamas dėl tų sutartinių įsipareigojimų, kurie jau buvo (turėjo būti) pradėti vykdyti iki perskaičiavimo momento, arba kurių faktinis įvykdymo terminas viršija minimalų kainos perskaičiavimo laikotarpį.
14. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.