

**VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.**

Vilnius,

2023 m. _____

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“), toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama įgalioto atstovo Andriaus Simonaičio, veikiančio pagal Olympus Sverige Aktiebolag direktoriaus 2023 m. gegužės 4 d. įgaliojimą, laimėjusi supaprastinto atviro konkurso būdu vykusį „Endoskopinės videosistemos pirkimas (6923)“ viešąjį pirkimą (pirkimo CVP IS skelbimo Nr. 662893) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra prekių – Endoskopinės videosistemos, Olympus, EVIS, 1 komplekto (toliau – Prekės), pirkimas–pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, personalo apmokymas ir/ar kt., kurių asortimentas bei kainos nurodytos Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, naudojimo instrukcijomis, technine ir/ar serviso dokumentacija, CE sertifikatais (ir/arba atitikties deklaracijomis) (kaip nurodyta 3.11 p.), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose;

1.1.4. į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.5. jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodyto Prekės modelio, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatytas už tą pačią kainą.

1.2. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Vykdam sutartį pasitelkiami šie subtiečiai *[įvardyti] (pildoma, jei subtiečiai pasitelkiami, jei ne, šį ir 1.3 punktus išbraukti)*.

1.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiečiai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiečiai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas gali pakeisti subtiekius. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekių pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Tiekėju įformina susitarimą dėl subtiekių pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekius privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

1.4. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdam Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

2. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 68440,00 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt Eur 00 ct).

PVM suma: 14372,40 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt du Eur 40 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: 82812,40 Eur (aštuoniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika Eur 40 ct).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio

tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.3. Sutarties kaina – už Prekes ir (ar) paslaugas pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti ir įdiegti Prekę per **90** (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo, instaliavimo/įdiegimo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių perdavimo-priėmimo ir instaliavimo akte data.

3.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, t. y. objektyvioms, nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu ir kurios trunka ir/ar gali trukti ne ilgiau nei 1 mėnesį (pavyzdžiui, Tiekėjo pasitelkto gamintojo ar transporto paslaugų teikėjo laikini veiklos sutrikimai) prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui. Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikinas nenumatytas aplinkybes. Šis susitarimas tampa neatskirama sutarties dalimi.

3.3. Perkančioji organizacija per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos turi teisę teikti pastabas dėl įdiegtos įrangos funkcionalumų. Tiekėjas, atsižvelgdamas į pateiktas pastabas, privalo ištaisyti Sistemos trūkumus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. Pašalinus trūkumus, prekės perdavimas ir priėmimas įforminamas pasirašant Prekės perdavimo-priėmimo aktą. Jei Perkančioji organizacija per nurodytą terminą pastabų nepateikia, laikoma, kad prekė yra priimta. Tiekėjui kokybiškai ir laiku suteikus Prekę, Perkančioji organizacija neturi teisės nepagrįstai atsisakyti pasirašyti Prekės perdavimo-priėmimo akto.

3.4. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu [el. pašto adresas nurodytas 3.7 p.] apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

3.5. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.6. Pardavėjo paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

3.7. Pirkėjo paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

3.8. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą:

3.9. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašė ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.10. Prekių pristatymo vieta: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

3.11. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Tiekėjas perduoda Pirkėjui:

3.11.1. Prekių vartotojo instrukcijas lietuvių kalba;

3.11.2. Techninę ir/ar serviso dokumentaciją anglų ir lietuvių kalbomis;

3.11.3. Techninės būklės bei Techninės priežiūros reglamentus bei informaciją apie jų terminus (jei taikoma, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383).

3.11.4. CE sertifikatus arba EB deklaracijų kopijas.

3.12. Tiekėjui pristadčius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos Prekės techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama Prekės instaliavimo metu).

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas, nurodytas tiekėjo pasiūlyme: 36 mėnesiai (bet ne trumpesnis kaip **36 mėn.**) nuo Prekių perdavimo-priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Prekes garantiniu laikotarpiu remontuoja Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą turinti įmonė Tiekėjo lėšomis. Tiekėjas užtikrina įrangos gedimo diagnostiką ne ilgiau, kaip per 24 valandas, o nustatytų gedimų šalinimą ne ilgiau, kaip per vieną mėnesį nuo raštiško pranešimo apie gedimą per visą garantijos laikotarpį. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploataavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo nustatytus garantinės priežiūros reikalavimus / rekomendacijas. Nepavykus pašalinti gedimo per vieną mėnesį, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.

4.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Tiekėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

4.5. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Tiekėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

5.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 5.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęs apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

5.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęs, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 5.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekęs pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

5.5. Tais atvejais, kai tiekėjas nesiremia subtiekejo pajėgumais, perkančioji organizacija gali patikrinti, ar nėra tiekėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 5.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

6.2. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 1 % (vieno procento) bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki Prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 % (vieną procentą) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:

6.3.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.3.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;

6.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui Prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 10 proc. Sutarties vertės dydžio baudą.

Jei Tiekėjas Prekių nepristato Sutartyje nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti Prekes iki 6.3.p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pristatyti Pirkėjui Prekę pagal Sutarties sąlygas.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 7 mėnesius (įskaičiuotas atsiskaitymas tarp šalių pagal Sutarties 5.1 p.). Sutarties vykdymo (prekių tiekimo) terminas 5 (penki) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. Parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Tiekėjas nurodytu terminu, įskaitant pratėsimus (jei tokių buvo) bei vėlavimą pristatyti Prekes iki 6.2. p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, Prekių nepristatė.

8.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Tiekėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Tiekėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas.

2. Techninė specifikacija.

3. Prekės perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktas.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Tiekėjas

Olympus Sverige Aktiebolag

L. Zamenhofo g.3, Vilnius LT-06332

Mokesčių mokėtojo kodas: 9000273809

PVM kodas: LT100009813015

Tel. (8 5) 2330021, faks. (8 5) 2395468

A/s: LT LT077044060008063000

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s.LT48 7300 0100 0249 2286

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Įgaliotas atstovas

Andrius Simonaitis

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Direktorė valdymui

Jolita Jakutienė





23-C-1633 2023-05-19

_ 1 priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas, modelis	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina, Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
				Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1.	Endoskopinė videosistema	Olympus, EVIS	1 kompl.	68440,00	82812,40	21	14372,40	68440,00	82812,40
Pradinė (maksimali) sutarties vertė, Eur							14372,40	68440,00	82812,40

Tiekėjas

Olympus Sverige Aktiebolag
L. Zamenhofo g.3, Vilnius LT-06332
Mokesčių mokėtojo kodas: 9000273809
PVM kodas: LT100009813015
Tel. (8 5) 2330021, faks. (8 5) 2395468
A/s: LT LT077044060008063000
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Igaliotas atstovas
Andrius Simonaitis

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s.LT48 7300 0100 0249 2286
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius [redacted] Jolita Jakutienė
Feliksas Jankevičius
A.V.





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekama laiku.

2. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Šie dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisą:

	Pavadinimas	Reikalavimai dokumentų turiniui
1.	Vartotojo instrukcija:	Ženklinta CE
1.1.	Anglų kalba	Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminiu/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje
1.2.	Lietuvių kalba	Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos.
2.	Techninė dokumentacija	Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Technical/ Service/ Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k.
3.	Techninės priežiūros (TP) reglamentas	Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglementuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4.	Valymo-dezinfekavimo instrukcija	Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5.	CE sertifikatas ar atitikties deklaracijos kopija	Būtina
6.	Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas	Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktazo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo.

7.	Įdiegimo aktas (MTS Instaliavimo aktas)	Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio- naudotojo vedėjas, MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą.
----	--	--

1. Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami popieriniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu.
2. Punktuose 1, 2, 3, ir 5 išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu.
3. Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti Medicinos technikos skyriaus instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase.
4. Perdavimas: dokumentai pagal punktus 1, 2, 4 ir 5 perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratoriui, likusieji - Medicinos technikos skyriaus inžinieriui, kuris dalyvauja instaliavime.

Aplinkosauginiai reikalavimai

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis.

Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).

2. Prekę yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas turi pateikti rašytinį gamintojo patvirtinimą, kad prekę atitinka šiam reikalavimui, ar kitus dokumentus (pvz. naudotojo vadovą ar kirus lygiaverčius), kuriuose nurodyta (grafiškai pažymėta tekste), kaip laikomasi šio reikalavimo.

3. Prekę, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).

Endoskopinė videosistema, Olympus, EVIS, 1 komplektas

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) <i>Failas“ Bukletai“</i>
1.	Endoskopinė įranga (vaizdo sistema)	Kiekis 1 komplektas	EVIS X1
1.1	Vaizdo centras, 1 vnt.		CV-1500

1.1.1	Vaizdo sistema skirta:	1. naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui 2. suderinama su turimais endoskopais: 2.1. 1100/190/185 serija (GIF-H190, GIF-H185, CF-H185L, CF-HQ1100DL), 2.2. 180/165 serija (GIF-H180, GIF-Q165, CF-Q165L)	1. naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui, Psl.5 2. suderinama su turimais endoskopais: 2.1. 1100/190/185 serija (GIF-H190, GIF-H185, CF-H185L, CF-HQ1100DL), Psl.7-8, 2.2. 180/165 serija (GIF-H180, GIF-Q165, CF-Q165L) (pridedamas procesorius „CV-190 plus“ ir endoskopo laidas „MAJ-1430“), Psl.6,7-8
1.1.2	Stebėjimas specialiu apšvietimu:	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas 2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui 3. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas. Stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas, Psl.2,4 2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui, NBI, Psl.2,4 3. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas, RDI. Stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą, Psl.2,4
1.1.3	Vaizdo pagerinimo funkcija:	1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, 2. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo režimas, išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą	1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, Psl.2,4 2. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo režimas, išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą, Psl.2,4
1.1.4	Vaizdo ekrane funkcija	1. vaizdas vaizde arba analogiška 2. vaizdas ne vaizde arba analogiška	1. vaizdas vaizde PIP, Psl.2,4 2. vaizdas ne vaizde POP, Psl.2,4,18
1.1.5	Elektroninis stebimo vaizdo mastelio keitimas	Ne mažiau 3 režimų.	3 režimų, Psl.2,4
1.1.6	Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti	1. ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, 2. ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus 3. ne mažiau kaip 10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus.	1. 5 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, Psl. 2,4,11,13 2. 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus, Psl.2,4,11 3. 10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus, Psl.2,4,11
1.1.7	Automatinis stiprinimo valdymas	Būtina	Automatinis stiprinimo valdymas, Psl.2,4,10

1.1.8	Diafragmos režimas:	1. Automatinis 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) 3. Vidutinis	1. Automatinis, Psl. 2,4,10 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus), Psl.2,4,10 3. Vidutinis, Psl.2,4,10
1.1.9	Signalų išvesties formatas:	12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) signalo išvestis	12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) signalo išvestis, Psl.2,4,10
1.1.10	Vaizdo kraštinių ekrane santykio nustatymas, galimi pasirinkimai	Ne mažiau verčių negu 16:9, 4:3	16:9, 4:3, Psl.2,4,19
1.1.11	Paciento duomenų įvedimas	Ne mažiau 40 pacientų duomenų	50 pacientų duomenų, Psl.2,4
1.1.12	Prietaiso valdymo kalba	Lietuvių	Lietuvių, Psl.20
1.1.13	Vaizdo dydžio ekrane pasirinkimas	Endoskopinio vaizdo dydį galima pasirinkti iš ≥ 2 režimų	Endoskopinio vaizdo dydį galima pasirinkti iš 2 režimų, Psl.2,4,21
1.1.14	Vaizdų išsaugojimo atmintis	1. Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas, 2. Įrašymo formatai TIFF, JPEG arba analogiškai	1. Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas, Psl.12, 2. Įrašymo formatai TIFF, JPEG, Psl.2,4,12
1.1.15	Vaizdų siuntimo į PACS sistemą funkcionalumas	1. Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas – DICOM Send). 2. Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist	Medicapture MVR Pro 1. Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store, Psl.15 2. DICOM Worklist, Psl.15
1.1.16	Jutiklinis skydelis	Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būseną	Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būseną, Psl.16,17
1.1.17	Šviesos šaltinis, tyrimų lempa	≥ 5 LED (šviesos diodai)	5 LED (šviesos diodai), Psl.2,4
1.1.18	Apšvietimo ryškumo nustatymas	≥ 17 padalų	17 padalų, Psl.9
1.1.19	Oro tiekimas	≥ 4 lygiai	4 lygiai, Psl.10
1.2.	Skystųjų kristalų (LCD) monitorius, 1 vnt.		OEV321UH
1.2.1.	Dydis	$\geq 31''$ įstrižainė	31,5'' įstrižainė, Psl.23,25
1.2.2.	Skirtas naudoti medicinoje	Būtina	Skirtas naudoti medicinoje, Psl.26-32

1.2.3.	Įvestys	3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI	3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI, Psl.23,25
1.2.4.	Vaizdo perteikimas dviem kanalais	1.Vaizdas vaizde arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška	1.Vaizdas vaizde PIP, Psl.23,25 2. Vaizdas ne vaizde POP, Psl.23,25
1.2.5.	Skiriamoji geba	ne blogiau 3840x2160	3840x2160, Psl.23,25
1.2.6.	Spalvų skaičius	ne blogiau 1000 mln.	1070 mln. , Psl.23,25
1.3.	Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt.		WM-NP3
1.3.1.	Laikiklis vaizdo monitoriui	tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba analogiška	tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) , Psl.40-41
1.3.2.	Endoskopų laikiklis endoskopams	ne mažiau kaip dviem	Endoskopų laikiklis endoskopams dviem endoskopams, Psl.42
1.3.3.	Skiriamasis transformatorius	Būtina	Skiriamasis transformatorius, Psl.34,37
1.3.4.	Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas	Būtina	Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas, Psl.34,37
1.3.5.	CO2 balionų laikiklis	Montuojamas endoskopiniame vežimėlyje	Montuojamas endoskopiniame vežimėlyje , Psl.43-44
1.4.	Vakuuminis siurblys, 1 vnt.		KV-6
1.4.1.	Indas skysčiams	≥ 2 L	2 L, Psl.47,51
1.4.2.	Vakuumas	≥ 95 kPa	95 kPa, Psl.46,50
1.4.3.	Nominalus laisvasis oro srovės greitis	ne mažiau 3 pradinių greičio nuostatų: ≥ 40 l/min., ≥ 50 l/min., ≥ 60 l/min.	3 pradinės greičio nuostatos, Psl.46,50: 40 l/min., , Psl.46,50 50 l/min., , Psl.46,50 60 l/min. , Psl.46,50
1.5.	Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt.		OFP-2

1.5.1.	Reguliuojamas vandens srautas	1. per papildomą vandens kanalą : ≥ 220 ml/min; 2. per instrumento kanalą : ≥ 700 ml/min.	1. per papildomą vandens kanalą : 230 ml/min, Psl.56,58 2. per instrumento kanalą : 750 ml/min. , Psl.56,58
1.5.2.	Automatinio išjungimo funkcija	ne daugiau kaip po 30 sekundžių.	po 20 sekundžių, Psl.55,57
1.5.3.	Nuotolinio valdymo funkcija	valdoma endoskopo mygtuku	valdoma endoskopo mygtuku, Psl.55,57
1.5.4.	Komplektacija:	ne mažiau kaip 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.	2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, 1 vnt., Psl.55,57
1.6	Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema, 1 vnt.		UCR
1.6.1.	Elektroninė dujų srauto kontrolė	Būtina	Elektroninė dujų srauto kontrolė, dujų srauto indikatorius užsidega žaliai, kai dujos yra tiekiamos, ir išsijungia, kai dujos netiekiamos, Psl.63,64
1.6.2.	Dujų slėgio sistemoje displėjus	ne mažiau 5 indikatoriai (etapai)	5 indikatoriai (etapai) , Psl.63,64,65
1.6.3.	Dujų padavimo slėgis	Ne daugiau 49 kPa	45kPa, Psl.65
1.6.4	Galimi trys srauto nustatymai parenkant skirtingo diametro vamzdelius	Būtina	Galimi trys srauto nustatymai parenkant skirtingo diametro vamzdelius, Psl.60,62
2.	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.
3.	CE ženklavimas	Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją.	Pridedama

Tiekėjas

Olympus Sverige Aktiebolag
L. Zamenhofo g.3, Vilnius LT-06332
Mokesčių mokėtojo kodas: 9000273809
PVM kodas: LT100009813015
Tel. (8 5) 2330021, faks. (8 5) 2395468
A/s: LT LT077044060008063000
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Įgaliotas atstovas
Andrius Simonaitis

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s.LT48 7300 0100 0249 2226
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5001

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius
A.V.

Direktorė valdymui
Jolita Jakutienė

Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo

AKTAS Nr.
Data

Sutarties Nr. ____ 3 priedas



23-C-1633 2023-05-19

1. Sutartis: [Nr..., data]
2. Pirkėjas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (j.m.k. 124364561)
3. Tiekėjas: (j.m. k.)

Tiekėjas perdavė, o Pirkėjas priėmė žemiau išvardintą Prekę/-es pagal pirkimo pardavimo Sutartį.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis, vnt.	Kaina be PVM, Eur	PVM dydis, %	PVM suma, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	[Tikslus Prekės pavadinimas iš sutarties] priedo]	1				
[Kaina su PVM žodžiais]						

Patvirtiname, kad:

- ☐ Sutarties Prekių sąraše ir techninėje specifikacijoje nurodyta/os Prekė/ės pristatyta/os, sumontuota/os ir veikia be priekaištų;
- ☐ Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;
- ☐ Vartotojo instrukcija originalo kalba;
- ☐ Techninė ir/ar serviso dokumentacija originalo kalba pateikta;
- ☐ Techninė ir/ar serviso dokumentacija lietuvių kalba pateikta;
- ☐ Techninės būklės bei Techninės priežiūros ir Metrologinės patikros reglamentai bei informaciją apie jų terminus pateikti (jei taikoma).
- ☐ CE sertifikatas/i (ir/arba atitikties deklaracija/os) pateikta/i.
- ☐ Vartotojo apmokymas atliktas.

Naudotojas yra pilnai atsakingas už jam perduodamą Prekę ir naudodamas ją privalo laikytis firmos gamintojos nustatytų eksploataavimo taisyklių.

Šis Prekės perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktas pasirašytas dviem egzemplioriais, po vieną Pirkėjui ir Tiekėjui.

Tiekėjas

Pirkėjas

.....
(įgalioto priimti turtą asmens pareigų pavadinimas)

.....
(įgalioto priimti turtą asmens pareigų pavadinimas)

.....
(parašas)
A.V.

.....
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)
A.V.

.....
(vardas, pavardė)