









PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Įranga		Macherey Nagel Fotometras PF-12 Plus, Mineralizatorius Heating block Vario mini		
1.1.	Komplektacija	Fotometras ir mineralizatorius, kurie turi būti pritaikyti siūlomiems bendrojo azoto ir bendrojo fosforo greitiesiems testams atlikti. Visa siūloma įranga turi būti to paties gamintojo.	Taip	  Instruction-919250- Instruction-919380- Compact-photometer-Heating-block-NANOC
2. Rinkinys bendrojo azoto nustatymui		Macherey Nagel Total Nitrogen TNb 220 985988		
2.1.	Koncentracijos nustatymo ribos	5-150 mg/l	Taip	 Instruction-985088- Tube-test-NANOCO
2.2.	Rinkinio sudėtis	ne mažiau 20 vnt. testų ir ne daugiau kaip 30 vnt.	Taip	 Instruction-985088- Tube-test-NANOCO
2.3.	Rinkinio komplektacija	Turi būti visi testui atlikti reikalingi įrankiai ir reagentai	Taip	 Instruction-985088- Tube-test-NANOCO
3. Rinkinys bendrojo fosforo nustatymui		Macherey Nagel Ortho and total phosphorus 15 985080		
3.1.	Koncentracijos nustatymo ribos	0,3-15 mg/l	Taip	 Instruction-985080- Tube-test-NANOCO

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Įranga		Macherey Nagel Fotometras PF-12 Plus, Mineralizatorius Heating block Vario mini		
3.2.	Rinkinio sudėtis	ne mažiau 20 vnt. testų ir ne daugiau kaip 30 vnt.	Taip	 Instruction-985080- Tube-test-NANOCO
3.3.	Rinkinio komplektacija	Turi būti visi testui atlikti reikalingi įrankiai ir reagentai	Taip	 Instruction-985080- Tube-test-NANOCO