

**PARENTERINIO MAITINIMO APARATO
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.
Pirkimo nr. 669901**

Du tūkstančiai dvidešimt trečių metų _____ mėnesio _____ diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „B. Braun Medical“, juridinio asmens kodas 111551739, kurios registruota buveinė yra Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra prekių t. y. **parenterinio maitinimo aparato** (toliau – Prekės), pirkimas, įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, Medicininės technikos tarnybos sandėlis Nr. 5 Eivenių g. 2, Kaunas LT-50161	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 8 savaites nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja teikti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes pagal Sutartyje išdėstytas sąlygas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	1900,00 Eur (tūkstantis devyni šimtai eurų, 00 ct)
PVM, 21%	399,00 Eur (trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 00 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	2299,00 Eur (du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 00 ct)

2.3. Mokėjimo sąlygos:

2.3.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

2.3.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.3.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.3.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.3.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.3.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pateiktos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.3.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.3.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.3.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties vykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 10 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumų per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčios Prekės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % nuo laiku nepristatytų prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo nepristatytų Prekių ar nekokybiškų Prekių bendros kainos.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiečiai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vincas Vaitiekūnas	Joana Čeponienė
Adresas	Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 52 374333	+370 37 326418
Faksas	-	-
El. paštas	office.lt@bbraun.com	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Vaida Juodrienė, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vincas Vaitiekūnas	Joana Čeponienė
Adresas	Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 52 374333	+370 37 326418
Faksas	-	-
El. paštas	office.lt@bbraun.com	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>) (2022 m. liepos 14 d. redakcija).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos

prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.8.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.8.2. Sutarties priedai:

9.8.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepriedamas);

9.8.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepriedama);

9.8.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.8.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.8.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.9. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.8. punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „B. Braun Medical“

Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius

Juridinio asmens kodas 111551739

PVM mokėtojo kodas LT115517314

A.s. LT61 7044 0600 0109 7040

Banko kodas 70440

AB SEB bankas

Pirkėjas

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

A.s. LT21 7300 0100 0222 6410

Banko kodas 73000

AB Swedbank bankas

Direktorius

Kęstutis Liauba

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Parašas

Data:

A.V.

Data:

A.V.

Parenterinio maitinimo aparato techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametru reikšmės
1.	Parenterinio maitinimo aparato (infuzinės pompos) darbo režimai:	1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos.	1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos.
2.	Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.	Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.
3.	Infuzijos greičio paklaida	Ne daugiau $\pm 5\%$ (nuo infuzuojamo tūrio per 96 val.)	$\pm 5\%$
4.	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar.	0,1 iki 1 bar.
5.	Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0,1 ml iki 9999 ml	Nuo 0,1 ml iki 9999 ml
6.	Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 1 min iki 99 val.	Nuo 0,01 min iki 99,59 val.
7.	Infuzijos greičio skaičiavimas	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją
8.	Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais:	mg, μ g, arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetai (pavyzdžiui, mg/kg/min.)	mg, μ g, arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetai (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
9.	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:	1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.;	1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.;
10.	Oro burbulų detekcija	Aptinkami imtinai iki 0,01 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai	Aptinkami $\geq 0,01$ ml tūrio oro burbuliukai
11.	Priešsrovinis slėgio daviklis	Prietaisas turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai	Prietaisas turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai
12.	Ekrane rodomos reikšmės	1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumulatorius); 6. Vaisto pavadinimas; 7. Aliarminės situacijos;	1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumulatorius); 6. Vaisto pavadinimas; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys.

		8. Aliarmo priežastys.	
13.	Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būseną)	1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik tuščia;	1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik tuščia;
14.	Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija	Kontroliuojami parametrai: 1. Okliuzija; 2. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 3. Infuzijos pabaiga; 4. Baterijos signalas; 5. Techninis signalas arba lygiavertis –prietaise nėra baterijos;	Kontroliuojami parametrai: 1. Okliuzija; 2. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 3. Infuzijos pabaiga; 4. Baterijos signalas-baterija tuščia; 5. Prietaise nėra baterijos;
15.	Atviro venos spindžio palaikymo režimo (KVO) nustatymo ribos	Ne mažiau kaip 3ml/val.	Greitis: ≥ 10 ml/h: KVO greitis 3 ml/h
16.	Reikalavimai parenterinio maitinimo aparatui	1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas; 2. Galimybė automatiškai ar rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą (sumažinamas ekrano ir kitų indikatorių ryškumas); 3. Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės; 4. Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija; 5. Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija; 6. Klaviatūros arba ekrano užrakavimo funkcija; 7. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 8. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 9. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; 10. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 11. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena;	1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas; 2. Galima automatiškai ar rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą 3. Yra apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės; 4. Yra oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija; 5. Yra pauzės funkcija; 6. Yra klaviatūros arba ekrano užrakavimo funkcija; 7. Galima nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 8. Yra infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 9. Yra infraraudonųjų spindulių sąsaja; 10. Yra infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 11. Galima sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena;
17.	Parenterinio maitinimo aparato būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)	Ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būseną (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai;	3 lygių: 1. Normali būseną (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai;
18.	Parenterinio maitinimo aparato darbo iš akumuliatoriaus trukmė	Ne mažiau kaip 4,5 val.	6 h, kai srautas 25 ml/h
19.	Pompos ekranas	Ne mažesnės kaip 6,5 cm įstrižainės	6,5 cm įstrižainės

20.	Vaistų biblioteka	Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką	Galima instaliuoti vaistų biblioteką
21.	Pauzės (budėjimo) režimas	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 24 val.
22.	Įrenginio sąsajos	1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu;	1. Jungtis personalo iškvietimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu;
23.	Parenterinio maitinimo aparato naudojami elektros maitinimo šaltiniai	1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumulatoriaus;	1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumulatoriaus;
24.	Parenterinio maitinimo aparato klasifikacija	1. Atsparus defibriliacijai; 2. I apsaugos klasę pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų IP22 klasės (arba lygiavertė).	1. Atsparus defibriliacijai; 2. I apsaugos klasę pagal IEC/EN60601-1; 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų IP34 klasės.
25.	Garantinis terminas	≥ 36 mėn.	36 mėn.
26.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>)	Kartu su pasiūlymu bus pateiktas CE sertifikatas
27.	Kartu su parenterinio maitinimo aparatu pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;	Kartu su su parenterinio maitinimo aparatu bus pateikiama ši dokumentacija 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo

		i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (<i>taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatiniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (<i>taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>).	instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatiniai „raktai“
28.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
29.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1.	Parenterinio maitinimo aparatas	B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Infusomat Compact plus. ref nr. 8717050	2	Vnt.	950,00	1900,00	2299,00
Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM):							2299,00

Tiekėjas
UAB „B. Braun Medical“
Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
Juridinio asmens kodas 111551739
PVM mokėtojo kodas LT115517314
A.s. LT61 7044 0600 0109 7040
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Pirkėjas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank bankas

Direktorius
Kęstutis Liauba

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Parašas

Data:
A.V.

Data:
A.V.