

1.2 pirkimo dalis – Nefroskopinis rinkinys, sterilus

Vnt.	
1	Skysčių infuzijos sistema
10	Marlinės servetėlės 7,5x7,5 cm , 8 sluoksnių
1	Skalpelis su koteliu Nr. 11
1	Gelis lubrikantas
1	Instrumentavimo stalo apklotas 140x190cm
1	Standartinės apsaugos chalatas XL dydžio, 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juoste 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio.
2	Padidintos apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juoste 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7cm ilgio.
1	Mayo stalelio sustiprintas apklotas 80x142 cm
1	Tiesios žnyplės 24 cm ilgio
1	Siurbimo vamzdelis D-0,7 cm, CH30 200 cm ilgio
5	Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai 5 cm diametro
10	Marlinės servetėlės 10x20 cm, 12 sluoksnių
2	Dubuo 250 ml
3	Rankovė kamerai 13 x244 cm su perforuotu galu, su 2 lipniomis juostelėmis
1	Paciento apklotas 300 x183 cm, ovalus incizinis plotas 30x20 cm, anga 5 cm. Apklote integruotas skaidrus maišas 58 x 109cm su skysčių išleidimo anga bei lanksčiu metaliniu sutvirtinimu formos suteikimui. Apklotas pagamintas iš neaustinės medžiagos poliesterio ir viskozės 70 g/m ² . Absorbuojanti zona 11x51 cm.

Pagrindinė medžiaga: Neaustinė vientisa polipropileno medžiaga, susidedanti iš poliesterio ir viskozės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 30 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 3,1 Log₁₀ (pūkų sk.)

Pakuotė: sterilus plastiko įpakavimas, 4 lipdukų kontrolės sistema.

Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB, I klasė sterilu, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Atitinka standarto EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Sudėtyje nėra latekso. Gamintojas Medline International France SAS EN ISO 13485.

Vertimas tikras

Įgaliojimas asmuo Lina Rusteikienė