

3.1 pirkimo dalis Proktologijos rinkinys, sterilus

Vnt.	
1	Instrumentavimo stalo apklotas 140X190cm
1	Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juoste 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio
1	Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juoste 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7cm ilgio.
1	Gelis lubrikantas
1	Tiesios žnyplės 24 cm ilgio
5	Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai 5 cm diametro
10	Marlinės servetėlės 10x20 cm , 12 sluoksnių
20	Marlinės servetėlės 5x5 cm , 12 sluoksnių
10	Marlinės servetėlės 10x10 cm , 12 sluoksnių
2	Dubuo 250 ml
1	Litotominis apklotas 260x304 cm su lipnia perinialine anga 12x10 cm, integruotais kojų apvalkalais, pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis

Pagrindinė medžiaga: Vientisa hidrofobiška medžiaga su perpintomis polipropileno gijomis. Padidinto skysčių sugėrimo sluoksnis – viršutinis sugeriantis iš poliesterio ir viskozės, vidurinis iš polietileno nepralaidus, apatinis apsauginis iš celiuliozės. Apkloto medžiaga nepralaidi skysčiams (atsparumas skysčių patekimui >200 cmH₂O), kietųjų dalelių sklaida 2.3 Log 10 (pūkų sk.).

Pakuotė: Sterilus plastiko įpakavimas, 4 lipdukų kontrolės sistema.

Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB, I klasė sterilu, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Atitinka standarto EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklą. Sudėtyje nėra latekso. Gamintojas Medline International France SAS.

Vertimas tikras
Igaliotas asmuo Lina Rusteikienė