

4.1 pirkimo dalis Laparoskopinis vaginalinis rinkinys

Vnt.	
1	Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm
2	Popierinės servetėlės 30x39 cm
4	Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juoste 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio.
1	Skalpelio ašmenys Nr. 11
2	Tvarstukas su pleistru 5x7 cm
1	Tvarstukas su pleistru 8x10 cm
10	Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm, 8 sluoksnių
1	Dubuo 250 ml, skaidrus, sugraduotas
4	Rankovė kamerai su perforuotu galu 13x244 cm
2	Ginekologinis-laparoskopinis apklotas 254/284x277 cm su abdominalinia lipnia trapecijos formos anga 18x23x23cm ir šalia angos esančia padidinto skysčių sugėrimo zona 42/30x49 cm bei perinealine anga 8x15 cm ir šalia angos esančia padidinto skysčių sugėrimo zona 30x30 cm. Apklotas turi integruotus apvalkalus kojomis, skysčių surinkimo maišą, 6 vnt. laidų ir vamzdelių laikiklius bei kilimėlį instrumentams neslidžiu paviršiumi. Pagamintas iš tvirtos trijų sluoksnių medžiagos; viršutinis pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos gerai sugeriant skysčius, vidurinis iš polietileno plėvelės visiškai nepralaidus, apatinis-apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis

Pagrindinė medžiaga: Trijų sluoksnių: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės, apatinis – neaustinės medžiagos sluoksnis. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.). Dviejų sluoksnių – viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Padidinto skysčių sugėrimo sluoksnis – viršutinis sugeriantis iš polipropileno, vidurinis iš polietileno nepralaidus, apatinis apsauginis iš polipropileno. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.)

Pakuotė: sterilus plastiko įpakavimas. 4 lipdukų kontrolės sistema.

Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB, I klasė sterilu, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Atitinka standarto EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Sudėtyje nėra latekso. Gamintojas Medline International France SAS EN ISO 13485.

Vertimas tikras
įgaliojtas asmuo Lina Rusteikienė