

3.2 pirkimo dalis Laparoskopinis rinkinys su stačiakampe anga, sterilus

Vnt.	
1	Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm
1	Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio.
2	Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, 150 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio.
3	Tvarstukas su pleistru 5x7 cm
1	Tvarstukas su pleistru 8x10 cm
1	Švirkštas 20 ml, dviejų dalių, L/S
1	Skalpelio ašmenys su koteliu Nr.11
1	Tiesios žnyplės 24 cm ilgio
5	Marlinės servetėlės 10x10 cm, 16 sluoksnių
5	Marliniai tvarstukai 7.5x7.5 cm, 12 sluoksnių
5	Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai 5 cm diametro
1	Dubuo 250 ml, skaidrus, sugraduotas
1	Dubuo 250 ml spalvotas, sugraduotas
1	Rankovė kamerai 13x244cm su perforuotu galu, 2 lipniomis juostelėmis
1	Paciento apklotas 196/254X314 cm su abdominaline lipnia anga 25x28 cm ir dviejų dalių instrumentų kišenėmis iš abiejų angos pusių. Padidinto skysčių sugėrimo zona 41x107 cm, su 4 laidų ir vamzdelių laikikliais. Pagamintas iš tvirtos trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos gerai sugeria skysčius, vidurinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės, apatinis – neaustinės medžiagos sluoksnis.

Pagrindinė medžiaga: Trijų sluoksnių: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės, apatinis – neaustinės medžiagos sluoksnis. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.). Dviejų sluoksnių – viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Padidinto skysčių sugėrimo sluoksnis – viršutinis sugeriantis iš polipropileno, vidurinis iš polietileno nepralaidus, apatinis apsauginis iš polipropileno. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.)

Pakuotė: sterilus plastiko įpakavimas. 4 lipdukų kontrolės sistema.

Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB, I klasė sterilu, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Atitinka standarto EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Sudėtyje nėra latekso. Gamintojas Medline International France SAS EN ISO 13485.

Vertimas tikras

Įgaliojimas asmuo Lina Rusteikienė

11-5-