

4.3 pirkimo dalis Rinkiny s Cezario operacijai

Vnt.	
1	Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm
4	Popierinės servetėlės 30x39 cm
3	Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juoste 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio.
1	Maišas Mayo staliukui 80x142cm
1	Skalpelio ašmenys Nr. 21
1	Tvarstukas su pleistru 10x25 cm
1	Yankauer atsiurbimo sistema su antgaliu 300 cm
6	Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm, 8 sluoksnių
1	Dubuo 250 ml, skaidrus, sugraduotas
1	Rankovė kamerai su perforuotu galu 13x244 cm
1	"Velcro" juostelė 2,5 x14 cm
1	Apklotas 100x120 cm pagamintas iš tvirtos dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis - pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, apatinis visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės
1	Apklotas 196/249x300 cm su skaidraus tvirto plastiko skysčių surinkimo maišu, incizine plėvele 30x35 cm, padidinto skysčių sugėrimo zonomis 50x65 cm ir 40x55 cm bei 4 vnt. vamzdelių ir laidų laikikliais. Pagamintas iš tvirtos 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos gerai sugeria skysčius, vidurinis iš polietileno plėvelės, visiškai nepralaidus, apatinis-apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis

Pagrindinė medžiaga: Trijų sluoksnių: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės, apatinis – neaustinės medžiagos sluoksnis. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.). Dviejų sluoksnių – viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Padidinto skysčių sugėrimo sluoksnis – viršutinis sugeriantis iš polipropileno, vidurinis iš polietileno nepralaidus, apatinis apsauginis iš polipropileno. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.)

Pakuotė: sterilus plastiko įpakavimas. 4 lipdukų kontrolės sistema.

Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB, I klasė sterilu, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Atitinka standarto EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Sudėtyje nėra latekso. Gamintojas Medline International France SAS EN ISO 13485.

Vertimas tikras
įgaliotas asmuo Lina Rusteikienė

5-