

Priemonių oftalmologijai kokybės ir techninė specifikacija

Pirk. d. Nr.	Prekės tarptautinis pavadinimas	Kokybės ir techniniai reikalavimai	Siūlomo parametro reikšmė* su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
2	Viskoelastinė medžiaga akių operacijoms sterilus tirpalas 2,4% - 2,5% - 2 ml	<ul style="list-style-type: none"> • be konservantų; • hidroksipropilmetilceliuliozės tirpalas; • užpildytuose švirkštuose su vienkartinė kaniule. 	
3	Oftalmologiniai skalpeliai	<ul style="list-style-type: none"> • sterilūs, vienkartiniai; • geležtės iš nerūdijančio plieno; • su koteliu. 	<ul style="list-style-type: none"> • sterilūs, vienkartiniai; • geležtės iš nerūdijančio plieno; • su koteliu. Failas: 3PD katalogai.pdf, 1-6 psl.
4	Fluoresceino juostelė	<ul style="list-style-type: none"> • sterili; • supakuotos po 1 vnt; • pakuotė ne mažiau 100 vnt., bet ne daugiau kaip 200 vnt.; • skirtos oftalmologijai. 	
5.1	Irigacijos-aspiracijos kaniulės	<ul style="list-style-type: none"> • sterilios; • kaniulės ašmuo lenktas, dvigubas, 23G/23G (0.60/0.60mm)- Simcoe tipo; • su silikoniniu ar lygiavertės medžiagos vamzdeliu, kurio ID – 1,0 mm. 	
5.2	Irigacijos kaniulės	<ul style="list-style-type: none"> • sterilios; • 27G (0.40mm) x 22 mm; • lenktos 45° kampu; • kaniulės galiukas kupolo formos. 	
5.3	Hidrodisekcinės kaniulės	<ul style="list-style-type: none"> • 27G (0.40) x 22 mm; • lenktos 35° kampu; 	
5.4	Irigaciniai cystotomai	<ul style="list-style-type: none"> • 27G (0.40) x 16 mm; • lenkti. 	
8	Sterilus irigacinis (subalansuotas druskų) tirpalas akių operacijoms 500 ml	<ul style="list-style-type: none"> • Stikliniame arba plastikiniame butelyje, kurį galima pakabinti. 	<ul style="list-style-type: none"> • plastikiniame butelyje, kurį galima pakabinti. Failas: 8PD katalogas DFU Lt.pdf

Pastaba: * - grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama).

Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“.

Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu Viešojo įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai; Vaistinė, 2 aukštas, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:

Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui - Intervencinės radiologijos priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.

Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristatytos prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.