



Viva Medical, UAB  
Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius, Tel. nr.: +37065834334 info@vivamedical.lt Įmonės kodas: 302820861,  
PVM kodas: LT100007018811  
A/s LT257300010159480507 Swedbank AB Banko kodas 73000  
Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras Vilniaus filialas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI (6149)  
PIRKTI

2023-06-28 Nr. 01 (Vilnius)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	Viva Medical, UAB
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius
Įmonės kodas	302820861
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eglė Tamošaitytė-Bastienė
Telefono numeris, Fakso numeris	+37065834334
El. pašto adresas	info@vivamedical.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
  - 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
  - 3) kituose pirkimo dokumentuose.
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes - pateikti pagal pridedamą lentelę (Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus\*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekejus (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų išpareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)\* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Techninė specifikacija.xlsx	
2	Įgaliojimas_Eglei.pdf	1
3	EBVPD.pdf	15
4	EBVPD.xml	
5	cNovate Medical.pdf	64
6	TALON Minor.pdf	2

Administratorė-viešųjų pirkimų  
specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas\*)

(Parašas\*)

Eglė Tamošaitytė-Bastienė

(Vardas ir pavardė\*)

## VIENKARTINĖS PRIEMONĖS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI (6149) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklavimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1-3 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, sutarties vykdymo metu perkancioji organizacija turi teisę reikalauti tiekėjo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams.
1. Jei prekė tiekama antrinėje pakuotėje, tiekėjas turi pristatyti prekes tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdibamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdibamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarantis medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarantis medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksida, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminų ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąrašą nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdibama ar tokiam sąrašą nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. VIII-1183 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (lrs.lt).
2. Jei prekė tiekama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant *Forest Stewardship Council* (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. *Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes* (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų.
3. Prekės turi būti pristatomos tokia transporto priemonė, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kieki iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnę kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

6. prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomoms prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkanchiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

\*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis.	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomų prekių parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomų prekių katalogo numeris*)	PVM dydis (%)	Vnt. įkainis, EUR PVM	Vnt. įkainis su PVM	Bendra (maksimali) suma Eur be PVM
3.	PTA kateteriai (balionai), didesni	Vienkartuis, sterilus Baliono diametras nuo 3.0 iki 12.0 mm.Baliono ilgis nuo 20 iki 200 mm.Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm.Metalinis pravedėjas 0,035““Turi atlaikyti slėgį: iki 24 atmosferų - 3.0 mm - 6.0 mm balioniniui kateteriui;iki 20 atmosferų - 7-8 mm balioniniams kateteriams.Introduiseris:5F-3.0 - 7.0 mm balioniniui	vnt.	70	Vienkartuis, sterilus Baliono diametras nuo 3.0 iki 10.0 mm.Baliono ilgis nuo 20 iki 150 mm.Kateterio ilgis 40, 70, 150 cm.Metalinis pravedėjas 0,035““ Atlaiko slėgį: iki 30 atmosferų - 3.0 mm - 6.0 mm balioniniui kateteriui;iki 26atmosferų - 7-8 mm balioniniams	5	84,32	88,53	5902,40

		kateteriui; 6F- 8.0 - 10.0 mm balioniniams kateteriams ; 7F - 12.00 mm balioniniams kateteriams. 1.5 mm Platinum-Iridium markeriai, Nybax baliono medžiaga, kateteris zemo profilio ne daugiau 0,040"			kateteriams.Introduiseris :5F- 3.0 - 5.0 mm balioniniui kateteriui; 6F- 6.0 - 8.0 mm balioniniams kateteriams ; 7F - 10.00 mm balioniniams kateteriams. 1.5 mm Platinum-Iridium markeriai, Nybax baliono medžiaga, kateteris zemo profilio 0,040" (cNovate Medical.pdf, 32 psl)				5902,40	
<b>Bendra pradinė (maksimali) vertė 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM</b>										295,12
<b>Bendra pradinė (maksimali) vertė 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM</b>										6197,52
4.	PTA kateteriai (balionai), mažesni	Vienkart., steril. Baliono diametras nuo 1.5 iki 4.0 mm. Baliono ilgis nuo 20 iki 220 mm. Kateterio ilgis 90, 150 cm , OTW ir Monorail tipo. Metalinis pravedėjas 0,014" . Nominalinis spaudimas 8 atm., RTB 14 atm Introduiseris: 4F 2.0 mm Platinum-Iridium markeriai, Nybax baliono medžiaga su hidrofiliniu padengimu kateteris ultra-zemo profilio ne daugiau 0,017"	vnt.	40		Vienkart., steril. Baliono diametras nuo 1.5 iki 6.0 mm. Baliono ilgis nuo 5 iki 200 mm. Kateterio ilgis 90, 150 cm , OTW ir Monorail tipo. Metalinis pravedėjas 0,014" . Nominalinis spaudimas 6 atm., RTB 14 atm Introduiseris: 4F 2.0 mm Platinum-Iridium markeriai, Nybax baliono medžiaga su hidrofiliniu padengimu kateteris ultra-zemo profilio ne daugiau 0,017" (cNovate Medical.pdf, 53 psl)	107,13	112,49	4285,20	
<b>Bendra pradinė (maksimali) vertė 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM</b>										4285,20
<b>Bendra pradinė (maksimali) vertė 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM</b>										214,26
<b>Bendra pradinė (maksimali) vertė 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM</b>										4499,46



