

PRIEMONIŲ KATARAKTOS, VITREKTOMIJOS BEI KITOMS OFTALMOLOGINĖMS OPERACIJOMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn. ir mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas (pagal 2 ir 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus), konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	1. Firminis prekės pavadinimas; 2. Gamintojas; 3. Prekės kodas kataloge
	2	3	4	5	6
Priemonės kataraktos bei vitrektomijos operacijoms					
41	Irigacijos rankenėlė	Oftalmologinė irigacijos rankenėlė, 21G dydžio lenkta darbine dalimi su dviem 0,5±0,05 mm diametro šoninėmis irigacijos angomis. Rankenėlė apvali, su suplonėjimu skirtu komfortiškam instrumento laikymui pirštais. Rankenėlės spalva turi skirtis nuo aspiracijos rankenėlės spalvos. Instrumentas nerūdijančio metalo, ne blogesnės nei 300 ANSI/DIN rūšies, atspindžius mažinančiu matiniu paviršiumi, daugkartinio naudojimo. Suderinama su ligoninės turimais "Constellation" ir "Centurion" aparatais.	iki 3 vnt	Oftalmologinė irigacijos rankena, 21G dydžio lenkta darbine dalimi su dviem 0,5 mm diametro šoninėmis irigacijos angomis. Rankena apvali, su suplonėjimu skirtu komfortiškam instrumento laikymui pirštais. Rankenos spalva skirtinga nuo aspiracijos rankenos spalvos. Instrumentas nerūdijančio metalo, ne blogesnės nei 300 ANSI/DIN rūšies, atspindžius mažinančiu matiniu paviršiumi, daugkartinio naudojimo. (katalogas Geuder, 200 psl.)	G-32012 Oftalmologinė irigacijos rankena, 21G dydžio

*Pilnai pažymėtų langelių pildyti nereikia.

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridėdant siūlomų prekių parametrų vertimą į lietuvių kalbą.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Perkančiai organizacijai pareikalavus Tiekėjas per 5 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Nepateikus pavyzdžių – pasiūlymai bus atmesti. Pastaba - prekių pavyz

Atviro (tarptautinio) konkurso
sąlygų 2 priedas

Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
7	8	9	10
330,00	990,00	21	1.197,90

Išiai yra reikalingi išbandymui, jie negražinami.