

PASIŪLYMAS
TRIGUBŲ PVC KRAUJO MAIŠŲ VIEŠAJAM PIRKIMUI
_____2023-03-24_____Nr. 01_____
(Data)

Viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	MB JAMedica
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, pildyti tik jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Krėvos g. 10-27, LT-44237, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Asta Petkevičienė
Telefono numeris	
El. pašto adresas	info@jamedica.com

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Lentelė Nr. 1¹

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pavadinimas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam pasitelkiamas ūkio subjektas

Lentelė Nr. 2²

¹ Pildoma, jei tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 49 str.), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Nurodyti privaloma.

² Pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėją (fizinį ar juridinį asmenį), kuris faktiškai prisidės prie sutarties vykdymo (VPĮ 88 str.). Tuo atveju, jei tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, kaip nurodyta VPĮ 49 str. 2 d., tai toks ūkio subjektas turi būti nurodytas ir kaip subtiekėjas (nurodomas abeiose lentelėse). Pasiūlyme privaloma nurodyti sutarties dalį, perduodamą subtiekimui.

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Ūkio subjektui perduodamų sutartinių įsipareigojamų dalis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)

Tuo atveju, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų ištekliais, tačiau tokie ūkio subjektai patys nedalyvauja sutarties vykdyme ir tiekėjas nesiremia jų kvalifikacija, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą, kuriame bus nurodyta, kuriais būtent ištekliais tiekėjas remiasi ir koku pagrindu (susitarimas, preliminarioji sutartis ar pan.)³.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą [lentelę](#):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 vieneto kaina eurais be PVM	Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Trigubų PVC kraujo maišų sistema su antikoaguliantu CPD ir pridėtinu maitinamuoju tirpalu	Vnt.	25000	4,18	104500,00
*PVM suma Eur					21945,00
Bendra kaina Eur su PVM					126445,00

Pasiūlymo kaina žodžiais: šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai

* Pastaba. Jei PVM nepridedamas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKIMAS NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti pirkimo sąlygų 2 priedo (techninės specifikacijos) nustatytus reikalavimus.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Reikalavimą atitinkanti informacija*
1.1	Trigubų PVC sterilių, apirogeniškų kraujo maišų sistema TOP – BOTTOM (viršus – apačia) tipo su ne mažiau 63 ml antikoagulianto	taip

Subtiekejo pavadinimas pasiūlyme nurodomas, jei jis yra žinomas, tačiau visais atvejais subtiekejo pavadinimas turi būti nurodytas iki sutarties vykdymo pradžios. Šioje lentelėje taip pat nurodomi specialistai, kuri nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau bus įdarbinti tiekėjo laimėjimo atveju.

³ Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pirkimo vykdytojui pasiūlyme ar paraiškoje įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753/asr>

	CPD, skirta 450 ml donoro kraujo surinkimui ir toje pačioje uždaroje sistemoje kraujo komponentų – eritrocitų be leukocitų ir šviežiai šaldytos plazmos ruošimui.	
1.2	Kraujo maišų sistemos turi atitikti EN ISO 3826 tarptautinio standarto 1 – 3 dalies ir Europos farmakopėjos 5.0 01/2005:30203 straipsnio reikalavimus.	taip
1.3	Kraujo maišų sistemos turi būti supakuotos ne daugiau kaip po tris sterilioje pakuotėje.	Supakuota individualiai
1.4	Eritrocitų saugojimo maišo vamzdelis turi būti ne trumpesnis kaip 600 mm, kas 40 mm (+/- 5 mm) suženklintas individualiais numeriais.	Taip
1.5	Kraujo maišai turi būti užapvalintais kampais, siekiant išvengti trinties kraujo komponentų atskyrimo ir transfuzijos metu ir turėti po dvi prapjovas abiejuose visų sistemos kraujo maišų šonuose.	Taip
1.6	Reikalavimai antikoagulantui CPD – skaidrus, bespalvis, laikant kambario temperatūroje spalva nepakinta. Pateikti kraujo maišų sistemų gamintojo antikoagulianto kokybės pažymėjimą.	Taip
1.7	Pridėtinis maitinamasis tirpalas 100 (+/-10%) ml turi užtikrinti eritrocitų gyvavimą ne trumpiau kaip 42 paras.	taip
1.8	Adata:	X
1.8.1.	nerūdijančio plieno plonasienė silikonizuota adata 16 – 18 G, užtikrinanti pakankamą kraujo srovę;	16G
1.8.2.	adatos gaubtas patikimai užtikrina adatos hermetiškumą be galimybės savaime išsisandarinti;	Taip
1.8.3.	patogus adatos laikiklio paėmimas užtikrina kokybišką venos punkciją;	Taip
1.8.4.	adatos apsauga nuo atsitiktinio dūrio neturi „užrakinti“ adatos prieš jos dangtelio pašalinimą (prieš venos punkciją);	Taip
1.8.5.	adatos apsauga nuo atsitiktinio dūrio po adatos panaudojimo turi „užrakinti“ adatą negrįžtamai.	Taip
1.9	Turi būti technologinis sprendimas, užtikrinantis antikoagulianto CPD tirpalo nepatekimą į donoro linijos vamzdelį adatos kryptimi.	Taip
1.10	Bandinių maišelis:	X
1.10.1.	turi apsaugoti nuo bakterinio kraujo užteršimo, surenkant pirmus ne mažiau kaip 30 ml donoro kraujo;	Taip
1.10.2.	turi suteikti galimybę paimti kraujo bandinius į ne mažiau kaip keturis 4 – 8 ml talpos vakuuminius mėgintuvėlius nenaudojant papildomų priemonių donoro kraujo surinkimo metu;	Taip
1.10.3.	prieš bandinių maišelį turi būti integruotas užsegamas spaustukas.	Taip
1.11	Maišų sistemos turi turėti CE ženklą. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu.	turi
2.	KITI REIKALAVIMAI	
2.1.	Prekės pristatomos per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.	Taip
2.2.	Prekių galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 viso galiojimo laiko.	Taip

2.3.	Prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir lėšomis adresu Žolyno g. 34, Vilnius.	taip
------	---	------

Visi dokumentai, informacija, patvirtinimai ir kt., įrodantys tiekėjo siūlomo objekto atitikimą pirkimo sąlygoms teikiami kartu su pasiūlymu.

5. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	EBVPD deklaracija, tiekėjo deklaracija, pasiūlymas	
2.	Gamintojo dokumentai, sertifikatai, techniniai aprašai, instrukcija	

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Bendrųjų sąlygų 13.3 papunkčio nuostatas)
1.	
...	

Tiekėjas pasiūlyme **privalo** nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjo gautos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodė konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Tačiau tiekėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime privalo prisiimti ir su tuo susijusias pasekmes – visas pasiūlymas ar didesnę jo dalis bus atskleista, neatsižvelgiant į tiekėjo nurodymus, jei tiekėjas nesugebėjo objektyviai, tiksliais, konkrečiais skaičiavimais ir įrodymais pagrįsti teikiamos informacijos konfidencialumo, o jo nurodyta pasiūlymo konfidencialios informacijos apimtis prieštarauja esamai teismų praktikai⁴ ir (ar) Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimams⁵.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri;
- 4) pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo

⁴ Pvz. Informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės. Atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant įstatyme įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. LAT 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017

⁵ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>

sutarties įvykdymui.

Direktorė Asta Petkevičienė

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)