

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS HEMODIALIZIŲ IR AFEREZIŲ PROCEDŪROMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo prekių parametro atitiktį patvirtinančios informacijos arba neišsamiai aprašyta, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. CPO LT, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą.

2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiavertį dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“/ 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. **(NEGALIOJA TIRPALAMS IR DEZINFEKANTAMS)**

3. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – juos turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, **per 5 darbo dienas** adresu Smėlynės g. 25, LT-35144 Panevėžys. Tiekėjo prašymu pavyzdžių pateikimo terminas galės būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą. Prekės turi būti pateiktos originalioje pakuotėje.

Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:

3.1. Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su kontaktiniu asmeniu. Kontaktinis asmuo – šiose pirkimo sąlygose nurodytas asmuo, atsakingas už bendravimą su tiekėjais.

3.2. Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Vienkartinės medicininės pagalbos priemonės ir aferezių procedūroms“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.

4.3. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristatytos prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

4.4. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

4.5. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negražinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes;

4.6. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai gražinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai	Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus)	Preliminarus prekių kiekis 36 mėn.	Vieneto kaina €, be PVM	Bendra kaina €, be PVM (4*5)	PVM, Proc.	Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dializatoriai su pilnai sintetine polisulfono didelio pralaidumo membrana su padidintu fosfatų šalinimu							
1.1	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas $1,8 \pm 0,05 \text{ m}^2$. UF koeficientas didesnis arba lygus 99. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, turi būti didesnis arba lygus: šlapalo – 281, kreatinino – 263, fosfatų – 263, vitamino B12 – 184, inulino – 122. Užpildymo tūris $103 \pm 5 \text{ ml}$. Sterilizuota gama arba beta spinduliais. Pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas.	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas $1,8 \text{ m}^2$. UF koeficientas lygus 99. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, yra lygus: šlapalo – 281, kreatinino – 263, fosfatų – 263, vitamino B12 – 184, inulino – 122. Užpildymo tūris 103 ml. Sterilizuota gama spinduliais. Pakuotėje yra deguonies molekulių absorbentas.	3000 vnt.	12,70	38100,00	5%	40005,00	Xevonta HI 18 k. 7204657, B.Braun Avitum AG, pak. N20, Katalogas p.d. 1
1.2	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas $2,0 \pm 0,05 \text{ m}^2$. UF koeficientas didesnis arba lygus 111. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, turi būti didesnis arba lygus: šlapalo– 287, kreatinino – 271,	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas $2,0 \text{ m}^2$. UF koeficientas lygus 111. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, yra lygus: šlapalo– 287, kreatinino – 271, fosfatų – 271,	4500 vnt.	12,70	57150,00	5%	60007,50	Xevonta HI 20 k. 7204665, B.Braun Avitum AG, pak. N20, Katalogas p.d. 1

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai	Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus)	Preliminarus prekių kiekis 36 mėn.	Vieneto kaina €, be PVM	Bendra kaina €, be PVM (4*5)	PVM, Proc.	Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	fosfatų – 271, vitamino B12 – 195, inulino – 133. Užpildymo tūris 119 ± 5ml. Sterilizuota-gama arba beta spinduliais. Pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas.	vitamino B12 – 195, inulino – 133. Užpildymo tūris 119 ml. Sterilizuota-gama spinduliais. Pakuotėje yra deguonies molekulių absorbentas.						
1.3	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 2,3 ± 0,05 m². UF koeficientas didesnis arba lygus 124. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, turi būti didesnis arba lygus: šlapalo – 290, kreatinino – 276, fosfatų – 277, vitamino B12 – 204, inulino – 144. Užpildymo tūris 135 ± 5ml. Sterilizuotas gama arba beta spinduliais. Pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas.	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 2,3 m². UF koeficientas lygus 124. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, yra lygus: šlapalo – 290, kreatinino – 276, fosfatų – 277, vitamino B12 – 204, inulino – 144. Užpildymo tūris 135 ml. Sterilizuotas gama spinduliais. Pakuotėje yra deguonies molekulių absorbentas.	4500 vnt.	12,70	57150,00	5%	60007,50	Xevonta HI 23 k. 7204670, B.Braun Avitum AG, pak. N20, Katalogas p.d. 1
Viso:					152400,00		160020,00	
5	Medicininės priemonės hemodializei ir hemodiafiltracijai atlikti, apirogeniniai filtrai							
5.1	Arterinė – veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai, tinkanti „B. Braun Dialog iQ“ aparatams arba panaudai siūlomiems aparatams Veninė 22 mm skersmens kamera, speciali kasetė tinkanti Dialog IQ aparatui.	Arterinė – veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai, tinkanti „B. Braun Dialog iQ“ aparatams arba panaudai siūlomiems aparatams. Veninė 22 mm skersmens kamera,	3000 vnt.	6,50	19500,00	5	20475,00	Diatream IQ k. 7211125 B.Braun Avitum AG, pak. N25, Diastream IQ Katalogas p.d.

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai	Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus)	Preliminarus prekių kiekis 36 mėn.	Vieneto kaina €, be PVM	Bendra kaina €, be PVM (4*5)	PVM, Proc.	Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bendras magistralės užpildymo tūris 122 ± 2 ml. Sterilizuota beta/gama spinduliais. Be DEHP (turi būti ženklintas ant pakuotės).	speciali kasetė tinkanti Dialog IQ aparatui. Bendras magistralės užpildymo tūris 122 ml. Sterilizuota beta spinduliais. Be DEHP (yra ženklintas ant pakuotės).						5.1 ir 5.4
5.1.1.	Aparatai panaudai 2 vnt.	Dialog aparatai – 2 vnt.						
	Reikalavimai aparatams nurodyti 3 priedo. Techninė specifikacija priede							
5.2	Arterinė – veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai, įstaigos turimiems aparatams, „Bbraun Dialog+“ (8 vnt.) arba panaudai suteikiamiems aparatams. Veninė 21.5/30 mm skersmens kamera su filtru. Magistralės vidiniai diametrai 4,3 / 4,8 mm. Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8 ± 0,1 mm, segmento ilgis 330 ± 5 mm. (įskaitant jungtis). Heparino atšakos diametras Ø 8 ± 0,1 mm. Slėgio matavimo kanalai: arterinis kraujo slėgio matavimas tarp paciento ir arterinės kraujo pompos; priešfiltrio matavimo kanalas: po arterinės kraujo pompos, prieš dializatorių; veninis kraujo matavimo kanalas: po dializatoriaus, prieš pacientą. Bendras magistralės užpildymo tūris 150 ± 2ml: arterinės atšakos – 75 ± 2 ml, veninės – 75 ± 2 ml. Rinkinyje turi būti 2 ar daugiau litrų talpos skysčių surinkimo maišas. Sterilizuota beta/gama spinduliais.	Arterinė – veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai, įstaigos turimiems aparatams, „Bbraun Dialog+“. Veninė 21.5/30 mm skersmens kamera su filtru. Magistralės vidiniai diametrai 4,3 / 4,8 mm. Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8 mm, segmento ilgis 330 mm. (įskaitant jungtis). Heparino atšakos diametras Ø 8 mm. Slėgio matavimo kanalai: arterinis kraujo slėgio matavimas tarp paciento ir arterinės kraujo pompos; priešfiltrio matavimo kanalas: po arterinės kraujo pompos, prieš dializatorių; veninis kraujo matavimo kanalas: po dializatoriaus, prieš pacientą. Bendras magistralės užpildymo tūris 151 ml: arterinės atšakos – 76 ml, veninės – 75 ml. Rinkinyje yra 2 litrų talpos skysčių surinkimo maišas. Sterilizuota	10500 vnt.	3,45	36225,00	5	38036,25	Diatream k. 7211513 B.Braun Avitum AG, pak. N25, Katalogas p.d. 5.2

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai	Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus)	Preliminarus prekių kiekis 36 mėn.	Vieneto kaina €, be PVM	Bendra kaina €, be PVM (4*5)	PVM, Proc.	Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Be DEHP (turi būti ženklintas ant pakuotės).	beta spinduliais. Be DEHP (yra ženklintas ant pakuotės).						
5.2.	Aparatai panaudai 2 vnt. arba 10 vnt.	Dialog aparatai – 2 vnt.						
	Reikalavimai aparatams nurodyti 3 priedo. Techninė specifikacija priede							
5.3	Daugkartinio panaudojimo pirogeninis filtras, turi tikt Dialog+ ir Dialog iQ aparatams. Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Maksimalus leidžiamas darbinis valandų skaičius ne mažiau kaip 900 val. Sterilizuota gamma spinduliais.	Daugkartinio panaudojimo pirogeninis filtras, tinkantis Dialog+ ir Dialog iQ aparatams. Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Maksimalus leidžiamas darbinis valandų 900 val. Sterilizuota gamma spinduliais.	240 vnt.	280,00	67200,00	5	70560,00	Diacap Ultra k. 7107366, B.Braun Avitum AG, pak. N20. Avitum produktų katalogas psl. 17
5.4	Arterinė – veninė kraujo magistralė tinkanti „Single needle cross over“ procedūrai. Tinkanti „Dialog iQ“ aparatams. Veninė 38 mm skersmens kamera, speciali kasetė tinkanti Dialog IQ aparatui. Bendras magistralės užpildymo tūris 186 ± 2ml. Sterilizuota beta/gama spinduliais. Be DEHP (turi būti ženklintas ant pakuotės).	Arterinė – veninė kraujo magistralė tinkanti „Single needle cross over“ procedūrai. Tinkanti „Dialog iQ“ aparatams. Veninė 38 mm skersmens kamera, speciali kasetė tinkanti Dialog IQ aparatui. Bendras magistralės užpildymo tūris 186 ml. Sterilizuota beta spinduliais. Be DEHP (yra ženklintas ant pakuotės).	150 vnt.	9,90	1485,00	5	1559,25	Diatream IQ k. 7211125 B.Braun Avitum AG, pak. N25, Diastream IQ Katalogas p.d. 5.1 ir 5.4
Viso:					124410,00		130630,50	
7	Priemonės vienos adatos hemodializei							
7.1	Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos hemodializei Sterilus, vienkartinis, dvi 5 – 10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis. Su spaustukais. Kraujo magistralių ir adatos prijungimas „luer – lock“ tipo jungtimis.	Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos hemodializei Sterilus, vienkartinis, dvi 5 – 10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis. Su spaustukais. Kraujo magistralių ir adatos prijungimas „luer – lock“ tipo	150 vnt.	1,70	255,00	5	267,75	Adapteris k. 7210868 B.Braun Avitum AG, pak. N20, Avitum produktų katalogas psl. 14

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai	Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus)	Preliminarus prekių kiekis 36 mėn.	Vieneto kaina €, be PVM	Bendra kaina €, be PVM (4*5)	PVM, Proc.	Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min. Be DEHP (turi būti ženklintas ant pakuotės).	jungtimis. Galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min. Be DEHP (yra ženklintas ant pakuotės).						
7.2	Adatos vienos adatos hemodializei Vienkartinės; Apirogeniškos; Sterilizuotos gama spinduliais. Pagamintos iš nerūdijančio plieno, Padengtos ypač plona silikono danga, su papildoma šonine skylute. Adatos ilgis 20 – 25 mm. Plastikinių atšakų ilgiai 15 – 20 cm. Su spaustukais. „Luer – lock“ tipo jungtimis. Sesisukantys sparneliai. Tinka prijungti A/V magistralės. 15 – 16 G adata vienos adatos hemodializei.	Adatos vienos adatos hemodializei Vienkartinės; Apirogeniškos; Sterilizuotos gama spinduliais. Pagamintos iš nerūdijančio plieno, Padengtos ypač plona silikono danga, su papildoma šonine skylute. Adatos ilgis 25 mm. Plastikinių atšakų ilgiai 15 – 20 cm. Su spaustukais. „Luer – lock“ tipo jungtimis. Sesisukantys sparneliai. Tinka prijungti A/V magistralės. 15 ir 16 G adata vienos adatos hemodializei.	150 vnt.	1,10	165,00	5	173,25	Singucan, kodas pagal dydį. B.Braun Avitum AG, pak. N20, Avitum produktų katalogas psl. 22
Viso:					420,00		441,00	
8	Saugūs fistulių kateteriai hemodializei							
	Adata su apsauga nuo atsitiktinio dūrio po panaudojimo. Su apsauginiu vožtuvu apsaugančiu nuo atbulinės kraujo srovės. Kateteris su ne mažiau kaip 4 – iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. Blister pakuotė. „Luer – lock“ arba analogiško (female) tipo sujungimai. Kateterio dydžiai: 14G ir 16G. Kateterių ilgis 2,5 – 3,2 cm. Tinka alergiškiems metalui pacientams.	Adata su apsauga nuo atsitiktinio dūrio po panaudojimo. Turi apsauginį vožtuvą apsaugantį nuo atbulinės kraujo srovės. Kateteris su 4 – iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. Blister pakuotė. „Luer – lock“ tipo sujungimai. Kateterio dydžiai: 14G ir 16G. Kateterių ilgis 2,5 – 3,2 cm. Tinka alergiškiems metalui pacientams.	2400 vnt.	1,80	4320,00	5	4536,00	Diacan flex. K. 7021632-01; 7021425-01; 7021432-01; 7021625-01. N50. B.Braun Avitum AG, Vokietija. Katalogas p.d. 8
14	Sausos druskos ir koncentruoti elektrolitų							

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai	Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus)	Preliminarus prekių kiekis 36 mėn.	Vieneto kaina €, be PVM	Bendra kaina €, be PVM (4*5)	PVM, Proc.	Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	tirpalai hemodializėms							
14.1	Rūgštinis koncentratas bikarbonatinei hemodializei. Skiedimas 1:34. 10 l kieto plastiko pastatomoje talpoje. Turi būti galimos įvairios kalio (nuo 1 iki 4 mmol/l) ir kalcio (nuo 1,25 iki 1,75 mmol/l) koncentracijos. Gliukozė 1 mmol/l, acetatas 3 mmol/l.	Rūgštinis koncentratas bikarbonatinei hemodializei. Skiedimas 1:34. 10 l kieto plastiko pastatomoje talpoje. Turi būti galimos įvairios kalio (nuo 1 iki 4 mmol/l) ir kalcio (nuo 1,25 iki 1,75 mmol/l) koncentracijos. Gliukozė 1 mmol/l, acetatas 3 mmol/l.	4500 vnt.	5,80	26100,00	5	27405,00	B.Braun Avitum AG, Concentrates. kodai pagal koncentracijų sudėtis. Avitum produktų katalogas psl. 28/29
14.2	8,4 proc. bikarbonatinis koncentratas dializei. 10 l kieto plastiko pastatomoje talpoje.	8,4 proc. bikarbonatinis koncentratas dializei. 10 l kieto plastiko pastatomoje talpoje.	1500 vnt.	5,80	8700,00	5	9135,00	B.Braun Avitum AG, 8,4 Concentrate k. 169. Avitum produktų katalogas psl. 32
14.3	Sausos sodos kolonėlės (be plastiko pakuotės)	Sausos sodos kolonėlės (neturi plastiko pakuotės)						
14.3.1	Mažos sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato miltelių ne mažiau nei 650 ± 5 g.	Mažos sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato miltelių 650 g.	9000 vnt.	1,90	17100,00	5	17955,00	B.Braun Avitum AG, Sol-cart k. 836. Avitum produktų katalogas psl. 33
14.3.2	Vidutinės sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato miltelių ne mažiau nei: 760 ± 5g.	Vidutinės sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato miltelių 760g.	150 vnt.	2,20	330,00	5	346,50	B.Braun Avitum AG, Sol-cart k. 837. Avitum produktų katalogas psl. 33
Viso:					52230,00		54841,50	

Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

2 lentelė.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Įrodantys dokumentai
1.	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	<i>Žiūrėti pridėtą gamintojo deklaraciją. B.Braun Avitum AG gamintojo pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.</i>