

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklavimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Pirki mo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Mato vnt.	Prelumi narus kiekis 12 mėn.	Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge*	Vnt. įkainis, Eur be PVM	Vnt. įkainis, Eur su PVM	PVM dydis %	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	PVM suma	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
1	Rinkinys radiofarmacinio preparato dozių paskirstymui ir suinjekavimui	Vienkartinis dienos paskirstymo sistemos rinkinys (radiofarmacinio preparato dozių paskirstymui ir suinjekavimui); sterilus, rinkinyje yra: trijų krypčių uždarymas su membranos sandarinimu, "Y" tipo jungtis su 100-105mm ilgio 18G adata, 40-45cm. prailginimo linija su antisifoniniu vožtuvu ir biokonektoriumi, 10ml "luer- lock" tipo švirkštas su 18G adata	Vnt.	300	Mother solution kit, POSIKIT 1B	115,00	120,75	5	<b>34500,00</b>	<b>1725,00</b>	<b>36225,00</b>

		120-125mm ilgio, 50-55cm. prailginimo linija su atbuliniu vožtuvu ir perforatoriumi; rinkinys tiekiamas supakuotas bendrai sterilioje pakuotėje; tinkantis turimam Posijet automatiniam injektoriumi (Lemer Pax gamintojas).									
2	Rinkinys radiofarmacinio preparato suinjekavimui automatiniam injektoriumi	Vienkartinis injekcinės sistemos rinkinys pacientui (radiofarmacinio preparato suinjekavimui); sterilus, rinkinyje yra: 150-160cm. ilgio, trijų sluoksnių ( PE/VYG2/PVC arba analogiškų medžiagų ) prailginimo linija su filtru kurio porų dydis ne didesnis kaip 0,22 μm ir "anti-reflux" tipo vožtuvu, 20-22ml "luer-lock" tipo švirkštas; rinkinys tiekiamas supakuotas bendrai sterilioje pakuotėje; tinkantis turimam Posijet automatiniam injektoriumi (Lemer Pax gamintojas).	Vnt.	2000	Patient kit, POSIKIT 2	24,00	25,20	5	<b>48000,00</b>	<b>2400,00</b>	<b>50400,00</b>
3	Filtru ventiliacinei adatai	Vienkartinis, sterilus, porų dydis ne daugiau kaip 0.22μm, diametras ne daugiau 25mm, ilgis ne daugiau 27mm, hidrofilinis, PVDF arba analogiškos medžiagos membrana, filtracijos plotas ne mažiau 4 cm <sup>2</sup> , sulaikymo tūris ≤ 0,1ml.	Vnt.	300	Vial venting kit, SLGV013SL	12, 00	12,60	5	<b>3600,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3780,00</b>

4	Ventiliacinė adata Posijet automatiniam injektoriumi	Vienkartinė,sterili hipoderminė adata ( 20G ) 0,85-0,95 x 68- 75mm.	Vnt.	300	Vial venting kit, BL-LB	0,80	0,84	5	<b>240,00</b>	<b>12,00</b>	<b>252,00</b>
---	---	---	------	-----	----------------------------	------	------	---	---------------	--------------	---------------

\*prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.