

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ARTROSKOPINIAI INSTRUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Artroskopinė kaulinė yla	Artroskopinė kaulinė yla, naudojama ruošiant kaulą peties artroskopijų metu, darbinė dalis smailėjanti, distalinėje instrumento dalyje 5.5 mm lazerinės žymos. Instrumento ilgis 240 mm (± 5 mm), darbinės dalies ilgis 140 mm (± 3 mm), darbinės dalies diametras $\varnothing$ 5mm (± 0.1 mm), metalinė rankena.	vnt.	1
2.	Artroskopinis siūlų sugriebėjas	Artroskopinis siūlų sugriebėjas, darbinė dalis tiesi, siaurėjanti, atsidaranti į viršų, kryžmiškai dantytas tik distalinis darbinės dalies galiukas, kurio aukštis 4 mm ($\pm 0,1$ mm). Darbinės dalies plotis 2mm ($\pm 0,1$ mm), darbinis instrumento ilgis 155 mm (± 3 mm), instrumentas tiesus, su apvaliomis pirštų rankenomis.	vnt.	1
3.	Artroskopinis siūlų sugriebėjas	Artroskopinis siūlų sugriebėjas, darbinė dalis tiesi, atsidaranti į viršų, kryžmiškai dantytas tik distalinis darbinės dalies galiukas, kurio aukštis 4.5 mm ($\pm 0,1$ mm). Darbinės dalies plotis 1.8 mm ($\pm 0,1$ mm), darbinis instrumento ilgis 155 mm (± 3 mm), instrumento diametras $\varnothing 3.3$ mm (± 0.1 mm) instrumentas tiesus, su apvaliomis pirštų rankenomis, užsirakinantis mechanizmas.	vnt.	1
4.	Artroskopinis siūlų nukirpėjas	Artroskopinis siūlų nukirpėjas, uždara darbinė dalis. Darbinės dalies plotis 4.5 mm (± 0.1 mm), darbinės dalies aukštis 3.3 mm (± 0.1 mm). Instrumento darbinis ilgis 155 mm (± 3 mm), instrumento diametras $\varnothing 3$ mm (± 0.1 mm), su apvaliomis pirštų rankenomis, užsirakinantis mechanizmas.	vnt.	2
5.	Artroskopinis mazgo nustūmėjas	Artroskopinis mazgo nustūmėjas, su kiauryme mazgų bei paruoštų siūlių nustumimui. Instrumento darbinis ilgis 175 mm (± 3 mm).	vnt.	2
6.	Artroskopinis pravedėjas	Artroskopinis "paukščio snapo" tipo audinių pravedėjas, smailėjančia, aštria darbine dalimi, atsiderančia bei lenkta 20° į viršų. Instrumento darbinis ilgis 155 mm (± 3 mm), darbinė instrumento dalis 10 mm (± 0.5 mm), instrumentas tiesus, su apvaliomis pirštų rankenomis bei jungtimi instrumento plovimui.	vnt.	2
7.	Artroskopinis pravedėjas	Artroskopinis "clever hook" tipo kairinis pravedėjas. Darbinė dalis rieta į viršų, lenkta į kairę pusę, smailėjanti, aštri, atsidaranti į apačią. Instrumento darbinis ilgis 155 mm (± 3 mm), instrumentas tiesus, 2.5 mm (± 0.1 mm) diametro, su apvaliomis pirštų rankenomis bei jungtimi instrumento plovimui.	vnt.	1

8.	Artroskopinis pravedėjas	Artroskopinis "clever hook" tipo dešininis pravedėjas. Darbinė dalis rieta į viršų, lenkta į dešinę pusę, smailėjanti, aštri, atsidaranti į apačią. Instrumento darbinis ilgis 155 mm (± 3 mm), instrumentas tiesus, 2.5 mm (± 0.1 mm) diametro, su apvaliomis pirštų rankenomis bei jungtimi instrumento plovimui.	vnt.	1
9.	Artroskopinis kabliukas	Artroskopinis kabliukas, instrumento darbinis ilgis 130 mm (± 3 mm), sugraduotas ir pažymėtas spalviškai. Darbinė dalis 0.5 mm (± 0.1 mm) diametro, 25 mm (± 1 mm) ilgio. Instrumentas su minkšta anglies pluošto ar silikono rankena bei papildoma apsauga instrumento kalimui.	vnt.	2
10.	Artroskopinė dvipusė kiuretė	Artroskopinė kiuretė, darbinė dalis ovalo formos, tuščiaavidurė, lenkta į viršų 20°, abi pusės aštrios. Instrumento darbinė dalis 6x7 mm (± 0.5 mm), darbinės dalies diametras 3.2-3.3 mm. Instrumento darbinis ilgis 130 mm (± 3 mm), instrumentas su minkšta anglies pluošto ar silikono rankena bei papildoma apsauga instrumento kalimui.	vnt.	1
11.	Artroskopinė kiuretė	Artroskopinė kiuretė, šaukšto tipo. Darbinė dalis lenkta 25° žemyn. Instrumento darbinė dalis 8x10 mm (± 0.5 mm), instrumento darbinis ilgis 120 mm (± 3 mm), instrumentas su minkšta anglies pluošto ar silikono rankena bei papildoma apsauga instrumento	vnt.	1
12.	Artroskopinė yla	Artroskopinė yla kremzlės defektams gydyti, darbinė dalis lenkta 60° kampu. Instrumento ilgis 240 mm (± 5 mm), darbinės dalies ilgis 130 mm (± 3 mm), darbinės dalies $\varnothing 6$ mm (± 0.5 mm). Instrumentas su minkšta anglies pluošto ar silikono rankena bei papildoma apsauga instrumento kalimui.	vnt.	1
13.	Artroskopinės žnyplės	Artroskopinės žnyplės menisko suėmimui, tiesia, užapvalinta dantyta darbine dalimi, atsidaranti į viršų. Instrumento darbinis ilgis 130 mm (± 3 mm), instrumentas tiesus, su apvaliomis pirštų rankenomis, užsirakinantis mechanizmas.	vnt.	2
14.	Retrogradinis kanalo grąžtas	Retrogradinis kanalo grąžtas, visos grąžto dalys pagamintos iš nerūdijančio medicininio plieno, su gylio žymomis. Distalinėje instrumento dalyje esantis grąžtas išskleidžiamas proksimalinėje dalyje esančiu metaliniu mygtuku. Instrumento diametras 3.4-3.5 mm, distalinėje dalyje išskleidžiamo grąžto diametras nuo 5 iki 13 mm imtinai (ne mažiau 9 skirtingų diametrų kas 1 mm). Grąžtai dviejų ilgių: 350-360 mm ir 270-275 mm, daugkartinio naudojimo, sterilizuojami.	komplektas	1

15.	Artroskopinis kandiklis	Artroskopinis kandiklis, tiesus, atsidarantis į viršų. Darbinė dalis 3.4-3.5 mm pločio. Žemo profilio, viršutinė kandiklio dalis pilnai panyra į apatinę kandiklio dalį. Instrumentas 225 mm ilgio (± 5 mm), tiesus, su apvaliomis pirštų rankenomis.	vnt.	1
16.	Artroskopinis kandiklis	Artroskopinis kandiklis, lenktas 45° į kairę pusę, atsidarantis į viršų. Darbinė dalis 1.6-1.7 mm pločio, žemo profilio. Instrumentas 225 mm ilgio (± 5 mm), tiesus, su apvaliomis pirštų rankenomis.	vnt.	1
17.	Artroskopinis kandiklis	Artroskopinis kandiklis, lenktas 45° į dešinę pusę, atsidarantis į viršų. Darbinė dalis 1.6-1.7 mm pločio, žemo profilio. Instrumentas 225 mm ilgio (± 5 mm), tiesus, su apvaliomis pirštų rankenomis.	vnt.	1
18.	Instrumentų dėžė	Instrumentų laikymo bei sterilizavimo konteineris, išmatavimai 464 x 229 x 51 mm (± 5 mm). Konteineris plastikinis su perforuotu plastikiniu dangčiu, silikoniniu kilimėliu.	vnt.	1
19.	Instrumentų dėžė	Instrumentų laikymo bei sterilizavimo konteineris, išmatavimai 464 x 190 x 70 mm (± 5 mm). Konteineris plastikinis su perforuotu plastikiniu dangčiu. Konteineris dviejų lygių: apačioje silikoninis kilimėlis bendriesiems instrumentams, viršuje speciali lentyna su laikikliais perkamiems artroskopiniams peties instrumentams laikyti vertikaliajoje padėtyje (ne mažiau 16 vietų).	vnt.	1

PASTABA:

1. Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti gamintojo paruoštais siūlomų instrumentų bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams arba pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame gamintojas viešai nurodo siūlomos prekės atitikimą reikalaujamiems parametrams, taip pat prekių atitikties deklaracijas, atitikimą medicinos direktyvos 2017/745 reikalavimams. Šie dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (jei pateikiama internetinė nuoroda, tai atitinkamai pateikiamas nurodytos informacijos vertimas į lietuvių kalbą).

2. Pirkimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 "Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" 4 punkto 4.4.4. papunkčių:

2.1. Tiekėjas privalo prekes atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val., ir nuo 13 val iki 16 val. penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val. nuo 13:00 iki 15:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

3. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi pakuotėms. Antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotė turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas).

Pirkimo iniciatorius

Vyriausiasis
gydytojas

Romaldas Sakalauskas

),

50

es