

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Intraokulinių lęšių pirkimas (7906)

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas / Priemonės pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Preliminarus kiekis	Mato vnt.	Vnt. įkainis, Eur be PVM	PVM tarifas %	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikoms parametrai, jų reikšmės <i>Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)</i>	Pirkimui skirtos lėšos Eur be PVM	Pirkimui skirtos lėšos Eur be PVM
9.	Užpakalinės kameros sulankstomi hidruoti monolitiniai intraokuliniai lęšiai	Medžiaga – hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Vandens kiekis medžiagoje < 5 %. Ilgis – 12,5 mm. Optikos diameteras – 6,0 mm. Optikos kraštas – užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru. Optikos savybės – asferinė optika. Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,52. Laužiamoji galia nuo 0 D iki +10 D, žingsnis kas 1,0 D. Atraminų elementų forma - „C“, „L“, „J“ ar jų modifikacijos. Atraminų elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Konstrukcija – monolitiniai. Pateikimo sąlygos – tiekiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais. Kartu tiekiamas vienkartinis injektorius skirtas lęšio implantacijai.	50	vnt.	170,00	5,00	8500,00	8925,00	<b>lęšis Envista MX60E</b> <a href="https://bauschsurgical.eu/products/cataract/monofocal-intraocular-lenses/envistar-preloaded-envistar/">https://bauschsurgical.eu/products/cataract/monofocal-intraocular-lenses/envistar-preloaded-envistar/</a>  Medžiaga – hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Vandens kiekis medžiagoje 4 %. Ilgis – 12,5 mm. Optikos diameteras – 6,0 mm. Optikos kraštas – užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru. Optikos savybės – asferinė optika. Refrakcijos indeksas 1,53. Laužiamoji galia nuo 0 D iki +10 D, žingsnis kas 1,0 D. Atraminų elementų forma - „C“ modifikuota. Atraminų elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Konstrukcija – monolitiniai. Pateikimo sąlygos – tiekiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais. Kartu tiekiamas vienkartinis injektorius skirtas lęšio implantacijai (INJ100)	8500,00	8925,00
<b>PRIVALOMI REIKALAVIMAI:</b> 1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylių optinėje dalyje. 2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. 3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą. 4. Po specifikacijų vertinimų, pareikalavus, tiekėjas turi pateikti po 3-4 vnt. visų grupių dažniausiai naudojamų dydžių (+19,5D-+22,0D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių 5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliaame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 6. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. 7. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pristatyti į gydymo įstaigas lęšius su kasetėmis (netaikoma priekinės kameros lęšiams) turimiems chirurginiams instrumentams (sulankstomų lęšių įvedimo švirkštas Monarch III, Alcon), arba su vienkartiniais injektoriais, arba su lęšiais preimplantuotais į injektorių. 8. Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai, priekinės kameros lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 9. Intraokuliniai lęšiai turi būti sandėliuojami ligoninėje visų paraiškoje nurodytų dioptrijų, o jiems pasibaigus turi būti pristatomi pagal pateiktą poreikį per 5 darbo dienas. 10. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšių geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. 11. Konkursą laimėjęs tiekėjas į gydymo įstaigą intraokulinius lęšius turi pristatyti nuo užsakymo pateikimo per 7 darbo dienas. 12. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinį apklotų rinkiniu. Apklotų rinkinys oftalmologinėms operacijoms: medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 2 sluoksnių: viršutinis iš polietileno, nepralaidus skysčiams, apatinis- apsauginis popieriaus sluoksnis, paviršius neslidus. Spalva: mėlyna, žalia. Supakuotos viename gamintojo sterilizame pakete. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas staliukui, dydis 150x150 cm. (± 5 cm)-1vnt. 2. Apklotas pacientui, dydis 140x150 cm. (± 5 cm), apkloto centre lipni incizinė plėvelė, kurios dydis 8x10 cm (± 2 cm), su skysčių surinkimo maišu 30x18cm (± 2 cm)-1vnt. 3. Popierinė servetėlė 18x25 cm (± 2 cm)-1vnt. Iškilus neaiškumams, bus prašomas pvz. vertinimui.											

REIKALAVIMAI VISOMS PIRKIMO DALIMS:

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
- Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkandčiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.