

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Skaitmeninė angiografijos sistema intervencinei kardiologijai (8947)		
Sutarties data	nurodyti	Sutarties numeris	nurodyti

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	188603472
	1.1.3. Adresas	Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	-
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT14 4040 0636 1000 0487
	1.1.6. Bankas, banko kodas	Lietuvos Respublikos finansų ministerija, finansų įstaigos kodas 40400
	1.1.7. Telefonas	+370 5 266 1401
	1.1.8. El. paštas	Jurgita.Grebenkoviene@sam.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkovienė
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	2017 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-43 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleriui“
1.2. Gavėjas	1.2.1. Pavadinimas	Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	124364561
	1.2.3. Adresas	Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT243645610
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT71 7300 0100 0249 2260
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, 73000
	1.2.7. Telefonas	+370 5 236 5000
	1.2.8. El. paštas	info@santa.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	Generalinis direktorius Tomas Jovaiša
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų įstatai
1.3. Tiekėjas	1.3.1. Pavadinimas	Arbor Medical Corporation Lt UAB
	1.3.2. Juridinio asmens kodas	301577716
	1.3.3. Adresas	Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas
	1.3.4. PVM mokėtojo kodas	LT100003878313
	1.3.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT31 7044 0600 0763 5671
	1.3.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, 70440
	1.3.7. Telefonas	+370 37 464460
	1.3.8. El. paštas	info@arborlt.lt
	1.3.9. Šalies atstovas	Direktorius Mindaugas Daugėla
	1.3.10. Atstovavimo pagrindas	įmonės įstatai

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Sąskaitų per informacinę	

sistemą „E. sąskaita“ priėmimą	
2.2. Gavėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą	
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	<p>Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Gavėjui Skaitmeninę angiografijos sistemą intervencinei kardiologijai, modelis Azurion 5 C12, gamintojas Philips Healthcare, Nyderlandai, 1 vnt. (toliau – Prekės).</p> <p>Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms ir su jomis susijusioms paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. [2] „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. [7] „Pasiūlymas“.</p>
3.2. Pirkimo numeris	CVP IS Nr. 727814
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Investicijų projektas „Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas“, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu	<p>Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja Gavėjui pristatyti, surinkti/sumontuoti, instaliuoti, suderinti, atlikti kokybės kontrolės priėmimo bandymus, apmokyti naudotis Prekėmis personalą, išvežti po instaliavimo likusias medžiagas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas įspėti Gavėją raštu arba el. paštu [redacted], info@santa.lt ir/arba tel. Nr. +370 5 250 1520 apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Gavėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas instaliuoja, suderina, atlieka kokybės kontrolės priėmimo bandymus, apmoko naudotis Prekėmis personalą, išveža po instaliavimo likusias medžiagas su Gavėju suderintu laiku. Tiekėjui pristačius Prekę į Gavėjo sandėlį, pasirašomas prekių perdavimo-priėmimo aktas, kuriame fiksuojami pakuotės pažeidimai, jeigu tokie yra bei kartu su Prekėmis pateikti dokumentai. Prekių instaliavimo ir patikrinimo aktas pasirašomas instaliavus (sumontavus) pristatytas Prekes kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegus sisteminę programinę įrangą, specializuotą operacinę sistemą), paruošus projektą radiacinei saugai bei atlikus jo ekspertizę, paruošus Prekes eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, apmokius Gavėjo personalą dirbti su Prekėmis. Nustačius, jog Prekės funkcionuoja netinkamai, Gavėjas surašo defektinį aktą, kuriame fiksuojami defektai/trūkumai ir nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Prekių instaliavimo ir patikrinimo akto pasirašymas (nenustačius trūkumų/defektų) laikoma, jog Prekės pristatytos, yra tinkamai instaliuotos ir funkcionuojančios.</p>
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma.

4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Netaikoma
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimtys	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	<p>Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiams standartams bei reglamentams. 2. Prekės dokumentacija: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 2.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 2.3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglementuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. 2.4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. 2.5. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliojimas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. <p>Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.</p>
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara	<p>Pradinės Sutarties vertė yra 946 280,99 Eur, (devyni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų 99 centai) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).</p> <p>PVM sudaro 198 719,01 Eur, (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyniolika eurų 01 centas).</p> <p>Sutarties kaina yra 1 145 000,00 Eur, (vienas milijonas vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) su PVM.</p> <p>Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.</p>
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	<p>Sutarties kaina bus perskaičiuojama:</p> <p>5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo.</p>
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	<p>Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM.</p> <p>Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).</p>
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių	Netaikoma

Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	Netaikoma
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties) keitimo taisykles</u>	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	<p>Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo dienos bei Gavėjui pateikus Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 5 priede nustatytos formos finansavimo prašymą (paraišką) gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti, nes Pirkėjas mokėjimus atlieka tik gavęs investicines valstybės biudžeto lėšas, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.</p> <p>Apmokėjimo sąlygos: 1) įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina.</p> <p>PVM sąskaita išrašoma, kai yra pasirašomas Prekių instaliavimo ir patikrinimo aktas (nenustatoma, jog Prekės funkcionuoja netinkamai).</p>
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai . Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių instaliavimo ir patikrinimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 14 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Gavėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Gavėjo

	<p>ir Tiekėjo suderintą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Gavėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.</p> <p>Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.</p>
7. SUTARTIES VYKDYMOI PASITELKIAMO SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	<p>Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas:</p> <p>Netesybomis (delspinigiais, bauda);</p> <p>ir</p> <p>Pirmo pareikalavimo banko garantija;</p> <p>arba</p> <p>Draudimo bendrovės laidavimo draudimu;</p>
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Tiekėjas ne vėliau kaip per kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 5 procentų nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui.
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	<p>Jeigu Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą ir Gavėjo pateiktą Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 5 priede nustatytos formos finansavimo prašymą (paraišką) gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.</p>
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	<p>9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM.</p> <p>9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.</p> <p>9.2.3. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, jog patyrė nuostolių.</p>
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų	Netaikoma

subtiektėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiektėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiektėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Netaikoma
9.6. Tiekėjui / Gavėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo visos Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 5 (penki) mėnesiai (sutarties vykdymo trukmė (prekių tiekimo terminas) – 3 (trys) mėnesiai, atsiskaitymo terminas – 2 mėn.).
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Specialiosiose ir Bendrosiose Sutarties sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 11.2.2. jeigu Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 11.2.3. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 14 dienų neištaiso pažeidimų;

	<p>11.2.4. jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti, įskaitant instaliavimą ir suderinimą, kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje Respublikoje galiojančius teisės aktus, Pirkėjo personalo apmokymą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), Prekes daugiau nei 30 dienų nei Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo, įskaitant instaliavimą ir suderinimą, kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje Respublikoje galiojančius teisės aktus, Pirkėjo personalo apmokymą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), terminas;</p> <p>11.2.5. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 10 (dešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;</p> <p>11.2.6. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms;</p> <p>11.2.7. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo nebeatitinkančia dienos;</p> <p>11.2.8. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;</p> <p>11.2.9. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo.</p>
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	<p>12.1.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu.</p> <p>12.1.2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi laikytis 12.3 punkto reikalavimo ir Tiekėjas išipareigoja sutarties vykdymo metu teikti susijusią dokumentaciją elektroninėse laikmenose (sąskaitas faktūras, priėmimo perdavimo aktus ir kt.)</p>
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Tiekėjas privalo Prekes atvežti Gavėjui ne kelių eismo piko valandomis (nuo 9.00 iki 15.00 val.), pakrovimo/iškrovimo laiką, fiksuojant krovinio važtaraštyje.
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma

13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	<p>Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija:</p> <p>1.1.1.2. Pirkėjas / Gavėjas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas / Gavėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Prekes;</p> <p>1.1.1.5. Prekių perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo perduodama Prekė Gavėjui ir nustatoma, ar Prekės pakuotė nepažeista bei užfiksuojami kartu su Preke pateikiami dokumentai.</p> <p>1.1.1.6. Prekių trūkumai – Prekių perdavimo, instaliavimo ir patikrinimo metu ar Prekių garantinio termino galiojimo metu Gavėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Gavėjas (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą;</p> <p>1.1.1.7. Sąskaita – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo perduotas bei Gavėjo priimtas Prekes. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvienos dalies atskirai;</p> <p>1.1.1.13. Šalis – Pirkėjas, Gavėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;</p> <p>1.1.1.14. Šalys – Pirkėjas, Gavėjas ir Tiekėjas kartu;</p> <p>2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka perduoti Gavėjui Prekes, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Gavėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai patiektas Prekes bei Pirkėjas sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.</p> <p>2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo / Gavėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neapartų Pirkėjo / Gavėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Prekių tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neapartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Prekes gavimo.</p> <p>3.2.3. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtiekejus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Gavėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Gavėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekejų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu. Gavėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekejo pašalinimo pagrindų ir subtiekejo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės</p>

	<p>reikalavimams. Jeigu subtiekęjo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Gavėjas reikalauja pakeisti šį subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekęju. Gavėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pasitelkti naują subtiekęją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui ir Gavėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.</p> <p>3.2.4. Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekęjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Pirkėjo ir Gavėjo rašytinį sutikimą.</p> <p>3.2.5. Subtiekęjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Tiekėjas gali keisti savo nuožiūra, apie tai raštu ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuodamas Gavėją. Gavėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekęjo pašalinimo pagrindų ir subtiekęjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subtiekęjo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Gavėjas reikalauja pakeisti šį subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekęju. Gavėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pakeisti subtiekęją. Pirkėjui ir Gavėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.</p> <p>3.2.7.2. Gavėjo iniciatyva, jei Gavėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas.</p> <p>3.2.8. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekęjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti Gavėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:</p> <p>3.2.9. Gavėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Gavėją apie leidimą pakeisti subtiekęją ar specialistą. Pirkėjui ir gavėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.</p> <p>3.3.4. Gavėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Pirkėją ir Tiekėją apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pakeisti partnerį. Pirkėjui ir Gavėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.</p> <p>3.4.1.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui ir Gavėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekęjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas ir Gavėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekęjų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu;</p> <p>3.4.1.3. subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma keturšalė sutartis tarp Pirkėjo, Gavėjo, Tiekėjo ir šio subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimu sutartyje nustatytus reikalavimus;</p> <p>5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Gavėjui Prekių naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Gavėjas, vadovaudamasis jomis,</p>
--	--

	<p>galėtų tinkamai naudoti patiektas Prekes.</p> <p>5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Gavėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.</p> <p>6.1.1.2. Tiekėjas perdavė Gavėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas ir garantijas (jei to reikalaujama),</p> <p>6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Gavėjo personalą, kaip naudoti Prekes (jeigu to reikalaujama),</p> <p>6.2.1. Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Prekes Gavėjui, o Gavėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Prekes priimti. Prekės pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Gavėju.</p> <p>6.2.2. Prekės perdavimo ir surinkimo/įdiegimo/instaliavimo tvarka numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose.</p> <p>6.2.8. Prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Gavėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio Prekių priėmimo momento.</p> <p>6.2.9. Gavėjas turi teisę naudotis Prekėmis tik po Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.</p> <p>6.2.10. Jeigu Tiekėjas neištaisė Prekių trūkumų/defektų per Specialiosiose sąlygose nustatytus terminus, Tiekėjui taikomos Specialiosiose sąlygose nustatytos netesybos.</p> <p>7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Gavėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl nustatytų Prekių trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Gavėjas dėl Prekių trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekių dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.</p> <p>7.1.3. Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Gavėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.</p> <p>7.2.1. Gavėjas, per garantinius terminus nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Prekių trūkumams pašalinti.</p> <p>7.2.2. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Gavėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.</p> <p>7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Prekių trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Gavėjo kreipimosi neatsako / nepasitelkia nepriklausomo su Gavėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Gavėjo pirmojo kreipimosi), tai Gavėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo prieš tai suderinęs su Tiekėju nepriklausomo eksperto kandidatūrą. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:</p> <p>7.2.3.1. jei Prekės atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus – Gavėjas;</p>
--	--

	<p>7.3.2. Gavėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei Prekių trūkumai šalinami Prekių naudojimo vietoje, Gavėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl Prekių trūkumų šalinimo laiko.</p> <p>7.3.3. Sutaisytoje Prekių dalyje pakartotinai nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis, nebent Gavėjas raštu sutiktų Prekes dar kartą taisyti.</p> <p>7.3.4. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Gavėjui dienos.</p> <p>7.3.5. Jeigu Prekių trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Prekių funkcionalumui, Gavėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Gavėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.</p> <p>7.3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Gavėją.</p> <p>7.3.7. Gavėjui per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Gavėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.</p> <p>7.4.1. Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Gavėjo nustatytus protingus terminus, Gavėjas turi teisę:</p> <p>7.4.3. Tiekėjas privalo patenkinti Gavėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.</p> <p>8.1.2. Jei taikytina, Gavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką (toliau – Grafikas).</p> <p>12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą Pirkėjui tik Tiekėjui ir Gavėjui pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir Prekių instaliavimo aktą.</p> <p>21.2.2. Gavėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;</p> <p>21.2.4. ne dėl Pirkėjo / Gavėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;</p> <p>21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją ir Gavėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Gavėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją ir Pirkėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Gavėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.</p> <p>21.5.2. Gavėjui raštu informavus Tiekėją ir Pirkėją ir pateikus jiems argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas</p>
--	---

	<p>raštu informuoja Pirkėją ir Gavėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.</p> <p>21.5.3. Tiekėjas, gavęs Gavėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui ir Gavėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jei Sutartis sustabdyta, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį priskirtų įsipareigojimų.</p> <p>22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą netaikoma Pirkėjo ir Gavėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.</p> <p>22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo ir / ar Gavėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;</p> <p>22.2.2.4. Gavėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Prekės ir Sutarties poreikis išnyksta;</p> <p>22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo ir / ar Gavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;</p> <p>22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Gavėjo nustatytus protingus terminus;</p> <p>22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Gavėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.</p> <p>22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją ir Gavėją raštu prieš ne trumpesnę nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudoja savo teisę sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės be PVM ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.</p> <p>22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją ir Gavėją raštu prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:</p> <p>23.1.3. jei Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo Prekių keitimo, pateikė Pirkėjui ir Gavėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo ir Gavėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos Prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei šiuo metu tiekiamos Prekės;</p> <p>24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.</p>
13.2.	Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti:

	1.1.1.5 ¹ Prekių instaliavimo ir patikrinimo aktas – dokumentas, kuriuo patvirtinama, jog Prekės yra tinkamai instaliuotos ir funkcionuojančios. 6.2.7. ¹ Pasirašius Prekių priėmimo-perdavimo aktą ir Tiekėjui pašalinus trūkumus ir pažeidimus, jeigu tokie nustatyti, bei instaliavus Prekes ir apmokius personalą, pasirašomas Prekių instaliavimo aktas.
13.3.	Šalys susitaria išbraukti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 p.
13.4.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Prekių sąrašas
14.2. Priedas Nr. 2	Techninė specifikacija
14.3. Priedas Nr. 3	Prekių priėmimo-perdavimo aktas
14.4. Priedas Nr. 4	Prekių instaliavimo ir patikrinimo aktas
14.5. Priedas Nr. 5	Sutarties įvykdymo garantija
14.6. Priedas Nr. 6	Sutarties įvykdymo laidavimo raštas
14.7. Priedas Nr. 7	Pasiūlymas
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Generalinis direktorius Tomas Jovaiša	Direktorius Mindaugas Daugėla
(parašas)	(parašas)
GAVĖJAS	
Ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkoviėnė	
(parašas)	

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir modelis	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
				Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1	Skaitmeninė angiografijos sistema intervencinei kardiologijai <i>Azurion 5 C12</i> <i>Philips Healthcare, Nyderlandai</i>	vnt.	1	946 280,99	1 145 000,00	21	198 719,01	946 280,99	1 145 000,00
Bendra Sutarties kaina Eur							198 719,01	946 280,99	1 145 000,00

Pirkėjo vardu

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188603472
A. s. LT14 4040 0636 1000 0487
Lietuvos Respublikos finansų
ministerija, įstaigos kodas 40400

Ministerijos kanclerė
Jurgita Grebenkovienė

Tiekėjo vardu

Arbor Medical Corporation Lt UAB
Baltų pr. 145, LT-47125 Kaunas
Juridinio asmens kodas 301577716
A.S. LT317044060007635671
AB SEB bankas, b. k. 70440

Direktorius
Mindaugas Daugėla

Gavėjo vardu:

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos
Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius
Juridinio asmens kodas 124364561
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius
Tomas Jovaiša

Techninė specifikacija

Skaitmeninė angiografijos sistema intervencinei kardiologijai, modelis Azurion 5 C12, gamintojas Philips Healthcare, Nyderlandai

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurių techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Tiekėjas turi būti siūlomos sistemos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir kt.), t. y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. Garantinis laikotarpis
 1. Ne mažiau nei 24 mėn.
 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamų periodiškumą nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių

gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploataavimo sąlygų) šalinimą. Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglementuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
 4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
 1. Mokymai ≥ 11 radiologijos technologams,
 2. Mokymai ≥ 15 gydytojams radiologams,
 3. Mokymai ≥ 2 medicinos fizikams, (jei gamintojas/įranga turi integruotą kokybės kontrolės modulį (Quality control mode arba lygiavertį), apmokyti juo naudotis ir suteikti prieigą ≥ 2 medicinos fizikams). Kartu su sistema Pateikti fantomus reikalingus kasdienių/savaitinių/mėnesinių testų atlikimui.
 4. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė: 2 dienos. Dienos trukmė: 8 akademinės valandos.
9. Kartu su įranga turės būti pateikiami šie priedai:
 1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą angiografinės sistemos instaliavimo metu),
 2. Programinė įranga (integruota ir suderinta su siūloma skaitmenine angiografijos sistema), skirta pacientų apšvitos bei pagrindinių rentgeno procedūros parametrų stebėsenai / registravimui / perdavimui. Programinė įranga formuoja ataskaitas (pvz. mėnesines, metines) bei pavojaus pranešimus, esant padidintai apšvitai.

1 pirkimo objekto dalis. Skaitmeninė angiografijos sistema intervencinei kardiologijai

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	Azurion 5 C12, Philips Healthcare, Nyderlandai
2.	Reikalavimai skaitmeninei angiografijos sistemai		
2.1	Paskirtis	Angiografinė sistema, pritaikyta vainikinių arterijų procedūroms atlikti	Angiografinė sistema, pritaikyta vainikinių arterijų procedūroms atlikti Azurion IFU.pdf, 18 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
2.2	Pagrindiniai skenavimo režimai	1. Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija,	1. Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija, Azurion 5 C12.pdf, 12 psl.; Azurion IFU.pdf, 40 psl.

		2. Skaitmeninė impulsinė rentgenografija,	2. Skaitmeninė impulsinė rentgenografija, Azurion 5 C12.pdf, 12 psl.; Azurion IFU.pdf, 40 psl.
		3. Skaitmeninė substrakinė angiografija (DSA),	3. Skaitmeninė substrakinė angiografija (DSA), Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
		4. Erdvinė rotacinė DSA,	4. Erdvinė rotacinė DSA, Azurion 5 C12.pdf, 20 psl.
		5. Tūrinė kompiuterinė tomografija.	5. Tūrinė kompiuterinė tomografija. Smart CT.pdf, 1 psl.
3	Reikalavimai C tipo arkai		
3.1	Rotacinis kampas RAO/LAO galvos padėtyje	$\geq 115^\circ/105^\circ$	$120^\circ/120^\circ$ Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.2	Pavertimo kampas CRAN/CAUD galvos padėtyje	$\geq 45^\circ/45^\circ$	$45^\circ/45^\circ$ Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.3	Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinius ir pavertimo kampo judesius galvos padėtyje	$\geq 15\%$	18 ir 25 % Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.4	Motorizuotas arkos pasukimas apie vertikalią ašį	$\geq 180^\circ$	180° Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.5	Arkos gylis	$\geq 90\text{ cm}$	105 cm ; Azurion 5 C12.pdf, 5 psl.
3.6	Automatinis arkos pozicionavimas pagal išsaugotą poziciją	Būtina, ≥ 50 pozicijų atmintis	Automatinis arkos pozicionavimas pagal išsaugotą poziciją. Neribota pozicijų atmintis Azurion 5 C12.pdf, 5 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
3.7	Motorizuotas automatinis arkos pozicionavimas pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją	Būtina	Motorizuotas automatinis arkos pozicionavimas pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją Azurion 5 C12.pdf, 5 psl. Azurion IFU.pdf, 117 psl.
4	Reikalavimai rentgeno spindulių detektoriumi		
4.1	Detektoriaus vaizdo jutiklio scintiliatorius	CsI arba lygiaverčio tipo	CsI tipo Flat_X-ray_Detectors.pdf, 1 psl.
4.2	Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis	≥ 14 bitų	16 bitų Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.3	Detektoriaus aktyvios matricos įstrižinis dydis	$\geq 25\text{ cm}$, bet $\leq 35\text{ cm}$	30 cm Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.4	Elemento atstumo žingsnis (pitch)	$\leq 200\text{ }\mu\text{m}$	$154\text{ }\mu\text{m}$ Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.5	Maksimalus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas (angl. DQE prie 0 lin/mm)	$\geq 75\%$	77% Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.6	Skiriamoji geba	$\geq 2,5\text{ lp/mm}$	3.25 lp/mm Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
4.7	Didelės spartos rentgenografijos sekos kardiologijai	≥ 30 kadrų/sek	30 kadrų/sek Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.

4.8	Detektoriaus gaunamų vaizdų laukų dydžiai	≥ 4 skirtingų matmenų	5 skirtingų matmenų Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
5	Reikalavimai kolimatoriui		
5.1	Diafragmų tipai	Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleištų diafragmos	Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleištų diafragmos Azurion 5 C12.pdf, 11 psl.; Azurion IFU.pdf, 454 psl.
5.2	Spinduliuotės spektro filtrai	≥ 3	3; Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
5.3	Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių	Būtina	Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių Azurion 5 C12.pdf, 16 psl.; Azurion IFU.pdf, 110 psl.
6	Reikalavimai rentgeno generatoriui		
6.1	Maksimali galia	≥ 100 kW	100 kW; Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
6.2	Generuojamas įtampos diapazonas	$\geq (50 - 125)$ kV	40 - 125 kV Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
6.3	Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas	Būtina	Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas Azurion 5 C12.pdf, 13 psl.; Azurion IFU.pdf, 40, 42 psl.
6.4	Ekspozicijos sinchronizacija su EKG	Būtina	Ekspozicijos sinchronizacija su EKG Azurion IFU.pdf, 425 psl.
7	Reikalavimai rentgeno vamzdžiui		
7.1	Skysčiu aušinamas, su apsauga nuo perkaitimo	Būtina	Skysčiu aušinamas, su apsauga nuo perkaitimo Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.2	Židinių skaičius	≥ 2	2; Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.3	Anodo šiluminė talpa	$\geq 3,7$ MHU	6,4 MHU; Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.4	Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas	$\geq 0,5$ MHU/min	1,75 MHU/min Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.5	Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa	$\geq 6,9$ MHU	9,4 MHU; Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.6	Maksimalus nuolatinis rentgeno vamzdžio aušinimo pajėgumas	≥ 3000 W	4000 W Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.7	Tinklelinis (angl. grid) srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režimu	Būtinai	Tinklelinis (angl. grid) srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režimu Azurion 5 C12.pdf, 15 psl.
7.8	Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema	Būtina	Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema Azurion IFU.pdf, 393 psl.; Azurion 5 C12.pdf, 12 psl.
8	Reikalavimai angiografiniam paciento stalui		
8.1	Motorizuotas stalviršio judėjimas	Vertikalus, išilginis ir skersinis	Motorizuotas stalviršio judėjimas. Vertikalus, išilginis ir skersinis Azurion IFU.pdf, 34, 88 psl.
8.2	Stalviršio (angliškai: tabletop) matmenys (neskaičiuojant šoninių bėgelių), ilgis x plotis	$\geq 260 \times 45$ cm	316 x 50 cm Azurion 5 C12.pdf, 6 psl.
8.3	Išilginė stalviršio eiga	≥ 120 cm	120 cm; Azurion 5 C12.pdf, 6 psl.

8.4	Maksimali stalo apkrova	≥ 250 kg	250 kg; Azurion 5 C12.pdf, 6 psl.
8.5	Išilginis paciento padengimas rentgeno lauku	≥ 187 cm	224.5 cm AD7 Table.pdf, 12 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
8.6	Stalas gali judėti automatiškai į užprogramuotas pozicijas	Būtina, pozicijos pasirinkimas iš standartinių pozicijų, vartotojo sukurtų ir pagal pasirinktą referentinį vaizdą	Stalas gali judėti automatiškai į užprogramuotas pozicijas. Pozicijos pasirinkimas iš standartinių pozicijų, vartotojo sukurtų ir pagal pasirinktą referentinį vaizdą. Azurion IFU.pdf, 117 psl.
8.7	Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas	Būtina	Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas Azurion 5 C12.pdf, 13 psl.; Azurion IFU.pdf, 40, 42 psl.
8.8	Paciento stalo priedai	1. Čiužinys pacientui pagamintas iš visko elastinės arba lygiavertės medžiagos. Čiužinio storis ≥ 5 cm - 1 vnt,	7 cm - 1 vnt. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
		2. Paciento tvirtinimo diržai - 1 komplektas,	2. Paciento tvirtinimo diržai - 1 komplektas, Azurion Accessories.pdf, 9 psl.
		3. Lašinės stovas - 1 vnt,	3. Lašinės stovas - 1 vnt, Azurion Accessories.pdf, 10 psl.
		4. Galvos laikiklis - 1 vnt,	4. Galvos laikiklis - 1 vnt, Azurion Accessories.pdf, 8 psl.
		5. Silikoninė galvos pagalvėlė - 1 vnt.	5. Silikoninė galvos pagalvėlė - 1 vnt. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
8.9	Reikalavimai reguliuojamam porankiui	1. Kiekis - 2 vnt,	1. Kiekis - 2 vnt,
		2. Tvirtinamas prie angiografinio paciento stalo,	2. Tvirtinamas prie angiografinio paciento stalo, Reguliuojamas porankis.pdf, 1 psl.
		3. Porankio konstrukcija leidžia procedūros metu fiksuoti paciento ranką reikiamoje padėtyje (galimi fiksuotos rankos rotaciniai judesiai apie išilginę ašį bei plaštakos lenkiamieji judesiai visomis kryptimis),	3. Porankio konstrukcija leidžia procedūros metu fiksuoti paciento ranką reikiamoje padėtyje (galimi fiksuotos rankos rotaciniai judesiai apie išilginę ašį bei plaštakos lenkiamieji judesiai visomis kryptimis), Reguliuojamas porankis.pdf, 2 psl.
		3. Porankis pagamintas iš anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos.	3. Porankis pagamintas iš anglies pluošto Reguliuojamas porankis.pdf, 2 psl.
8.10	Stalviršis turi būti pagamintas iš anglies pluošto	Būtina	Stalviršis pagamintas iš anglies pluošto 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
9	Reikalavimai vartotojo sąsajai tyrimų patalpoje (operacinėje)		
9.1	Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje ir naudojamas šioms funkcijoms atlikti	1. Arkos pozicijos ir kampų keitimas,	1. Arkos pozicijos ir kampų keitimas Azurion 5 C12.pdf, 10 psl.; Azurion IFU.pdf, 118 psl.
		2. Kolimavimas,	2. Kolimavimas TSM.jpg; Azurion IFU.pdf, 110 psl.

		3. Procedūrų tipo parinkimas,	3. Procedūrų tipo parinkimas Azurion 5 C12.pdf, 10 psl. Azurion IFU.pdf, 103 psl.
		4. Vaizdų apdorojimas,	4. Vaizdų apdorojimas Azurion 5 C12.pdf, 10 psl.
		5. Paciento monitoriaus valdymas,	5. Paciento monitoriaus valdymas Azurion 5 C12.pdf, 10 psl.
9.2	Vaizdo monitorius	1. Turi būti tvirtinamas prie lubų, ant lengvai pozicionuojamos „rankos“ arba bėginės lubinės sistemos,	1. Tvirtinamas prie lubų, ant bėginės lubinės sistemos Azurion 5 C12.pdf, 4 psl.
		2. Ekranų įstrižainė ≥ 55 “,	2. Ekranų įstrižainė 58“ Azurion 5 C12.pdf, 19 psl.
		3. Skiriamoji geba ≥ 8 mln. taškų,	3. Skiriamoji geba 8,29 mln. taškų Azurion 5 C12.pdf, 19 psl.
		4. Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje ≥ 8 ,	4. Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje: 8 Flexvision.jpg (žr. nuotrauką); flexvisionTV.pdf, 4 psl.
		5. Turi būti galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje,	5. Galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje Azurion 5 C12.pdf, 19 psl.; Azurion IFU.pdf, 162 psl.
		6. Apsauginis monitoriaus ekranas.	6. Apsauginis monitoriaus ekranas Azurion 5 C12.pdf, 19 psl.
9.3	Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius su akumuliatoriumi, valdomas sensoriniu sistemos valdymo pultu, tvirtinamas prie stalo ir išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose	1. EKG,	Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius su akumuliatoriumi, valdomas sensoriniu sistemos valdymo pultu, tvirtinamas prie stalo ir išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose 1. EKG X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 1, 8, 9, 15, 16 psl.
		2. AKS,	2. AKS X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.
		3. SpO2,	3. SpO2 X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.
		4. Temperatūra,	4. Temperatūra X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.
		5. Kvėpavimo dažnis,	5. Kvėpavimo dažnis X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.
		6. Invazinis kraujospūdis.	6. Invazinis kraujospūdis X3 TDS.pdf, 1 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 8 psl.

9.10	Reikalavimai gyvybinių funkcijų stebėjimo sistemos programinei įrangai ir funkcionalumams	1. EKG bangų formų,	1. EKG bangų formų Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
		2. Širdies susitraukimų dažnio,	2. Širdies susitraukimų dažnio Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
		3. Pulsoksimetrijos (SpO2),	3. Pulsoksimetrijos (SpO2) Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
		4. Kvėpavimo dažnio,	4. Kvėpavimo dažnio Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
		5. CO2 (EtCO2),	5. CO2 (EtCO2) Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
		6. Temperatūros,	6. Temperatūros Philips Hemo EN.pdf, 17 psl.
		7. Invazinių hemodinaminių matavimų (vožtuvų gradientai ir sritys,	7. Invazinių hemodinaminių matavimų (vožtuvų gradientai ir sritys 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.; Xper IM.pdf, 65, 69 psl.
		8. Minutinis širdies tūris,	8. Minutinis širdies tūris Philips Hemo EN.pdf, 51 psl.
		9. Šuntai bei invazinio ir neinvazinio kraujospūdžio matavimas ir registravimas,	9. Šuntai bei invazinio ir neinvazinio kraujospūdžio matavimas ir registravimas 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.; Xper IM.pdf 57, 68, 82 psl.
		10. Duomenys gali būti naudojami ataskaitų sudarymui.	10. Duomenys naudojami ataskaitų sudarymui. Philips Hemo EN.pdf, 8 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.; Xper IM.pdf 77 psl.
10	Reikalavimai vartotojo sąsajai operatoriaus patalpoje		
10.1	Reikalavimai angiografijos sistemos valdymo konsolei/kompiuteriui	1. Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys,	1. Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys Azurion IFU.pdf, 61, 425 psl.; Philips Hemo EN.pdf, 16 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
		2. Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas),	2. Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas) Azurion IFU.pdf, 161, 177 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.

		3. Būtina galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus paciento vaizdus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. Galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš VULSK PACS vaizdų archyvo (DICOM Storage SCP).	3. Galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus paciento vaizdus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. Galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš VULSK PACS vaizdų archyvo (DICOM Storage SCP). Azurion 5 C12.pdf, 12 psl.; Azurion IFU.pdf, 149 psl.; DICOM.pdf, 3 psl.
10.2	Reikalavimai monitoriams valdymo patalpoje	1. Kiekis - 2 vnt,	1. Kiekis - 2 vnt. Azurion 5 C12.pdf, 18 psl.
		2. Įstrižainė $\geq 24"$,	2. Įstrižainė 24" Azurion 5 C12.pdf, 18 psl.
		3. Skiriamoji geba ≥ 2 mln. taškų,	3. Skiriamoji geba 2 mln. Taškų Azurion 5 C12.pdf, 18 psl.
		4. Maksimalus ekrano skaistis ≥ 400 cd/m2.	4. Maksimalus ekrano skaistis 400 cd/m2; Azurion 5 C12.pdf, 18 psl.
10.3	DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas (arba lygiaverčiai)	CD/DVD ir USB įrašymo įrenginiai	DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas. CD/DVD ir USB įrašymo įrenginiai Azurion IFU.pdf, 183, 263 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
11	Reikalavimai duomenų ir vaizdo apdorojimo sistemai		
11.1	Vidinis archyvas rentgeno grafiniams vaizdams saugoti	≥ 50000 vaizdų	100000 vaizdų Azurion 5 C12.pdf, 17 psl.
11.2	Programinės ir aparatinės įrangos paketas procedūroms planuoti ir atlikti, kuomet 3D KT ir MRT kraujagyslių vaizdai suliejami su realaus laiko rentgeno vaizdu, kaip 3D žemėlapis „Roadmap“, įskaitant kraujagyslių segmentavimą ir svarbių anatominių zonų žymėjimą	Būtina	Programinės ir aparatinės įrangos paketas procedūroms planuoti ir atlikti, kuomet 3D KT ir MRT kraujagyslių vaizdai suliejami su realaus laiko rentgeno vaizdu, kaip 3D žemėlapis „Roadmap“, įskaitant kraujagyslių segmentavimą ir svarbių anatominių zonų žymėjimą VesselNavigator IFU.pdf, 7, 41 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
11.3	Programinės ir aparatinės įrangos paketas leidžiantis greitai atlikti širdies kraujagyslių rotacinę 3D angiografiją ir atlikti kraujagyslių patologijų analizę	Būtina	Programinės ir aparatinės įrangos paketas leidžiantis greitai atlikti širdies kraujagyslių rotacinę 3D angiografiją ir atlikti kraujagyslių patologijų analizę SmartCT_Product brochure.pdf, 5 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
11.4	3D žemėlapis „Roadmap“ su automatinio rekonstruoto trimačio vaizdo pozicionavimu pagal realaus laiko rentgeno vaizdą, priklausomai nuo arkos pozicijos, didinimo, SID	Būtina	3D žemėlapis „Roadmap“ su automatinio rekonstruoto trimačio vaizdo pozicionavimu pagal realaus laiko rentgeno vaizdą, priklausomai nuo arkos pozicijos, didinimo, SID SmartCT_Product brochure.pdf, 5 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.

11.5	Programa stento ir balionų vizualizavimui realaus laiko vaizde širdies kraujagyslių procedūroms, su automatinio stentų markerių aptikimu	Būtina	Programa stento ir balionų vizualizavimui realaus laiko vaizde širdies kraujagyslių procedūroms, su automatinio stentų markerių aptikimu StentBoost Live IFU.pdf, 6 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.
11.6	DSA žemėlapių naudojimas siekiant sumažinti kontrasto naudojimą ir rentgeno dozę kartu su kraujagyslių žemėlapiu.	Būtina	DSA žemėlapių naudojimas siekiant sumažinti kontrasto naudojimą ir rentgeno dozę kartu su kraujagyslių žemėlapiu. Azurion IFU.pdf, 132 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.
11.7	Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį.	Būtina	Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį. Azurion IFU.pdf, 397 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.
11.8	Kiekybinė širdies vainikinių arterijų matavimo, segmentavimo programinė įranga	Būtina	Kiekybinė širdies vainikinių arterijų matavimo, segmentavimo programinė įranga Azurion IFU.pdf, 195 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 2 psl.
11.14	DICOM sąsaja (arba lygiavertė)	1. DICOM Storage,	1. DICOM Storage; DICOM.pdf, 3 psl.
		2. DICOM Worklist,	2. DICOM Worklist; DICOM.pdf, 3 psl.
		3. DICOM Radiation Dose Structured Report.	3. DICOM Radiation Dose Structured Report; DICOM.pdf, 3 psl.
12	Reikalavimai programinei ir aparatūrinei intervencinių programų platformai kraujagyslių tyrimams	1. Optinės koherentinės tomografijos tyrimo programinė įranga su galimybe optinės koherentinės tomografijos tyrimo vaizdus sinchronizuoti su angiografijos vaizdais (koregistracija),	1. Optinės koherentinės tomografijos tyrimo programinė įranga su galimybe optinės koherentinės tomografijos tyrimo vaizdus sinchronizuoti su angiografijos vaizdais (koregistracija), OPTIS Integrated Next hardware_2024.pdf, 1 psl.; Ultreon IFU.pdf, 20 psl.; OKT Koregistracija.jpg; https://www.cardiovascular.abbott/int/en/hcp/products/percutaneous-coronary-intervention/intravascular-imaging/optis-imaging-systems/about.html
		2. Funkcinių tyrimų (frakcinio tūkmės rezervo ir jo nehipereminio analogo) matavimo programinė įranga,	2. Funkcinių tyrimų (frakcinio tūkmės rezervo ir jo nehipereminio analogo) matavimo programinė įranga Brochure AVVIGO+ PCIG Portfolio.pdf, 11 psl.

		3. Integruota skaitmeninė sistema, skirta intrakraujagyslinio ultragarso (IVUS) tyrimams atlikti, skirta kateteriams su darbinio dažniu ≥ 60 MHz,	3. Integruota skaitmeninė sistema, skirta intrakraujagyslinio ultragarso (IVUS) tyrimams atlikti, skirta kateteriams su darbinio dažniu 60 MHz Brochure AVVIGO+ PCIG Portfolio.pdf, 6 psl.
		4. Platformos valdymas sisteminiu sensoriniu valdymo ekranu operacinėje,	4. Platformos valdymas sisteminiu sensoriniu valdymo ekranu operacinėje Brochure AVVIGO+ PCIG Portfolio.pdf, 5 psl.; AVVIGO+ Installed and Cart screens.pdf, 2 psl.
		5. Vaizdų išvedimas į monitorius operacinėje ir pultinėje (komplekuojama su gamintojo rekomenduojamų parametrų monitoriu (-iais)).	5. Vaizdų išvedimas į monitorius operacinėje ir pultinėje (komplekuojama su gamintojo rekomenduojamų parametrų monitoriu (-iais)). AVVIGO+ Installed and Cart screens.pdf, 2 psl. 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
13	Reikalavimai automatiniam angiografiniam švirkštui		
13.1	Tvirtinamas prie stalo arba lubų	Būtina	Tvirtinamas prie stalo PDE operation manual.pdf, 23 psl.
13.2	Dvigubos talpos konstrukcija	≥ 150 ml kiekvienai talpai	Dvigubos talpos konstrukcija. 150 ml kiekvienai talpai PDE operation manual.pdf, 1, 19 psl.
13.3	Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje	Būtina	Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje PDE operation manual.pdf, 24, 82 psl.
14	Reikalavimai operaciniam šviestuvui tvirtinamam prie lubų arba lubinės konstrukcijos		
14.1	Apšvietimo stiprumas	≥ 70000 lux	70000 lux 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
14.2	Apšvietimo stiprumo reguliavimas	Būtina	Apšvietimo stiprumo reguliavimas Azurion Accessories.pdf, 16 psl.; 24MS819 Lithuania Philips Statement.pdf, 1 psl.
15	Reikalavimai apsaugos priemonėms		
15.1	Apsauginės širmos, užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens, tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse	Švino ekvivalentas $\geq 0,5$ mm Pb, kiekis ≥ 2 vnt. Apsaugą sudaro apatinė dalis (lanksti priekinė dalis, specialus bėgelis), kurios apsaugos plotis ≥ 79 cm, aukštis ≥ 59 cm, bei pridedamas apsaugos paaukštinimas, kurio plotis ≥ 49 cm o aukštis ≥ 19 cm (galima uždėti/nuimti).	Švino ekvivalentas 0,5 mm Pb, kiekis 2 vnt. Apsaugą sudaro apatinė dalis (lanksti priekinė dalis, specialus bėgelis), kurios apsaugos plotis 121 cm, aukštis 88.5 cm, bei pridedamas apsaugos paaukštinimas, kurio plotis 50 cm o aukštis 25 cm (galima uždėti/nuimti). MAVIG Product_Portfolio.pdf, 44 psl.

15.2	Švinuoto stiklo ekranas su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis	Švino ekvivalentas $\geq 0,5$ mm Pb, kiekis ≥ 1 vnt. Apsauginio ekrano plotis ≥ 70 cm ir aukštis ≥ 85 cm. Ekranas turi vieno kampo išpjovimą patogiam apsaugos pozicionavimui prie paciento. Apsauga komplektuojama ir su visais reikalingais elementais (lubine konstrukcija, prailginimai, rankena ir kt.), kad ekraną būtų galima naudoti iš abiejų stalo pusių). Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti švinuoto stiklo ekraną savo lėšomis.	Švino ekvivalentas 0,5 mm Pb, kiekis 1 vnt. Apsauginio ekrano plotis 78 cm ir aukštis 90 cm. Ekranas turi vieno kampo išpjovimą patogiam apsaugos pozicionavimui prie paciento. Apsauga komplektuojama ir su visais reikalingais elementais (lubine konstrukcija, prailginimai, rankena), kad ekraną būtų galima naudoti iš abiejų stalo pusių). Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti švinuoto stiklo ekraną savo lėšomis. MAVIG Product_Portfolio.pdf, 8, 12, 13 psl.; DMR208860_Rev02_Site_Planning_Room_Requirements_5_7_C12_saved.pdf, 7 psl.
15.3	Papildoma mobili apsaugos širma, skirta personalo apsaugai didesnės apšvitos procedūrų metu	1. Širma susideda iš dviejų $\geq 1,0$ mm švino ekvivalento ekranų, kuriuos galima sukinėti vienas kito atžvilgiu, sudarant reikiamą kampą, bei prie ekranų pritvirtintų $\geq 0,5$ mm švino ekvivalento užuolaidėlių, užtikrinančių širmos suderinamumą su ant paciento stalo tvirtinamomis kabinamomis apsaugomis,	1. Širma susideda iš dviejų 1,0 mm švino ekvivalento ekranų, kuriuos galima sukinėti vienas kito atžvilgiu, sudarant reikiamą kampą, bei prie ekranų pritvirtintų 0,5 mm švino ekvivalento užuolaidėlių, užtikrinančių širmos suderinamumą su ant paciento stalo tvirtinamomis kabinamomis apsaugomis. MAVIG Product_Portfolio.pdf, 51 psl.
		2. Širma mobili, su ratukais, yra galimybė statyti bet kurioje stalo pusėje,	2. Širma mobili, su ratukais, yra galimybė statyti bet kurioje stalo pusėje MAVIG Product_Portfolio.pdf, 51 psl.
		3. Kiekis - 1 vnt.	3. Kiekis - 1 vnt.
15.3	Individualios apsaugos priemonės gydytojams (-joms)	1. Komplekte su rentgeno aparatu turi būti pateikiama ne mažiau kaip 8 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš: liemenės, sijono ir apykaklės. Priemonių švino ekvivalentas: liemenės 0,35 - 0,50 mmPb, sijono ne mažiau kaip 0,25 mmPb, apykaklės 0,35 - 0,50 mmPb. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IIEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu,	1. Komplekte su rentgeno aparatu bus pateikiami 8 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš: liemenės, sijono ir apykaklės. Priemonių švino ekvivalentas: liemenės 0,35 mmPb, sijono 0,35 mmPb, apykaklės 0,35 mmPb. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiamas apsauginių priemonių katalogas "PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf", kuriame nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu. PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 5(8), 5(9), 6(10) 9(17), 11(20) psl.

		2. Apsaugos priemonių laikymo sistema skirta laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). Laikymo sistema su ratukais (iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdymo mechanizmu), bei metalinėmis pakabomis skirtomis laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius).	2. Apsaugos priemonių laikymo sistema skirta laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). Laikymo sistema su ratukais (iš kurių 2 su stabdymo mechanizmu), bei metalinėmis pakabomis skirtomis laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 14(27) psl.
15.4	Apsauginiai akiniai	1. Kiekis - 2 vnt, 2. Su korekciniais arba FIT OVER tipo lęšias (arba lygiaverčiais), 3. Akinių svoris ≤ 90 g, 4. Priekinė apsauga $\geq 0,75$ mmPb, 5. Šoninė apsauga $\geq 0,35$ mmPb, 6. Komplektuojama su dirželiu ir saugojimo dėžute, 7. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti akinių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai.	1. Kiekis - 2 vnt. 2. Su FIT OVER tipo lęšiais PROTECX EYEWEAR BROCHURE.pdf, 6 psl. 3. Akinių svoris 85 g PROTECX EYEWEAR BROCHURE.pdf, 6 psl. 4. Priekinė apsauga 0,75 mmPb PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 12(22) psl. 5. Šoninė apsauga 0,5 mmPb PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 12(22) psl. 6. Komplektuojama su dirželiu ir saugojimo dėžute Akiniai.jpg 7. Kartu su pasiūlymu pateikiamas akinių katalogas, kuriame nurodyti galimi užsakyti dydžiai. PROTECX EYEWEAR BROCHURE.pdf, 4 psl.
15.5	Organinio stiklo fantomas	1. Skirtas paciento kūno simuliacijai vertinant procedūros apšvitos dozes ir kitus parametrus, 2. Plokštelių dydis ne mažiau 30 x 30 cm, 3. Plokštelių storis ir kiekis: 5 cm (3 vnt.), 2 cm (2 vnt.), 1 cm (1 vnt.), 4. Kartu patiekiamas laikymo (transportavimo) dėžė su ratukais, 5. Kiekis - 1 vnt.	1. Skirtas paciento kūno simuliacijai vertinant procedūros apšvitos dozes ir kitus parametrus https://www.diagnomatic.com/devices/pro-rf-aec-pmma Pro-RF AEC PMMA.pdf, 1 psl. 2. Plokštelių dydis 30 x 30 cm https://www.diagnomatic.com/devices/pro-rf-aec-pmma Pro-RF AEC PMMA.pdf, 1 psl. 3. Plokštelių storis ir kiekis: 5 cm (3 vnt.), 2 cm (2 vnt.), 1 cm (1 vnt.). (Plokštelės gaminamos pagal užsakymą) https://www.diagnomatic.com/devices/pro-rf-aec-pmma Pro-RF AEC PMMA.pdf, 1 psl. 4. Kartu patiekiamas laikymo (transportavimo) dėžė su ratukais https://www.diagnomatic.com/devices/pro-rf-aec-pmma Transportavimo deze.png (žr. nuotrauką) 5. Kiekis - 1 vnt.

16	Reikalavimai nepertraukiamos el. srovės šaltiniui (UPS)	1. Užtikrina sistemos (įskaitant stalo, vaizdo sistemos, monitorių, bei visų kitų šioje techninėje specifikacijoje aprašytų prietaisų veikimą) veikimą skaitmeninės impulsinės rentgenoskopijos režimo veikimą ≥ 10 minučių dingus elektros tiekimui,	1. Užtikrina sistemos (įskaitant stalo, vaizdo sistemos, monitorių, bei visų kitų šioje techninėje specifikacijoje aprašytų prietaisų veikimą) veikimą skaitmeninės impulsinės rentgenoskopijos režimo veikimą 10 minučių dingus elektros tiekimui Saturn UPS.pdf, 1, 7 psl.; Upsera patvirtinimas.pdf, 1 psl.
		2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti neginčijamus įrodymus (gamintojo patvirtinimą, elektros sąnaudų skaičiavimus ar pan.), kurie patvirtintų atitiktį techninės specifikacijos 16.1 p. nustatytiems reikalavimams.	2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo patvirtinimą, kurie patvirtina atitiktį techninės specifikacijos 16.1 p. nustatytiems reikalavimams. Upsera patvirtinimas.pdf, 1 psl.; DMR167902_System_Planning_Data.pdf, 5 psl.
17	Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys	Būtina	Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys; Azurion 5 C12.pdf, 13 psl.
18	Sistemą sudaro	1. Angiografinė sistema (TS 2 - 7 p.) - 1 vnt,	1. Angiografinė sistema (TS 2 - 7 p.) - 1 vnt
		2. Angiografinis paciento stalas - 1 vnt,	2. Angiografinis paciento stalas - 1 vnt
		3. Vartotojo sąsaja tyrimų patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 9 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas,	3. Vartotojo sąsaja tyrimų patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 9 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas
		4. Vartotojo sąsaja operatoriaus patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 10 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas,	4. Vartotojo sąsaja operatoriaus patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 10 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas
		5. Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema (įskaitant lazerinį spausdintuvą, klaviatūrą, optinę pelę) - 1 vnt,	5. Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema (įskaitant lazerinį spausdintuvą, klaviatūrą, optinę pelę) - 1 vnt
		6. Automatinis angiografinis švirkštas - 1 vnt,	6. Automatinis angiografinis švirkštas - 1 vnt
		7. Operacinis šviestuvas tvirtinamas prie lubų arba lubinės konstrukcijos - 1 vnt,	7. Operacinis šviestuvas tvirtinamas prie lubinės konstrukcijos - 1 vnt,
		8. Apsaugos priemonės - 1 komplektas (komplektą sudaro 15 p. nurodytas apsaugos priemonių kiekis),	8. Apsaugos priemonės - 1 komplektas (komplektą sudaro 15 p. nurodytas apsaugos priemonių kiekis)
		9. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 1 vnt,	9. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 1 vnt
		10. Papildoma įranga: automatinė švirkštinė pompa (2 vnt.), pirmos pagalbos rinkinys su pusiau automatiniu defibriliatoriumi (1 vnt.) - 1 komplektas,	10. Papildoma įranga: automatinė švirkštinė pompa (2 vnt.), pirmos pagalbos rinkinys su pusiau automatiniu defibriliatoriumi (1 vnt.) - 1 komplektas
		11. Įranga dvipusiam paciento-operatoriaus akustiniui ryšiui - 1 vnt.	11. Įranga dvipusiam paciento-operatoriaus akustiniui ryšiui - 1 vnt.

19	Kiti reikalavimai		
19.1	Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 „Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus	Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (<i>būtinąs tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą</i>)	Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas, sumontavęs ir suderinęs įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. Tiekėjo patvirtinimas.pdf
19.2	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams	Būtina (<i>būtinąs tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams</i>)	Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. Tiekėjo patvirtinimas.pdf
19.3	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams	Būtina (<i>būtinąs tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams</i>)	Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. Tiekėjo patvirtinimas.pdf
19.4	Siūlomos angiografinės sistemos instaliavimas,	Visi instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai	Visi instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei

montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Įranga bus instaliuojama D1.3 patalpoje (pridedamas patalpų planas)	paruošimą bei jo ekspertizę ir patalpų paruošimo (įskaitant lubų, apšvietimo, ventiliacijos ir kt. operacinėje esančių konstrukcinių elementų) eksploatacijai kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Kaštai turi apimti ir darbus, kurie bus numatyti radiacinės saugos projekte.	jo ekspertizę ir patalpų paruošimo (įskaitant lubų, apšvietimo, ventiliacijos ir kt. operacinėje esančių konstrukcinių elementų) eksploatacijai kaštai įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Kaštai apima ir darbus, kurie bus numatyti radiacinės saugos projekte. Tiekėjo patvirtinimas.pdf
--	--	---

Techniniai funkcionalumai

Eil. Nr.	Pranašumas	Siūlomas techninis funkcionalumas	Yra / Nėra arba parametro reikšmė
1	T1	Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo technologija papildoma standartiškai gamintojų naudojamoms, tokioms kaip „CARE+CLEAR“, „DoseWise“, „DoseRite“ leidžianti mažinti dozę ne mažiau kaip 50% lyginant su sistema be jos ir išsaugant lygiavertę vaizdo diagnostinę kokybę. Efektyvumas turi būti įrodytas ne mažiau kaip 3-juose nepriklausomuose klinikiniuose tyrimuose, publikuotuose ne anksčiau kaip 2015 m. Turi veikti automatiškai realiuoju laiku, leidžia šalinti vaizdo triukšmus bei artefaktus nuo judančių ir stacionarių objektų, eliminuojant atsitiktinius paciento ar stalo judesius. Dozės mažinimo sistema turi veikti nepriklausomai nuo kolimavimo, aktyvaus detektoriaus lauko, ar vamzdžio atstumo iki detektoriaus (SID)	Yra
2	T2	Optinės koherentinės tomografijos tyrimo (OKT) programinė įranga realiuoju laiku sinchronizuojanti angiografinius ir OKT vaizdus (koregistracija)	Yra
3	T3	Integruota didelės raiškos (HD intrakraujagyslinio ultragarso tyrimams (IVUS) skirta programinė įranga	Yra
4	T4	C tipo arkos gylis, cm	105
5	T5	Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis, bitai	16
6	T6	Vaizdo jutiklio elemento atstumo žingsnis (pitch), µm	154
7	T7	Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa, MHU	6,4
8	T8	Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas, MHU/min	1.75
9	T9	Maksimali rentgeno vamzdžio srovė atliekant fluoroskopiją, mA	200
10	T10	Angiografinio paciento stalo išilginis paciento padengimas rentgeno lauku, cm	224,5

Garantinis laikotarpis

Prekės garantinis laikotarpis	Garantinis terminas	Terminas
Siūlomas kompiuterinės tomografijos sistemos garantinis laikotarpis*	5	metai
<p>* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;		

Gavėjo vardu:

Generalinis direktorius
Tomas Jovaiša

Tiekėjo vardu:

Direktorius
Mindaugas Daugėla

(Prekių perdavimo–priėmimo akto forma)
Prekių priėmimo–perdavimo aktas

[Akto sudarymo vieta ir data]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 188603472, registruotos Vilniuje, Vilniaus g. 33, LT-01506, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Pirkėjas**) įgaliota **Viešoji įstaiga** *[pavadinimas]*, juridinio asmens kodas *[kodas]*, kurios registruota buveinė yra *[miestas, adresas]*, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[vardas, pavardė, pareigos]*, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – **Gavėjas**), ir *[teisinė forma, pavadinimas]*, juridinio asmens kodas *[kodas]*, kurio registruota buveinė yra *[miestas, adresas]*, veiklos buveinė *[miestas, adresas]* *[pildoma, jei nesutampa su registruota buveine]*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[vardas, pavardė, pareigos]*, veikiančio (-ios) pagal *[dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo]* (toliau – **Tiekėjas**)

remiantis *[Sutarties sudarymo data]* sudaryta viešojo pirkimo–pardavimo sutartimi *[Sutarties numeris]*, sudarė šį Prekių perdavimo–priėmimo aktą:

1. Prekės pristatytos *[data]*.
2. **Tiekėjas** perduoda **Gavėjui** Prekes *[prekių pavadinimas, modelis, gamintojas, mato vnt., kiekis, kaina, bendra suma]*, o **Gavėjas** šias Prekes priima:

- ☐ Prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje
- ☐ Prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje (pakuotės pažeidimai užfiksuoti fonuotrukose, kurios pridėtos prie šio priėmimo-perdavimo akto)

Pateikti dokumentai:

- ☐ Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
- ☐ Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
- ☐ Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus.
- ☐ Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
- ☐ Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.

Gavėjo vardu priėmė:

[vardas, pavardė, parašas]
A.V.

Tiekėjo vardu perdavė:

[vardas, pavardė, parašas]
A.V.

(Prekių instaliavimo akto forma)
Prekių instaliavimo ir patikrinimo aktas

[Akto sudarymo vieta ir data]

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 188603472, registruotos Vilniuje, Vilniaus g. 33, LT-01506, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Pirkėjas**) įgaliota **Viešoji įstaiga** *[pavadinimas]*, juridinio asmens kodas *[kodas]*, kurios registruota buveinė yra *[miestas, adresas]*, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[vardas, pavardė, pareigos, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – Gavėjas),*

ir *[teisinė forma, pavadinimas]*, juridinio asmens kodas *[kodas]*, kurio registruota buveinė yra *[miestas, adresas]*, veiklos buveinė *[miestas, adresas]* *[pildoma, jei nesutampa su registruota buveine]*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[vardas, pavardė, pareigos]*, veikiančio (-ios) pagal *[dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo]* (toliau – **Tiekėjas**)

remiantis *[Sutarties sudarymo data]* sudaryta viešojo pirkimo–pardavimo sutartimi *[Sutarties numeris]*, sudarė šį Prekių instaliavimo ir patikrinimo aktą:

1. Prekės pagal *[sutarties sudarymo data]* sudarytos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties *[sutarties numeris]* sąlygas:

- ☐ Atitinka techninės specifikacijos reikalavimus
- ☐ Atitinka ekonominio naudingumo vertinimo tvarkoje kartu su pasiūlymu deklaruotus techninius pranašumus (jei tiekėjas buvo gavęs papildomus balus už techninius pranašumus)
- ☐ Instaliuota (sumontuota pristatyta techninė įranga kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegta sisteminė programinė įranga, specializuota operacinė sistema)
- ☐ Paruoštas projektas radiacinei saugai bei atlikta jo ekspertizė
- ☐ Paruoštas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“
- ☐ Apmokytas personalas (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantys dokumentai)

2. Gavėjas patvirtina, jog:

- ☐ Prekės funkcionuoja tinkamai
- ☐ Prekės funkcionuoja netinkamai (Gavėjas surašo defektinį aktą, kuriame fiksuojami Prekės trūkumai/defektai bei nustatomas terminas defektams/trūkumams ištaisyti)

3. Už tinkamai instaliuotas ir funkcionuojančias Prekes **Pirkėjas** įsipareigoja sumokėti **Tiekėjui** *[suma skaičiais ir žodžiais]* eurų Šalių ir Gavėjo sudarytoje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

Gavėjo vardu priėmė:

[vardas, pavardė, parašas]
A.V.

Tiekėjo vardu perdavė:

[vardas, pavardė, parašas]
A.V.

prie 20.... m. d. Prekių viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Specialiųjų sąlygų Nr.

(Sutarties įvykdymo garantijos pavyzdinė forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. _____

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

Juridinio asmens kodas 188603472

Buveinės adresas Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

20.... m. ._____ d.

(sudarymo vieta)

Klientas, (*kliento pavadinimas, įmonės kodas adresas*), pranešė, kad 20__ m. _____ d. sudarė sutartį Nr. _____ su **Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Garantijos gavėjas)** ir [*projekto vykdytojo pavadinimas*] dėl [*investicijų projekto pavadinimas*] *prekių pirkimo.*

(*Banko pavadinimas*), atstovaujamas (*banko filialo pavadinimas*) filialo, (*adresas*) (toliau – Garantantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip (*suma skaičiais*), (*suma žodžiais, valiutos pavadinimas*), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____ patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (*sutarties data*) sutarties Nr. _____ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu (*garantijos išdavimo data*).

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki (*garantijos galiojimo data*).

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo);

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

_____ filialas

(Garanto pavadinimas)

A.V.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

prie 20.... m. d. Prekių viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Specialiųjų sąlygų Nr.

(Sutarties įvykdymo laidavimo rašto pavyzdinė forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS

(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO DRAUDIMO LIUDIJIMU (POLISU))

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. *(įrašykite draudimo sutarties numerį)*.

Šiuo laidavimo raštu klientas *(įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą)* ir Laiduotojas *(įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą)*, (toliau vadinamas – Laiduotoju), neatšaukiamai įsipareigoja **Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai** (toliau – Perkančioji organizacija) *(įrašykite laidavimo sumą skaičiais)* *(įrašykite sumą žodžiais)* suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI klientas pagal sutartį su Perkančiąja organizacija ir įgaliotąja organizacija [*projekto vykdytojo pavadinimas*], įsipareigojo parduoti [*investicijų projekto pavadinimas*] prekes Perkančiajai organizacijai,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų, Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios sutarties sąlygos buvo nevykdomos.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki (*metai*), (*mėnuo*), (*diena*). Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Reikalavimas sumokėti Perkančiosios organizacijos turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

7 priedas
prie 20.... m. d. Prekių viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Specialiųjų sąlygų Nr.

PASIŪLYMAS