

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS PRIE SISTEMŲ "Smart Vent" ir "Sunchip 2 HIPEC" (Nr. 9797)

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklিনimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ([pdf formatu](#)). Prekių katalogas ir aprašymas gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išdėsti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabrėžiant) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra: *nuoroda turi būti į konkrečią prekę*), kuriame perkantčiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (*nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose*). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

* Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai 36 mėn.	PLANUOJAMA, Eur			Fizinis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge	SIŪLOMA, Eur				Siūloma parametro reikšmė (<i>*Pašal. dokumento pavadinimas ir puslapis Nr., pažymintus vieta, kurioje yra siūloma techninius parametrus patvirtinančios dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti fiksuoti į konkrečią prekę</i>)
					PVM tarifas %	Max pirkimo kaina Eur be PVM	Max pirkimo kaina Eur su PVM		Vnt. įkainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM	
1	Vienkartinis kvėpavimo konfigūracijos pacientui, kvėpuojant radioaerozoliu	Vienkartinis kvėpavimo konfigūracijos pacientui, suderinamas su VUL SK turima radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent".	vnt.	800	5	43 200,00	45 360,00	Patient circuit (paciento jungtis), Diagnostic Imaging Ltd, SV-C1	54,00	5	43 200,00	45 360,00	Vienkartiniai kvėpavimo konfigūracijos pacientui, suderinami su radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent". Naudotojo instrukcija.pdf 7 psl.
2	Generatoriaus jungtis	Keičiama karta per parą, suderinama su VUL SK turima radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent".	vnt.	50	5	450,00	472,50	Generator circuit (generatoriaus jungtis), Diagnostic Imaging Ltd, SV-GC (2036071)	9,00	5	450,00	472,50	Jungtis suderinama su radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent". Naudotojo instrukcija.pdf 7 psl.
3	Nosies spausdukas, tinkantys naudoti plančių ventilacijos skintigrafijos tyrimui	Vienkartinis nosies spausdukai, tinkantys užspausti nosį pacientui, kvėpavimo radioaerozoliu metu.	vnt.	800	5	2 720,00	2 856,00	Nose clip (nosies spausdukas) psl. Diagnostic Imaging Ltd, SV-NC (1435000)	3,40	5	2 720,00	2 856,00	Vienkartiniai nosies spausdukai, tinkantys užspausti nosį pacientui, kvėpavimo radioaerozoliu metu. Naudotojo instrukcija.pdf 6 psl. Diagnostic Imaging Ltd, SV-NC (1435000)