

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklিনimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiskai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodykleimis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti tiekiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui.
5. \* Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

[illegible]

|    |  |   |      |       |  |      |           |   |          |           |  |   |          |          |            |
|----|--|---|------|-------|--|------|-----------|---|----------|-----------|--|---|----------|----------|------------|
| 16 | Adata periferinių nervų/ nervinių rezginių blokada Nr. 1 | Sterili, echogeniška, stimuliuojanti, 4,9-5,0 ir 9,8-10,0 cm. ilgio ( pagal poreikį ), 20 ir 22G storio ( pagal poreikį ), su stimulatoriaus jungimo laidu, su ilginimo vamzdeliu vaistų injekcijai, adatos nuopjovos kampas ne mažiau 28 laipsnių. | Vnt. | 1 000 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Stimuplex Ultra 360, kodai pagal dydį | 7,10 | 7 100,00  | 5 | 355,00   | 7 455,00  | Sterili, echogeniška, stimuliuojanti, 5,0 ir 10,0 cm. ilgio, 20 ir 22G storio, su stimulatoriaus jungimo laidu, su ilginimo vamzdeliu vaistų injekcijai, adatos nuopjovos kampas 30 laipsnių. Katalogas p.d. 16,17, 30, 35 | 5 | 7200,00  | 7560,00  | 33141320-9 |
| 17 | Adata periferinių nervų/ nervinių rezginių blokada Nr. 2 | Sterili, echogeniška, 4,9-5,0 ir 9,8-10,0 cm. ilgio ( pagal poreikį ), 20 ir 22G storio ( pagal poreikį ), su prailginimo vamzdeliu vaistų injekcijai, adatos nuopjovos kampas ne mažiau 28 laipsnių.   | Vnt. | 6 000 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Ultrplex, kodai pagal                 | 6,35 | 38 100,00 | 5 | 1 905,00 | 40 005,00 | Sterili, echogeniška, 5,0 ir 10,0 cm. ilgio, 20 ir 22G storio, su ilginimo vamzdeliu vaistų injekcijai, adatos nuopjovos kampas 30 laipsnių. Katalogas p.d. 16,17, 30, 35  | 5 | 38400,00 | 40320,00 | 33141320-9 |

