

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų  
HIPERBARINĖS DEGUONIES TERAPIJOS KAMEROS PIRKIMO (PIRKIMO NUMERIS  
743566/255652)  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJAI**

**DĖL PATEIKTO PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO**

2025 m. kovo 12 d.

(Data)

Kaunas

Atsakydami į jūsų 2025 m. kovo 10 d. raštą, pateiktą CVP IS priemonėmis paaiškiname:

1. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija nutarė savo posėdyje dėl hiperbarinės deguonies terapijos kameros pirkimo paprašyti UAB „Alfameda“ ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo išsiuntimo dienos CVP IS priemonėmis paaiškinti pateiktą pasiūlymą, pateikti techninę specifikaciją (4 priedą), joje tiksliai nurodant 2.11 punkto reikšmę, kaip yra nurodyta kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose.

1. *Atsakymas.* UAB „Alfameda“ paaiškina, jog pagal 4 priedo (Techninė specifikacija) 2.11 punktą Perkančiosios organizacijos nurodyta reikalaujamo parametro reikšmė yra: „Integruotos įsiskverbimo angos (*angl. port*) skysčiams, dujoms ir kabeliams  $\geq 4$ “. Gamintojo informacinėje medžiagoje, kurią pateikė pirkimui UAB „Alfameda“: Baroks\_O2\_Mono\_2024.pdf – 6 psl. kameros dalių lentelėje 6 eilutėje, pažymėtoje 2.11 punkto žyma yra nurodyta „Nozles (ports) up to 8 ports for liquids, gas, cables“ (vertimas į lietuvių k.: Iki 8 vnt. angų į kamerą skysčiams, dujoms, kabeliams). Šioje pateiktoje gamintojo informacinėje medžiagoje rašoma, jog gamintojas gali instaliuoti *iki 8 vnt.* saugių į kamerą įsiskverbimo angų. Kadangi techninėje specifikacijoje yra reikalaujama, kad būtų ne mažiau kaip 4 angos, tai ir pasiūlymo techniniuose reikalavimų atitikimuose buvo nurodytos 4 angos, kurios ir būtų gaminyje įdiegtos, jei UAB „Alfameda“ laimėtų konkursą.

2. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija nutarė savo posėdyje dėl hiperbarinės deguonies terapijos kameros pirkimo paprašyti UAB „Alfameda“ ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo išsiuntimo dienos CVP IS priemonėmis paaiškinti pateiktą pasiūlymą, pateikti techninę specifikaciją (4 priedą), joje tiksliai nurodant ar derinimo/kalibravimo instrukcijos (techninės specifikacijos 11.2.i punkto reikalavimas) bei programinė įranga, serviso slaptazodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti

UAB „ALFAMEDA“  
R. Kalantos g. 34,  
LT-52494,  
Kaunas

Tel.: 8 37 427 500  
Faks: 8 37 427 500  
Mob. 8 611 17091  
E-mail: info@alfameda.lt

A/s LT684010042502916057  
Banko kodas 40100  
Įmonės kodas: 235224120  
PVM mok. kodas: LT352241219

(techninės specifikacijos 11.2.j punkto reikalavimas) yra numatyti ar nenumatyti siūlomos įrangos gamintojo ir bus ar nebus pateikti kartu su įranga.

2. *Atsakymas.* UAB „Alfameda“ patikslina 11.2.i ir 11.2.j punktus ir per naują pateikia patikslintą techninę specifikaciją, kaip ir yra prašoma perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos:

Kartu su įranga bus pateikiama dokumentacija, nes ji numatyta siūlomos įrangos gamintojo:

- i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos;
- j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti.

Direktorius  
Ričardas Nizevičius

