T E C H N I N Ė S P E C I F I K A C I J A
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI, RINKINIAI OPERACIJOMS (Nr. 10122)

1. Prekių kokybė, lyginamieji, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEB ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Patiekti kartu su pasiūlymu tai įrodantiems dokumentams.
2. Visoms naudojoms kondicionėms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių paradiniamams taikoma „arba lygiavertis".
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomą prekių atitikimą keliojkiės ir techniniams reikalavimams**, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomą prekę techninių charakteristikų aprašymas (ši gamintojo katalogo naikcamas atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti, ir, naudojimo nuosavu – naugoti arti, ir nurodyti nuorodinius, kiur pateiktoji kodiegoi/ies teikiama dokumentai vietas, kur aprašomos reikalaujamos techninės charakteristikos reikiamos. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas (gamintojo interneto tinklalapį (ji teks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamos dizainuotos automatiškuma (nuorodos turi būti paraštyto pateikiamosose katalogusose ar aprašymuose). Kit gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankamai ir punktuma informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo katalogo, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pak. dalies Nr.	BPVŽ kodas	Pirkimo dalies pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Preliminaru kiekis 24 mėnesiams	PLANUOJAMA Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM	PVM M tarifa	Maksimali suma Eur be PVM	Maksimali suma Eur su PVM	Firmos pirkinonių pavadinimas, gamintojas, prekenosis kodas gamintojo katalogo*	SIŪLOMA Vienetinis įkainis EUR su PVM	PVM dydis, %	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM	Siūlomo parametro reikšmė (Žyma, dokumentas įrodantiems ir puslapio Nr., pažymėtoje vietoj, kuriuje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai; nuoroda į gamintojo internetio tinklalapį (jei teks yra), nuoroda turi būti tikoti (konkreočią prekę))
1	33141000-0	Valvolotomas Nr.1	Valvolotomas. Vienkartinis, sterilus, išorė padengta hidrofilinu danga, vidus - silikoninė danga. Galio žymos kas 10 cm, žalios saugomo žymos 40 mm, 33 mm ir 22 mm nuo ašmeną, kanalas tiąsiejai. Valvolotomas kateri atmenys negalimajai automatiškai nuo 1,5 mm iki 6 mm. ardhesomed.mea.lowsiversalis.eindrilla. aurelia.mamd.ant.mesculiko. Pharbria.flata.66.00ivo.	vnt.	5,00	1600,00	5	8 000,00	9 400,00		0,00		0,00	
2	33141000-0	Rinkinys švarčios tūrinėms filtosiai: Injuresolopinis bldu	Rinkinį sudaro kilpai, aplikatorius ir švirkštas. Kilpas sterilis, skysti, simetrinis, pagamintì iš n-butyl-2-cyanoakrylato. Tūris 0,5 ml. Aplikatorius vienkartinis, sterilus su skaidriu galiniu ir plastikine stumdoma mova. Švirkštas sterilus 2 ml tūrio.	rink.	20,00	105,00	5	2 100,00	2 205,00	Histoacryl Laplīs, B.Braun Surgical S.A., 1052008	105,00	5	2 100,00	2 205,00	Rinkinį sudaro kilpai, aplikatorius ir švirkštas. Kilpai sterilis, skysti, simetrinis, pagamintì iš n-butyl-2-cyanoakrylato. Tūris 0,5 ml. Aplikatorius vienkartinis, sterilus su skaidriu galiniu ir plastikine stumdoma mova. Švirkštas sterilus 2 ml tūrio. (Žr.p.d. Histoacryl® Laplīs Technical file, 2 p.d Histoacryl Laplīs bulletins)
3	33141000-0	Viela kilpoms tonzilių šalintinai	Viela kilpoms, diametras 0,39-0,41mm, darbui su turinu "Karl Storz" instrumentu	m	200,00	1,30	21	260,00	314,60		0,000		0,00		
4	33141000-0	Vidinės nosies jvarsta	Vidinės nosies jvarsta, vienkartinis, sterilus, nepatvirtintas, dydis 39-41mm x 24-26mm, storis 0,39-0,21mm. Komplektas 2 vnt.	komplt	2000,00	7,20	5	14 400,00	15 120,00		0,00		0,00		
5	39518200-9	Rinkinys korsoarinėms chirurgijos operacijoms	Rinkinys nepakeistas vienarne steriliame gamyklinėame plastiko gaubavine. Įpakavime viduje turi būti jdėta riekinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti riekinio sudėtis ketverioj/anglų kalba, sterilizmo kontrolės simonas (ne mažiau 2 lipdukų ar pakoetis sterilizmo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atskiljoti ir gaištarbe juos jkijoti) ligoniso sterilizmo kontrolės dokumentinė). Steril pakoeti turi atpažinimo kampę fyrsijimas ir atidaromi plyšio par pakuotės sujungimo vietas. Aut riekinio turi būti lipdukas-eudyklė, nurodantì išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi plikogramas, kurios nurodo teisingą apklotо išlankstymo kryptį paciento atžvilgis. Lipnios apklotо dalys yra padengtos neakrgeniuojančiais kilpais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų juostų, fksuojant prie paciento odos. Lipnios apklotо dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, odiposios taipsuoryje kraujo ar ašrokčio, nepakeičiant apklotо. Sudėtyje esteri būti latekso. Pakoeti turi būti ženklinta atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Riekinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Patiekti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui PO paprašius per 5 darbo dienas turės būti pateikti sterilio riekinio pavyzdžiai, su mažiau 2 vnt. **Riekinio sudėtis: 1.** Sustiprintas apklotas instrumentiniuo etuhkiai 150 x 190 cm x 5 cm, skylės suginimo zona 75 x150 cm. x 5 cm – 1 vnt. 2. Kelinės apklotas T formos 200/300 x 330 cm x 5 cm, su lipnia juosta 32 x 40 cm x 3 cm kelinės plota, dengta incizine plėvele. Padidintos skylės suginimo zonos dydis su mažiau 50 x 140 cm. Apklotо integruoti laidų ir vamzdelių laikiklai, dvi skaidrios kišenės apklotо šonuose 28 x 70 cm x 3 cm, skirtos instrumentams. Pagamintas iš ne mažiau kaip 2 sluoksnių medžiagos: viršutinis ir nesantinis vidurinis medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m², apatinis iš polietilino plėvelės, ne plonesnis nei 40 µm. Padidintos skylės suginimo zona ir nesantinis vidurinis, poliesterio medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m2. Anparamas skysčių įsiskverbimui ne mažiau nuga 150 cm HsO. Kiekvieną dalelių dikiaiła ne dangiau kaip 3.0 Logs (pilką ak.) -1 vnt. 3. Apklotas 200 x200 cm x 5 cm, su U formos plyšiu 20 cm x2cm + 100 cm x 5 cm ir taipsvieto ištiesijos "Schnittmix" su tamprioms gumelėms, tvirtinamos integruotu lipnia kraštu. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis ir nesantinis vidurinis medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 23 g/m², viduriniu iš polietilino plėvelės, ne plonesnis nei 40 µm, apatinis apsaugotas iš nesantinės polipropilino medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m². Taptyvietis dalis pagamintas iš ne mažiau 2 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš nesantinės vidurinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m², apatinis iš polietilino plėvelės, ne plonesnis nei 40 µm. Anparamas skysčių įsiskverbimui ne mažiau nuga 150 cm HsO. Kiekvieną dalelių dikiaiła ne dangiau kaip 3.0 Logs (pilką ak.) - 1 vnt. 4. Mayo stalo apklotas 80 x 145 cm x 5cm, absorbuojantì zona 65 x 85 cm x2 cm – 1 vnt. **5.** Chirurgijos padėtinos apsaugos chalatas, XL-L dydžio, ilgis 145 cm x 5 cm, kelinės plota (priekio sinarinasioje dalyje) 60 cm x3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 59 cm x 3 cm. Neišlankstytas chalatas mutomoj vietoje turi antpaudą nurodantį dydį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kaistis ir dešinės pusės), tarpsuoryje fksuotus diržo kortelė. Išorinisi diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimą. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susiuogu lipnia „velcro" tipo juostele ne mažiau 10 cm ilgio, rankovės su elastinėmis rankogaliais gerai prigludančiais prie rieko ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš nesantinės vidurinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 68 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Absorbuojantì zona priekyje 100 cm x 5cm ilgio. Kiekvieną dalelių dikiaiła ne dangiau kaip 4.0 Logs (pilką ak.). Anparamas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 150 cm HsO- 2 vnt. **6.** Chirurgijos standartinės apsaugos chalatas, L-L dydžio, ilgis 130 cm x 5 cm , kelinės plota (priekio sinarinasioje dalyje) 55 cm x3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 56 cm x 3 cm. Neišlankstytas chalatas mutomoj vietoje turi antpaudą nurodantį dydį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kaistis ir dešinės pusės), tarpsuoryje fksuotus diržo kortelė. Išorinisi diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimą. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susiuogu lipnia „velcro" tipo juostele ne mažiau 10 cm ilgio, rankovės su elastinėmis rankogaliais gerai prigludančiais prie rieko ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš nesantinės vidurinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 68 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kiekvieną dalelių dikiaiła ne dangiau kaip 4.0 Logs (pilką ak.). Anparamas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 150 cm HsO- 2 vnt. **7.** Apklotas ligoniui kraštinis 75 x 75 cm x 2 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš nesantinės vidurinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 23 g/m², viduriniu iš polietilino plėvelės, ne plonesnis nei 40 µm, apatinis apsaugotas iš nesantinės polipropilino medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m². Anparamas skysčių įsiskverbimui ne mažiau nuga 150 cm HsO, kiekvieną dalelių dikiaiła ne dangiau kaip 3.0 Logs (pilką ak.) – 2 vnt. **8.** Mažas kanturnai ir dantenėjai ligoniyo kraštinisi lipnia kraštu, dvigų dalių 40 x 35 cm x 2 cm - 1vnt. **9.** Pilų apdengtąjė 35 x 30 cm x 2 cm (pora). Pagamintì iš nesantinės vidurinės medžiagos, nepermatomų, bato formos, sulankstytų taip, kad būtų saugu užmauti, suplaukiančiam sterilinės laidos. Turi po lipnią juostelę apdengtąjė tvirtinimui - 2 vnt. **10.** Lipnì juosta 9 cm x 50 cm x 2 cm - 2 vnt. **11.** Nuasmtiné skara 10 x 20 cm x 2 cm , 8 sluoksnių, su rentgenokontrastinia siūla - 10 vnt. **12.** Sterilio antgalis Yankauer tipo, laidinis, apvalio Bulb tipo galiukio, 22CH, 28 cm ilgio - 1 vnt. 13. Sterbinio vamzdelis 30 CH diametro, 300 cm ilgio - 1vnt. **14.** Indas inkstos formos, pagamintas iš skaidrios plastiko, su mažiau 800 ml talpos - 1vnt. **15.** Ašinės komtiniės 20-iai adatų su skaidžiu maišeliu, magnetinis ir pelėdiojamos putų pavirštinni - 1 vnt. **16.** Marlinės skaros 10 x 20 cm, 24 sluoksnių, su rentgenokontrastinia siūla - 10 vnt. 17. Apklotas instrumentiniuo etuhkiai 150 x 240 cm x 5 cm,	vnt.	100,00	240,000	5	24 000,00	25 200,00		0,00		0,00	
6	39518200-9	Laparoskopinė ginekologinė-onkologinė rinkinys	Rinkinys nepakeistas vienarne steriliame gamyklinėame plastiko gaubavine. Įpakavime viduje turi būti jdėta riekinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti riekinio sudėtis ketverioj/anglų kalba, sterilizmo kontrolės simonas (ne mažiau 2 lipdukų ar pakoetis sterilizmo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atskiljoti ir gaištarbe juos jkijoti) ligoniso sterilizmo kontrolės dokumentinė). Steril pakoeti turi atpažinimo kampę fyrsijimas ir atidaromi plyšio par pakuotės sujungimo vietas. Aut riekinio turi būti lipdukas-eudyklė, nurodantì išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi plikogramas, kurios nurodo teisingą apklotо išlankstymo kryptį paciento atžvilgis. Lipnios apklotо dalys yra padengtos neakrgeniuojančiais kilpais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų juostų, fksuojant prie paciento odos. Lipnios apklotо dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, odiposios taipsuoryje kraujo ar ašrokčio, nepakeičiant apklotо. Sudėtyje esteri būti latekso. Pakoeti turi būti ženklinta atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Riekinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Patiekti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui PO paprašius per 5 darbo dienas turės būti pateikti sterilio riekinio pavyzdžiai, su mažiau 2 vnt. Riekinio sudėtis: **1)** Laparoskopinis apklotas 300/200/300 x 175 cm x10 cm, su integruotais apvalkalais kojoms ir permatoma anostezijos dėžnei. Turi lipnią drėkomiuliną angą 54x35 cm x1 cm ir lipnią perineuliną angą su siūlenginiu 10x13 cm x1 cm. Apklotо absorbuojantì zona, kuriose dydis ne mažesnis nei 50x60 cm. Apklotо turi būti integruoti ne mažiau 2 vnt. laidų bei vamzdelių laikiklius. Pagamintas iš ne mažiau kaip 2 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš nesantinės vidurinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m², apatinis iš polietilino plėvelės, ne plonesnis nei 40 µm. Padidintos skylės suginimo zona iš nesantinės vidurinės, poliesterio medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 50 g/m². Anparamas skysčių įsiskverbimui ne mažiau nuga 150 cm HsO, kiekvieną dalelių dikiaiła ne dangiau kaip 3.0 Logs (pilką ak.) - 1 vnt. **2)** Sustiprintas instrumentiniuo etuhkiai apklotas 150 x 190cm x 10cm, skirtas riekinio supakavimui - 1 vnt. **3)** Instrumentiniuo etuhkiai apklotas 100 x 150cm x5cm, absorbuojantì dalis ne mažesni nei 70 x 150 cm - 1 vnt. **4)** Apklotas po sėdmuoniais 75x100 cm x5 cm - 1 vnt. **5)** Standartinės apsaugos chirurgijai chalatas XL-L dydžio, ilgis 145 cm x 5 cm, kelinės plota (priekio sinarinasioje dalyje) 75 cm x3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 65 cm x3 cm. Neišlankstytas chalatas mutomoj vietoje turi du antpaudus nurodantiems dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kaistis ir dešinės pusės), tarpsuoryje fksuotus diržo kortelė. Išorinisi diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimą. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susiuogu lipnia „velcro" tipo juostele ne mažiau 10 cm ilgio, rankovės su elastinėmis rankogaliais gerai prigludančiais prie rieko ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš nesantinės vidurinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 68 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kiekvieną dalelių dikiaiła ne dangiau kaip 4.0 Logs (pilką ak.). Anparamas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 150 cm HsO - 3 vnt. **6)** Chirurgijos standartinės apsaugos chalatas, L-L dydžio, ilgis 130 cm x 5 cm , kelinės plota (priekio sinarinasioje dalyje) 55 cm x3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 56 cm x 3 cm. Neišlankstytas chalatas mutomoj vietoje turi antpaudą nurodantį dydį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kaistis ir dešinės pusės), tarpsuoryje fksuotus diržo kortelė. Išorinisi diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimą. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susiuogu lipnia „velcro" tipo juostele ne mažiau 10 cm ilgio, rankovės su elastinėmis rankogaliais gerai prigludančiais prie rieko ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš nesantinės vidurinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 68 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kiekvieną dalelių dikiaiła ne dangiau kaip 4.0 Logs (pilką ak.). Anparamas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 150 cm HsO - 3 vnt. **7)** Sterilios nutrinkimo maišas tikrumpio formos 50 x 50 cm x 5cm, lipnia kraštu, su filtru bei tikslinio angą, pagamintas iš skaidrios polietilino plėvelės - 1 vnt. **8)** Mažas kanturnai ir dantenėjai 40 x 35 cm -2cm, vienos dalies, lipnia kraštu, pagamintas iš skaidrios polietilino plėvelės - 1 vnt. **9)**Mažesni kanturai 14 cm x 250 cm x10 cm, parformen galiuko, ne 2 vnt. lipnioms juostelėms tvirtinimui, pagamintas iš skaidrios polietilino plėvelės - 1 vnt. **10)** Popieriaus rankšluostukas 45x40 cm -2cm - 1 vnt. **11)** Nuasmtinės medžiagos skarelė 10x10 cm x4 cm, 8 sluoksnių, su rentgeno kontrastinia siūla - 10 vnt. **12)**Nuasmtinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm x6,5 cm – 10 vnt. **13)** Pharmasolo instrumentas ne trempuotis nei 24 cm - 1 vnt. **14)**Indas 250 ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, nugaubintas - 1 vnt. **15)** Skalpelis Nr. 11, su kotuoiu, su apsauga - 1 vnt. **16)** Sterilizas 10 vnt, L/S tipo, 3 dalių - 2 vnt. **17)** Adata 18G, 40 mm – 1 vnt. **18)** Adata 21G, 40 mm – 1 vnt. **19)** Veresa tipo adata, 150 mm – 1 vnt. **20)** Švarstuklas su pleistra 5x7 cm – 3 vnt. **21)** Švarstuklas su pleistra 10x8 cm – 1 vnt. **22)** Tirpalas nuo nosjūno figūrė, su kempinėle – 1 vnt. **23)** Siurbinys ir purplovinio riniklnys 5mm diametro, 45 cm ilgio, su dviem smuigaiais – 1 vnt. **24)** Dengtas troikaras su aitmetinės 12mm/500mm, su skaidria kanule, kuriuje žiomponenti grūvelui trokaro stabilizavimui pilvo sienelėje, galimybė jstatyti optiką. Trokaras turi jmontuotą vožtuvą sistemą, kuri leidžia operacijos metu nandinti instrumentus, nenandojant pneijimo. Obturatorius žemo profilio, susidedа iš dviejų dalių: skiendio, kuri leidžia žirnudei miegęj ir rutulinio vožtuvo, kuris leidžia dirbti nepraradant CO2 dujų srtmėje. – 1 vnt. **25)** Universali trokaro kanulė 5mm/100mm. Kanulė turi grūvelius, kad galėtų stabilizmoteti audinianse ir skaidrą antgalį. Obturatorius žemo profilio, susidedа iš dviejų dalių: skiendio, kuri leidžia žirnudei miegęj ir rutulinio vožtuvo, kuris leidžia dirbti nepraradant CO2 dujų srtmėje. Kanulės kraštai pradėjęti patogiam fksuotinai - 3 vnt. **26)** Dengtas troikaras su aitmetinės 12mm/500mm, su skaidria kanule, kuriuje žiomponenti grūvelui trokaro stabilizavimui pilvo sienelėje, galimybė jstatyti optiką. Trokaras turi jmontuotą vožtuvą sistemą, kuri leidžia operacijos metu nandinti instrumentus, nenandojant pneijimo. Obturatorius žemo profilio, susidedа iš dviejų dalių: skiendio, kuri leidžia žirnudei miegęj ir rutulinio vožtuvo, kuris leidžia dirbti nepraradant CO2 dujų srtmėje. Kanulės kraštai pradėjęti patogiam fksuotinai - 3 vnt. **27)** Universali trokaro kanulė 12mm/500mm. Kanulė turi grūvelius, kad galėtų stabilizmoteti audinianse ir skaidrą antgalį. Obturatorius žemo profilio, susidedа iš dviejų dalių: skiendio, kuri leidžia žirnudei miegęj ir rutulinio vožtuvo, kuris leidžia dirbti nepraradant CO2 dujų srtmėje. Kanulės kraštai pradėjęti patogiam fksuotinai - 1 vnt. *Pastaba:* Chirurgijos standartinės apsaugos chalatas L-L dydžio sopakeistas į kurypnį pupiurę ir paniūpinus visos riniklnis vietoje.	vnt.	100,00	240,000	5	24 000,00	25 200,00		0,00		0,00	
					2525			**64520,00**	**67787,60**						