

**Endoskopinių linijinių lanksčių mechaninių siuvimo aparatų
su peiliu ir papildomų kasečių ir vienkartinių endoskopinių mechaninių siuvimo
aparatus techninė specifikacija**

3 pirkimo dalis. Vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas

Eilės Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas (orientacinis kiekis 100 vnt)	<p>1. Siūlomas vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis firmos „Medtronic-Covidien“ endoskopinėmis siuvimo kasetėmis (<i>būtinai atitinkamas gamintojo „Medtronic Covidien“ patvirtinimas</i>)</p> <p>2. Vienkartinis.</p> <p>3. Aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ ne mažiau kaip 25 kartus.</p> <p>4. Aparato darbinės dalies ilgis pasirinktinai 5-6 cm, 15-16 cm, 25-26 cm.</p> <p>5. Siuvimo aparatas pasuka kasetę iki 45° į abi puses.</p> <p>6. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°.</p> <p>7. Kasetė uždaro/ataroma viena ranka, kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis atidarymas/uždarymas prieš šovimą.</p> <p>8. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių</p>	<p>1. Siūlomas vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis firmos „Medtronic-Covidien“ endoskopinėmis siuvimo kasetėmis (<i>būtinai atitinkamas gamintojo „Medtronic Covidien“ patvirtinimas</i>)</p> <p>2. Vienkartinis.</p> <p>3. Aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ 25 kartus.</p> <p>4. Aparato darbinės dalies ilgis pasirinktinai 6 cm, 16 cm, 26 cm.</p> <p>5. Siuvimo aparatas pasuka kasetę iki 45° į abi puses.</p> <p>6. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°.</p> <p>7. Kasetė uždaro/ataroma viena ranka, kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis atidarymas/uždarymas prieš šovimą.</p> <p>8. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio pasisukančias kasetes,</p>

		aukščio pasisukančias kasetes, kuriose integruotas vienkartinis peilis. (Gamintojo „Medtronic Covidien” kodas EGIAUSTND arba lygiavertis)	kuriose integruotas vienkartinis peilis. 3 pirkimo dalis; Konfidencialu. Medtronic Covidien patvirtinimas
2.	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.	Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba Tiekėjo patvirtinimas
3.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).	Konfidencialu (4-163 psl). CE sertifikatas

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
3. Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).
4. Lentelėje pateiktas firmos kataloginis numeris/kodas jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo perkamo gaminio technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, ne blogesnių techninių charakteristikų gaminys, atitinkantis pateiktus reikalavimus.