SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

Jūsų partneris chirurgijoje
Priedai

DIAMOND

Kompanijos jausmas 5

Rūpestingumo jausmas 7

SCHMITZ – visame pasaulyje 8

Valdymo elementai ir pagrindinė įranga 12

Bendrieji priedai 23

Priedai ortopedijai, traumatologijai, stuburo chirurgijai ir ortopediniam prailginimui 36

Anglies priedai 44

Prailginimo įtaisas 46

Priedai galvos padėties nustatymui ir neurochirurgijai 68

Ginekologijos ir urologijos priedai 74

Aksesuarų apžvalga 82

kontaktas 87

Kompanijos jausmas

Daugiau nei 90 metų patirtį turinti SCHMITZ yra vienas iš pirmaujančių tarptautinių medicinos produktų gamintojų.

Šeimos verslas, turintis gyvas tradicijas. Mūsų tipiškas darbuotojas įmonėje dirba apie 18 metų – tai įrodymas, kaip stipriai jie susitapatina su mūsų vertybėmis ir filosofija.

2012 metais įmonės valdymas atiteko Friedrichui ir Matthiasui Schmitzams – ketvirtajai šeimos kartai.

Didžiuojamės, kad esame Vokietijoje ir giliai įsišakniję savo gimtajame regione. Mes kuriame ir gaminame čia.

90% mūsų tiekėjų yra iš Vokietijos, iš kurių 60% yra iš vietinio regiono.

Made in Germany

"Perėjimas į kitą kartą visada yra kažkas ypatingo."

Rūpestingumo jausmas

Mes suprantame paslaugas, kurios yra mūsų gyvybės šaltinis, ir siekiame, kad klientai būtų kuo labiau patenkinti. Nuo konsultavimo iki planavimo iki montavimo.

Iš mūsų galite tikėtis ekonomiškumo dėl ilgaamžiškumo.

Turėdamas gerai apgalvotą paslaugų koncepciją ir visapusį palaikymą, SCHMITZ dirba kartu su jumis kaip partneris nuo pradžios iki pabaigos.

Techninis klientų aptarnavimas
T +49 (0) 2377 84 549
service@schmitz-medical.com

'Pasižadėjęs aistrai su atsidavimu detalėms – visų sričių ekspertas.

Daugiau nei 80 tarptautinės prekybos partnerių

Prekybos biurai

SCHMITZ – atstovaujama visame pasaulyje

DIA

DEIMANTAS®ir OPX mobilis® CE MD Priedai

Tinkami priedai, patogus naudoti
Greitas ir paprastas chirurginių priedų surinkimas per operacinio stalo jungtis, sujungimo taškus pėdos ir galvos gale arba per šoninį bėgelį. Veiksminga pagalba greitam ir profesionaliam padėties nustatymui.

Platus priedų pasirinkimas
Tinkami priedai kiekvienai padėčiai, nesvarbu, ar tai būtų ginekologinės procedūros litotomijos padėtyje, ar neurologinė chirurgija paplūdimio kėdės pozicijoje. Padėčiai būdingi priedai – sukurti kartu su vartotojais.

DEIMANTAS® CE MD

Valdymo elementai

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0380.1	**Rankinis valdymo blokas, jungiamas kabeliu** plastikinis korpusas, sandarus nuo skysčių patekimo, prijungtas kabeliu. Apšviestas TFT ekranas, rodantis visą lentelės būsenos informaciją. Apšviesta klaviatūra visoms reguliavimo funkcijoms. Deimantui®50/60 modeliai.
101.0590.1 (be ligos.)	**Rankinis valdymo blokas, jungiamas kabeliu** panašus į 101.0380.1, bet skirtas DIAMOND®40 modelių, be elektrohidraulinio kojų sekcijos reguliavimo funkcijos.

101.0214.2	**Rankinis valdymo blokas, Bluetooth®** plastikinis korpusas, sandarus nuo skysčių patekimo, belaidis Bluetooth®ryšį. Apšviestas TFT ekranas, rodantis visą lentelės būsenos informaciją. Apšviesta klaviatūra visoms reguliavimo funkcijoms. Reikia Bluetooth® paruošimas 101.0391.2 ir įkrovimo lopšys 101.0356.0 arba 101.0358.0! Deimantui®50/60 modeliai.
101.0591.2 (be ligos.)	**Rankinis valdymo blokas, Bluetooth®** panašus į 101.0214.2, bet skirtas DIAMOND®40 modelių, be elektrohidraulinio kojų sekcijos reguliavimo funkcijos. Reikia Bluetooth®paruošimas 101.0391.2 ir įkrovimo lopšys 101.0356.0 arba 101.0358.0!

Bluetooth®

Prašome pateikti tinkamas „Bluetooth“ įkrovimo dėklas®rankinis valdymas!

Rekomenduojame stalą visada turėti su Bluetooth® pasiruošti, kad galėtumėte pasinaudoti Bluetooth pranašumais®sistema net ir vėliau.

Bluetooth®valdymo blokai DIAMOND®40 modelių galima įsigyti tik kartu su kabeliu prijungtu valdymo bloku! Prašome į tai atsižvelgti pateikdami užsakymą.

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0206.1	**Kojinis valdymas, jungiamas kabeliu** Lieto aliuminio korpusas, sandarus nuo skysčių patekimo, neslystantis, prijungtas kabeliu. Visoms stalo reguliavimo funkcijoms, analogiškoms jo rankiniam valdymui. Apšviestas TFT ekranas, kad būtų lengva naršyti, valdymo skydelis apšviestas šviesos diodais kojos juostoje (skirta MIS). Aktyvinimo raktas ir klavišas „Grįžti į nulį“. Galima prijungti prie stalo kartu su rankiniu valdymo bloku. Reikalingas pasiruošimas pėdų valdymui 101.0397.0. Deimantui®50/60 modeliai.
101.0359.0 (be ligos.)	**Kojinis valdymas, jungiamas kabeliu** už DIAMOND®40 modelių, panašių į 101.0206.1, be elektrohidraulinio kojų sekcijos reguliavimo funkcijos. Reikalingas pasiruošimas pėdų valdymui 101.0397.0!
101.0397.0 (be ligos.)	**Pasiruošimas kabeliu jungiamam kojiniam valdymui** DEIMANTŲ paruošimas®operacinis stalas, skirtas naudoti kabeliu prijungtą kojinį valdymo bloką.
101.0391.2 (be ligos.)	**Bluetooth®Paruošimas** DEIMANTŲ paruošimas®operacinis stalas, skirtas naudoti Bluetooth®rankinis ir kojos valdymo blokas.

SCHMITZ

DEIMANTAS® CE MD
Valdymo elementai

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0356.0	**Įkrovimo lopšys, pjedestalo versija** pjedestalo versija, įkrovimo lopšys, skirtas indukciniam Bluetooth įkrovimui® rankinis valdymo blokas, su LED būsenos ekranu, įsk. maitinimo adapteris. Galite toliau naudoti rankinį valdiklį, kol jis kraunamas įkrovimo dėkle
101.0357.0	**Įkrovimo lopšys, sieninis laikiklis** tas pats kaip įkrovimo lopšys 101.0356.0, bet montuojamas ant sienos
101.0358.0	**Įkrovimo lopšys, šoninis bėgelis** tas pats kaip įkrovimo lopšys 101.0356.0, bet versija, skirta pritvirtinti prie šoninio bėgelio.

Bluetooth®

Prašome pateikti tinkamas „Bluetooth“ įkrovimo dėklas®rankinis valdymas!

DEIMANTAS® CE MD

Pagrindinė įranga

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0017.2	**Galvos plokštė** dvigubas reguliavimas, automatinis trinkelių pasvirimo fiksavimas, integruota dujinė spyruoklė svorio kompensavimui, nuimama.
101.0480.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, galvutės plokštelei 101.0017.2.



101.0159.0	**Nugaros dalies prailginimas, palenkiamas** tvirtinamas prie nugaros dalies, paciento viršutinės kūno dalies tempimui krūtinės ląstos chirurgijos ir pilvo intervencijų metu, elektromotorinis pakreipimas žemyn iki 40°, ilgis 300 mm, įskaitant pritaikytą pagalvėlę galvos daliai. Reikalingas pasiruošimas elektr. adj. priedas 101.0238.0!
101.0238.0 (be ligos.)	**Pasiruošimas elektr. adj. priedas** DEIMANTŲ paruošimas®operacinis stalas elektra reguliuojamam priedui.
101.0580.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, nugaros dalies prailginimui, pasvirusi 101.0159.0.

101.0131.1	**Nugaros dalies prailginimas, fiksuotas** tvirtinamas prie galinės dalies, ilgis 280 mm.
101.0510.1 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, nugaros dalies prailginimui, fiksuotas 101.0131.1.

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0689.0	**Galinės dalies prailginimas, trumpas** tvirtinamas prie galinės dalies, ilgis 200 mm.
101.0690.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, nugaros dalies prailginimui, trumpas 101.0689.0.
101.0621.0	**Kojų dalis, lengvas variantas** vienos sekcijos tipo, sumažinto svorio dizainas (7,3 kg), be reguliavimo funkcijų, viskoelastingo porolono čiužinys su el. laidus dangtelis, maks. keliamoji galia 40 kg, 700 x 523 mm (I x P).
101.0116.2	**Kojų skyrius** padalintas tipas, nulenkiamas, pasukamas per fiksavimo mechanizmą, sandarus nuo skysčių, integruota dujinė spyruoklė svorio kompensavimui, nuimama, su nešimo rankenomis. Pasirinktinai be gyn. Iškirpti.
101.0500.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, kojų sekcijoms 101.0116.2.

DIAMOND

DIAMOND

DIAMOND

DEIMANTAS® CE MD

Universali kojų plokštelė

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0572.0	**Universali kojų plokštelė** Keturių dalių kojelių plokštė, sklandžiai plečiasi iki 72° iš abiejų pusių, taip pat gali būti judama į išorę, leidžia iki 360 mm atstumą, kad būtų optimizuota prieiga prie darbo zonos. Atskirai nuimamos blauzdos plokštės su atskira išsiplėtimo funkcija iki 45° į išorę, sulankstomos iki 90°, ilgis sklandžiai reguliuojamas nuo 756 mm iki 900 mm bendro ilgio. Nuimamos kojų plokštės su nešiojimo rankenomis. Iš SCHMITZ keturių dalių kojų plokštė trumpai: • Visos įprastos keturių dalių kojų plokštės savybės • Blauzdos segmentai gali būti išskleisti ir nuimti, jų ilgis reguliuojamas • Dešinę ir kairę pusę per visą ilgį galima pastumti į išorę 180 mm • Maksimalus prieinamumas chirurgui





Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0171.1	**Kojų skyrius** keturių dalių, priekinė dalis nulenkiama iki 155°, pasukama užrakto mechanizmu, nuimama. Trumpai apie SCHMITZ kojų plokštelę: • Uždara konstrukcija leidžia lengvai valyti, todėl atitinka aukščiausius higienos reikalavimus. • Dviguba saugos sistema, skirta kojos plokštės reguliavimui, apsaugo nuo atsitiktinio apatinio segmento susilankstymo. • Sulankstymo funkciją galima atlikti tik atleidus apsauginę svirtį ir paspaudus apsauginę rankeną. Pasirinktinai be gyn. Iškirpti.
101.0540.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, kojų plokštelėms 101.0171.1.

OPX mobilusis® CE MD

Pagrindinė įranga

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	**101.2580.1**	**Galvos atrama** servo pagalba pakreipiama viena ranka, nuimama paspaudus mygtuką, su integruotu rentgeno kasetės tuneliu.
	101.2590.1	**Galvos atrama** dvigubo reguliavimo, servo pagalba svorio kompensavimas, nuimamas paspaudus mygtuką, su integruotu rentgeno kasetės tuneliu.
	101.2170.1	**2 Sekcijos kojos dalis** rankinis pasukimas ir palenkimas su servo pagalba su svorio kompensavimu, nuimamas paspaudus mygtuką.
	101.2180.1	**Kojų skyrius** vientisa versija, pakreipiama servo pagalba, nuimama paspaudus mygtuką.

Bendrieji priedai CE MD

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0192.0	**Rankų atrama** lengvam ir greitam paciento rankos padėties nustatymui bet kurioje padėtyje, reguliuojama bet kuria kryptimi tik viena žvaigždute, putplasčio pagalvėlė su antistatiniu dangteliu, 450 mm ilgio, su rankos dirželiu ir tvirtinimo spaustuku, SST 18/10.
	101.0019.0	**Rankų atrama** dengtas putplasčio padas, antistatinis, 450 mm ilgio, su rankos dirželiu ir tvirtinimo spaustuku, reguliuojamas horizontaliai ir vertikaliai, pakreipiamas per rutulinę jungtį, SST 18/10.
	101.0109.1	**Rankų atrama** dengtas putplasčio padas, antistatinis, aukščio reguliavimo diapazonas: 80 mm, pasukamas vienu paspaudimu 360°, pasukimas ir pakreipimas iki +/- 35°, įsk. SST 18/10 spaustukas, 600 x 170 mm (P x G).

Bendrieji priedai CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0252.0	**Tvirtinimo dirželis** paminkštintas tvirtinimo dirželis rankų atramoms, pagamintas iš ypač minkštos antistatinės medžiagos be aštrių briaunų, 840 mm ilgio, 50 mm pločio.
101.0262.0	**Tvirtinimo dirželis** paminkštintas tvirtinimo dirželis, skirtas imobilizuoti kojas ant Göpel tipo kojų atramų, pagamintas iš ypač minkštos antistatinės medžiagos be aštrių kraštų, 1400 mm ilgio.
101.0012.0	**Anestezijos rėmelis** SST 18/10, su apsauga nuo sukimosi, reguliuojamo aukščio, su pasukamu spaustuku 101.0146.0.
101.0111.0	**Anestezijos rėmo pratęsimas** anestezijos rėmui 101.0012.0, pasukamas ir reguliuojamas į šonus, ilgis 300 mm.
101.0137.0	**Riešinė** tvirtinimui prie anestezijos rėmo 101.0012.0, plaunamas ir keičiamas tekstilinis dirželis su užsegimu, SST 18/10 tvirtinimas.

Modelio Nr.	apibūdinimas

101.0125.0 **Lankstus anestezijos rėmas***
2000 mm ilgio,
Reikalingi 2 tvirtinimo spaustukai 101.0146.0!



101.0164.0 **Kojų suvaržymo dirželis**
skalbiamas servetėlių dirželis su kabliuku užsegimu, kojų fiksavimui, padalintoms kojų dalims.
Kilpos skersmuo: 83 mm - 137 mm.

101.0625.0 **Kojų suvaržymo dirželis**
(be ligos.)
kaip 101.0164.0,
tačiau kilpos skersmuo: 137 mm - 216 mm.

101.0123.0 **Riešinė**
su SST 18/10 spaustuku, plaunamu ir keičiamu tekstiliniu dirželiu, užsegimu su kabliuku.

101.0177.1 **Kūno suvaržymo dirželis**
su SST 18/10 tvirtinimo elementais, plaunamas ir keičiamas, kabliukais, 1350 mm ilgio, 120 mm pločio.

101.0455.1 **Kūno suvaržymo dirželis**
(be ligos.)
kaip 101.0177.1, bet kiekviena pusė 1 000 mm ilgio,
iš kurių 600 mm kabliuko ir kilpos zona, 120 mm pločio.

Bendrieji priedai CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0153.0	**rankos apsauga*** patogus OR personalui, pastatytam prie OR stalo šone, saugi apsauga ir anatomiškai teisinga paciento rankos padėtis apsaugine, kuri pastumiama po OR stalo padu ir tvirtinama pagal paciento svorį, 400 x 230 x 210 mm (P x S x A).
101.0139.0	**Infuzijos stulpas** SST 18/10, viršutinė dalis su 4 kabliais, aukščio reguliavimo diapazonas apytiksl. 410 mm, tvirtinimo spaustukas su rutuline jungtimi.
101.0154.0	**vamzdelio laikiklis*** saugiam ventiliacijos vamzdžių ir monitoriaus kabelių išdėstymui, spiralės lankstus velenas, reguliuojamas aukštis, su tvirta plastikine plokšte. Reikalingas tvirtinimo spaustukas 101.0146.0!

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0147.0	**Tvirtinimo spaustukas*** pasukamas tipas, strypams sk. 16–20 mm, SST 18/10.
	101.0018.0	**Tvirtinimo spaustukas** SST 18/10, pasukamas tipas, su greitu atsegimu ir užraktu, tinka 16-18 mm skersmens stulpams.
	101.0117.0	**Tvirtinimo spaustukas** SST 18/10, nesisukantis tipas, su atleidimu ir užraktu, tinka kvadratinio profilio stulpams 20 x 20 mm.
	101.0132.0	**Tvirtinimo spaustukas** nesisukantis tipas, tinka 16–18 mm skersmens stulpams ir 10 x 25 mm kvadratinio profilio stulpams, SST 18/10.
	101.0146.0	**Tvirtinimo spaustukas** pasukamas tipas, tinka stulpams nuo 16 iki 18 mm skersmens, SST 18/10.

Bendrieji priedai CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0010.0	**Pečių atrama (pora)** įskaitant 2 spaustukai 101.0117.0, 2 antistatiniai trinkelės (120 x 200 mm) ir 2 tvirtinimo strypai, skirti reguliuoti trinkelėmis horizontaliai ir vertikaliai.
101.0107.1	**Šoninė atrama (1 vnt.)** paprasta versija, įskaitant tvirtinimo spaustuką prie šoninio bėgelio, lygią antistatinę trinkelę (100 x 235 mm).
101.0178.0	**Rektoskopija / Sėdmenų palaikymas** reguliuojamo pločio, su minkštu padu, tiesiosios žarnos padėties nustatymui ir stuburo chirurgijai. Reikalingi 2 spaustukai 101.0146.0 arba 101.0147.0!

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0121.0	**Laikiklis kūnui palaikyti** (1 pav.) trinkelių 101.0135.0, 101.0151.0, 101.0162.0 ir 101.0175.0 tvirtinimui, leidžia dvigubai pasukti ir horizontaliai bei vertikaliai reguliuoti atramas, apima spaustuką 101.0117.0.
	101.0135.0	**Kūno atraminis ritinys** (3 pav.) įgaubtas putplasčio padas su antistatiniu dangteliu, 200 x 65 mm.
	101.0151.0	**Pečių/šoninė atrama** (3 pav.) įgaubtas putplasčio padas su antistatiniu dangteliu, 215 x 100 mm.
	101.0162.0	**Nugaros/sėdmenų atrama** (4 pav.) su antistatiniu dangteliu, 200 x 120 mm.
	101.0175.0	**Gaktos / kryžkaulio / krūtinkaulio atrama** (5 pav.) putplasčio padas, su antistatiniu dangteliu, 85 x 85 mm.
	101.0586.0	**Rankenos (pora)** montuojamas prie galvos plokštės, kad operacinį stalą būtų lengva perkelti.

Bendrieji priedai CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0247.0	**Apsauga nuo purslų** dėl**DEIMANTAS**®operaciniai stalai, permatomas plastikinis dangtelis centriniam pristatymo punktui DIAMOND®stalo pagrindas, tarnauja kaip apsauga nuo purslų daug skysčių sunaudojančių intervencijų metu, pvz., urologijoje ar akušerijoje. Sumažina DIAMOND valymo pastangas®ARBA lentelės. Matmenys: 826 x 203 x 250 mm (P x A x G)
101.0120.0	**Stovas priedams** SST 18/10 kvadratinio skerspjūvio vamzdinis rėmas su 5 bėgeliais priedams tvirtinti ir 1 krepšiu, antistatiniais sukamaisiais ratukais, bendrieji matmenys: 630 x 580 x 1 430 mm (P x G x A)
101.0737.0	**Stovas priedams** už DIAMOND®operaciniai stalai, SST 18/10 kvadratinio skerspjūvio vamzdinis rėmas su 3 poromis laikiklių priedams, tvirtinamiems prie operacinio stalo sujungimo taškų, 5 standartiniai bėgeliai priedams tvirtinti prie šoninio bėgelio ir 2 krepšeliai kitiems priedams. 4 dvigubi ratukai, rakinami, el. laidūs. Bendri matmenys: 1 135 x 815 x 1 310 mm (P x G x A).

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0622.0	**SCHMITZ integravimo modulis** Modulis su Bluetooth®technologija, skirta prijungti **DEIMANTAS®**ARBA lentelė prie OR1 centrinės operacinių valdymo sistemos, kurią sukūrė Karl Storz įmonė nuo 2018-06-06. Dviejų krypčių duomenų perdavimas, grafika palaikoma meniu navigacija su dideliu, aukštos raiškos spalvotu ekranu visai lentelės būsenos informacijai, integruotas paslaugų ir informacijos meniu, automatinis visų lentelės variantų konfigūravimas. Leiskite mūsų ekspertams patarti. Dėmesio! Giminaitis DEIMANTAS®operacinis stalas būtinai turi turėti Bluetooth®pasiruošimas 101.0391.2! Daugiau informacijos apie Bluetooth®DIAMOND funkcijos®operacinių stalų seriją, žr. mūsų katalogą Nr. 84.
101.0623.0 (be ligos.)	**SCHMITZ integravimo modulis** Toks pat kaip modelis 101.0622.0, su atviru prievadu, skirtu prisijungti prie centrinės valdymo sistemos.

Bendrieji priedai CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0504.0	**Valymo autobusas** dėl**DEIMANTAS**®operaciniai stalai, prietaisas apatinės važiuoklės valymui ir dezinfekcijai DIAMOND® operaciniai stalai. OR stalas į įrenginį perkeliamas pakeltu stalviršiu į 1060 mm aukštį, valymo šautuvo rėmas yra po stalo sėdynės dalimi. Nuleidus stalviršį, stalo pagrindas pakeliamas nuo grindų ir pasiekiama apatinė jo dalis valymui. SST 18/10 rėmas, plastikiniai kreipiamieji bėgiai, 4 antistatiniai pasukami kryptiniai ratukai sk. 75 mm, atskirai rakinama. 516 x 816 x 1 210 mm (P x G x A). Deimantui®operaciniai stalai 2014-03 modelio metais.
101.0248.0	**Šoninės apsaugos* (pora)** SST 18/10, apsaugoti pacientą transportuojant ant ARBA stalo, sulankstomas, įsk. spaustukas. Šoninė apsauga automatiškai užsifiksuoja pakėlus. 615 x 300 mm (I x A).
101.0249.0	**Pamušalas šoninėms apsaugoms*** el. laidūs, nuimami, šoninėms apsaugoms 101.0248.0.

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0218.0	**Perkelkite kojų plokštes** kartu su ortopedinio prailginimo tvirtinimo įtaisu 101.0270.1; taip pat tvirtinimas prie sėdynės, o ne prie kojų dalies. Lenktas SST 18/10 vamzdelis su medžiaginiu dangteliu, lengva konstrukcija. Pacientų anestezijai ginekologinėms ar urologinėms intervencijoms arba intervencijoms naudojant prailginimo aparatą 101.0270.1. Kojų plokščių ilgis: 875 mm.
	101.0239.0	**Plokštelė vaikų chirurgijai** dėl**DEIMANTAS®**operaciniai stalai, tvirtinimas prie sėdynės sekcijos sąsajos, SST 18/10 rėmas, su šoniniais bėgeliais priedams tvirtinti, viskoelastingo porolono čiužinys su elektrai laidžiu užvalkalu. Matmenys: 700 x 400 mm (I x P).

Bendrieji priedai CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.2950.0	**CFRP skersinis** dėl**mobilis**operaciniai stalai, montuojami gale, spinduliuojantys.
101.0220.0 (be ligos.)	**Potencialų išlyginimo kabelis** 3 m ilgio.
101.0230.0 (be ligos.)	**Potencialų išlyginimo kabelis** 5 m ilgio.

101.0255.0	**Rentgeno kasetės laikiklis*** tvirtinimui prie šoninio bėgelio, pasukamas laikiklis rentgeno kasetei padėti žemiau stalviršio, įsk. spaustukas.

101.2810.0	**Kasečių laikiklis** dėl**mobilis**operaciniai stalai, rentgeno kasetėms, kurių maks. 350 x 430 mm, teleskopinė SST 18/10 įterpimo juosta.
101.0228.0 (be ligos.)	**Kasečių laikiklis** panašus į 101.2810.0, dėl**DEIMANTAS**®operaciniai stalai.



nesveikas. rodo 2 rinkinius 101.0194.0 ir nugaros dalies pratęsimas 101.0131.1

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0194.0	**Prailginimo pagalvėlių rinkinys (pora)*** 2 putplasčio trinkelių rinkinys su antistatiniu dangteliu, 500 mm ilgio, sėdynės ir atlošo daliai, tvirtinimas prie šoninių turėklų per greito fiksavimo spaustukus, su priedu. šoniniai turėklai priedams. Nutukusių pacientų padėties nustatymui, taip pat pozicijoms, kuriose pacientai turi būti apverčiami intervencijos metu. Naujas bendras stalviršio plotis: 790 mm DIAMOND®ir 770 mm mobilis operaciniams stalams.
101.0200.0 (be ligos.)	**Prailginimo pagalvėlių rinkinys (pora)*** panašus į prailginimo pagalvėles 101.0194.0, bet 300 mm ilgio. **Pastaba! Reikalingas DIAMOND pratęsimui®ARBA stalviršisbe galinės dalies pratęsimas:** • 1 500 mm ilgio 101.0194.0 ilgintuvų rinkinys, skirtas sėdynės daliai • 1 101.0200.0 ilgio pagalvėlių rinkinys, kurių kiekvienas ilgis 300 mm, nugarinei daliai



101.0443.0	**Lentelės plėtinys (pora)** paminkštintas, 255 x 255 mm, stalviršiui prailginti, per integruotus spaustukus tvirtinasi prie operacinio stalo kojų plokščių šoninių turėklų.

101.0368.0	**Kojos plokštė (pora)** paminkštintas, 255 x 255 mm, tvirtinasi prie operacinio stalo kojų plokščių šoninių turėklų per integruotus spaustukus.

Priedai ortopedijai, traumatologijai,
stuburo chirurgija ir ortopedinis pratęsimas CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.2780.1	**Nugarinė plokštelė** dėl**mobilis**operaciniai stalai, skirti ENT, burnos ir žandikaulių chirurgijai bei oftalmologijai, tvirtinimas vietoj kojų plokštelės, reguliuojamas dujinių spyruoklių pagalba, su šoniniais bėgeliais. Reikia pasagos galvos atramos 101.0256.0, alternatyviai galvos atramos jungties 101.0363.0 arba tvirtinimo 101.0187.0 ir pasagos galvos atramos 101.0179.0.

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0212.1	**Kelio padėties nustatymo įrenginys*** rankiniu būdu reguliuojamas, su geliniu padu ir tvirtinimo dirželiu. Šoninio bėgelio tvirtinimas pasukamu spaustuku (įtraukta)
101.0583.0	**Kelio artroskopijos pagalba*** šoninio bėgelio tvirtinimui, įsk. tvirtinimo spaustukas ir trinkelės, rankinis reguliavimas. Skersmuo reguliuojamas rankiniu švaistikliu ir pritaikytas labai nutukusiems pacientams.
101.0682.0	**Kelių / pėdų plokštelės (pora)** kelio-alkūnės padėčiai slankstelių operacijos ar proktologinių procedūrų metu ir tvirtinimui prie kojos dalies šoninių turėklų; kairę ir dešinę plokštes ant slydimo bėgių taip pat galima šiek tiek pastumti į išorę po 125 mm net ir esant apkrovai; apima šoninio bėgio laikiklį.
101.0190.0 (be ligos.)	**Šoninis atraminis padas (gabalas)** paciento šoninė atrama, tvirtinimas prie kelio/pėdos plokštelių 101.0682.0 spaustuku (įsk.).

Lankstus galvos atramos reguliavimas į dešinę ir į kairę

Sulankstomi ir nuimami čiužinio segmentai

Priedai ortopedijai, traumatologijai, stuburo chirurgija ir ortopedinis pratęsimas CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0244.1	**Peties operacijos plokštelė** dėl**DEIMANTAS®**50/60 operacinių stalų modeliai, skirti tvirtinimui prie elektromotorinių kojų dalių jungčių, leidžiančių reguliuoti pasvirimą iki +90°. Laisva prieiga prie pečių srities dėl atskirai nulenkiamų ir nuimamų paminkštintų segmentų. Greitas segmentų pašalinimas traukiant užrakto kaištį. Dėl šarnyrinio tvirtinimo prie peties operacijos plokštės segmentai gali likti prie stalo operacijos metu, todėl nereikia laikinai laikyti. Pasukamas galvos atramos jungties lizdas suteikia geresnę prieigą prie chirurginio lauko. 3 padėties parinktys šoninei kūno atramai abiejose peties chirurginės plokštelės pusėse, įskaitant 1 šoninė kūno atrama 101.0612.0 Viskoelastingos putplasčio pagalvėlės su antistatiniu dangteliu. Papildomai reikia: galvos atramos jungties 101.0364.0 ir formos galvos atrama 101.0266.0.
101.0245.0	**Šoninis kūno palaikymas** SST 18/10, nuimamas viskoelastinis padas su antistatiniu dangteliu. Su greito fiksavimo įtaisu atleiskite mygtuką. Tvirtinimui prie peties operacijos plokštelės 101.0244.1.
101.0612.0	**Šoninė kūno atrama, trumpa** Toks pat kaip modelis 101.0245.0, bet su trumpesne lentyna, skirta liekniems pacientams padėti.

Priedai ortopedijai, traumatologijai, stuburo chirurgija ir ortopedinis pratęsimas CE MD

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0266.0	**Formuota galvos atrama peties operacijai** U formos šalmas su minkštomis pagalvėlėmis ir 2 lanksčiomis šoninėmis pagalvėlėmis įvairiems galvos dydžiams. Saugi galvos padėtis dėl 2 minkštų paminkštintų dirželių, higieniško greito atsegamo užtrauktuko. Reikalinga galvos atramos jungtis 101.0364.0, kad būtų galima tvirtinti prie peties operacijos plokštės.
	101.2790.1	**Peties artroskopijos plokštelė** dėl**mobilis**operaciniai stalai, tvirtinimas vietoj kojų plokštelės, rankinis reguliavimas su dujinių spyruoklių pagalba, su atskirai nuimamais šoniniais pagalvėlėmis laisvai prieiti prie pečių, su šoniniais turėklais. Reikia 101.0363.0 arba 101.0364.0 galvos atramos jungties arba 101.0187.0 tvirtinimo ir 101.0266.0 formos galvos atramos.
	101.0108.0	**Rankos/plaštakos operacinis stalas*** spinduliuojanti CFRP plokštė su uždengtu antistatiniu putplasčiu, ergonomiška forma optimaliai prieiti prie chirurginio lauko, 815 x 520 mm (P x G).
	101.0070.1	**Rankos/plaštakos operacinis stalas** spinduliuojanti plastikinė plokštė su uždengtu putplasčiu, antistatinis, rentgeno kasetės lizdas, 700 x 300 mm (P x G).

Modelio Nr.	apibūdinimas

101.0163.1 **Weinberger rankos traukos įtaisas**
žasto, vertikalaus strypo ir horizontalaus linijinio kreiptuvo su pagalbiniu bėgeliu, reguliuojamu fiksuojamuoju rutuliniu jungtimi, įkalimui į medulį, tvirtinimui prie žastikaulio padėties nustatymo įtaiso 101.0136.0. Rankų traukimo įtaisą galima sterilizuoti.

101.0136.0 **Žastikaulio padėties nustatymo įrenginys***
žasto, vertikalaus strypo ir horizontalaus linijinio kreiptuvo su pagalbiniu bėgeliu, reguliuojamu fiksuojančiu rutuliniu šarnyru, įkalimui į medulį, Weinberger rankos traukos įtaisui 101.0163.1 (užsisakyti atskirai).
Reikia tvirtinimo spaustuko 101.0146.0.

101.0152.0 **Žastikaulio priešpriešinis postas***
paminkštintas, spinduliuojantis.
Reikia tvirtinimo spaustuko 101.0146.0.

Priedai ortopedijai, traumatologijai, stuburo chirurgija ir ortopedinis pratęsimas CE MD

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0122.0	**Viršutinės rankos padėties nustatymo plokštė** spinduliuojantis, aukščio reguliavimas apytiksl. 100 mm su spaustuku, pasukamas 90°, putplasčio padas 210 x 260 mm, (P x G). Reikalingas tvirtinimo spaustukas 101.0117.0.
	101.0105.0	**Traukos vienetas** žasto traukimui esant dilbio lūžiams, įsk. tvirtinimo spaustukas. Galima naudoti tik kartu su pažasties atrama 101.0257.0, alkūnės atrama 101.0258.0 ir Weinberger rankos traukos įtaisu 101.0163.1.
	**101.0258.0**	**Alkūnės atrama*** alkūnės lūžių mažinimui, įskaitant spaustukas. Reikia pažasties atramos 101.0257.0, Weinberger rankos traukos įtaiso 101.0163.1 ir traukos agregato 101.0105.0.
	101.0257.0	**Pažasties atrama*** paminkštintas spinduliuojantis priešpriešinis stulpelis, įsk. spaustukas, gali būti naudojamas tik kartu su alkūnės atrama 101.0258.0.

Modelio Nr.	apibūdinimas

101.0259.0 **atrama kojoms***
laiko paciento koją, kad būtų lengviau dezinfekuoti odą, kilnojamas pėdų laikiklis, reguliuojamas aukštis.
Reikia spaustuko 101.0146.0.

101.0261.0 **Menisko padėties nustatymo prietaisas***
spinduliuojantis atraminis ritinys, lankstus kojos padėtis naudojant pasukamą spaustuką, reikalingas spaustukas 101.0146.0.

DIAMOND

Anglies priedai CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.7151.1	**Anglies plokštė** dėl**DEIMANTAS®**operaciniai stalai, radiacijai peršviečiama CFRP plokštė, skirta tvirtinti prie ARBA stalo galinės dalies. 1200 mm ilgio. Su 60 mm SAF čiužiniu, antistatinis, su atraminiu strypu. Leidžiamas paciento svoris: su atraminiu strypu 225 kg be atramos strypo 140 kg

101.7152.0	**Šoninis bėgelis anglies plokštei** SST 18/10 šoniniai bėgiai 25 x 10 mm, 220 mm ilgio, tvirtinimui prie anglies plokštės 101.7151.1.

DEIMANTAS®
Prailginimo įtaisas

Prailginimai su SCHMITZ prailginimo įtaisu pagaminti iš anglies arba plieno – saugūs, stabilūs ir efektyvūs. Kiekvieną kartą.

Mūsų išplėtimo įrenginys yra labai patogus naudoti ir labai universalus.

Dėl toliau patobulinto traukos agregato su rutuliniu spaustuku ir optimizuotos ergonomikos pacientai gali būti efektyviai pastatyti į sudėtingas padėtis.

Net 360° rentgeno spinduliai nesukelia problemų su nauju anglies prailginimo įrenginiu. Papildomas stumdomas vežimėlis užtikrina greitą ir saugų padėties nustatymą.

Tačiau ne tik vežimas turi naudos iš naujų anglies strypų; pernešimo kojos plokštelę, skirtą pacientams anestezuoti, taip pat galima greitai ir individualiai pritvirtinti prie prailginimo strypo. Prailginimo strypai taip pat gali būti sklandžiai išsukami dėl naujo tipo pleišto gnybtų.

Sėdynės dalies forma pagerina prieigą ir palengvina darbo aplinkos dezinfekciją.

1

2

3

4

5

DEIMANTAS®

Anglies prailginimo įrenginys trumpai!

1

Vežimėliai greitai ir be vargo slysta per strypus.

2

Saugi ištiestos pusės padėtis net ir esant didelei traukai. Viena atrama ant kiekvienos juostos dvigubam stabilumui.

3

Ištraukiama dešinėje arba kairėje, tiesiog pakeiskite atraminį stulpelį! Dėl pleišto gnybto strypai sklandžiai išsisuka.

4

Anglies ilginamieji strypai – skirti 360° rentgeno spinduliams.

5

Aukščiausios kokybės darbas – pagamintas Vokietijoje.

Made in Germany

Klubo sąnario artroskopija

Klubo sąnario artroskopija

Apatinės kojos lūžis

360° radiolucence C formos rankoms

Anglies baras

Traukos vienetas

Traukos batai

Prailginimo juostos palaikymas

Reguliuojamas atraminis stulpelis gulint

Perkėlimo kojų plokštės (pora)

DEIMANTAS® CE MD

Prailginimo įtaisas

Modelio Nr.	apibūdinimas

101.0563.0 **Prailginimo įtaisas, anglis**

dėl**DEIMANTAS®**operaciniai stalai, anglines sėdynės dalis, su jungtimi pasukimui. Su trinkelėmis, rentgeno spindulių plotas 215 mm ir 360° diapazonas. Atraminis stulpelis su trinkelėmis, reguliuojamas pratęsimui į dešinę ir į kairę. Anglies kojelių strypai, 1250 mm ilgio, 360° rentgeno spindulių diapazonas.

Kiekvieną juostą galima išplėsti 45° į išorę, 20° į vidų. Aliuminio prailginimo vežimėlis, su laikikliu traukos agregatui, reguliuojamo aukščio. Traukos agregatas nuolat juda išilgai strypo, rutulinio šarnyro dėka reguliuojamas visomis kryptimis. Įsk. 2 atramos ant kiekvieno tvirtinimo gnybto, kurį galima pritvirtinti prie strypo.

Standartiniai priedai:

- 1 sėdynės dalis su pamušalu, anglis
- 2 ilgintuvai, anglies
- 2 ilgintuvų atramos, SST
- 2 traukiamieji batai suaugusiems
- 2 traukos agregatai
- 1 reguliuojamas atraminis stulpelis gulimoje padėtyje

101.0711.0 **Sėdynės dalis su atraminiu stulpeliu**

Konstrukcija panašaus į prailginimo įtaisą, anglies 101.0563.0, bet susideda iš: prailginimo įtaiso sėdynės dalies, anglies, su trinkelėmis ir priešpriešinio stulpelio su trinkelėmis

Reikalingas ilgintuvas su traukos agregatu 101.0712.0!

101.0712.0 **Prailginimo juosta su traukos agregatu**

Konstrukcija panašaus į prailginimo įtaisą, anglies pluošto 101.0563.0, bet susideda iš: vieno prailginimo strypo su traukos agregatu, judančiu išilgai strypo, reguliuojamo visomis kryptimis rutulinio šarnyro dėka, 2 traukos batai suaugusiems ir vieno ilgintuvo atramos, SST. Reikalinga sėdynės dalis su priešpriešiniu stulpeliu 101.0711.0!

DIAMOND

DEIMANTAS® CE MD

Prailginimo įtaisas

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0566.0	**Transporto vežimėlis** Stovas prailginimo įtaisui transportuoti ir laikyti.
101.0567.1	**Perkėlimo kojos plokštė (gabalas)** Paciento kojų padėties nustatymui perkėlimo ir indukcijos metu. Tvirtinama aliuminio stumdomu vežimėliu ir laisvai juda išilgai ilgintuvo. Su 60 mm padu. Kojos plokštės ilgis: 700 mm Kojos plokštės plotis: 225 mm
101.0704.0	**Perkėlimo kojelė, trumpa (vnt.)** Paciento kojų padėties nustatymui perkėlimo ir transportavimo metu. Tvirtinimas per integruotus laikiklius prie plokštės. Tvirtinama prie prailginimo įrenginio pailginimo strypo laikiklių, anglies. Galima naudoti dešinėje arba kairėje pusėje. Su nešiojimo rankenomis ir 60 mm padu. 700 mm x 225 mm (I x P)

DEIMANTAS® CE MD

Prailginimo įtaisas

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0568.0	**Traukos įtaisas blauzdikaulio lūžiams** Reguliuojamo aukščio ir nuimamas blauzdos atraminis stulpelis. Dėl krumpliaračio žiedo jungties galima toliau pakreipti. Dėl slankiojančio vežimėlio nenutrūkstamai slysta išilgai ilgintuvo.
	101.0569.0	**Kondilo fiksacija** Tiksliam kelio fiksavimui, individualiai reguliuojamas dėl asimetriškai pakabinamų diskų. Galima naudoti tik kartu su traukos įtaisu blauzdikaulio lūžiams 101.0568.0 arba 101.0280.1.
	101.0594.0	**Atraminis stulpelis šoninei padėčiai** skirtas šoniniam paciento pozicionavimui, spinduliuojantis.
	101.0595.0	**Dubens gipso adapteris su dubens atrama**

Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0676.0 **Kirschner vielos prietaisas*** su traukos spaustuku, skirtas naudoti prie ilgintuvų su Steinmann kaiščiais.
	**101.0596.0** **Šoninio bėgio pratęsimas (1 vnt.)** tvirtinimui prie operacinio stalo šoninio bėgelio, kojos laikiklio tvirtinimui pagal Göpel 101.0115.0, bendras ilgis 490 mm = naudingas ilgis.

Rutulio suspaudimas

Prailginimo blokas

Maks. ištraukiama prailginimo juosta

Pratęsimo laipsnis

DIAMOND pratęsimo įrenginys® ir OPX mobilis®detaliai

Naujoviškas rutulinis suspaudimas su integruotu prailginimo bloku padeda operatoriui tiksliai sureguliuoti chirurginę klubo artroskopijos vietą ir tiksliai pakeisti apatinių galūnių lūžių padėtį.

Aiškūs žymekliai
prie prailginimo įrenginio, kad visą laiką veiktų saugiai.

Paprastas koregavimas ir intraoperacinis reguliavimas Taip pat visada galima stebėti reikiamas ištempimo jėgas dėl traukos mechanizmo mastelio.

Paprastas ir greitas montavimas
prie operacinio stalo.

Priedai ortopedijai, traumatologijai, stuburo chirurgijai ir ortopediniam prailginimui Visų rūšių apatinių galūnių lūžių gydymui. Esminės savybės:

- greitas, paprastas ir saugus įrenginio pritvirtinimas prie DIAMOND®ir mobilis operacinius stalus
- modulinė struktūra optimaliam pritaikymo diapazonui
- netrukdoma prieiga prie apatinių galūnių rentgeno vaizdo stiprintuvui ir visiškam dviejų ašių apšvietimui
- gerai sukurti priedai patogiai ir tiksliai nustatyti paciento padėtį
- nerūdijančio plieno konstrukcija, atspari dezinfekavimui

Prailginimo juosta
(horizontalus arba vertikalus įterpimas)

Horizontalus pasukimas
prailginimo strypų

Vertikalus ilgintuvo reguliavimas, kai
jis įkištas vertikaliai

Reguliuojamas atraminis stulpelis
nugaros padėčiai

Šlaunikaulio kaklo lūžis

Apatinės kojos lūžis

Prailginimo įtaisas CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0270.1	**Prailginimo įtaisas** ilginamieji strypai su formą fiksuojančiomis dvigubomis jungtimis pasukimui ir aukščio reguliavimui. Juostos jungtį galima reguliuoti horizontaliai arba vertikaliai, kad būtų galima pasiekti optimalų rentgeno spindulių vaizdą. Perjungiami traukos įrenginiai, sumontuoti ant prailginimo strypų; pakreipiama, pasukama ir sukama jungtis. Visos metalinės dalys pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno 18/10. **Komplektuojama su pagrindiniais priedais:** • 1 sėdynės dalis su pamušalu • 2 prailginimo strypų atramos, • 2 pėdų lėkštės suaugusiems, • 2 traukimo batai suaugusiems, • 1 atraminis stulpelis nugarinei padėčiai, reguliuojamas

Šlaunikaulio veleno lūžiai

Šlaunikaulio kaklo lūžiai

Prailginimo įtaisas CE MD

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0748.0 (be ligos.)	**Transporto vežimėlis** Vežimėlis išardytam prailginimo įtaisui transportuoti ir laikyti 101.0270.1.

101.0240.0	**Ilgio adapteris pratęsimo įrenginiui 101.0270.1** SST 18/10, pailgina arba sutrumpina prailginimo strypą 265 mm, todėl juostą galima pritaikyti ypač aukštiems ar mažiems pacientams.

Prailginimo įtaisas CE MD
Papildomi priedai

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	**101.0340.0**	**Dubens gipso adapteris su dubens atrama** tvirtinimui prie prailginimo įrenginio 101.0270.1.
	101.0350.0	**Atraminis stulpelis šoninei padėčiai** tvirtinimui prie prailginimo įtaiso 101.0270.1, paciento padėties nustatymui į šoną, spinduliuojantis.
	101.0165.0	**Kirschner vielos prietaisas*** tvirtinimui prie prailginimo įrenginio 101.0270.1, prailginimui naudojant Steinmann kaiščius.
	**101.0218.0**	**Perkėlimo kojų plokštės (pora)** tvirtinimas prie sėdynės dalies su tvirtinimu prailginimo įtaisui 101.0270.1, taip pat tiesioginis tvirtinimas prie sėdynės dalies vietoj kojų dalių. Lenktas SST 18/10 vamzdelis su medžiaginiu dangteliu, lengva konstrukcija. Pacientų anestezijai ginekologinėms ar urologinėms intervencijoms arba intervencijoms naudojant prailginimo aparatą 101.0270.1. Kojų plokščių ilgis: 875 mm.

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0193.0	**Šoninio bėgio pratęsimas (pora)** tvirtinimui prie operacinio stalo šoninio bėgelio, kojos laikiklio tvirtinimui pagal Göpel 101.0115.0, bendras ilgis 305 mm, naudingas ilgis 200 mm.
	101.0280.1	**Traukos įtaisas blauzdikaulio lūžiams** tvirtinimui prie prailginimo įtaiso 101.0270.1, blauzdos atraminio stulpelio, reguliuojamas aukštis ir nuimamas. Pakreipiamas naudojant krumpliaračio ratlankio jungtį.
	101.0569.0	**Kondilo fiksacija** Tiksliam kelio fiksavimui, individualiai reguliuojamas dėl asimetriškai pakabinamų diskų. Galima naudoti tik kartu su blauzdos padėties nustatymo įtaisu 101.0568.0 arba 101.0280.1
	101.0201.02 pėdų lėkštės vaikams (be ligos.)	
	101.0205.02 vaikiški tempimo batai (be ligos.)	

Prailginimo įtaisas CE MD

Papildomi priedai



Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0224.0	**Teleskopinis strypas*** vertikalių izoliacinių užuolaidų pakabinimui, tvirtinama prie 2 vertikalių stulpų 2 universaliais spaustukais, teleskopinis strypas reguliuojamas nuo 1500 iki 2800 mm.
101.0320.0	**Įklotas klubo artroskopijai** skirtas naudoti klubo chirurgijoje, užslysti ant kontratrakcijos stulpelio. Aukštis 240 mm, sk. 230 mm.

Priedai CE MD

galvos padėties nustatymui ir neurochirurgijai

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0141.2	**Universalus adapteris** dėl**DEIMANTAS**®operaciniai stalai, pagaminti iš aliuminio lydinio, skirti tvirtinti universalų pagrindinį bloką 101.0142.0 ir galvos atramos jungtį 101.0363.0 arba 101.0364.0 arba tvirtinimą 101.0187.0.
101.2720.0 (be ligos.)	**Universalus adapteris** panašus į 101.0141.2, bet skirtas**mobilis**operaciniai stalai.

101.0364.0	**Galvos atramos jungtis** su centriniu kvadratiniu tvirtinimu, reguliavimas rankena ir rutuline jungtimi, su šoniniu bėgelio adapteriu 150 mm ilgio, forminės galvos atramos 101.0266.0 tvirtinimui prie peties chirurginės plokštelės 101.0244.1 arba peties artroskopinės plokštelės 101.2790.1.

101.0363.0	**Galvos atramos jungtis** Reguliuojamo aukščio ir pasvirusio šoninio bėgio adapteris, 200 mm ilgio, tinka pasagos galvos atramai 101.0179.0 (reikalingas universalus adapteris 101.0141.2 arba 101.2720.0).

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0187.0	**armatūra*** su centriniu kvadratiniu tvirtinimu, trijų jungčių reguliavimas žvaigždutėmis, su šoninio bėgelio adapteriu, 275 mm ilgio (reikalingas universalus adapteris 101.0141.2 arba 101.2720.0).
	101.0195.0	**Riešo atrama*** rankų atrama oftalmologinei mikrochirurgijai. Reguliuojamas aukštis ir apverčiamas. Tvirtinimui prie armatūros 101.0187.0
	101.0179.0	**pasagos galvos atrama*** dviejų dalių, reguliuojamo pločio, PU galvos atrama su nuimamu trinkelėmis ir tvirtinimo dirželiu, optimalus slėgio pasiskirstymas gulint ir gulint. (Reikia 101.0363.0 arba 101.0364.0 galvos atramos jungties arba 101.0187.0 tvirtinimo ir universalaus adapterio 101.0141.2 arba 101.2720.0)
	101.0256.0	**Pasagos galvos atrama, valdoma viena ranka*** pacientų galvai padėti gulint arba gulint, nuolatinis reguliavimas viena ranka, ištraukiama reguliavimo svirtis, nuimamas padas, įsk. 1 tvirtinimo dirželis (reikalingas universalus adapteris 101.0141.2 arba 101.2720.0).

DIAMOND

Priedai CE MD

galvos padėties nustatymui ir neurochirurgijai

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0441.1	**OMFS plokštė** dėl**DEIMANTAS®50/60**stalai, tvirtinimas vietoj kojų plokštelės, procedūroms galvos srityje (oftalmologija, burnos ir žandikaulių chirurgija, ENT), palenkiamas dujine spyruokle iki +/- 40°, galvos dangtelis su dvigubo ilgio reguliavimu individualiam pritaikymui prie paciento, reguliavimo diapazonas iš anksto nustatytų ilgių: 210 mm, tikslių ilgio nustatymų diapazonas: 70 mm, pakreipiamas rutuliniu šarnyru, aukštis reguliuojamas iki 38 mm, nuimamos formos galvos atrama.
101.0503.0	**Tarpinis padas** palaikyti paciento kaklą, kai OMFS plokštė pailginta (nuo maždaug 2/3 ištraukimo).
 **101.0501.0**	**Balster** pvz., persodinant plaukus, tvirtinamas prie OMFS plokštės 101.0441.1 vietoj formos galvos atramos.
101.0502.0	**Šoninio bėgio adapteris** Forminė galvos atrama 101.0179.0 pritvirtinama prie OMFS plokštės 101.0441.1 vietoj formos galvos atramos.

Nuskaitykite QR kodą ir atraskite galimybę OMFS plokštės siūlomų paslaugų!

Priedai CE MD

galvos padėties nustatymui ir neurochirurgijai

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0014.0	**Skersinio strypo tvirtinimas** SST 18/10, sėdinčio paciento padėties nustatymui neurochirurgijoje, reguliavimas skirtingiems stalo pločiams. Reikalingi 2 spaustukai 101.0146.0!
	101.0142.0	**DORO universalus pagrindinis blokas*** su dvigubo jungties reguliavimu, tvirtinimu prie adapterio 101.0141.2 arba 101.2720.0 arba skersinio tvirtinimo 101.0014.0. Reikia kaukolės apkabos adapterio 101.0113.0 ir kaukolės spaustuko 101.0127.0 arba formos galvos atramos 101.156.0.
	101.0113.0	**DORO kaukolės apkabos adapteris*** prie universalaus pagrindinio mazgo 101.0142.0 pritvirtinti kaukolės spaustuką 101.0127.0 arba formos galvos atramą 101.0156.0. Pagal pageidavimą galima įsigyti ir radiolokacinės medžiagos.

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0486.0	**Radiaciją peršviečianti galvos atramų sistema*** rentgeno spinduliams, kraujagyslių vizualizavimui (DSA), kurį sudaro: • DORO LUCENT®Bazinis blokas • DORO LUCENT®Užrakinamas pereinamasis narys • DORO LUCENT®Pereinamojo laikotarpio narys • DORO®Pasukamas adapteris, spinduliuojantis • DORO®Kaukolės gnybtas, spinduliuojantis • DORO Lucent®Vienkartiniai kaukolės smeigtukai, suaugusiems (3 vnt.) (negydomi) • DORO LUCENT®Dėklas (nesveikas)
101.0127.0	**DORO kaukolės spaustukas*** saugiam ir stabiliam 3 taškų paciento galvos fiksavimui gulint, gulint, šone ar sėdint. Įsk. 1 x 101.0188.0 DORO kaukolės kaiščiai (3 vnt. rinkinys). Pagal pageidavimą galima įsigyti ir radiolokacinės medžiagos.
101.0156.0	**DORO formos galvos atrama*** dvigubo reguliavimo, U formos gelio pagalvėlės, reikalingas kaukolės spaustuko adapteris 101.0113.0 ir pagrindinis blokas 101.0142.0.
101.0180.0	**DORO kaukolės smeigtukai*** 3 vnt. daugkartinio naudojimo kaukolės smeigtukai, vaikų.
101.0188.0	**DORO kaukolės smeigtukai*** 3 vnt. daugkartinio naudojimo kaukolės smeigtukai, suaugusiems.

Integruotas tvirtinimo spaustukas su dangteliu

Paminkštintas ilgintuvas naudojamas šeivikaulio galvai ir aplink jį esančiam peronealiniam nervui uždengti ir apsaugoti.

Kojų atramos CE MD

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0369.0	**UniLeg kojų atramos (poros) su peronealinio nervo apsauga** reguliuojamo aukščio ir platinamas nuo pėdos galo, su dujinių spyruoklių atrama, plastikine danga su padu pėdai ir blauzdai, reguliuojama visose padėtyse, su integruotu šoniniu bėgeliu.
	101.0678.0	**UniLeg kojų atramos (pora)** Toks pat kaip modelis 101.0369.0 UniLeg, bet**be** peronealinio nervo apsauga.

SCHMITZ
DIAMOND

Priedai CE MD
ginekologijai ir urologijai

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0115.0	**Kojų atrama (Göpel tipo)** juodas integruotas putplasčio padas, antistatinis, su tvirtinimo dirželiu. SST 18/10, strypas 520 mm ilgio. Reikalingas tvirtinimo gnybtas ref. 101.0018.0 arba 101.0146.0.
101.0219.0	**Göpel tipo kojų atrama, sunkiasvorė (pora)** pagamintas iš SST 18/10, reguliuojamas priemonėmis patogios jungties, laisvai judantis kelių ramentas gali būti fiksuojamas pagal poreikį, aliuminio kelių ramentas su nuimamu visko-elastingu putplasčiu, įsk. tvirtinimo dirželis, reguliuojamas ir laisvai kilnojamas kojų atramos apvalkalas, aliuminio apvalkalas su nuimamu viskoelastiniu padu, įsk. dirželis, strypas 520 mm ilgio. Maksimalus leistinas paciento svoris: 250 kg. Reikalingi 2 vnt. spaustukas 101.0147.0

Priedai CE MD
ginekologijai ir urologijai

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0197.1	**Adapteris, ilgas** dėl**DEIMANTAS**®operacinių stalų, pailginti sėdynės dalį apytiksliai. 420 mm, su išpjova urologinėms intervencijoms, visiškai spinduliuojantis, su SST 18/10 šoniniais bėgeliais 25 x 10 mm ir tvirtinimo tvirtinimo detalėmis kojos daliai. Esant pageidavimui, galima ir prie stalų be gynios. Iškirpti.
101.0520.1 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetei įdėti, adapteriui, ilgas 101.0197.1.
101.6010.1 (be ligos.)	**Adapteris, ilgas** panašus į 101.0197.1, bet už**mobilis**operaciniai stalai. **Pastaba! Prie adapterio negalima pritvirtinti papildomos kojos dalies.**

101.0204.1	**Adapteris, trumpas** dėl**DEIMANTAS**®operaciniai stalai, sėdimos dalies pailginimui 285 mm, ginekologinei ir urologinei chirurgijai, visiškai spinduliuojantys, su šoniniais bėgeliais, išpjova ginekologijai ir tvirtinimo tvirtinimo detalės kojų sekcijos. Esant pageidavimui, galima ir prie stalų be gynios. Iškirpti.
101.0530.1 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, adapteriui, trumpas 101.0204.1.
101.4010.1 (be ligos.)	**Adapteris, trumpas** panašus į 101.0204.1, bet už**mobilis**operaciniai stalai. **Pastaba! Prie adapterio negalima pritvirtinti papildomos kojos dalies.**

	Modelio Nr.	apibūdinimas
	101.0182.0	**Pasukamas praustuvas su laikikliu** SST 18/10 laikiklis ir praustuvas, su išvadu ir plastikine žarna, įsk. spaustukas tvirtinimui prie šoninio bėgelio. Baseino matmenys: 350 x 325 x 150 mm (P x G x A).
	101.0191.0 (be ligos.)	**TUR sietelis** SST 18/10, baseinams 101.0170.0, 101.0182.0, 101.2470.0 ir 101.0362.1.
	101.2470.0	**Praustuvas su laikikliu** dėl**mobilis**operaciniai stalai, SST 18/10, tvirtinimas prie stalo kolonos, su išvadu ir plastikine žarna, baseino matmenys: 350 x 325 x 60 mm (P x G x A).
	101.0362.1	**Praustuvas su išleidimo anga** dėl**DEIMANTAS**®operaciniai stalai, SST 18/10, ištraukiami, su išvadu ir žarna, 1200 mm ilgio. Tvirtinimas prie adapterio, trumpas 101.0204.1 arba adapteris, ilgas 101.0197.1. Baseino matmenys: 350 x 325 x 100 mm (P x G x A).

Priedai CE MD
ginekologijai ir urologijai

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0589.0	**Gyn instrumentų lentyna** dėl**DEIMANTAS**®operaciniai stalai, instrumentų laikymui procedūros metu, įdėklai į operacinio stalo kojos dalies tvirtinimą, padėklo matmenys 548 x 288 mm.
101.0449.0	**Padėklas gyn laikymui. instrumentai** Pakaitinis dėklas, skirtas įdėti į gyn instrumentų lentyną 101.0589.0, dėklo matmenys 548 x 288 mm.

101.0365.1	**Urologijos tvirtinimo juosta*** skysčiams surinkti atliekant histeroskopiją ar cistoskopiją, lankstus rėmas drenažo maišams laikyti, įsk. 10 Urologijos drenažo maišelių 101.0499.1 ir tvirtinimo spaustukai, skirti tvirtinimui prie šoninių turėklų.
101.0499.1	**Urologijos drenažo maišeliai*** skirtas naudoti su urologijos tvirtinimo juostele 101.0365.1 (dėžutė su 10 vienetų).

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0584.1	**Baseinas su giroskopu** tvirtinimui prie adapterio, trumpas 101.0204.1 arba adapteris, ilgas 101.0197.1, didelis ir apvalus SST 18/10 baseinas Ø 360 mm, ištraukiamas, pasukamas, rakinamas bet kokioje padėtyje. Be profiliuoto ratlankio maksimaliai higienai. Kvapo užsandarinimas vietoje sifono gaudykle (sienų/grindų sistema). Rankinis vandens įleidimas rankiniu būdu naudojant vandens čiaupą. Labai lanksti išleidimo žarna ir jungiamoji detalė, Ø 40 mm. Pagal DIN EN 1717.
101.0588.0 (be ligos.)	**TUR sietelis** ratas, SST 18/10, baseinui su giroskopu 101.0584.1.

101.0120.0

101.0212.1

101.0266.0

101.0115.0

101.0179.0

101.0015.0

DEIMANTAS®ir OPX mobilis®Operaciniai stalai CE MD
Priedų apžvalga

apibūdinimas	Modelio Nr.	Puslapis	mobilus 200	Mobilus 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DEIMANTAS®40	DEIMANTAS®50	DEIMANTAS®60
Pečių atrama (pora)	101.0010.0	28	■	■	■	■	■	■	■
Anestezijos rėmelis	101.0012.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Skersinio strypo tvirtinimas	101.0014.0	72	■	■	■	■	■	■	■
Pad[2]	101.0015.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Galvos plokštė	101.0017.2	16					■	■	■
Tvirtinimo spaustukas	101.0018.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Rankų atrama	101.0019.0	23	■	■	■	■	■	■	■
Rankos/plaštakos operacinis stalas	101.0070.1	40	■	■	■	■	■	■	■
Traukos vienetas	101.0105.0	42	■	■	■	■	■	■	■
Šoninė atrama (1 vnt.)	101.0107.1	28	■	■	■	■	■	■	■
Rankos/plaštakos operacinis stalas	101.0108.0	40	■	■	■	■	■	■	■
Rankų atrama	101.0109.1	23	■	■	■	■	■	■	■
Anestezijos rėmo pratęsimas	101.0111.0	24	■	■	■	■	■	■	■
DORO kaukolės apkabos adapteris	101.0113.0	72	■	■	■	■	■	■	■
Kojų atrama (Goepel tipo)	101.0115.0	77	■	■	■	■	■	■	■
Kojų skyrius	101.0116.2	17					■	■	■
Tvirtinimo spaustukas	101.0117.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Stovas priedams	101.0120.0	30	■	■	■	■	■	■	■
Laikiklis kūnui palaikyti	101.0121.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Viršutinės rankos padėties nustatymo plokštė	101.0122.0	42	■	■	■	■	■	■	■
Riešinė	101.0123.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Lankstus anestezijos rėmas	101.0125.0	25	■	■	■	■	■	■	■
DORO Kaukolės spaustukas	101.0127.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Nugaros dalies prailginimas, fiksuotas	101.0131.1	16					■	■	■
Tvirtinimo spaustukas	101.0132.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Kūno atraminis ritinys	101.0135.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Žastikaulio padėties nustatymo įrenginys	101.0136.0	41	■	■	■	■	■	■	■
Riešinė	101.0137.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Infuzijos stulpas	101.0139.0	26	■	■	■	■	■	■	■
Universalus adapteris	101.0141.2	68					■	■	■
DORO Universalus pagrindinis blokas	101.0142.0	72	■	■	■	■	■	■	■
Tvirtinimo spaustukas	101.0146.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Tvirtinimo spaustukas	101.0147.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Pečių/šoninė atrama	101.0151.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Žastikaulio kontratrakcijos postas	101.0152.0	41	■	■	■	■	■	■	■
Rankų apsauga	101.0153.0	26	■	■	■	■	■	■	■
Vamzdžio laikiklis	101.0154.0	26	■	■	■	■	■	■	■
DORO Formuota galvos atrama	101.0156.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Nugaros dalies prailginimas, palenkiamas	101.0159.0	16					■	■	■
Nugaros/sėdmenų atrama	101.0162.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Weinberger rankos traukos įtaisas	101.0163.1	41	■	■	■	■	■	■	■
Kojų suvaržymo dirželis	101.0164.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Kirschner vielos prietaisas	101.0165.0	64	■	■	■	■	■	■	■
Kojų dalis, keturių dalių	101.0171.1	21					■	■	■
Gaktos / kryžkaulio / krūtinkaulio palaikymas	101.0175.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Kūno suvaržymo dirželis	101.0177.1	25	■	■	■	■	■	■	■
Rektoskopija/sėdmenų palaikymas	101.0178.0	28	■	■	■	■	■	■	■
Galvos atrama pasagai	101.0179.0	69	■	■	■	■	■	■	■
DORO kaukolės smeigtukai	101.0180.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Pasukamas praustuvas su laikikliu	101.0182.0	79	■	■	■	■	■	■	■
Armatūra	101.0187.0	69	■	■	■	■	■	■	■
DORO kaukolės smeigtukai	101.0188.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Šoninis atraminis padas (gabalas)	101.0190.0	37	■	■	■	■	■	■	■
TUR sietelis	101.0191.0	79	■	■	■	■	■	■	■
Rankų atrama	101.0192.0	23	■	■	■	■	■	■	■
Šoninio bėgio pratęsimas (pora)	101.0193.0	65	■	■	■	■	■	■	■
Prailginimo pagalvėlių komplektas	101.0194.0	35	■	■	■	■	■	■	■
Riešo atrama	101.0195.0	69	■	■	■	■	■	■	■

apibūdinimas	Modelio Nr.	Puslapis	mobilus 200	Mobilus 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DEIMANTAS®40	DEIMANTAS®50	DEIMANTAS®60
Adapteris, ilgas	101.0197.1	78					■	■	■
Prailginimo pagalvėlių komplektas	101.0200.0	35	■	■	■	■	■	■	■
2 pėdų lėkštės vaikams	101.0201.0	65	■	■	■	■	■	■	■
Adapteris, trumpas	101.0204.1	78					■	■	■
2 vaikiški tempimo batai	101.0205.0	65	■	■	■	■	■	■	■
Kojinis valdymas, jungiamas kabeliu	101.0206.1	13						■	■
Plexus pagalvėlė	101.0208.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Pagalvėlė	101.0211.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Kelio padėties nustatymo įrenginys	101.0212.1	37	■	■	■	■	■	■	■
Priemoka už 80 mm trinkeles[1]	101.0213.0	-					■	■	■
Rankinis valdymo blokas, Bluetooth®	101.0214.2	12						■	■
Perkėlimo kojų plokštės (pora)	101.0218.0	33+64	■	■	■	■	■	■	■
Kojų atrama Göpel tipo, sunkiasvorė (pora)	101.0219.0	77	■	■	■	■	■	■	■
Potencialų išlyginimo kabelis	101.0220.0	34	■	■	■	■	■	■	■
Teleskopinis strypas	101.0224.0	67	■	■	■	■	■	■	■
Grįžti į nulinę funkciją[1]	101.0225.0	-			■				
Grąžinimo į nulį funkcija[1]	101.0226.0	-				■			
5 krypties ratukas[1]	101.0227.0	-					■	■	■
Kasečių laikiklis	101.0228.0	34					■	■	■
Potencialų išlyginimo kabelis	101.0230.0	34	■	■	■	■	■	■	■
Pasiruošimas elektr. adj. priedas	101.0238.0	16					■	■	■
Plokštelė vaikų chirurgijai DIAMOND®	101.0239.0	33					■	■	■
Ilgio adapteris prailginimo įrenginiui	101.0240.0	63	■	■	■	■	■	■	■
Peties operacijos plokštelė	101.0244.1	39						■	■
Šoninė kūno atrama (pc)	101.0245.0	39	■	■	■	■	■	■	■
Apsauga nuo purslų	101.0247.0	30					■	■	■
Šoninės apsaugos (pora)	101.0248.0	32	■	■	■	■	■	■	■
Pamušalas šoninėms apsaugoms (vnt.)	101.0249.0	32	■	■	■	■	■	■	■
Tvirtinimo dirželis 840 mm	101.0252.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Rentgeno kasetės laikiklis	101.0255.0	34	■	■	■	■	■	■	■
Galvos atrama pasagai, valdymas viena ranka	101.0256.0	69	■	■	■	■	■	■	■
Pažasties atrama	101.0257.0	42	■	■	■	■	■	■	■
Alkūnės atrama	101.0258.0	42	■	■	■	■	■	■	■
Kojų atrama	101.0259.0	43	■	■	■	■	■	■	■
Menisko padėties nustatymo prietaisas	101.0261.0	43	■	■	■	■	■	■	■
Tvirtinimo dirželis 1 400 mm	101.0262.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Formuota galvos atrama peties operacijai	101.0266.0	40	■	■	■	■	■	■	■
Prailginimo įtaisas	101.0270.1	61	■	■	■	■	■	■	■
Traukos įtaisas blauzdikaulio lūžiams	101.0280.1	65	■	■	■	■	■	■	■
Įklotas klubo artroskopijai	101.0320.0	67	■	■	■	■	■	■	■
KGEL Šoninis padėties reguliatorius[2]	101.0327.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Kulno atrama – pora[2]	101.0328.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Pasagos galvos pagalvė SUAUGUSIŲJŲ[2]	101.0329.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Pasagos galvos pagalvė PEDIATRIC[2]	101.0331.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Spurgos galvutės pagalvėlė SUAUGUSI[2]	101.0332.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Spurga galvutės pagalvėlė PEDIATRIC[2]	101.0333.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Ventralios padėties galvos pagalvėlė[2]	101.0334.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Spurgos galvos pagalvė NEONATAL[2]	101.0336.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Nugarinės galvos pagalvėlė[2]	101.0337.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Nugarinės galvos pagalvėlė[2]	101.0338.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Krūtinės ritinys[2]	101.0339.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Dubens gipso adapteris su dubens atrama	101.0340.0	64	■	■	■	■	■	■	■
Kontūrinis pamušalas[2]	101.0341.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Kontūrinis pamušalas[2]	101.0342.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Gelio rankos laikiklis	101.0343.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Kryžkaulio palaikymas[2]	101.0344.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Paciento padėties nustatymo priemonė[2]	101.0346.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Paciento padėties nustatymo priemonė[2]	101.0347.0	-	■	■	■	■	■	■	■

[1]Šiuos elementus galite rasti pagrindiniuose DIAMOND kataloguose®ir OPX mobilis®ARBA stalo serija.

[2]Šiuos elementus rasite operacinių stalų padėties nustatymo pagalbinių priemonių kataloge.

101.0369.0

101.0566.0

101.0486.0

101.0368.0

101.0504.0

101.0737.0

DEIMANTAS®ir OPX mobilis®Operaciniai stalai CE MD
Priedų apžvalga

apibūdinimas	Modelio Nr.	Puslapis	mobilus 200	Mobilus 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DEIMANTAS®40	DEIMANTAS®50	DEIMANTAS®60
Paciento padėties nustatymo priemonės	101.0348.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Atraminis stulpelis šoninei padėčiai	101.0350.0	64	■	■	■	■	■	■	■
Tunelinis padas su Kgel apsauga[2]	101.0352.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Operacinio stalo perdanga[2]	101.0353.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Operacinio stalo perdanga[2]	101.0354.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Gelinis pozicionierius, didelis	101.0355.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Įkrovimo lopšys, pjedestalo versija	101.0356.0	15					■	■	■
Įkrovimo lopšys, ant bėgio tvirtinamas variantas	101.0358.0	15					■	■	■
Kojinis valdymas, jungiamas kabeliu	101.0359.0	13					■		
Praustuvas su išleidimo anga	101.0362.1	79					■	■	■
Galvos atramos jungtis	101.0363.0	68	■	■	■	■	■	■	■
Galvos atramos jungtis	101.0364.0	68	■	■	■	■	■	■	■
Urologijos tvirtinimo juosta	101.0365.1	80	■	■	■	■	■	■	■
Kojos plokštė (pora)	101.0368.0	35	■	■	■	■	■	■	■
UniLeg kojų atramos (pora)	101.0369.0	75	■	■	■	■	■	■	■
Rankinis valdymo blokas, jungiamas kabeliu	101.0380.1	12						■	■
Bluetooth®Paruošimas	101.0391.2	13					■	■	■
Paruošimas, kabeliu jungiamas kojinis valdiklis	101.0397.0	13					■	■	■
Dvigubas stalviršis[1]	101.0430.0	-					■	■	■
OMFS plokštė	101.0441.1	71					■	■	■
Lentelės plėtinys (pora)	101.0443.0	35	■	■	■	■	■	■	■
Padėklas gyn instrumentams laikyti	101.0449.0	80					■	■	■
Kūno suvaržymo dirželis	101.0455.1	25	■	■	■	■	■	■	■
Dvigubas stalviršis už 101.0017.2	101.0480.0	16					■	■	■
Radiolokacinė galvos atramų sistema	101.0486.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Urologijos drenažo maišeliai	101.0499.1	80	■	■	■	■	■	■	■
Dvigubas stalviršis už 101.0116.2	101.0500.0	17					■	■	■
Balster	101.0501.0	71					■	■	■
Šoninio bėgio adapteris	101.0502.0	71					■	■	■
Tarpinis padas	101.0503.0	71					■	■	■
Valymo autobusas DIAMOND®	101.0504.0	32					■	■	■
Dvigubas stalviršis už 101.0131.1	101.0510.1	16					■	■	■
Dvigubas stalviršis už 101.0197.1	101.0520.1	78					■	■	■
Dvigubas stalviršis 101.0204.1	101.0530.1	78					■	■	■
Dvigubas stalviršis už 101.0171.1	101.0540.0	21					■	■	■
Vakuuminis čiužinys, SigmaLap	101.0549.0	-	■	■	■	■	■	■	■
Prailginimo įtaisas, anglis	101.0563.0	53					■	■	■
Transporto vežimėlis	101.0566.0	55					■	■	■
Perkėlimo kojų plokštės (pora)	101.0567.1	55					■	■	■
Blauzdos padėties nustatymo įtaisas	101.0568.0	56					■	■	■
Kondilo fiksacija	101.0569.0	56+65	■	■	■	■	■	■	■
Universali kojų plokštelė	101.0572.0	20					■	■	■
Dvigubas stalviršis už 101.0159.0	101.0580.0	16					■	■	■
Kelio artroskopijos palaikymas	101.0583.0	37	■	■	■	■	■	■	■
Baseinas su giroskopu	101.0584.1	81					■	■	■
Rankenos (pora)	101.0586.0	29	■	■	■	■	■	■	■
TUR sietelis	101.0588.0	81					■	■	■
Gyn instrumentų lentyna	101.0589.0	80					■	■	■
Rankinis valdymo blokas, jungiamas kabeliu	101.0590.1	12					■		
Rankinis valdymo blokas, Bluetooth®	101.0591.2	12					■		
Atraminis stulpelis šoninei padėčiai	101.0594.0	56					■	■	■
Dubens gipso adapteris su dubens atrama	101.0595.0	56					■	■	■
Šoninio bėgio pratęsimas	101.0596.0	57					■	■	■
Šoninė kūno atrama (pc)	101.0612.0	39	■	■	■	■	■	■	■
Kojų dalis, lengvas variantas	101.0621.0	17					■	■	■
SCHMITZ integravimo modulis	101.0622.0	31					■	■	■
SCHMITZ integravimo modulis	101.0623.0	31					■	■	■
Kojų suvaržymo dirželis	101.0625.0	25	■	■	■	■	■	■	■

apibūdinimas	Modelio Nr.	Puslapis	mobilus 200	Mobilus 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DEIMANTAS®40	DEIMANTAS®50	DEIMANTAS®60
Kirschner vielos prietaisas	101.0676.0	57					■	■	■
UniLeg kojų atramos (pora)	101.0678.0	75	■	■	■	■	■	■	■
Kelių / pėdų plokštelės (pora)	101.0682.0	37	■	■	■	■	■	■	■
Galinės dalies prailginimas, trumpas	101.0689.0	17					■	■	■
Dvigubas stalviršis už 101.0689.0	101.0690.0	17					■	■	■
Perkėlimo kojelė, trumpa (gabalas)	101.0704.0	55					■	■	■
Sėdynės dalis su araminiu stulpeliu	101.0711.0	53					■	■	■
Prailginimo juosta su traukos agregatu	101.0712.0	53					■	■	■
Stovas priedams	101.0737.0	30					■	■	■
Transporto vežimėlis	101.0748.0	63	■	■	■	■	■	■	■
Vakuuminis čiužinys, standartinis	101.0749.0	-	■	■	■	■	■	■	■
2 sekcijos kojų dalis (pora)	101.2170.1	22	■	■	■	■			
Kojų skyrius	101.2180.1	22	■	■	■	■			
Praustuvas su laikikliu	101.2470.0	79	■	■	■	■			
Galvos atrama	101.2580.1	22	■	■	■	■			
Galvos atrama	101.2590.1	22	■	■	■	■			
Universalus adapteris	101.2720.0	68	■	■	■	■			
Nugarinė plokštelė	101.2780.1	36	■	■	■	■			
Peties artroskopijos plokštelė	101.2790.1	40	■	■	■	■			
Kasečių laikiklis	101.2810.0	34	■	■	■	■			
CFRP skersinis	101.2950.0	34	■	■	■	■			
Adapteris, trumpas	101.4010.1	78	■	■	■	■			
Adapteris, ilgas	101.6010.1	78	■	■	■	■			
Anglies plokštė skirta DIAMOND®	101.7151.1	44					■	■	■
Šoninis bėgelis anglies plokštei	101.7152.0	44	■	■	■	■	■	■	■

[1]Šiuos elementus galite rasti pagrindiniuose DIAMOND kataloguose®ir OPX mobilis®ARBA stalo serija.

[2]Šiuos elementus rasite operacinių stalų padėties nustatymo pagalbinių priemonių kataloge.

SCHMITZ
A SENSE OF CONFIDENCE

kontaktas

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Rūras)
Vokietija

T +49 (0) 2377 84 0 F +49 (0) 2377 84 162 zentrale@schmitz-medical.com

Eksporto skyrius:
T +49 (0) 2377 84 0 F +49 (0) 2377 84 135 export@schmitz-medical.com

Techninė tarnyba, karštoji linija: T +49 (0)2377 84 549
F +49 (0) 2377 84 210
service@schmitz-medical.com

Informacija apie mūsų galima rasti įstaigų visame pasaulyje mūsų svetainėje:

www.schmitz-medical.com

CE MD
Visi įrenginiai pažymėti CE-MD simboliu, kartu su mūsų priedai, atitinka reikalavimus Medicinos prietaisų reglamentas 2017/745/ES (MDR) kaip taip pat Medicinos prietaisų pakeitimo įstatymas ir yra I rizikos klasės medicinos prietaisai.

CE
Visi prietaisai, pažymėti paprastu CE ženklu, atitinka reikalavimus žemos įtampos direktyvos 2014/35/ES ir elektros įrangos reglamento.

Daugiau informacijos apie numatytą naudojimą taip pat rasite naudojimo instrukcijoje!

Esame sertifikuoti acc. į DIN EN ISO 9001:2015 DIN EN ISO 13485:2016

* Šis produktas yra prekė, parduodama su OEM prekės ženklu.

Mūsų prekės ir paslaugos turi būti suprantamos iš gamyklos. Pristatymas vykdomas per mūsų įgaliotus partnerius arba filialus. Įmonė pasilieka teisę be įspėjimo keisti savo gaminių dizainą, konstrukciją, matmenis ir apdailą. Visi svarbūs matmenys ir svoriai turi būti suprantami kaip apytikslė informacija / duomenys. Dėl techninių priežasčių galimi spalvų nukrypimai. Šiame kataloge pateiktos pacientų padėties yra tik pavyzdinės ir nepretenduoja į priedų teisingumą ir (arba) išsamumą, bet kuriuo atveju laikykitės naudojimo instrukcijų.

Šiame kataloge pateikti gaminiai neleidžiami parduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Nominalus mokestis 3,00 eur.

SCHMITZ-Katalogas Nr.92, 04.2024 GB