Translated from English to Lithuanian - www.onlinedoctranslator.com

SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

Jūsų partneris chirurgijoje
DIAMOND®– Operaciniai stalai

Kompanijos jausmas

Daugiau nei 90 metų patirtį turinti SCHMITZ yra vienas iš pirmaujančių tarptautinių medicinos produktų gamintojų.

Šeimos verslas, turintis gyvas tradicijas. Mūsų tipiškas darbuotojas įmonėje dirba apie 18 metų – tai įrodymas, kaip stipriai jie susitapatina su mūsų vertybėmis ir filosofija.

2012 metais įmonės valdymas atiteko Friedrichui ir Matthiasui Schmitzams – ketvirtajai šeimos kartai.

Didžiuojamės, kad esame Vokietijoje ir giliai įsišakniję savo gimtajame regione. Mes kuriame ir gaminame čia.

90% mūsų tiekėjų yra iš Vokietijos, iš kurių 60% yra iš vietinio regiono.

Made in Germany

"Perėjimas į kitą kartą visada yra kažkas ypatingo."

Rūpestingumo jausmas

Mes suprantame paslaugas, kurios yra mūsų gyvybės šaltinis, ir siekiame, kad klientai būtų kuo labiau patenkinti. Nuo konsultavimo iki planavimo iki montavimo.

Iš mūsų galite tikėtis ekonomiškumo dėl ilgaamžiškumo.

Turėdamas gerai apgalvotą paslaugų koncepciją ir visapusį palaikymą, SCHMITZ dirba kartu su jumis kaip partneris nuo pradžios iki pabaigos.

Techninis klientų aptarnavimas
T +49 (0) 2377 84 549
service@schmitz-medical.com

'Pasižadėjęs aistrai su atsidavimu detalėms – visų sričių ekspertas.

Daugiau nei 80 tarptautinės prekybos partnerių

Prekybos biurai

SCHMITZ – atstovaujama visame pasaulyje

SCHMITZ

DEIMANTAS® CE MD

Operacinis stalas patiems reikliausiems reikalavimams.

Paruošta bet kokiam reikalavimui
DEIMANTAS®atitinka kiekvienos chirurginės disciplinos OR teatre reikalavimus ir būtinas sąlygas.

Puikiai apgalvota veikimo koncepcija
Garantuoja saugų ir kontroliuojamą valdymą. Atsparus ateičiai dėl naujausių technologijų.

Naudojimo ir lankstumo permąstymas
Išankstinio išleidimo funkcija užtikrina tobulą darbo eigą dėl intuityvaus valdymo patogumo.

Siūlo apkrovą ir lankstumą bet kurioje padėtyje Mūsų novatoriškas dizainas atitinka griežtus profesinius reikalavimus.

Neribotas funkcionalumas
Aukštas koncepcinis standartas užtikrina optimalią prieigą ir aukštą radionuklidumo lygį.

DIAMOND priedai®

Parinkčių asortimentas leidžia pritaikyti operacinį stalą pagal individualius poreikius ir taip tobulinti savo darbo vietą – orientuotą į jūsų struktūras.



Dviguba energijos sistema

DEIMANTAS®
Daugiapakopė apsaugos sistema
užtikrina nepertraukiamą chirurginių procedūrų eigą

Išmokti daugiau apie DEIMANTAS®Dviejų lygių apsaugos sistema!

Dviejų lygių apsaugos sistema visoms stalo funkcijoms Nuimamas rankinis avarinio valdymo blokas nuolatiniam patogiam stalo reguliavimui (skirta DIAMOND®40 modelių: galima pasirinkti kaip papildomą). Papildomas rankinis-hidraulinis visų stalo funkcijų reguliavimas su išankstinio pasirinkimo ratukais ir kojiniu pompa. Pirmiausia pasirinkite norimą funkciją, tada paleiskite reguliavimo judesį pedalais. Papildomas fiksavimo mechanizmas hidraulinėje sistemoje suteikia papildomo saugumo visiems elektrohidrauliniams stalo judesiams. Tai reiškia, kad pacientas visą laiką yra saugioje padėtyje.

Pedalas iš abiejų pusių centriniam užraktui ir pasirenkamo kryptinio ratuko įjungimas.

Iš viso keturi baterijų moduliai,
sugrupuoti į du nepriklausomus baterijų blokus, tiekia pakankamai energijos daugiau nei dviem savaitėms su vidutiniškai 100 chirurginių intervencijų. Tokiu būdu du energijos šaltiniai užtikrina stalo parengtį darbui ir garantuoja nuo tinklo nepriklausomą elektrohidraulinį visų stalo funkcijų reguliavimą.

DEIMANTAS®operacinį stalą galima valdyti net tada, kai maitinimo laidas yra prijungtas.
Integruotas įkrovimo blokas, papildomas pasirinkimo mygtukas centriniame maitinimo ir akumuliatoriaus režimo tiekimo taške, potencialo išlyginimo gnybtas ir maitinimo jungiklis. Visos jungtys ir mygtukai yra atsparūs purslams.

Minkšto paleidimo funkcijos jungiklis
Dėl švelnaus variklio užvedimo garantuoja tikslų stalo judėjimą, pavyzdžiui, atliekant stuburo operaciją ar neurochirurgiją.

Bluetooth
SCHMITZ
Spalvotas ekranas su apšvietimu
Trigerio klavišai
aktyvavimui
papildomos funkcijos
Meniu naršymo mygtukas
dėl pasirinkimo
papildomos funkcijos, pvz
– išilginis poslinkis
– Flex/Reflex padėtys
– el. reguliuojamas nugaros dalies prailginimas su inkstų tiltelio funkcija
– atminties funkcija
GO/STOP mygtuko įjungimas
rankinis valdymo blokas
Padėtys
Atvirkštinis režimas
0 pozicija

Integruoti šviesos diodai, skirti apšviesti valdymo skydelį
Didelis, apšviestas ekranas
0 pozicija
Go/Stop mygtukas
Norėdami suaktyvinti pėdos valdymą
Meniu naršymas ir padėties nustatymas

DEIMANTAS®
Operatyvinės parengties ir paciento saugumas

Valdymas rankomis

Didelis, didelės raiškos spalvotas ekranas ir apšviesta klaviatūra. Visa lentelės būsenos informacija, pvz., šiuo metu pasirinkta padėtis, atbulinės eigos padėties nustatymas ir akumuliatoriaus įkrovos rodymas vienu žvilgsniu. (pasirenkamas belaidis rankinis valdymas su Bluetooth®)

Kojų valdymas

Su ekrano apšvietimu ir dideliais valdymo pultais norimai stalo funkcijai. Kėlimo kronšteine sumontuoti šviesos diodai apšviečia kojinio valdymo pultą net ir užtemdytoje operacinėje.

(pasirenkamas belaidis kojinis valdymas su Bluetooth®)



Būsenos informacijos pavyzdžiai ekrane

Bluetooth®valdymo blokas jungiasi prie DIAMOND® operacinis stalas.

Belaidis veikimas per Bluetooth®

Bluetooth®technologija leidžia nepertraukiamai valdyti ARBA stalą, neatsižvelgiant į sterilius dangčius ar panašius daiktus, kurie gali būti tarp valdymo bloko ir OR stalo. Bluetooth® valdymo blokas palaiko ryšį tik su jam priskirtu operaciniu stalu, nėra pavojaus netyčia suaktyvinti kitą įrenginį. Dvikryptis ryšys nuolat stebi esamą operacinio stalo būseną ir rodo ją spalvotame ekrane

rankinio valdymo.

Bluetooth®nėra visose rinkose, susisiekite su mumis!

STOP
SCHMITZ

DIAMOND

IEC
DE1-63695
CB TEST CERTIFICATE
SCHMITZ

DEIMANTAS®
Operatyvinės parengties ir paciento saugumas

Atminties putplasčio pagalvėlės
užtikrina veiksmingą dekubito profilaktiką, sumažina kūno šilumos nuostolius ir tuo pačiu suteikia didesnį komfortą pacientui.

Integruoti jutikliai
įspėti vartotoją vizualiai per ekraną, akustiškai perspėjamuoju pyptelėjimu ir lytėjimo signalu apie gresiantį susidūrimą ir automatiškai sustabdyti stalo judesius (nuo modelio priklausoma įrangos funkcija). Tačiau, kad būtų užtikrintas maksimalus lankstumas, įspėjimai gali būti bet kada nepaisyti
(taip pat žr. 18–21 psl.).

Apsaugotas nuo netyčinio stalo judėjimo
automatinio rankinio valdymo bloko išjungimo funkcija po 60 sekundžių (reguliuojama). Be to, galvos ir kojų dalių reguliavimo mechanizmai yra apsaugoti nuo netyčinio suveikimo. Saugumo sumetimais stalui reguliuoti vienu metu galima naudoti tik vieną rankinį valdiklį.

Atskirų lentelės segmentų reguliavimas
yra atliekamas žingsnis po žingsnio ir todėl švelniai paveikiamas pacientas. Nėra rizikingo kelių elementų koregavimo vienu metu.

Išbandyta dėl saugumo pagal CB schemą pagal IEC 60601
SCHMITZ atitinka visus standartinius reikalavimus ne tik CE ženklui, bet ir IEC 60601, kurį išbandė nepriklausomas ir patvirtintas Vokietijos bandymų institutas.

DEIMANTAS® CE MD

Ateičiai atspari programinė įranga ir elektronika

DIAMOND dėka mūsų pačių sukurtų elektroninių dalių ir programinės įrangos® ARBA lentelė yra pritaikyta ateities reikalavimams. Taip užtikrinamas reguliarus naujų programinės įrangos funkcijų atnaujinimas.

Įkrovimo lopšys
Indukcinis Bluetooth įkrovimas®rankiniai valdikliai įkrovimo laikiklyje. Rinkitės iš vertikalios versijos, šoninio bėgelio įkrovimo laikiklio arba praktiško tvirtinimo prie sienos. Tinkamas „Bluetooth“ saugojimo sprendimas®rankiniai valdikliai, nebereikia atsitiktinių laidų. Įkrovimo proceso metu operacinį stalą vis tiek galima reguliuoti naudojant rankinį valdiklį, esantį įkrovimo laikiklyje.

Suaktyvinimas judesiu
Automatinis rankinio valdymo įjungimas jį pakėlus.
Nebereikia ieškoti įjungimo/išjungimo mygtuko, kai dirbate tamsoje.

Atminties pozicijos
Galima išsaugoti iki aštuonių individualiai pasirenkamų pozicijų, kurias galima greitai ir lengvai pasiekti vienu mygtuko paspaudimu. Išsaugota padėtis grafiškai pavaizduota ekrane.

Pasirinktinė 0 padėtis
Išsaugoję pasirinktinį aukščio nustatymą naudodami 0 padėties mygtuką, galėsite lengvai perkelti pacientą į lovą arba transporterį.

Valdymo blokas su foniniu apšvietimu

Apšviestas valdymo pultas, skirtas saugiai ir lengvai valdyti net ir tamsioje operacinėje.

Rankų valdymo vibracija

Haptinis grįžtamasis ryšys apie aptiktus pavojus, pvz., įspėjantis apie susidūrimą, leidžia medicinos personalui sutelkti dėmesį į pacientą.

Minkšto paleidimo funkcija

Kai kalbama apie milimetrus! DEIMANTAS®operaciniai stalai turi švelnaus paleidimo funkciją, skirtą tiksliam derinimui. Tai leidžia atlikti milimetro tikslumą dėl švelnaus variklio paleidimo.

SCHMITZ integravimo modulis

pasirinktinai integruoti DIAMOND®operacinį stalą į Storz OR1™ arba kitą centrinę valdymo sistemą, saugų dvikryptį duomenų perdavimą. Leiskite mūsų ekspertams patarti.

Veikimo savybės, priklausomai nuo modelio

Veikimo savybės, priklausomai nuo modelio

DEIMANTAS®jutiklių sistema

1 Stabdžių jutikliai
Saugumo sumetimais stalą galima perkelti tik valdymo elementais, kai įjungtas ratuko stabdys. Naudotojas informuojamas, kad ratuko stabdys turi būti įjungtas vizualiai ekrane, apčiuopiamai vibruojant ir garsiniu įspėjamuoju signalu. Ratuko stabdys nepriklauso nuo stalo maitinimo.

2 Avarijų aptikimo sistema
Panašiai integruoti jutikliai sustabdo operacinio stalo judėjimą nugaros ir kojų sąnarių srityse prieš numatomą susidūrimą. Šiuo tikslu įvertinamos esamos išilginio judėjimo, šoninio reguliavimo, Trendelenburgo ir atvirkštinio Trendelenburgo bei aukščio padėties reikšmės. Įspėjimai gali būti bet kuriuo metu nepaisyti, kad būtų užtikrintas maksimalus lankstumas. Kaip ir visi kiti susidūrimo jutikliai, taip pat yra vaizdinis, lytėjimo arba garsinis įspėjimas.

3 Teleskopinė kėlimo kolonėlės jutiklių sistema
Tai atpažįsta, kai objektai įstrigo tarp kolonos dangos ir pėdos dalies, ir nedelsiant sustabdo aukščio reguliavimą, taip išvengiant stalo pažeidimo. Aukščio reguliavimo pagalba galima pakelti stalą ir saugiai išimti daiktą.

4 Operacinio stalo baterijos būsena
Dabartinę stalo baterijų būseną galite patikrinti rankinio valdymo pulte esančiame techniko meniu.
Įtampa ir temperatūra suteikia techniniams darbuotojams vertingos informacijos apie galimus pažeidimus ar gedimus.

5 Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
Valdymo blokai visą laiką rodo esamą akumuliatoriaus būseną. Esant 20 % talpos, ekrane rodomas išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius.

Svarbu!
Tolesni puslapiai pateikti informaciją apie pasirinktus operacinio stalo būsenos pranešimus.

Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją DEIMANTAS®nurodymus naudojimui!

DEIMANTAS®

Būsenos pranešimų pavyzdžiai



Įspėjimas apie gresiantį susidūrimą stalo gale.



Įspėjimas apie gresiantį susidūrimą stalo kojelės gale.



Pranešimas suaktyvinti ratuko stabdį, kad būtų galima perkelti stalą.



Vaizdinis išsaugotos vietos atvaizdavimas atminties meniu.



Pranešimas, kad tarp kolonos dangos ir pėdos dalies aptiktas objektas.

Pranešimas apie išsikrovusį akumuliatorių.



Informacija apie esamą įdėtos baterijos būseną lentelėje.

DEIMANTAS® CE MD

Higiena

Pagalvėlės tvirtinamos lipniomis gelio juostelėmis

kad jie liktų vietoje. Tačiau jas galima reguliuoti taip, kad pagalvėlės būtų išdėstytos taip, kad tiktų pacientui.

Lengvas valymas

klijų gelio juosteles drėgnu skudurėliu. Lipniosios gelio juostelės yra atsparios dezinfekcijai ir sukuria optimalias higienines sąlygas ARBA teatre.

Apsauga daug skysčių vartojančių operacijų metu

Pasirenkama apsauga nuo purslų centriniam pristatymo taškui DIAMOND papėdėje®operacinis stalas tarnauja kaip apsauga daug skysčių reikalaujančiose operacijose, pvz., urologijoje ar akušerijoje. DIAMOND valymo pastangos®operacinis stalas žymiai sumažintas.

Valymo autobusas

Net DIAMONDO apačia®operacinį stalą, kuris dažnai yra labai svarbus higienos požiūriu, galima patogiai nuvalyti naudojant valymo šaudyklą. DEIMANTAS®Operacinis stalas perkeliamas į prietaisą, kai stalviršis yra aukščiausioje padėtyje, valymo šautuvo rėmas yra po stalo sėdynės dalimi. Nuleidus stalviršį, stalo pagrindas pakeliamas nuo grindų ir pasiekiama apatinė jo dalis valymui.

DIAMOND

DEIMANTAS® CE MD
Mobilumas ir ergonomika

Aukštas krypties stabilumas ir manevringumas dėl pasirenkamo 5-ojo ratuko ir didelių dvigubų ratukų, kurių skersmuo 125 mm. Pacientus perkelti siauruose kampuose ar ilgais koridoriais galima atlikti su minimaliomis pastangomis. DEIMANTAS®Taip pat galima lengvai perkelti į operacinę pagal chirurginės intervencijos reikalavimus. Nenaudojant varikliu varomų stabdžių sistemų, savaime išsilyginantis pagrindas gali automatiškai kompensuoti iki 10 mm žemės nelygumus.

Trijų funkcijų pedalai abiejose stalo pagrindo pusėse:

- Tiesus bėgimas su 5-ojo ratuko įjungimu, norint judėti ilgais koridoriais arba apsisukti vietoje. DEIMANTAS®stalas išlaiko krypties stabilumą, net kai pacientas guli ant viršaus.
- Laisvas manevravimas su išjungtu 5-uoju ratuku, pvz., operacinėje, siekiant patenkinti padėties poreikį chirurginės intervencijos metu.
- Stabdžių funkcija su visų ratukų fiksavimu, užtikrinančiu aukštą stabilumą (5-asis ratukas yra kaip papildomas priedas)

Integruotos įleidžiamos rankenos

Dėl integruotų įgilintų rankenų elementus lengva transportuoti ir pritvirtinti arba išimti.

Sužinokite daugiau apie išankstinio išleidimo mechanizmą DEIMANTAS®!

Galvos ir kojų plokštelės nuimamos mygtuko paspaudimu Greitas ir saugus pakeitimas reiškia, kad pacientai gali būti išdėstyti visose stalo konfigūracijose. Dėl mygtuko ir išankstinio atleidimo mechanizmo stalo elementus ir visus prijungiamus priedus galima lengvai pritvirtinti prie tvirto laikiklio, todėl personalui procesas tampa be vargo. Dėl integruotų įgilintų rankenų elementus lengva transportuoti ir pritvirtinti arba išimti.

DIAMOND

OND

DIAMOND

DEIMANTAS® CE MD

Pėdų erdvė ir stabilumas

Atvirkštinio režimo funkcija

Dėka atvirkštinio režimo funkcijos, DIAMOND®siūlo puikią erdvę kojoms chirurgų komandai ir tuo pačiu patobulintą intraoperacinę fluoroskopiją.
Atvirkštinis režimas leidžia operacinį stalą pritaikyti pagal visus reikalavimus operacijos metu.

Vieta kojoms

Stalo pagrindas suformuotas taip, kad chirurgui būtų optimali pėdų erdvė.

Didelis stabilumas

prieš traukos ir gniuždymo jėgas leidžia iššaukti pozicijas naudojant prailginimo įtaisą.

MIS

Didelė svorio talpa
iki 454 kg

DEIMANTAS® CE MD

Dirbkite saugiai, net ir su didesniu kroviniu

Patikimas – net ir esant dideliems kroviniams

Su statine darbine apkrova iki 454 kg, DIAMOND®
Dėl kruopščiai atrinktų ir tvirtų komponentų, taip pat patikrintos hidraulinės sistemos, operacinis stalas puikiai pritaikytas bet kokio tipo procedūroms.
Galvos ir kojų plokštelė bei nugaros dalies prailginimas leidžia saugiai dirbti iki 360 kg apkrovą tiek įprastoje padėtyje, tiek atbuline eiga su dinamišku judėjimu.

Saugi paciento padėtis

Net labai nutukę pacientai gali būti saugiai išdėstyti naudojant DIAMOND®operacinis stalas. Tiek pats operacinis stalas, tiek jo priedai skirti efektyviai ir patogiai padėti pacientą bei padėti chirurgams atlikti savo darbą.

Tinkami priedai kiekvienai pozicijai

Nesvarbu, ar kojoms prilaikomi dirželiai, pėdų plokštės ar stalo prailginimas – DIAMOND priedų asortimentas®operaciniai stalai yra sukurti taip, kad atitiktų visas dažniausiai naudojamas pozicijas. Universalus operacinis stalas visų tipų operacijoms.

DIAMOND

1 470 mm
DIAMOND

1 040 mm
DIAMOND

1 680 mm
DIAMOND

DIAMOND

DEIMANTAS® CE MD
Išilginis reguliavimas ir rentgenas

Neribotas rentgeno spindulių skaičius

DEIMANTAS®stalviršį galima perkelti iš viso 300 mm išilgai (DEIMANTAS®40 LK ir DEIMANTAS®60 BLK modelių). Taip gaunamas 2100 mm paviršius, atitinkantis apytiksliai. 98 % gulimo paviršiaus, todėl galima neribotai atlikti paciento rentgeno spindulius, optimizuojant kojų ir pėdų erdvę. Be plono stulpelio dizaino su tik apytiksliai. 300 mm maksimalus plotis, tai palengvina prieigą prie C formos svirties.

Optimizuota prieiga naudojant C ranką

Dėl galimybės perkelti stalviršį išilgai, DIAMOND®operacinis stalas yra optimizuotas C formos rankos rentgeno spinduliams.

Optimizuota prieiga C formos rankai,
sužinokite patys!

Anglies priedai

Galima pritvirtinti anglies plokštelę, kuri dar labiau pagerina rentgeno procedūrą ir prieigą prie operacijos zonos. Tai padidina galimą rentgeno spindulių plotą iki 1680 mm vien galvos gale.

Pasirinktinai dvigubos plokštės

deimante®ARBA stalviršis leidžia naudoti visas įprastas rentgeno kasetes.

Krūtinės ląstos padėtis

DEIMANTAS® CE MD
Veikimo savybės

Elektra reguliuojamas nugaros dalies prailginimas su inkstų tiltelio funkcija pabrėžia DIAMOND lankstumą®kaip operacinis stalas visoms disciplinoms
Tai reiškia, kad krūtinės ląstos ar tulžies pūslės operacijos gali būti atliekamos pacientams, gulintiems į šoną arba gulint. Jis gali būti pritvirtintas, kai reikia, ir nėra stacionariai pritvirtintas prie stalo.

Elektrohidraulinė kojų dalies ir kojų atramos reguliavimo funkcija, taip pat veikianti kaip nugaros dalies reguliavimo funkcija atbulinės eigos režimu
leidžia tiksliai nustatyti paciento padėtį ir operacijos metu koreguoti padėtį. (nuo modelio priklausoma įrangos funkcija)

Platus aukščio reguliavimo diapazonas
Optimali prieiga prie chirurginio lauko operuojant tiek stovint, tiek sėdint. Nevarginantis ir ergonomiškas chirurginis darbas.

Daugiapakopė teleskopinė kėlimo kolona – pagaminta SCHMITZ
su 500 mm pakėlimu ir iki 620 mm pradiniu aukščiu (priklausomai nuo modelio). Mažai priežiūros reikalaujanti teleskopinės kėlimo kolonos konstrukcija garantuoja ilgą tarnavimo laiką.

DEIMANTAS® CE MD
Gamybos standartas

Kokybiska, pagaminta Vokietijoje

„Pagaminta Vokietijoje“ yra kur kas daugiau nei šūkis.

Gamyba Bönen ir 90 % mūsų tiekėjų yra Vokietijoje – 60 % jų yra net iš mūsų vietinio regiono – esame tikrai vokiška įmonė, kuriai būdingi aukšti gamybos standartai. Vengdami nereikalingo transporto iš užsienio, taip pat stengiamės tausoti aplinką!

DEIMANTAS®operacinis stalas pirmauja pagal savo galimybes ir specifikacijas kiekvienoje srityje – patikimumas aukščiausiu lygiu.

Aukščiausios kokybės medžiagos

Aukščiausios kokybės nerūdijantis plienas, nerūdijančio plieno įklotai iš aukščiausios kokybės V4A nerūdijančio plieno – atsparūs korozijai, lygaus paviršiaus, lengvi ir lengvai valomi.

reddot design award

Made in Germany



Toliau priedai, prašome pamatyti mūsų katalogo Nr. 92.



DEIMANTAS®
Parinkti pritaikymo variantų pavyzdžiai



Papildomos konfigūracijos parinktys aprašytos naudojimo vadove.

Krūtinės chirurgija/inkstų padėtis

Ginekologija

Peties artroskopija

Prailginimo padėtis – šlaunikaulio lūžis / klubo sąnario operacija

DEIMANTAS®

Pagrindiniai modeliai

Modelio Nr.	apibūdinimas
170.4001.1	**DEIMANTAS®40 tūkst** Universalus operacinis stalas su elektrohidrauliniu reguliavimu, naudojant pasirenkamą rankinį valdymo bloką, turintį 4 stalo funkcijas:**Pakėlimas/nuleidimas, šoninis, Trendelenburgas/Atvirkštinis Trendelenburgas, Nugaros dalis.** Papildomas šių funkcijų reguliavimas naudojant pasirenkamą nuimamą avarinį valdymą (elektrohidraulinį) modelio Nr. 101.0361.0 arba avariniai rankračiai ir kojinė pompa (hidraulinė). Pasirinktinai su gyn arba be jo. Iškirpti. Įkraunamos baterijos. Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis su maitinimo laidu. Mobilus ant 4 dvigubų ratukų su centriniu užraktu, iš kurių 2 antistatiniai. 1 iš 4 ratukų su krypties fiksatoriumi. **Be galvos ir kojų dalių, nugaros dalies prailginimo ir rankinio valdymo bloko.**
 **170.4002.1**	**DEIMANTAS®40 LK** panašus į DIAMONDĄ®40 K modelis, bet papildomai: **Stalviršio elektrohidraulinė išilginio poslinkio funkcija**iki 300 mm optimaliam vaizdo stiprintuvo naudojimui.**Be galvos ir kojų dalių, nugaros dalies prailginimo ir rankinio valdymo bloko.**
101.0361.0	**Avarinis valdymas DIAMOND®40** nuimamas, kabeliu jungiamas rankinis valdiklis visoms stalo reguliavimo funkcijoms pagal. prie jo rankinio/kojos valdiklio, pritvirtinto prie stalo kolonėlės.
101.0756.0	**Jutiklio atnaujinimas** Pasirenkamas aukščio jutiklis, leidžia naudoti atminties funkciją 8 laisvai reguliuojamoms pozicijoms, taip pat individualiai reguliuojamą nulio nustatymo funkciją su DIAMOND.®40 staliukų modelių.

DEIMANTAS® CE MD

Pagrindiniai modeliai

Modelio Nr.	apibūdinimas
170.5500.1	**DEIMANTAS®50 BK -Laipsniško atsisakymo modelis – –** Universalus operacinis stalas su elektrohidrauliniu reguliavimu, naudojant pasirenkamą rankinį valdymo bloką, turintį 5 stalo funkcijas:**Pakėlimas/nuleidimas, šoninis, Trendelenburg/Reverse Trendelenburg, nugaros dalis, kojų dalis.**Papildomas šių funkcijų reguliavimas naudojant nuimamą avarinį valdymą (elektrohidraulinis) arba avarinius rankračius ir kojinį siurblį (hidraulinį). Su atminties funkcija 8 laisvai pasirenkamoms pozicijoms ir pasirinktinei 0 pozicijai. Pasirinktinai su gyn arba be jo. Iškirpti. Įkraunamos baterijos. Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis su maitinimo laidu. Mobilus ant 4 dvigubų ratukų su centriniu užraktu, iš kurių 2 antistatiniai. 1 iš 4 ratukų su krypties fiksatoriumi. **Be galvos ir kojų dalių, nugaros dalies prailginimo ir rankinio valdymo bloko.**

170.6000.1	**DEIMANTAS®60 BLK** Panašus į DIAMOND®50 BK, bet papildomai: **Stalviršio elektrohidraulinė išilginio poslinkio funkcija**iki 300 mm optimaliam vaizdo stiprintuvo naudojimui.**Be galvos ir kojų dalių, nugaros dalies prailginimo ir rankinio valdymo bloko.**



Modelio Nr.	apibūdinimas	
101.0227.0 (be ligos.)	**5th kryptinis ratukas** papildomas spyruoklinis penktos krypties ratukas DIAMOND®modeliai, aktyvuojami dvigubu pedalu, nemontuojami. Pakeičia ratuką su krypties užraktu.	
101.0430.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, DIAMOND®ARBA stalai su gyn. Iškirpti.	
101.0213.0 (be ligos.)	**80 mm trinkelės** visiems DEIMANTIEMS®modeliai.	**Priemoka**

STOP

F1, F2:
T 3,15A H 250V
F1
F2

DEIMANTAS®
Standartinė konfigūracija

Dviejų dalių, spinduliuojantis stalviršis, sudarytas iš:
• Nugaros dalis
• Sėdynės dalis su išpjova ginekologijai
(pasirinktinai ir be gyn. išpjovos)

Elektrohidraulinio reguliavimo funkcijos:

• Aukštas/Žemas
• Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
• Šoninis pakreipimas
• Nugaros dalis
• kojų sekcijos (DEIMANTAS®50 BK ir DEIMANTAS®60 BLK)
• Išilginio poslinkio funkcija (DIAMOND®40 LK ir DEIMANTAS®60 BLK)

Nepaisyti sistemų:
Nepriklausomas stalo funkcijų reguliavimas nuimamu avariniu valdymo skydeliu (skirta DIAMOND®40 modelių: galima įsigyti kaip papildomą įrangą), elektrohidrauliniai ir avarinio valdymo rankračiai prie kolonėlės ir kojinis siurblys (hidraulinis).

Radiolokacinis stalviršis, SAF čiužinys, 60 mm storio, antistatinis. Nerūdijančio plieno stalo rėmo konstrukcija, smėliasrove ir elektropoliruota, atspari dezinfekcijai. Nerūdijančio plieno šoniniai turėklai 25 x 10 mm abiejose stalviršio pusėse priedams tvirtinti, teleskopinė aukščio reguliavimo kolonėlė su nerūdijančio plieno gaubtu.

Pėdų užvalkalas pagamintas iš smūgiams atsparaus ABS, sidabrinės pilkos spalvos, su dviem nerūdijančio plieno V4A plokštėmis, įdėtomis pėdų apdangalui apsaugoti, grindų dangtelis pagamintas iš nerūdijančio plieno V2A. Naudojama aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno medžiaga 1.4301.

Važiuoklė su 4 dvigubais ratukais, su centriniu užraktu, iš kurių 2 antistatiniai.
1 iš 4 ratukų su krypties fiksatoriumi. 5-asis spyruoklinis kryptinis ratukas, įjungiamas pedalu iš abiejų pusių (pasirenkamas priedas).
Pakeičia ratuką su krypties užraktu.

Lentelė su grįžimo prie nulio funkcija ir gedimų aptikimu (našumo savybės priklauso nuo modelio). Atminties funkcija ir individualus 0 padėties nustatymas (DIAMOND®50 ir 60 modeliai). Įėjimo įtampa maitinimo šaltinyje: 115 V/230 V, 50/60 Hz.

DEIMANTAS® CE MD

Valdymo elementai

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0380.1	**Rankinis valdymo blokas, jungiamas kabeliu** plastikinis korpusas, sandarus nuo skysčių patekimo, prijungtas kabeliu. Apšviestas TFT ekranas, rodantis visą lentelės būsenos informaciją. Apšviesta klaviatūra visoms reguliavimo funkcijoms. Deimantui®50/60 modeliai.
101.0590.1 (be ligos.)	**Rankinis valdymo blokas, jungiamas kabeliu** panašus į 101.0380.1, bet skirtas DIAMOND®40 modelių, be elektrohidraulinio kojų sekcijos reguliavimo funkcijos.

101.0214.2	**Rankinis valdymo blokas, Bluetooth®** plastikinis korpusas, sandarus nuo skysčių patekimo, belaidis Bluetooth®ryšį. Apšviestas TFT ekranas, rodantis visą lentelės būsenos informaciją. Apšviesta klaviatūra visoms reguliavimo funkcijoms. Reikia Bluetooth® paruošimas 101.0391.2 ir įkrovimo lopšys 101.0356.0 arba 101.0358.0! Deimantui®50/60 modeliai.
101.0591.2 (be ligos.)	**Rankinis valdymo blokas, Bluetooth®** panašus į 101.0214.2, bet skirtas DIAMOND®40 modelių, be elektrohidraulinio kojų sekcijos reguliavimo funkcijos. Reikia Bluetooth®paruošimas 101.0391.2 ir įkrovimo lopšys 101.0356.0 arba 101.0358.0!

Bluetooth®

Prašome pateikti tinkamas „Bluetooth“ įkrovimo dėklas®rankinis valdymas!

Rekomenduojame stalą visada turėti su Bluetooth® pasiruošti, kad galėtumėte pasinaudoti Bluetooth pranašumais®sistema net ir vėliau.

Bluetooth®valdymo blokai DIAMOND®40 modelių galima įsigyti tik kartu su kabeliu prijungtu valdymo bloku! Prašome į tai atsižvelgti pateikdami užsakymą.

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0206.1	**Kojinis valdymas, jungiamas kabeliu** Lieto aliuminio korpusas, sandarus nuo skysčių patekimo, neslystantis, prijungtas kabeliu. Visoms stalo reguliavimo funkcijoms, analogiškoms jo rankiniam valdymui. Apšviestas TFT ekranas, kad būtų lengva naršyti, valdymo skydelis apšviestas šviesos diodais kojos juostoje (skirta MIS). Aktyvinimo raktas ir klavišas „Grįžti į nulį“. Galima prijungti prie stalo kartu su rankiniu valdymo bloku. Reikalingas pasiruošimas pėdų valdymui 101.0397.0. Deimantui®50/60 modeliai.
101.0359.0 (be ligos.)	**Kojinis valdymas, jungiamas kabeliu** už DIAMONDĄ®40 modelių, panašių į 101.0206.1, be elektrohidraulinio kojų sekcijos reguliavimo funkcijos. Reikalingas pasiruošimas pėdų valdymui 101.0397.0!
101.0397.0 (be ligos.)	**Pasiruošimas kabeliu jungiamam kojiniam valdymui** DEIMANTŲ paruošimas®operacinis stalas, skirtas naudoti kabeliu prijungtą kojinį valdymo bloką.
101.0391.2 (be ligos.)	**Bluetooth®Paruošimas** DEIMANTŲ paruošimas®operacinis stalas, skirtas naudoti Bluetooth®rankinis valdymo blokas.

SCHMITZ

DEIMANTAS® CE MD

Valdymo elementai

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0356.0	**Įkrovimo lopšys, pjedestalo versija** už DIAMONDĄ®operaciniai stalai, pjedestalo versija, įkrovimo lopšys indukciniam Bluetooth įkrovimui® rankinis valdymo blokas, su LED būsenos ekranu, įsk. maitinimo adapteris. Galite toliau naudoti rankinį valdiklį, kol jis kraunamas įkrovimo dėkle.
101.0357.0	**Įkrovimo lopšys, sieninis laikiklis** tas pats kaip įkrovimo lopšys 101.0356.0, bet montuojamas ant sienos.
101.0358.0	**Įkrovimo lopšys, šoninis bėgelis** tas pats kaip įkrovimo lopšys 101.0356.0, bet versija, skirta pritvirtinti prie šoninio bėgelio.

Bluetooth®

Prašome pateikti tinkamas „Bluetooth“ įkrovimo dėklas®rankinis valdymas!

DEIMANTAS®

Pagrindinė įranga

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0017.2	**Galvos plokštė** dvigubas reguliavimas, automatinis trinkelių pasvirimo fiksavimas, integruota dujinė spyruoklė svorio kompensavimui, nuimama.
101.0480.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, galvutės plokštelei 101.0017.2.



101.0159.0	**Nugaros dalies prailginimas, palenkiamas** tvirtinamas prie nugaros dalies, paciento viršutinės kūno dalies tempimui krūtinės ląstos chirurgijos ir pilvo intervencijų metu, elektromotorinis pakreipimas žemyn iki 40°, ilgis 300 mm, įskaitant pritaikytą pagalvėlę galvos daliai. Reikalingas pasiruošimas elektr. adj. priedas 101.0238.0!
101.0238.0 (be ligos.)	**Pasiruošimas elektr. adj. priedas** DEIMANTŲ paruošimas®operacinis stalas elektra reguliuojamam priedui.
101.0580.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, nugaros dalies prailginimui, pasvirusi 101.0159.0.

101.0131.1	**Nugaros dalies prailginimas, fiksuotas** tvirtinamas prie galinės dalies, ilgis 280 mm.
101.0510.1 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, nugaros dalies prailginimui, fiksuotas 101.0131.1.

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0689.0	**Galinės dalies prailginimas, trumpas** tvirtinamas prie galinės dalies, ilgis 200 mm.
101.0690.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, nugaros dalies prailginimui, trumpas 101.0689.0.
101.0621.0	**Kojų dalis, lengvas variantas** vienos sekcijos tipo, sumažinto svorio dizainas (7,3 kg), be reguliavimo funkcijų, viskoelastingo porolono čiužinys su el. laidus dangtelis, maks. keliamoji galia 40 kg, 700 x 523 mm (I x P).
101.0116.2	**Kojų skyrius** padalintas tipas, nulenkiamas, pasukamas per fiksavimo mechanizmą, sandarus nuo skysčių, integruota dujinė spyruoklė svorio kompensavimui, nuimama, su nešimo rankenomis. Pasirinktinai be gyn. Iškirpti.
101.0500.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, kojų sekcijoms 101.0116.2.

DIAMOND

DIAMOND

DIAMOND

DEIMANTAS®

Universali kojų plokštelė

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0572.0	**Universali kojų plokštelė** Keturių dalių kojelių plokštė, sklandžiai plečiasi iki 72° iš abiejų pusių, taip pat gali būti judama į išorę, leidžia iki 360 mm atstumą, kad būtų optimizuota prieiga prie darbo zonos. Atskirai nuimamos blauzdos plokštės su atskira paskleidimo funkcija iki 45° į išorę, sulankstomos iki 90°, ilgis sklandžiai reguliuojamas nuo 756 mm iki 900 mm bendro ilgio. Nuimamos kojų plokštės su nešiojimo rankenomis. Iš SCHMITZ keturių dalių kojų plokštė trumpai: • Visos įprastos keturių dalių kojų plokštės savybės • Blauzdos segmentai gali būti išskleisti ir nuimti, jų ilgis reguliuojamas • Dešinę ir kairę pusę per visą ilgį galima pastumti į išorę 180 mm • Maksimalus prieinamumas chirurgui





Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0171.1	**Kojų skyrius** keturių dalių, priekinė dalis nulenkiama iki 155°, pasukama užrakto mechanizmu, nuimama. Trumpai apie SCHMITZ kojų plokštelę: • Uždara konstrukcija leidžia lengvai valyti, todėl atitinka aukščiausius higienos reikalavimus. • Dviguba saugos sistema, skirta kojos plokštės reguliavimui, apsaugo nuo atsitiktinio apatinio segmento susilankstymo. • Sulankstymo funkciją galima atlikti tik atleidus apsauginę svirtį ir paspaudus apsauginę rankeną. Pasirinktinai be gyn. Iškirpti.
101.0540.0 (be ligos.)	**Dvigubas stalviršis** rentgeno kasetės įdėjimui, kojų plokštelėms 101.0171.1.

Daugiau priedų rasite mūsų kataloge Nr. 92.



Trendelenburg / Reverse Trendelenburg



Kojos dalies reguliavimas



Šoninis



Nugaros dalies reguliavimas



Išilginis poslinkis
ir spinduliuojančią sritį



Aukščio reguliavimo diapazonas
(pvz., DIAMOND®50 BK)



Nugaros dalies reguliavimas su
peties chirurgine plokštele



Nugaros dalies prailginimas,
palenkiamas



Refleksas



Flex

DEIMANTAS®

Reguliavimo funkcijos ir matmenys

Stalviršio ilgis	960 mm
Galvos dalies ilgis	300 mm
Kojos dalies ilgis	700 mm
Stalviršio plotis	550 mm
Bendras plotis	610 mm
Stalo pėdsakas (ilgis x plotis)	1 140 mm x 705 mm
Dvigubų ratukų skersmuo	125 mm
Aukščio reguliavimo diapazonas (be trinkelių)	
• DEIMANTAS®40 tūkst	615 mm - 1 115 mm
• DEIMANTAS®50 BK	620 mm - 1 120 mm
įskaitant išilginio poslinkio funkcija	
• DEIMANTAS®40 LK	665 mm - 1 165 mm
• DEIMANTAS®60 BLK	680 mm - 1 180 mm
Trendelenburgas, elektrohidraulinis	30°
Atbulinė Trendelenburg, elektrohidraulinė	30°
Šoninis reguliavimas, elektrohidraulinis	+/- 20°
Išilginis poslinkis (DEIMANTAS®40 LK ir DEIMANTAS®60 BLK)	apytiksliai 300 mm
Radiaciją peršviečianti sritis (DIAMOND®40 LK / 60 BLK) su išilginiu poslinkiu	
• su galvos ir kojų dalimis bei nugaros dalies pailgėjimu, visiškai	2100 mm
• su anglies plokšte ištisine spinduliuojančia zona	1 680 mm
Nugaros dalis, elektrohidraulinė	-40°/+ 70°
• su peties operacijos plokštele	-70°/+ 90°
Elektrohidraulinis kojos dalies nuolydis (DEIMANTAS®50 BK ir 60 BLK)	-90°/+ 70°
Rankinis kojų dalies pakreipimas, dujinė spyruoklė	-90°/+ 10°
Kojų plokščių pasklidimo kampas	120°
Galvos dalis pasvirusi, dujinė spyruoklė	-45°/+ 25°
Galvos dalies pagalvėlės pasvirimo kampas	25°
Bendras svoris (be galvos ir kojų dalių)	apytiksliai 255 kg
Bendra svorio talpa (statinė)	iki 454 kg
Saugi darbo apkrova (dinaminė)	iki 360 kg
Baterijos veikimas	■
Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis / maitinimo adapteris	■
Avarinis veikimas naudojant maitinimo šaltinį	■
Visų hidraulinių funkcijų mechaninis avarinis perjungimas	
Tinklo adapterio įtampos diapazonas	115 V/230 V, 50/60 Hz

■ =standartinė įranga

DEIMANTAS® CE MD

Rekomenduojami priedai

Bendroji chirurgija

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius
101.0192.0	Rankų atrama
101.0123.0	Riešinė
101.0177.1	Kūno suvaržymo dirželis
101.0012.0	Anestezijos rėmelis
101.0111.0	Anestezijos rėmelis pratęsimas

Minimaliai invazinė chirurgija / laparoskopija

Modelio Nr.	apibūdinimas
DEIMANTAS®60 BLK su gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius
kaip alternatyva 101.0116.2	
101.0572.0	Universali kojų plokštelė
alternatyviai	
101.0218.0	Perkelkite kojų plokštes
pasirinktinai	
101.0019.0	Rankų atrama
101.0123.0	Riešinė
101.0164.0	2 x kojų tvirtinimo diržas
101.0012.0	Anestezijos rėmas
101.0111.0	Anestezijos rėmelis pratęsimas
101.0115.0	2 x Göpel tipo kojų atrama
101.0146.0	2 x spaustukas

Urologija/TUR

Modelio Nr.	apibūdinimas
DEIMANTAS®60 BLK/40 LK su gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius
alternatyviai	
101.0218.0	Perkelkite kojų plokštes
101.0204.1	Adapteris, trumpas
101.0362.0	Skalavimo baseinas su išėjimu
101.0191.0	TUR sietelis
101.0115.0	2 x Göpel tipo kojų atrama
101.0146.0	2 x spaustukas
arba TUR	
101.0197.1	Adapteris, ilgas
101.0584.1	Giroskopo praplovimo baseinas
101.0588.0	TUR sietelis
101.0019.0	Rankų atrama
101.0123.0	Riešinė
101.0012.0	Anestezijos rėmelis
101.0111.0	Anestezijos rėmelis pratęsimas

Ginekologija

Modelio Nr.	apibūdinimas
DEIMANTAS®60 BLK su gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius be gyn. Iškirpti
alternatyviai	
101.0218.0	Perkelkite kojų plokštes
101.0115.0	2 x Göpel tipo kojų atrama
101.0146.0	2 x spaustukas
alternatyviai	
101.0369.0	UniLeg kojų atramos (pora) su peroneal nervų apsauga
alternatyviai	
101.0678.0	UniLeg kojų atramos (pora)
101.0019.0	Rankų atrama
101.0123.0	Riešinė
101.0012.0	Anestezijos rėmelis
101.0111.0	Anestezijos rėmelis pratęsimas

ENT/OMFS

Modelio Nr.	apibūdinimas
DEIMANTAS®50 BK arba 60 BLK ARBA stalo modelis be gyn. Iškirpti	
1 variantas	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0332.0	Gelio galvos žiedas
101.0116.2	Kojų skyrius
2 variantas – pakeiskite paciento padėtį vietoj kojos dalies	
101.0441.1	OMFS plokštė
alternatyviai	
101.0141.2	Universalus adapteris
101.0179.0	Galvos atrama pasagai
101.0364.0	Galvos atramos jungtis
101.0116.2	Kojų skyrius
be to, visiems variantams	
101.0019.0	2 x Rankų atrama
101.0177.1	Kūno suvaržymo dirželis
pasirinktinai: kojos valdymas	

DEIMANTAS® CE MD

Rekomenduojami priedai

Oftalmologija

Modelio Nr.	apibūdinimas
Apverskite paciento padėtį DEIMANTAS®50 BK arba 60 BLK be gyn. Iškirpti	
1 variantas	
101.0131.1	Galinės dalies prailginimas
101.0116.2	Kojų skyrius
101.0019.0	Rankų atrama
101.0141.2	Universalus adapteris
101.0256.0	Galvos atrama pasagai viena ranka operacija
2 variantas	
101.0441.1	OMFS plokštė
101.0019.0	2 x Rankų atrama
pasirinktinai: kojos valdymas	

Tiesiosios žarnos chirurgija

Modelio Nr.	apibūdinimas
ARBA stalo modelis su gyn. Iškirpti	
1 variantas litotomijos padėtyje	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0115.0	2 x Göpel tipo kojų atrama
101.0146.0	2 x spaustukas
101.0019.0	2 x Rankų atrama
101.0010.0	Pečių atrama (pora)
kaip alternatyva 101.0115.0/101.0146.0	
101.0572.0	Universali kojų plokštelė
kaip alternatyva 101.0115.0/101.0146.0	
101.0369.0	UniLeg kojų atramos (pora) su peroneal nervų apsauga
arba	
101.0678.0	UniLeg kojų atramos (pora)
2 variantas gulimoje padėtyje	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius be gyn. Iškirpti
101.0019.0	2 x Rankų atrama
101.0682.0	Kelių / pėdų plokštelės (pora) 2
101.0190.0	x Šoninis atramos pagalvėlė
101.0178.0	Rektoskopija / Sėdmenų parama
101.0146.0	2 x spaustukas
101.0012.0	Anestezijos rėmelis
101.0111.0	Anestezijos rėmelis pratęsimas

Inkstų operacija/
Krūtinės chirurgija

Modelio Nr.	Aprašymas
DEIMANTAS®50 BK arba 60 BLK su gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius be gyn. Iškirpti
alternatyviai	
101.0159.0	Nugaros dalies prailginimas, palenkiamas
101.0352.0	Gelinis šoninis kojų padėties
101.0121.0	reguliatorius 3 x atrama
101.0162.0	2 x Nugara/ Sėdmenys parama
101.0175.0	Pubis parama
101.0192.0	2 x Rankų atrama
101.0177.1	Kūno suvaržymo dirželis
101.0012.0	Anestezijos rėmelis
101.0111.0	Anestezijos rėmelis pratęsimas

Bariatrinė chirurgija

Modelio Nr.	apibūdinimas
ARBA stalo modelis su gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius su gyn. Iškirpti
alternatyviai	
101.0572.0	Universali kojų plokštelė
101.0194.0	Prailginimo pagalvėlių rinkinys 500 mm ilgio (rinkinys iš 2)
101.0200.0	Prailginimo trinkelių rinkinys 300 mm ilgio (rinkinys iš 2)
101.0019.0	2 x Rankų atrama
101.0455.1	Kūno suvaržymo dirželis
101.0368.0	Kojos plokštė (pora)
101.0010.0	Pečių atrama (pora) Kojų
101.0185.0	tvirtinimo diržas
kaip alternatyva variantams naudojant kojų dalis:	
101.0219.0	Göpel tipo kojų atrama sunkiasvoris (pora)
101.0147.0	2 x spaustukas
101.0012.0	Anestezijos rėmelis
101.0111.0	Anestezijos rėmelis pratęsimas

DEIMANTAS® CE MD
Rekomenduojami priedai

Stuburo chirurgija

Modelio Nr.	apibūdinimas
DEIMANTAS®60 BLK/40 LK be gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius
101.0131.1	Nugaros dalies prailginimas, fiksuotas
alternatyviai	
101.7151.1	Anglies plokštė
101.7152.0	2 x šoninis turėklas anglies plokštei
pasirinktinai	
101.0355.0	Gelis didelis linkęs padėties nustatymo priemonė
101.0019.0	2 x Rankų atrama
101.0012.0	Anestezijos rėmelis
kelio alkūnės padėtyje	
101.0682.0	Kelių / pėdų plokštelės (pora) 2
101.0190.0	x Šoninis atramos pagalvėlė
101.0178.0	Rektoskopija / sėdmenys parama
101.0146.0	2 x spaustukas

Kraujagyslių chirurgija

Modelio Nr.	apibūdinimas
DEIMANTAS®60 BLK be gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius
101.0131.1	Nugaros dalies prailginimas, fiksuotas
101.0019.0	2 x Rankų atrama
kaip alternatyva 101.0116.2	
101.7151.1	Anglies plokštė
101.7152.0	Šoninis turėklas anglies plokštei

Neurochirurgija

Modelio Nr.	apibūdinimas
DEIMANTAS®50 BK arba 60 BLK be gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius be gyn. Iškirpti
gulimoje / gulimoje padėtyje	
101.0131.1	Galinės dalies prailginimas
101.0141.2	Universalus adapteris
101.0113.0	DORO kaukolės spaustukas adapteris
101.0142.0	DORO universalus pagrindinis vienetas
101.0127.0	DORO kaukolės spaustukas
pusiau sėdimoje padėtyje / paplūdimio kėdės padėtyje	
101.0014.0	Skersinio strypo tvirtinimas
101.0018.0	2 x spaustukas
101.0113.0	DORO kaukolės spaustukas adapteris
101.0142.0	DORO universalus pagrindinis vienetas
101.0127.0	DORO kaukolės spaustukas
101.0019.0	2 x Rankų atrama
alternatyviai	
Priedai galvos padėties nustatymui radiolokacinėje medžiagoje	

Viršutinė galūnė
traumos chirurgija

Modelio Nr.	Aprašymas
ARBA stalo modelis be gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0116.2	Kojų skyrius
101.0136.0	Žastikaulio padėties nustatymas prietaisas
101.0146.0	Spaustuvas
101.0152.0	Žastikaulis kontratrakcijos postas
101.0146.0	Spaustuvas
101.0163.1	Weinbergerio ranka traukos įtaisas
101.0122.0	Viršutinės rankos padėtis prietaisas
101.0117.0	Spaustuvas
101.0257.0	Pažasties atrama
101.0258.0	Alkūnės atrama
101.0105.0	Traukos vienetas
101.0123.0	Riešinė
101.0177.1	Kūno suvaržymo dirželis

DEIMANTAS® CE MD

Rekomenduojami priedai

Apatinė galūnė
traumos chirurgija

Modelio Nr.	Aprašymas
ARBA stalo modelis be gyn. Iškirpti	
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0563.0	Prailginimo įtaisas, anglis su standartu priedai: 1 x sėdynės dalis, anglies pluoštas, su apmušalais 2 x ilgintuvai, anglies pluoštas 2 x ilgintuvų atramos, SST 2 x prailginami batai suaugusiems 1 x priešpriešinis strypas gulimui
101.0566.0	Transporto vežimėlis
101.0594.0	Kontratrakcijos postas šoninei padėčiai
101.0567.1	Perkelkite kojų plokštes (pora)

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0019.0	Rankų atrama
101.0012.0	Anestezijos rėmelis
101.0137.0	Riešinė
papildyti. šlaunikaulio / šlaunikaulio kaklo gydymui	
101.0115.0	Göpel tipo kojų atrama
101.0146.0	Spaustuvas
101.0596.0	Šoninio bėgio pratęsimas
papildyti. blauzdikaulio lūžių gydymui	
101.0568.0	Traukos įtaisas dėl blauzdikaulio lūžių
101.0676.0	Kirschner vielos prietaisas
101.0569.0	Kondilo fiksacija
101.0115.0	Göpel tipo kojų atrama
101.0146.0	Spaustuvas
101.0596.0	Šoninio bėgio pratęsimas
papildyti. klubo sąnario artroskopijai	
101.0320.0	Įklotas klubo artroskopijai

Peties artroskopija

Modelio Nr.	apibūdinimas
DEIMANTAS®50 BK arba 60 BLK paplūdimio kėdės padėtis	
101.0244.1	Peties operacijos plokštelė
101.0116.2	Kojų skyrius
101.0266.0	Formuota galvos atrama peties operacijai
101.0364.0	Galvos atramos jungtis
101.0192.0	2 x Rankų atrama
101.0177.1	Kūno suvaržymo dirželis

Kelio artroskopija

Modelio Nr.	apibūdinimas
101.0017.2	Galvos plokštė
101.0171.1	Kojų skyrius
101.0019.0	Rankų atrama
101.0012.0	Anestezijos rėmelis
101.0137.0	Riešinė
101.0212.1	Kelio padėties nustatymo įtaisas
101.0146.0	Spaustuvas
alternatyviai	
101.0583.0	Kelio artroskopija parama

SCHMITZ
A SENSE OF CONFIDENCE

kontaktas

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Rūras)
Vokietija

T +49 (0) 2377 84 0 F +49 (0) 2377 84 162 zentrale@schmitz-medical.com

Eksporto skyrius:
T +49 (0) 2377 84 0 F +49 (0) 2377 84 135 export@schmitz-medical.com

Techninė tarnyba, karštoji linija: T +49 (0)2377 84 549
F +49 (0) 2377 84 210
service@schmitz-medical.com

Informacija apie mūsų galima rasti įstaigų visame pasaulyje mūsų svetainėje:

www.schmitz-medical.com

CE MD
Visi įrenginiai pažymėti CE-MD simboliu, kartu su mūsų priedai, atitinka reikalavimus Medicinos prietaisų reglamentas 2017/745/ES (MDR) kaip taip pat Medicinos prietaisų pakeitimo įstatymas ir yra I rizikos klasės medicinos prietaisai.

CE
Visi prietaisai, pažymėti paprastu CE ženklu, atitinka reikalavimus žemos įtampos direktyvos 2014/35/ES ir elektros įrangos reglamento.

Daugiau informacijos apie numatytą naudojimą taip pat rasite naudojimo instrukcijoje!

Esame sertifikuoti acc. į DIN EN ISO 9001:2015 DIN EN ISO 13485:2016

* Šis produktas yra prekė, parduodama su OEM prekės ženklu.

Mūsų prekės ir paslaugos turi būti suprantamos iš gamyklos. Pristatymas vykdomas per mūsų įgaliotus partnerius arba filialus. Įmonė pasilieka teisę be įspėjimo keisti savo gaminių dizainą, konstrukciją, matmenis ir apdailą. Visi svarbūs matmenys ir svoriai turi būti suprantami kaip apytikslė informacija / duomenys. Dėl techninių priežasčių galimi spalvų nukrypimai. Šiame kataloge pateiktos pacientų padėties yra tik pavyzdinės ir nepretenduoja į priedų teisingumą ir (arba) išsamumą, bet kuriuo atveju laikykitės naudojimo instrukcijų.

Šiame kataloge pateikti gaminiai neleidžiami parduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Nominalus mokestis 3,00 eur.

SCHMITZ-Katalogas Nr.84, 04.2024 GB