

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
 Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
 Tel. (0 37) 32 63 60
 Pirkimo komisijai

Dėl pasiūlymo paaiškinimo

2025-06-16, Nr.PP20250616-01
Vilnius,

Atsakydami į 2025 06 13 dienos paklausimą dėl konkurso „OPERACINIAI STALAI“ (Nr. 2065312)“, 1 pirkimo dalies 5.1.3 punkto „lankas anesteziologo zonos atskyrimui reguliuojamo aukščio ir ilgio (skersai stalviršio), teikiame paaiškinimą.


Paaiškiname, kad kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose „DIAMOND Accessories“ dėl įvykusios techninės klaidos nėra pažymėta/pabraukta vieta, kurioje matomas anestezijos lanko prailginimo reguliavimas.

Pridedame iškarpa iš „DIAMOND Accessories“ 24 psl. su išsamesniu paaiškinimu ir pažymėjimu.



101.0012.0 Anaesthetic frame

- 5.1.1 p. SST 18/10, with twist protection, height adjustable,
- 5.1.2 p. with swivelling clamp 101.0146.0.
- 5.1.3 p.
- 5.1.4 p.



101.0111.0 Anaesthetic frame extension

for anaesthetic frame 101.0012.0, swivelling and laterally adjustable, length 300 mm.

Patvirtiname, kad lankas anesteziologo zonos atskyrimui yra reguliuojamo aukščio ir ilgio (skersai stalviršio) 300 mm.

Pagarbiai,

UAB „AMI sprendimai“
 Produktų grupės vadovė
 Jurgita Kontenė