

ELEKTROFIZIOLOGINĖS PRIEMONĖS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi paskiau nurodytas reikšmes:

1.1.1.1. **Bendrosios sąlygos** – ši Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;

1.1.1.2. **Pirkėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Prekes;

1.1.1.3. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė (be PVM);

1.1.1.4. **Prekės** – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos (toliau – su Prekėmis susijusios paslaugos), jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą, kurias Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui pagal Sutartį ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

1.1.1.5. **Prekių perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Prekes ir kuriuo Šalis patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Prekių perdavimo-priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.6. **Prekių trūkumai** – Prekių perdavimo-priėmimo metu ar Prekių garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą;

1.1.1.7. **Sąskaita** – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo perduotas bei Pirkėjo priimtas Prekes. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.8. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos konkretaus pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Prekių tiekimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalis, Prekės ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9. **Susitarimas** – tai dokumentas, kurį Šalis sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPĮ leidžiama apimtimi;

1.1.1.10. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina galutinė suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;

1.1.1.11. **Sutarties sąlygos** – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.1.12. **Sutartis** – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.1.13. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.1.14. **Šalis** – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;

1.1.1.15. **Tiekėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, tiekiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes;

1.1.1.16. **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.1.1.17. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.1.18. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

1.1.1.19. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.2.2. Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštariauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.

1.2.3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.4. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.5. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis

dienomis ir valandomis.

1.2.6. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Prekių apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.2.7. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Prekių perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Prekių perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.

1.2.8. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

1.2.9. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

1.2.10. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.

1.2.11. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiais nurodyta reikšme.

1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.1.1. Techninė specifikacija;

1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;

1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;

1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);

1.3.1.5. Pasiūlymas;

1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.

1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistasias.

1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 4¹).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka perduoti Pirkėjui Prekes, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai patiektas Prekes bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Prekių tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Prekes gavimo.

2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, tiekiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3. TIEKĖJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMIE ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu priimti įsipareigojimai

3.1.1. Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

- 3.1.1.3. laikytusi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kokybinių kriterijų reikšmes ir parametrus;
- 3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;
- 3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.
- 3.1.2. Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).
- 3.1.3. Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdančys subtiekJai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentų nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2. SubtiekJų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

- 3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekJai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekJų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.
- 3.2.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.
- 3.2.3. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtieKėjus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekJų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, pateikti visus kitus reikiamus dokumentus Pirkėjo vertinimui, įskaitant susitarimo dėl sutarties pakeitimo, kuriuo keičiamas subtiekJas ar susitariama dėl subtieKėjo dalyvavimo teikiant prekes ar paslaugas, projektą. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekJų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtieKėjo pašalinimo pagrindų ir subtieKėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subtieKėjo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtieKėją reikalavimus atitinkančiu subtieKėju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pasitelkti naują subtieKėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, o subtieKėjui atitikus Sutartyje keliamus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
- 3.2.4. Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtieKėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą.
- 3.2.5. SubtieKėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Tiekėjas gali keisti savo nuožiūra, apie tai raštu ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuodamas Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtieKėjo pašalinimo pagrindų ir subtieKėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subtieKėjo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtieKėją reikalavimus atitinkančiu subtieKėju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pakeisti subtieKėją. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
- 3.2.6. SubtieKėjas, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:
- 3.2.6.1. kai subtieKėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 3.2.6.2. kai subtieKėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtieKėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
- 3.2.6.3. Naujas subtieKėjas, kuris keičiamas vietoje subtieKėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – naujas subtieKėjas), turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlyme nurodytą keičiamo subtieKėjo kvalifikaciją pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus (jei taikoma).
- 3.2.7. Tiekėjo (ar subtieKėjų) specialistas, vykdydiantis Sutartį, gali būti pakeisti šiais atvejais:
- 3.2.7.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;
- 3.2.7.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstą įtarimą, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas

nekompetingas vykdyti nustatytas pareigas.

3.2.7.3. Naujas specialistas turi turėti ne žemesnę nei pirkimo dokumentuose specialistui keliamą kvalifikaciją, Tiekėjo pasiūlyme nurodytą keičiamo specialisto kvalifikaciją pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose (jei taikoma).

3.2.8. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekejo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti Pirkėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

3.2.8.1. prašymą pakeisti subtiekęją ar specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

3.2.8.2. naujo subtiekejo ar specialisto kvalifikaciją, pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

3.2.9. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pakeisti subtiekęją ar specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.10. Naujas subtiekęjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

3.2.11. Tiekėjas privalo pakeisti subtiekęją ar specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.12. Jei Tiekėjas pakeičia esamą arba pasitelkia naują subtiekęją ar specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekejai ar specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Tiekėjas, vykdamas Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

3.3.2. Tiekėjas, vykdamas Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę pakeisti partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas partneris. Toks Tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.

3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

3.3.3.1. prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje, jeigu partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekančias jungtinės veiklos partneris (toliau – Pasiliekančysis partneris);

3.3.3.3. Pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma).

3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pakeisti partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.4. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais

3.4.1. Subtiekejams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.4.1.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo

metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekiejų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu;

3.4.1.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekiejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.1.3. subtiekiejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekiejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Tiekėjas arba Subtiekiejas Pirkėjui pateikia derinimui trišalės sutarties tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir šio subtiekiejo projektą, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekiejais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.

4.1.3. Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

4.2. Kontaktiniai asmenys

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Prekių priėmimą, užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.

4.2.3. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Prekių naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti patiektas Prekes.

5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.3. Jei Prekių naudojimui būtiniems dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Jei Tiekėjas Prekių naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

6. PREKIŲ TIEKIMO PABAIGA IR PREKIŲ PRIĖMIMAS

6.1. Prekių tiekimo pabaiga

6.1.1. Prekių tiekimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

6.1.1.1. Tiekėjas pristatė visas Prekes pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus (ir kai suteiktos visos su Prekėmis susijusios paslaugos, jei to reikalaujama),

6.1.1.2. Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas ir garantijas (jei to reikalaujama),

6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudoti Prekes (jeigu to reikalaujama),

6.1.1.4. buvo įformintas Prekių perdavimo-priėmimo aktas ar Prekių perdavimo-priėmimo aktai, jei numatytas Prekių pristatymas dalimis, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Prekės buvo priimtos,

6.1.1.5. Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Prekių tiekimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius

dokumentus.

6.2. Prekių perdavimas–priėmimas

6.2.1. Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Prekes priimti. Prekės pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Pirkėju.

6.2.2. Prekės perduodamos Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.2.3. Tiekėjui pristčius Prekes, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:

6.2.3.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių perdavimo priimti Prekes, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.2.3.2. priimti Prekes su išlygomis, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir Prekių patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Prekių priėmimą pastebėtus Prekių ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – **Defektų aktas**); arba

6.2.3.3. atsisakyti priimti Prekes ar jų dalį ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Prekių ar jų dalies.

6.2.4. Prekių perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas pristatė visas Prekes (ar atitinkamą jų dalį, kai Sutartyje numatytas pristatymas dalimis) ir pateikė visus reikiamus dokumentus.

6.2.5. Prekes, neatitinkančias Sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų (jei taikoma) reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Defektų akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

6.2.6. Jeigu nustatoma Prekių trūkumų, kurie nereiskia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Prekėmis pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Prekes su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Prekių trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Prekių trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Prekių trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų“ nuostatos.

6.2.7. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto arba neinformuoja Tiekėjo, kad Defektinį aktą pateiks vėlesniu laiku, nurodydamas tam priežastį, laikoma, kad Pirkėjas Prekes priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.2.8. Prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio Prekių priėmimo momento.

6.2.9. Pirkėjas turi teisę naudotis Prekėmis tik po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

6.2.10. Jeigu Tiekėjas Prekes pristatė per Specialiosiose sąlygose nustatytą Prekių pristatymo terminą, tačiau jos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Prekių pristatymo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Prekių pristatymo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7. TIEKĖJO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1. Prekėms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis terminas. Jeigu kitas garantinis terminas nėra nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl nustatytų Prekių trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekių trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekių dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

7.1.3. Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.

7.2. Pretenzijos dėl Prekių trūkumų

7.2.1. Pirkėjas, per garantinius terminus nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Prekių trūkumams pašalinti.

7.2.2. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo

pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Prekių trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako / nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi), tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo prieš tai suderinęs su Tiekėju nepriklausomo eksperto kandidatūrą. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:

7.2.3.1. jei Prekės atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;

7.2.3.2. jei Prekės neatitinka Sutartyje nurodytų reikalavimų – Tiekėjas.

7.3. Prekių trūkumų šalinimas

7.3.1. Tiekėjas privalo pašalinti Prekių trūkumus, sutaisydamas Prekes ar jų dalį arba pakeisdamas Prekę nauja Preke ar jos dalimi.

7.3.2. Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei Prekių trūkumai šalinami Prekių naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl Prekių trūkumų šalinimo laiko.

7.3.3. Sutaistytoje Prekių dalyje pakartotinai nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų Prekes dar kartą taisyti.

7.3.4. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3.5. Jeigu Prekių trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Prekių funkcionalumui, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.

7.3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.

7.3.7. Pirkėjas per 5 (penkis) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.

7.4. Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų

7.4.1. Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1.1. pašalinti Prekių trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti Prekių ekspertizės bei Prekių trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2. reikalauti sumažinti Tiekėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjui nustatyto termino pašalinti Prekių trūkumus pabaigos; arba

7.4.1.3. grąžinti Prekes Tiekėjui ir nemokėti už tokias Prekes ar reikalauti grąžinti už Prekes sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.

7.4.2. Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Prekių vertė Pirkėjui dėl Prekių trūkumų. Į Prekių vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Prekių trūkumų įvertinimui ir šalinimui, Prekių vertės sumažėjimas, Pirkėjo esamų ar būsimų išlaidų Prekių eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

7.4.3. Tiekėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.

7.4.4. Už vėlavimą pašalinti Prekių trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Tiekėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8. PRISTATYMO TERMINAI

8.1. Pristatymo terminai ir Prekių tiekimo grafikas

8.1.1. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

8.1.2. Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką (toliau – Grafikas).

8.1.3. Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Prekės gali būti pristatomos lygiagrečiai, o kurios gali būti pristatomos tik numatytu eiliškumu.

8.2. Netesybos už Prekių pristatymo vėlavimą

8.2.1. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių pristatymo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Tiekėjui iki Prekių pristatymo datos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

8.2.2. Tiekėjui praleidus Prekių dalies pristatymo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Prekių dalies pristatymo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Prekių dalies pristatymo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Prekių perdavimo–priėmimo aktus.

8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskačiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Tiekėjas turi pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, arba kredito unijos įvykdymo užtikrinimą, arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

10.2. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas).

10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė, kredito unija) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė, kredito unija) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai.

10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas.

10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytais sąlygomis Prekių pristatymo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo arba pristatyti Prekes arba taisyti Prekių trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.13. Tiekėjui laiku nepratęsęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikęs naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Tiekėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausią įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.16.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Prekių trūkumus;

10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei tai yra numatyta Specialiosiose sutarties sąlygose);

10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

11. SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAICIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.

11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Prekių pristatymu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12. ATSISKAITYMO TVARKA

12.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – Avansas).

12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui Avansą – ne daugiau kaip Specialiosiose sąlygose nurodytas Avanso dydis.

12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo avanso dydžio sumai (toliau – Avanso užtikrinimas).

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso užtikrinimą išduodantis bankas arba draudimo bendrovė, arba kredito unija privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, nevirsijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigų pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė, kredito unija) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad

Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso.

12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė, kredito unija) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėtinų sumų.

12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą avansą per 5 (penkis) darbo dienas (jeigu dalis Prekių pristatyta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir jomis gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Prekių kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Tiekėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos avanso sumos už laikotarpį nuo avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

12.2. Mokėjimų tvarka

12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:

12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą [2014/55/ES](#) (toliau – **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas**), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).

12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPĮ nustatytus išimtinus atvejus.

12.2.3. Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4. Pirkėjas atlieka mokėjimus už Prekes Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.

12.2.5. Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus, Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2.6. Jei Prekės pristatomos dalimis, aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienai tokiai daliai, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2.7. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su subtiekejū, Pirkėjas privalo pervesti subtiekejui mokėtiną sumą į subtiekejo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Prekes Pirkėjui.

12.3. Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1. Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

12.3.2. Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.

12.3.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

12.3.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

13.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

13.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti

šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo; 13.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kai jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

13.3. Prieš atskleidžiant konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

13.4. Šalis atsako:

13.4.1. už bet kokią neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

13.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5. Šalis nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(ES\) 2016/679](#) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva [95/46/EB](#) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

14.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdančios Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiros Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Prekių pobūdžio ar (ir) Prekių gamintojo išimtinių teisių, patentų ir kt.

15.2. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (*sui generis*) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektualiais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Sutarties kainos be PVM.

16. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais,

nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiektėjai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

16.3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamas Prekes (įkeitimai, areštai ar pan.).

17. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

17.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Pradinės sutarties vertės be PVM, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynbos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynbos priemonėmis.

17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

18. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

18.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos;

18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkis) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

19. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

19.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti

nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPI nuostatomis.

20.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai, jei Specialiosiose sąlygose nesusitariam kitaip, įforminami Šalims sudarant rašytinį Susitarimą.

20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

20.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo paviesti VPI 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, subtiekejo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21. SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Tiekėjas negalėjo numatyti, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Prekių (jų dalies) tiekimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrūkdo vykdyti Sutarties;

21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto / perskirstyto / negauto ir panašiai Pirkėjo Prekių pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Prekių (jų dalies) tiekimo stabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.

21.4. Jei Prekių (jų dalies) stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenumatytų Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPI nuostatomis.

21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jei Sutartis sustabdyta, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį priskirtų įsipareigojimų.

21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridėdant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti nutraukiama VPI 90 straipsnyje, kitų įstatymų ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

22.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir koku būdu priešinga Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.

22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

22.2. Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnę nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Pirkėjas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas padaro Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu;

22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Prekės ir Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna / netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

22.2.2.8. nebelieka perkamų Prekių poreikio;

22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą / rekomendaciją nutraukti Sutartį;

22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;

22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;

22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama Tiekėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Tiekėjas informuoja Pirkėją apie pašalintą pažeidimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3. Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudoja savo teisę sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės be PVM ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.

22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Tiekėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.

22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas informuoja apie pašalintą pažeidimą arba išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Tiekėją.

22.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:

22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos pristatytos Prekės ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;

22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes, atitinkančias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23. PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1. Tiekėjas turi teisę keisti Prekių modelį ar gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:

23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatų;

23.1.2. jei keičiamos Prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs Prekių pavyzdžius, pristatomos Prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;

23.1.3. jei Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo Prekių keitimo, pateikė Pirkėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais, kartu su susitarimo dėl Sutartyje numatytų Prekių keitimo projektą, bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos Prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei šiuo metu tiekiamos Prekės;

23.1.4. Šalys sudarė rašytinį susitarimą dėl Sutartyje numatytų Prekių keitimo.

23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą.

24. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

24.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.

24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

25. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas bendrosios kompetencijos Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka, pagal Pirkėjo buveinės registracijos vietą.

25.3. Kilę ginčai ar vienos Šalies prašymų, raštų, siūlymų pateikimas kitai Šaliai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti, stabdyti savo prievolas ar jų dalį pagal Sutartį.

**PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Sutarties pavadinimas	Elektrofiziologinės priemonės		
Sutarties data	2025-05-26	Sutarties numeris	VPS-2025-342

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	306207585
	1.1.3. Adresas	Liepojos g. 41, Klaipėda
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT100015574818
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT587180500000141030
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB „Šiaulių bankas“, 71805
	1.1.7. Telefonas	+370 46 396600
	1.1.8. El. paštas	kul@kul.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Direktorė valdymui ir ekonomikai dr. Jūratė Grubliauskienė
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės generalinio direktoriaus Audriaus Šimaičio 2024 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 2-1006
1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos)	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Abbott Medical Lithuania“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	300121108
	1.2.3. Adresas	Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100001896710
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	A/s BE70001787295425
	1.2.6. Bankas, banko kodas	BNP Paribas Fortis SA/NV, kodas GEBABEBBXXX
	1.2.7. Telefonas	+370 686 01962
	1.2.8. El. paštas	matilda.astrauskiene@abbott.com
	1.2.9. Šalies atstovas	Matilda Astrauskienė
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Pardavimų vadovė Lietuvai ir Latvijai, veikianti pagal 2024-04-15 įgaliojimą

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą	Kardiologijos klinikos vadybininkė Vaida Viliūtė darbo tel.+37046242196 el.p. vaida.viliute@kulig.lt Vaistinės vadovė Žemyna Bredelienė, tel. +370 46 396510, el. paštas zemyna.bredeliene@kulig.lt ; Vyriausioji finansininkė, Regina Zajančauskytė, tel. +370 46 491004, el. paštas regina.zajancauskyte@kulig.lt .
2.2. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas	Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Viršilienė, tel.: +370 46 332287, el. paštas: ausra.virsiliene@kulig.lt
2.3. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	UAB “Abbott Medical Lithuania” verslo pagalbos specialistė Eglė Burkovskienė, tel. +370 686 01962, egle.burkovskiene@abbott.com
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui Sutarties 1 priede nurodytas priemones (toliau – Prekės).

	Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“.
3.2. Pirkimo numeris	1343409
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Liepojos g. 45, Klaipėda, VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma.
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties	Netaikoma.
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai); Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuoto įkainio kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuoto įkainio</u> kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 3 127 080,00 Eur, (trys milijonai šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 0 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 156 354,00 Eur, (šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai 0 ct). Sutarties kaina yra 3 283 434,00 Eur, (trys milijonai du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi eurai 0 ct) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutarties priede Nr. 1 nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Prekių maksimalaus kiekio ir Sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles	Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio.
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina/įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos/įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma

5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos/įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties kainos/įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina/įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos/įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių kaina/įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos/įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi <i>Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis</i>. Iš kitos Šalies <i>nereikalaujama</i> pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą/ įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina/įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: $a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur } a - \text{kaina / įkainis (Eur be PVM)} \text{ (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)}$ a_1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą („<i>Vartojimo prekės ir paslaugos</i>“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, (proc.) \text{ kur}$ $Ind_{naujausias}$ – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („<i>Vartojimo prekės ir paslaugos</i>“). $Ind_{pradžia}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („<i>Vartojimo prekės ir paslaugos</i>“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (<i>Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio</i>) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a_1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos/įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą/įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.
--	---

5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties)</u> keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per <i>30 kalendorinių dienų</i> nuo Sąskaitos gavimo dienos. Elektroninės sąskaitos faktūros pateikiamos, priimamos ir apdorojamos naudojantis „Sąskaitų administravimo bendrosios informacinę sistemą“ (toliau – SABIS). Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius.
5.6. Avansas	Netaikoma.
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma.
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokių atveju ne trumpesnis kaip nurodyta sutarties 1 priede. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Netaikoma. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMAI SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekJai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais, bauda);
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas, nuo kitos nei nustatytas terminas dienos, skaičiuoja Pirkėjui <i>0,04 (keturios šimtosios) procento</i> dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas, nuo kitos nei nustatytas terminas dienos, be atskiro įspėjimo, Tiekėjui skaičiuoja <i>0,04 (keturios šimtosios) procento</i> dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. 9.2.3. Delspinigius Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinos sumos.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui <i>20 (dvidešimt) procentų</i> dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekJų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekJų pasitelkimo	Netaikoma

nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiektų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Netaikoma
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo diena). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesius.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. Tiekėjas netinkamai vykdo ar nevykdo priimtų Sutartyje įsipareigojimų ; 11.2.2. Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes Sutartyje nustatytu Prekių pristatymo terminu ir jų nepristato per Pirkėjo raštu nustatytą papildomą protingą terminą; 11.2.3. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo, Pirkėjas patiria nuostolius ir/arba yra priverstas Prekes įsigyti iš trečiųjų asmenų; 11.2.4. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir / ar Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 11.2.5. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 11.2.6. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiektų / esamų subtiektų keitimo.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu.

12.2. Su Prekių pakuotėmis aplinkosauginiai kriterijai	Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas pateikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti.
12.3. Su Prekių pristatymu aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.5. Su sutarties vykdymu susiję reikalavimai	Šalys susitaria ir Pardavėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Pardavėjo atitiktį šiam reikalavimui. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.
12.6. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Šalys susitaria pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2.1.1., 12.2.1.2., 12.2.2.punktus ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____. 12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą <u>2014/55/ES</u> (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

	12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. 12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPĮ nustatytus išimtinus atvejus.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija
14.2. Priedas Nr. 2	Pasiūlymas
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Direktorė valdymui ir ekonomikai dr. Jūratė Grubliauskienė	Pardavimų vadovė Lietuvai ir Latvijai Matilda Astrauskienė / veikianti pagal 2024-04-15 įgaliojimą
(parašas)	(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PASIŪLYMAS

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1.	Vienkamerinis elektrokardiostimulatorius (EKS) su išplėstomis programavimo galimybėmis, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodu							
1.1.	Vienkamerinis elektrokardiostimulatorius (EKS) su išplėstomis programavimo galimybėmis, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodu	450	Vnt	700	315000	ENDURITY MRI PM1172 TENDRIL STS 2088TC/Optisense 1999, gamintojas Abbott (JAV)		
1.1.1.	Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.						Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.	Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui, katalogo psl. 2
1.1.2.	Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT.						Stimuliacijos režimai	AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT, katalogo psl. 2
1.1.3.	Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min.						Stimuliacijos dažnis	30–170 imp./min, katalogo psl. 2
1.1.4.	Maks. impulso trukmė: 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala.						Maks. impulso trukmė	0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala, katalogo psl. 2

1.1.5.	Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).						Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).	Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius), katalogo psl. 1-2
1.1.6.	Masė ≤ 24 g, tūris ≤ 12 cm ³ .						Masė, tūris	19g, 9,7cm ³ , katalogo psl. 1-2
1.1.7.	Skilvelių Impulso amplitudė reguliuojama 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.						Skilvelių Impulso amplitudė reguliuojama 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.	Skilvelių Impulso amplitudė reguliuojama 0,25–7,5 V, žingsnis 0,5 V, katalogo psl. 2
1.1.8.	Prieširdžių impulso amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.						Prieširdžių impulso amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.	Prieširdžių impulso amplitudė 0,25–7,5 V, žingsnis 0,5 V, katalogo psl. 2
1.1.9.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.						Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. Katalogo psl. 1
1.1.10.	Jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.						Jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.	Jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–12,5 žingsnis 1,0 mV, katalogo psl. 2
1.1.11.	Jautrumas prieširdžiuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.						Jautrumas prieširdžiuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.	Jautrumas prieširdžiuose: 0,1 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV, katalogo psl. 2
1.1.12.	Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.						Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.	Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito, katalogo psl. 2
1.1.13.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.						Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą, katalogo psl. 2
1.1.14.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.						Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti

								optimalią stimuliaciją, katalogo psl. 2
1.1.15.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai.						Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai, katalogo psl. 1-2
1.1.16.	Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, jutiklio histogramos.						Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, jutiklio histogramos.	Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, jutiklio histogramos, katalogo psl. 2
1.1.17.	Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos (stimuliuojant AAI(R) režimu).						Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos (stimuliuojant AAI(R) režimu).	Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos (stimuliuojant AAI(R) režimu), katalogo psl. 2
1.1.18.	Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis.						Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis.	Saugomų elektrogramų trukmė 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis, katalogo psl. 1-2
1.1.19.	Prietaiso darbo trukmė ≥ 10 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DS stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).						Prietaiso darbo trukmė ≥ 10 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DS stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).	Prietaiso darbo trukmė 14,4 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DS stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos), katalogo psl. 1

1.1.20.	Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio.						Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio.	Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio, katalogo psl. 2
1.1.21.	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).						Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse), katalogo psl. 1-2
1.1.22.	Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus.						Komplekte:	Įvairaus ilgio (46–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus, katalogo psl.34-37
1.1.23.	Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai						Komplekte	Komplekte turi būti įvairaus ilgio (46–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai, katalogo psl. 39-42
1.1.24.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pridedami CE sertifikatai
				Suma be PVM	315000			

		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	15750			
				Suma su PVM	330750			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
4.	Dvikamerinis EKS su stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui (DDDR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus							
4.1.	Dvikamerinis EKS su stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui (DDDR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus	1500	Vnt	842	1263000	ENDURITY MRI PM2172 TENDRIL STS 2088TC/Optisense1999, gamintojas Abbott(JAV)		
4.1.1.	Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R).						Stimuliacijos režimai	AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD®, katalogo psl.4
4.1.2.	Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min.						Stimuliacijos dažnis	Stimuliacijos dažnis: 30–170 imp./min, katalogo psl. 4
4.1.3.	Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala – būtina.						Maks. impulso trukmė	0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala, katalogo psl. 4
4.1.4.	Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).						Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).	Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius), katalogo psl. 3-4

4.1.5.	Stimuliacijos amplitudė bent 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.						Stimuliacijos amplitudė bent 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.	Stimuliacijos amplitudė bent 0,25–7,5 V, žingsnis ne daugiau 0,5 V, katalogo psl. 4
4.1.6.	Prieširdžių stimuliacijos amplitudė bent 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.						Prieširdžių stimuliacijos amplitudė bent 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.	Prieširdžių stimuliacijos amplitudė bent 0,25–7,5 V, žingsnis 0,5 V, katalogo psl. 4
4.1.7.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.						Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija, katalogo psl. 3
4.1.8.	Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.						Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.	Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV, katalogo psl. 4
4.1.9.	Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV.						Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV.	Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,1 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV, katalogo psl. 4
4.1.10.	Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.						Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.	Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito, katalogo psl. 4
4.1.11.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.						Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą, katalogo psl. 4
4.1.12.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.						Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją, katalogo psl. 4

4.1.13.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai.						Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai, katalogo psl. 4
4.1.14.	Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos.						Dažnio adaptacijos jutiklis	Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos, katalogo psl. 4
4.1.15.	Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.						Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.	Saugomų elektrogramų trukmė 14min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis, katalogo psl. 3-4
4.1.16.	Prietaiso darbo trukmė ≥ 9 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 1000% DDD stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos)						Prietaiso darbo trukmė ≥ 9 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 1000% DDD stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos)	Prietaiso darbo trukmė 9,7 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 1000% DDD stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos), katalogo psl. 3
4.1.17.	Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“.						Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“.	Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“, katalogo psl. 4
4.1.18.	Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis.						Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis.	Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis, katalogo psl. 4
4.1.19.	Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas.						Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas.	Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas, katalogo psl. 4

4.1.20.	Programuojami išpėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio.						Programuojami išpėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio.	Programuojami išpėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio, katalogo psl. 4
4.1.21.	Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija.						Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija.	Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija, katalogo psl. 4
4.1.22.	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).						Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse), katalogo psl. 3-4
4.1.23.	Komplekte turi būti: 1. Įvairaus ilgio (40–100) cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai 2. Įvairaus ilgio (40–55) cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai						Komplekte:	1. Įvairaus ilgio (46–100) cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai 2. Įvairaus ilgio (46–52) cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai, katalogo psl. 39-42

4.1.24.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai.
				Suma be PVM	1263000			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	63150			
				Suma su PVM	1326150			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
6.	Biventrikulinis bipolis stimulatorius, skirtas skilvelių darbą resinschronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų							
6.1.	Biventrikulinis bipolis stimulatorius, skirtas skilvelių darbą resinschronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų	60	Vnt	1090	65400	ALLURE PM3222, gamintojas Abbott (JAV)		
6.1.1.	Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.						Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.	Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui, katalogo psl. 6
6.1.2.	Bipolė (IS-1) standarto jungtis kairiojo skilvelio elektrodui.						Bipolė (IS-1) standarto jungtis kairiojo skilvelio elektrodui.	Bipolė (IS-1) standarto jungtis kairiojo skilvelio elektrodui, katalogo psl. 6

6.1.3.	Skilvelių stimuliacijos amplitudė 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V .						Skilvelių stimuliacijos amplitudė 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V .	Skilvelių stimuliacijos amplitudė 0,55–7,5 V, žingsnis ne daugiau 0,5 V, katalogo psl. 6
6.1.4.	Prieširdžių stimuliacijos amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis 0,5 V .						Prieširdžių stimuliacijos amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis 0,5 V .	Prieširdžių stimuliacijos amplitudė 0,1–5,0 V, žingsnis 0,5 V, katalogo psl. 6
6.1.5.	Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).						Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).	Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius), katalogo psl. 6
6.1.6.	Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“).						Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“).	Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“), katalogo psl. 6
6.1.7.	Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis;						Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis;	Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis, katalogo psl. 6
6.1.8.	Masė mažesnė nei 25 g, tūris $\leq 15\text{cm}^3$.						Masė, tūris	Masė 24 g, tūris 14cm^3 , katalogo psl. 5-6
6.1.9.	Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.						Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.	Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai, katalogo psl. 6
6.1.10.	Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.						Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.	Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai, katalogo psl. 5-6
6.1.11.	VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.						VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.	VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS, katalogo psl. 6
6.1.12.	Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos).						Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos	Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių

							polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos).	(distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos), katalogo psl. 6
6.1.13.	Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.						Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.	
6.1.14.	Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.						Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.	Saugomų elektrogramų trukmė 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis, katalogo psl. 5-6
6.1.15.	Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.						Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.	Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito, katalogo psl. 6
6.1.16.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.						Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą, katalogo psl. 6
6.1.17.	Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).						Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).	Prietaiso darbo trukmė 8 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos), katalogo psl. 5
6.1.18.	Automatinis stimuliacijos impulso parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.						Automatinis stimuliacijos impulso parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su	Automatinis stimuliacijos impulso parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija, katalogo psl. 6

							5 V atsargine stimuliacija.	
6.1.19.	Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės.						Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės.	Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės, katalogo psl. 5
6.1.20.	Programuojami išpėjamieji signalai (ars oar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.						Programuojami išpėjamieji signalai (ars oar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.	Programuojami išpėjamieji signalai (ars oar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio, katalogo psl. 6
6.1.21.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų išpėjamieji signalai.						Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų išpėjamieji signalai.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų išpėjamieji signalai, katalogo psl. 6
6.1.22.	Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.						Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.	Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai, katalogo psl. 6
6.1.23.	Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.						Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.	Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais, katalogo psl. 5-6
6.1.24.	Būtinai prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinai prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai.
				Suma be PVM	65400			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	3270			

				Suma su PVM	68670			
--	--	--	--	-------------	-------	--	--	--

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
7.	Biventrikulinis keturpolis stimulatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, komplekte su elektrodais bei įvedimo sistema							
7.1.	Biventrikulinis keturpolis stimulatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, komplekte su elektrodais bei įvedimo sistema	300	Vnt	1670	501000	QUADRA ALLURE MP PM3562, TENDRIL STS 2088TC ir/ar OPTISENSE OPTIM 1999, QUARTET 1458Q/1458QL/ 1456Q/ 1457Q, CPS Direct SL II DS2C002/ DS2C012/DS2C003/ DS2C013 su CPS Universal Slitter DS2A003 arba CPS Direct PL 410210- 410225, CPS COURIER DS2G001- DS2G004 gamintojas Abbott (JAV)		

7.1.1.	Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.						Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.	Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui, katalogo psl. 8
7.1.2.	DS amplitudė 0,25–7 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu .						DS amplitudė 0,25–7 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu .	DS amplitudė 0,25–7 V, keičiant po 0.5 V žingsniu , katalogo psl. 8
7.1.3.	DP amplitudė 0,25–5,0 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu.						DP amplitudė 0,25–5,0 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu.	DP amplitudė 0,25–5,0 V, keičiant po 0.5 V žingsniu, katalogo psl. 8
7.1.4.	Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).						Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).	Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius), katalogo psl. 8
7.1.5.	Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“).						Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“).	Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“), katalogo psl. 8
7.1.6.	Masė mažesnė nei 30 g, tūris ≤ 15 cm ³ .						Masė, tūris	Masė mažesnė 27 g, tūris 15 cm ³ , katalogo psl. 7-8
7.1.7.	Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.						Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.	Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai, katalogo psl. 8
7.1.8.	Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.						Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.	Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai, katalogo psl. 8
7.1.9.	Skilvelių užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.						Skilvelių užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.	Skilvelių užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS, katalogo psl. 8
7.1.10.	Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, įvairios vidurinių polių bei unipolinės konfigūracijos).						Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, įvairios vidurinių polių bei unipolinės konfigūracijos).	Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, įvairios vidurinių polių bei unipolinės unipolinės konfigūracijos), katalogo psl. 7-8
7.1.11.	Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.						Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.	Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas, katalogo psl. 8

7.1.12.	Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14 min., epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.						Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14 min., epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.	Saugomų elektrogramų trukmė 14 min., epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis, katalogo psl. 7-8
7.1.13.	Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.						Stimuliacija ir jautrumas	Vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito, katalpsl. 8
7.1.14.	Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža.						Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža.	Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža, katalogo psl. 8
7.1.15.	Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2.5V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).						Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2.5V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).	Prietaiso darbo trukmė 8,2 metų (60 imp./min., 2.5V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki iki implantacijos), katalogo psl. 7-8
7.1.16.	Prekės gamintojo garantija ≥ 5 metai.						Prekės gamintojo garantija	6 metai, kstslogo psl. 7
7.1.17.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas visose širdies kamerose.						Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas visose širdies kamerose.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas visose širdies kamerose, katalogo psl. 8
7.1.18.	KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsų.						KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsų.	KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS KS impulsų, katalpsl. 7-8
7.1.19.	Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis,						Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas	Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir

	telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės.						ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės.	valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio ryšio galimybės, katalogo psl. 7-8
7.1.20.	Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.						Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.	Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio, katalogo psl. 8
7.1.21.	Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė.						Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė.	Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė, katalogo psl. 7
7.1.22.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.						Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai, katalogo psl. 8
7.1.23.	Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.						Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.	Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai, katalogo psl. 8
7.1.24.	Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais.						Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais.	Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais, katalogo psl. 8
7.1.25.	Keturpolė kairiojo skilvelio stimuliacijos technologija.						Keturpolė kairiojo skilvelio stimuliacijos technologija.	Keturpolė kairiojo skilvelio stimuliacijos technologija, katalogo psl. 7-8
7.1.26.	Galimybė atlikti viso kūno mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).						Galimybė atlikti viso kūno mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).	Galimybė atlikti viso kūno mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse), katalogo psl. 7-8
7.1.27.	Komplekte: 1. Įvairaus ilgio (50–65) cm aktyvios fiksacijos skilveliniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti						Komplekte:	1. Įvairaus ilgio (52–65) cm aktyvios fiksacijos skilveliniai elektrodai, išskiriantys

	magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai². Įvairaus ilgio (45–55) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai³. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpoliai elektrodai – ≤5F diametro, atstumai tarp kontaktų ≥ 10mm, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, pasirenkami linkiai mažiausiai S ir L formos. 4. Sistema elektrodo įvedimui: a) introduseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai; b) styga introduserio įvedimui 160–200 cm ilgio; c) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokонтрастiniu galu.							gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai 2. Įvairaus ilgio (46–52) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai 3. Įvairaus ilgio (75–92 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpoliai elektrodai – 4,9F diametro, atstumai tarp kontaktų 20-30-40-47-60mm, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, pasirenkami linkiai mažiausiai S ir L formos. 4. Sistema elektrodo įvedimui: a) introduseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai; b) styga introduserio įvedimui 195cm ilgio; c) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokонтрастiniu galu, katalogo psl. 39-42, 25-26, 29-30, 32.
7.1.28.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai.

				Suma be PVM	501000			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	25050			
				Suma su PVM	526050			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
8.	Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodais ir įvedimo sistema							
8.1.	Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodais ir įvedimo sistema	120	Vnt.	3850	462000	NEUTRINO CDHFA600Q/CDHFA600T TENDRIL STS 2088TC ir/arba OPTISENSE OPTIM 1999, DURATA 7120/7120Q/ 7122/7122Q, QUARTET 1458Q/1458QL/ 1456Q/1457Q, CPS Direct SL II DS2C002/ DS2C012/ DS2C003/ DS2C013 su CPS Universal Slitter DS2A003 arba CPS Direct PL 410210- 410225, CPS COURIER		

						DS2G001-DS2G004 gamintojas Abbott (JAV)		
8.1.1.	Masė ≤ 80g, tūris ≤ 35cm ³ .						Masė, tūris	76-81g, 34-37cm ³ , katalogo psl. 10-12
8.1.2.	Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigos pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių.						Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigos pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių.	Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigos pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių, katalogo psl. 10-13
8.1.3.	Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.						Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.	Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją, katalogo psl. 10-13
8.1.4.	Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).						Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).	Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas), katalogo psl. 10-13
8.1.5.	Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.						Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.	Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas, katalogo psl. 10-13
8.1.6.	ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu.						ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu.	ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu, katalogo psl.10-13
8.1.7.	ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.						ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.	ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą, katalogo psl. 10-13
8.1.8.	Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 36 J.						Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 36 J.	Maksimali defibriliuojančio impulso energija 40J, katalogo psl. 10-12

8.1.9.	Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.						Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.	Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą, katalogo psl. 10-13
8.1.10.	Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.						Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.	Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas, katalogo psl. 10-13
8.1.11.	Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.						Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.	Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai, katalogo psl. 10-14
8.1.12.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.						Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai, katalogo psl. 9-11
8.1.13.	Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.						Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.	Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos 6 sekundės (0,1min), katalogo psl. 45
8.1.14.	Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.						Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.	Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai, katalogo psl. 10-14
8.1.15.	Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.						Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių	Saugomų elektrogramų trukmė 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė, katalogo psl. 10-14

							prioretizacijos galimybė.	
8.1.16.	Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.						Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.	Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija, katalogo psl. 10- 14
8.1.17.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose.						Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose, katalogo psl. 10-14
8.1.18.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.						Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją, katalogo psl. 10-13
8.1.19.	Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.						Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.	Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai, katalogo psl. 10-13-14
8.1.20.	Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.						Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.	Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai, katalogo psl. 10-12
8.1.21.	VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.						VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.	VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS, katalogo psl. 10-12
8.1.22.	DS-KS matavimo algoritmas vėliausių KS sužadinimo taškų identifikavimui.						DS-KS matavimo algoritmas vėliausių KS	DS-KS matavimo algoritmas vėliausių KS sužadinimo taškų

							sužadinimo taškų identifikavimui.	identifikavimui, katalogo psl. 10-12
8.1.23.	Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.						Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.	Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas, katalogo psl. 10-12
8.1.24.	Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.						Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.	Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito, katalogo psl. 10-12
8.1.25.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.						Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą, katalogo psl. 10-12
8.1.26.	Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).						Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).	Prietaiso darbo trukmė 7,6 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos), katalogo psl.44
8.1.27.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.						Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai, katalogo psl. 10-12

8.1.28.	Automatinis AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmas užtikrinantis biventrikulinę stimuliaciją atitinkamai pagal paciento fizinį aktyvumą.						Automatinis AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmas užtikrinantis biventrikulinę stimuliaciją atitinkamai pagal paciento fizinį aktyvumą.	Automatinis AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmas užtikrinantis biventrikulinę stimuliaciją atitinkamai pagal paciento fizinį aktyvumą, katalogo psl. 10-12
8.1.29.	Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.						Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.	Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais, katalogo psl. 10-14
8.1.30.	Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.						Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.	Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio, katalogo psl. 10-14
8.1.31.	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).						Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse), katalogo psl. 10-15
8.1.32.	Komplekte:1. defibriliacijos elektrodas: aktyvios fiksacijos, 60-90 cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis, introduserio diametras ne daugiau 8F.2. Prieširdinis elektrodas: aktyvios fiksacijos, tiesus, 40-55 cm ilgio.3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo						Komplekte:	1. defibriliacijos elektrodas: aktyvios fiksacijos, 65 cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis, introduserio diametras

	skilvelio stimuliacijos keturpolis elektrodas, $\leq 5F$ diametro, atstumai tarp elektrodų ≥ 10 mm. Elektrodo distalinė dalis turi pasirenkamus linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse.4. Sistema elektrodo įvedimui:a) introduuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai.b) viela introduuserio įvedimui 160-200 cm ilgioc) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokонтрастiniu galu.							7F.2. Prieširdinis elektrodas: aktyvios fiksacijos, tiesus, 46-52 cm ilgio.3. Įvairaus ilgio (75–86-92cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpolis elektrodas, 4,7F diametro, atstumai tarp elektrodų 20-30-40-47-60 mm. Elektrodo distalinė dalis turi pasirenkamus linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse.4. Sistema elektrodo įvedimui:a) introduuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai.b) viela introduuserio įvedimui 195 cm ilgioc) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokонтрастiniu galu, katalogo psl. 39-42, 25-26, 27-28, 29-30, 32
8.1.33.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai.
				Suma be PVM	462000			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	23100			
				Suma su PVM	485100			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
9.	Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų							
9.1.	Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų	30	Vnt.	2800	84000	UNIFY ASSURA CD3361-40C/3361-40QC , gamintojas Abbott (JAV)		
9.1.1.	Masė ≤ 80g, tūris ≤ 40cm ³ .						Masė, tūris	77-78g, 36cm ³ , katalogo psl.17
9.1.2.	Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių.						Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių.	Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių, katalogo psl. 17
9.1.3.	Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.						Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.	Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją, katalogo psl. 17
9.1.4.	Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).						Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).	Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas), katalogo psl. 17

							1, tachikardija 2, virpėjimas).	
9.1.5.	Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.						Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.	Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas, katalogo psl. 17
9.1.6.	ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulso įkrovos metu.						ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulso įkrovos metu.	ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulso įkrovos metu, katalogo psl. 17
9.1.7.	ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.						ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.	ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą, katalogo psl. 17
9.1.8.	Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 40 J.						Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 40 J.	Maksimali defibriliuojančio impulso energija 40 J, katalogo psl. 17
9.1.9.	Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.						Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.	Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą, katalogo psl. 17
9.1.10.	Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.						Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.	Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas, katalogo psl. 17
9.1.11.	Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.						Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.	Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai, katalogo psl. 17
9.1.12.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.						Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai, katalogo psl. 17

9.1.13.	Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.						Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.	Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos 6 sekundės (0,1 min.), katalogo psl. 47
9.1.14.	Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.						Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.	Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai, katalogo psl. 17
9.1.15.	Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.						Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.	Saugomų elektrogramų trukmė 45 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė, katalogo psl. 17
9.1.16.	Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.						Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.	Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) vibracija, katalogo psl. 17
9.1.17.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose su 5V atsargine stimuliacija.						Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose su 5V atsargine stimuliacija.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose su 5V atsargine stimuliacija, katalogo psl. 17
9.1.18.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.						Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir

							prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.	skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją, katalogo psl. 17
9.1.19.	Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.						Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.	Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai, katalogo psl. 17
9.1.20.	Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.						Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.	Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai, katalogo psl. 17
9.1.21.	VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.						VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.	VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS, katalogo psl. 17
9.1.22.	Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.						Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.	Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas, katalogo psl. 17
9.1.23.	Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.						Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.	Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito, katalogo psl. 17
9.1.24.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.						Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.	Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą, katalogo psl. 17
9.1.25.	Prietaiso veikimo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta).						Prietaiso veikimo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir	Prietaiso veikimo trukmė 8,1 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω , 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta), katalogo psl. 48

							kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta).	
9.1.26.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų išpėjamieji signalai.						Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų išpėjamieji signalai.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų išpėjamieji signalai, katalogo psl. 17
9.1.27.	Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.						Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.	Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais, katalogo psl. 17
9.1.28.	Programuojami išpėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.						Programuojami išpėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.	Programuojami išpėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio, katalogo psl. 17
9.1.29.	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).						Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse), katalogo psl. 17
9.1.30.	Būtinai prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinai prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai.

				Suma be PVM	84000			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	4200			
				Suma su PVM	88200			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
14.	Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su programuojama defibriliacijos impulso fazių trukme bei forma							
14.1.	Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su programuojama defibriliacijos impulso fazių trukme bei forma	30	Vnt.	3200	96000	NEUTRINO CDDRA600Q/ CDDRA600T, TENDRIL STS 2088TC ir/arba OPTISENSE OPTIM 1999, DURATA 7120/7120Q/ 7122/ 7122Q, gamintojas Abbott (JAV)		
14.1.1.	Masė ≤ 72g, tūris ≤ 32cm ³ .						Masė , tūris	Masė 71-76g, tūris 31-35cm ³ , katalogo psl. 19-21
14.1.2.	DF1 ir DF4 variantai.						DF1 ir DF4 variantai.	DF1 ir DF4 variantai.
14.1.3.	Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios						Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios	Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios

	(prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykio.						pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykio.	(prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykio, katalogo psl. 19-21
14.1.4.	Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.						Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.	Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją, katalogo psl. 19-21
14.1.5.	Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).						Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).	Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas), katalogo psl. 19-21
14.1.6.	Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.						Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.	Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas, katalogo psl. 19-21
14.1.7.	ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu.						ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu.	ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu, katalogo psl. 19-21
14.1.8.	ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.						ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.	ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą, katalogo psl. 19-21
14.1.9.	Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 36 J.						Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 36 J.	Maksimali defibriliuojančio impulso energija 40J, katalogo psl. 19-21
14.1.10.	Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.						Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.	Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą, katalogo psl. 19-22

14.1.11.	Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.						Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.	Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas, katalogo psl. 19- 22
14.1.12.	Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.						Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.	Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai, katalogo psl. 19-23
14.1.13.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.						Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.	Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai, katalogo psl. 19-23
14.1.14.	Įspėjimai apie visas aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema.						Įspėjimai apie visas aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema.	Įspėjimai apie visas aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema, katalogo psl. 19- 23
14.1.15.	Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.						Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.	Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos 6 sekundės, katalogo psl. 45
14.1.16.	Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 25 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioritizacijos galimybė.						Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 25 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioritizacijos galimybė.	Saugomų elektrogramų trukmė 30 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioritizacijos galimybė, katalogo psl. 19-23
14.1.17.	Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.						Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.	Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu, katalogo psl. 19-23

14.1.18.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.						Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija, katalogo psl. 19-22
14.1.19.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose.						Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose.	Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose, katalogo psl. 19-22
14.1.20.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.						Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją, katalogo psl. 19-21
14.1.21.	Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai.						Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai.	Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai, katalogo psl. 19-22
14.1.22.	Algoritmas AV optimizacijai.						Algoritmas AV optimizacijai.	Algoritmas AV optimizacijai, katalogo psl. 19-22
14.1.23.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.						Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.	Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai, katalogo psl. 19-21
14.1.24.	Prieširdinių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas.						Prieširdinių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas.	Prieširdinių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas, katalogo psl. 19-21
14.1.25.	Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais.						Plaučių edemos diagnostika,	Plaučių edemos diagnostika, remiantis

							remiantis varžos matavimais.	varžos matavimais, katalogo psl. 19-23
14.1.26.	Prietaiso darbo trukmė ≥ 10 metų (60 imp/min., 2,0 V DP, 1,0 V DP, 0,4 ms, 500 Ω , 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus).						Prietaiso darbo trukmė ≥ 10 metų (60 imp/min., 2,0 V DP, 1,0 V DP, 0,4 ms, 500 Ω , 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus).	Prietaiso darbo trukmė 10 metų (60 imp/min., 2,0 V DP, 1,0 V DP, 0,4 ms, 500 Ω , 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus), katalogo psl. 44
14.1.27.	Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.						Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.	Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu, katalogo psl. 19-23
14.1.28.	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).						Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).	Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse), katalogo psl. 19-23
14.1.29.	Turi būti pateikti komplekte: 1. Defibriliacijos elektrodas, aktyvios fiksacijos 60cm, 65cm, 75cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis, introduserio diametras $\leq 7F$, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus. 2. Prieširdinis elektrodas, aktyvios fiksacijos, 46cm, 52cm, 58 sm ilgio, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus.						Komplekte:	1. Defibriliacijos elektrodas, aktyvios fiksacijos 60cm, 65cm, 75cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis, introduserio diametras 7F, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus. 2. Prieširdinis elektrodas, aktyvios fiksacijos, 46cm, 52cm, 58

								sm ilgio, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus, katalogo psl. 27-28, 39-42.
14.1.30.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai.
				Suma be PVM	96000			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	4800			
				Suma su PVM	100800			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
15.	Kairiojo skilvelio keturpolis stimuliacijos elektrodas							
15.1.	Kairiojo skilvelio keturpolis stimuliacijos elektrodas	150	Vnt.	430	64500	QUARTET 1458Q/1456Q/ 1457Q/ 1458QL, gamintojas Abbott (JAV)		
15.1.1.	Ilgis 75-95 cm, diametras ne daugiau 5 F, atstumas tarp polių >10 mm.						Ilgis 75-95 cm, diametras ne daugiau 5 F, atstumas tarp polių >10 mm.	Ilgis 75, 86, 92 cm, diametras ne daugiau 4,7 F, atstumas tarp polių 20-30-40-47-60 mm, katalogo psl. 26
15.1.2.	Elektrodo distalinė dalis turi linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse. Linkiai yra						Elektrodo distalinė dalis turi linkius, padedančius fiksuoti	Elektrodo distalinė dalis turi linkius, padedančius fiksuoti elektrodą

	„S“ ir „L“ formos, nekreipiantys elektrodo į vieną pusę.						elektrodą vainikinio ančio šakelėse. Linkiai yra „S“ ir „L“ formos, nekreipiantys elektrodo į vieną pusę.	vainikinio ančio šakelėse. Linkiai yra „S“ ir „L“ formos, nekreipiantys elektrodo į vieną pusę, katalogo psl. 25-26
15.1.3.	Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus.						Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus.	Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus, katalogo psl. 26
15.1.4.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu).	Pateikiami CE sertifikatai.
				Suma be PVM	64500			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	3225			
				Suma su PVM	67725			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
16.	Dešiniojo skilvelio endokardinis defibriliacijos elektrodas							
16.1.	Dešiniojo skilvelio endokardinis defibriliacijos elektrodas	60	Vnt	600	36000	DURATA 7122Q/7122/7120Q/7120, gamintojas Abbott (JAV)		

16.1.1.	Aktyvios fiksacijos 52-65cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis pasirinktinai (turi būti pasiūlyti abu variantai), introduserio diametras $\leq 7F$, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus.						Aktyvios fiksacijos 52-65cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis pasirinktinai (turi būti pasiūlyti abu variantai), introduserio diametras $\leq 7F$, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus.	Aktyvios fiksacijos 52-65cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis pasirinktinai (turi būti pasiūlyti abu variantai), introduserio diametras 7F, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, katalogo psl. 27-28
16.1.2.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai.
				Suma be PVM	36000			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	1800			
				Suma su PVM	37800			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
-----	-------------	--------	---------------	-------------------	------------------	--	-----------------------------	--

19.	Angiografinis kateteris su balionu koronarinio sinuso obturacijai ir retrogradiniam kontrastavimui							
19.1.	Angiografinis kateteris su balionu koronarinio sinuso obturacijai ir retrogradiniam kontrastavimui	420	Vnt	250	105000	Merit Pulmonary artery catheter, TD2602NXF, gamintojas Merit (JAV)		
19.1.1.	Kateteris su išpučiamu balionu, obturuojančiu koronarinį sinusą jo angiografijos metu, ilgis 110 - 120 cm, diametras ne daugiau 7F.Į komplektą turi įeiti specialus dozuoto tūrio švirkštas angiografinio baliono išpūtimui.						Kateteris su išpučiamu balionu, obturuojančiu koronarinį sinusą jo angiografijos metu, ilgis 110 - 120 cm, diametras ne daugiau 7F.Į komplektą turi įeiti specialus dozuoto tūrio švirkštas angiografinio baliono išpūtimui.	Kateteris su išpučiamu balionu, obturuojančiu koronarinį sinusą jo angiografijos metu, ilgis 110 cm, diametras 6F.Į komplektą įeina specialus dozuoto tūrio švirkštas angiografinio baliono išpūtimui, katalogo psl. 31
19.1.2.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai
				Suma be PVM	105000			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	5250			
				Suma su PVM	110250			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas
-----	-------------	--------	---------------	-------------------	------------------	--	-----------------------------	---

								specifikacijos)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
23.	Aklė IS-1 standarto							
23.1.	Aklė IS-1 standarto	60	Vnt	44	2640	AC-IP-2, AC-IS4PP, gamintojas Abbott (JAV)		
23.1.1.	Kištukas IS-1kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui. Turi būti pasiūlytas variantas standartinio bipolio ir biventrikulinio EKS keturpolio elektrodui lizdams izoliuoti						Kištukas IS-1kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui. Turi būti pasiūlytas variantas standartinio bipolio ir biventrikulinio EKS keturpolio elektrodui lizdams izoliuoti	Kištukas IS-1kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui. Siūlomas variantas standartinio bipolio ir biventrikulinio EKS keturpolio elektrodui lizdams izoliuoti, katalogo psl. 33
23.1.2.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai.
				Suma be PVM	2640			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	132			
				Suma su PVM	2772			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas
-----	-------------	--------	---------------	-------------------	------------------	--	-----------------------------	---

								specifikacijos)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
24.	Aklė DF-1 standarto							
24.1.	Aklė DF-1 standarto	60	Vnt	44	2640	AC-DP-3, gamintojas Abbott (JAV)		
24.1.1.	Kištukas DF-1 kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui						Kištukas DF-1 kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui	Kištukas DF-1 kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui, katalogo psl. 33
24.1.2.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu).	Pateikiami CE sertifikatai
				Suma be PVM	2640			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	132			
				Suma su PVM	2772			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijos)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
25.	Minkšta įmautė (aklė) elektrodui izoliuoti							
25.1.	Minkšta įmautė (aklė) elektrodui izoliuoti	90	Vnt	44	3960	4033A, gamintojas Abbott (JAV)		

25.1.1.	1,5–3 mm diametro elektrodui						1,5–3 mm diametro elektrodui	1,5–3 mm diametro elektrodui, katalogo psl. 33
25.1.2.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).	Pateikiami CE sertifikatai.
				Suma be PVM	3960			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	198			
				Suma su PVM	4158			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
26.	Atsuktuvai elektrodo-stimuliatoriaus jungčiai							
26.1.	Atsuktuvai elektrodo-stimuliatoriaus jungčiai	60	Vnt	44	2640	TORQUE WRENCH 442-2, gamintojas Abbott (JAV)		
26.1.1.	Sterilus atsuktuvai IS-1 ar DF-1 lizdo varžtui						Sterilus atsuktuvai IS-1 ar DF-1 lizdo varžtui	Sterilus atsuktuvai IS-1 ar DF-1 lizdo varžtui, katalogo psl. 33
26.1.2.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).	Pateikiami CE sertifikatai.

				Suma be PVM	2640			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	132			
				Suma su PVM	2772			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
29.	Resterilizuojamas laidas prailgintuvas matavimams stimulatoriaus implantavimo operacijos metu							
29.1.	Resterilizuojamas laidas prailgintuvas matavimams stimulatoriaus implantavimo operacijos metu	90	Vnt	450	40500	PSA CABLE EX3150, gamintojas Abbott (JAV)		
29.1.1.	Laido ilgis 2,5-4,0 m, jungtis Merlin stimuliatorių programavimo prietaisui viename gale ir gnybtai kitame. Trys laidų poros – dešiniojo prieširdžio, dešiniojo skilvelio, kairiojo skilvelio stimuliacijai. Turi būti suderinamas su St. Jude Medical stimuliacijos parametrų nustatymo prietaisu Merlin.						Laido ilgis 2,5-4,0 m, jungtis Merlin stimuliatorių programavimo prietaisui viename gale ir gnybtai kitame. Trys laidų poros – dešiniojo prieširdžio, dešiniojo skilvelio, kairiojo skilvelio stimuliacijai. Turi būti suderinamas su St. Jude Medical stimuliacijos	Laido ilgis 3,0 m, jungtis Merlin stimuliatorių programavimo prietaisui viename gale ir gnybtai kitame. Trys laidų poros – dešiniojo prieširdžio, dešiniojo skilvelio, kairiojo skilvelio stimuliacijai. Suderinamas su St. Jude Medical stimuliacijos parametrų nustatymo prietaisu Merlin, katalogo psl. 34

							parametrų nustatymo prietaisu Merlin.	
29.1.2.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai.
				Suma be PVM	40500			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	2025			
				Suma su PVM	42525			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
30.	Vienartinis sterilus laidas prailgintuvas matavimams stimulatoriaus implantavimo operacijos metu							

30.1.	Vienkartinis sterilus laidas prailgintuvas matavimams stimulatoriaus implantavimo operacijos metu	900	Vnt	22	19800	Disposable Threshold Cable, 4051L, gamintojas Abbott (JAV)		
30.1.1.	Laido ilgis 2,5-4,0 m. sudarytas iš dviejų izoliuotų gijų, piršteliai, tinkami pajungti į elektrofiziologinių signalo registravimo sistemą, viename gale, gnybtai kitame gale.						Laido ilgis 2,5-4,0 m. sudarytas iš dviejų izoliuotų gijų, piršteliai, tinkami pajungti į elektrofiziologinių signalo registravimo sistemą, viename gale, gnybtai kitame gale.	Laido ilgis 2,5m. sudarytas iš dviejų izoliuotų gijų, piršteliai, tinkami pajungti į elektrofiziologinių signalo registravimo sistemą, viename gale, gnybtai kitame gale, katalogo psl. 35
30.1.2.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).	Pateikiamas CE sertifikatas
				Suma be PVM	19800			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	990			
				Suma su PVM	20790			

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas	Siūlomo produkto parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
37.	Implantuojamas EKG įvykių registravimo prietaisas							

37.1.	Implantuojamas EKG įvykių registravimo prietaisas	30	Vnt	2100	63000	ASSERT IQ DM5500, gamintojas Abbott (JAV)		
37.1.1.	Darbo trukmė ne mažiau 72 mėn.						Darbo trukmė ne mažiau 72 mėn.	Darbo trukmė 72 mėn, katalogo psl. 36
37.1.2.	Svoris ≤ 4 g, tūris ≤2 cm ³ .						Svoris ≤ 4 g, tūris ≤2 cm ³ .	Svoris 3,7 g, tūris 1,9 cm ³ , katalogo psl. 36
37.1.3.	Telemetrija – Bluetooth low energy.						Telemetrija – Bluetooth low energy.	Telemetrija – Bluetooth low energy, katalogo psl. 37
37.1.4.	Automatinė EKG įrašo aktyvacija, esant bradikardijai, tachikardijai ar asistolijai. Prieširdžių virpėjimo/prieširdinių tachiaritmijų automatinio atpažinimo ir kiekybinio įvertinimo galimybė.						Automatinė EKG įrašo aktyvacija, esant bradikardijai, tachikardijai ar asistolijai. Prieširdžių virpėjimo/prieširdinių tachiaritmijų automatinio atpažinimo ir kiekybinio įvertinimo galimybė.	Automatinė EKG įrašo aktyvacija, esant bradikardijai, tachikardijai ar asistolijai. Prieširdžių virpėjimo/prieširdinių tachiaritmijų automatinio atpažinimo ir kiekybinio įvertinimo galimybė, katalogo psl. 37
37.1.5.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose.						Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose.	Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, katalogo psl. 37
37.1.6.	Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 60 min., epizodų trukmė ≥ 10-60 sekundžių (PV epizodų trukmė > 60 sekundžių).						Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 60 min., epizodų trukmė ≥ 10-60 sekundžių (PV epizodų trukmė > 60 sekundžių).	Saugomų elektrogramų trukmė 60 min., epizodų trukmė 10-60 sekundžių (PV epizodų trukmė 60 sekundžių), katalogo psl. 37
37.1.7.	Galimybė programuoti gaunamų registruotų epizodų kiekį pasirinktinai, priklausomai nuo kiekvieno paciento klinikinės situacijos.						Galimybė programuoti gaunamų registruotų epizodų kiekį pasirinktinai, priklausomai nuo kiekvieno paciento klinikinės situacijos.	Galimybė programuoti gaunamų registruotų epizodų kiekį pasirinktinai, priklausomai nuo kiekvieno paciento klinikinės situacijos, katalogo psl.36
37.1.8.	Galimybė pasirinktinai programuoti registruotus epizodus pagal pirmumą.						Galimybė pasirinktinai programuoti	Galimybė pasirinktinai programuoti registruotus

							registruotus epizodus pagal pirmumą.	epizodus pagal pirmumą, katalogo psl. 36
37.1.9.	Sertifikuotas 3T magnetinio rezonanso tyrimams atlikti.						Sertifikuotas 3T magnetinio rezonanso tyrimams atlikti.	Sertifikuotas 3T magnetinio rezonanso tyrimams atlikti, katalogo psl. 36
37.1.10.	Komplekte su įvykių registratoriumi pateikiamas jo įsodinimo į paodę įrenginys, leidžiantis įstumti implantuojamą prietaisą pro mažesnę nei 1 cm ilgio pjūvį.						Komplekte su įvykių registratoriumi pateikiamas jo įsodinimo į paodę įrenginys, leidžiantis įstumti implantuojamą prietaisą pro mažesnę nei 1 cm ilgio pjūvį.	Komplekte su įvykių registratoriumi pateikiamas jo įsodinimo į paodę įrenginys, leidžiantis įstumti implantuojamą prietaisą pro mažesnę nei 1 cm ilgio pjūvį, katalogo psl.36
37.1.11.	Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).						Būtinasi prietaisų žymėjimas CE ženklų (sutarties vykdymo metu pristatomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklų).	Pateikiami CE sertifikatai
				Suma be PVM	63000			
		Taikomas PVM dydis (%)	5	PVM suma	3150			
				Suma su PVM	66150			

PIRKĖJAS:

VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė

Direktorė valdymui ir ekonomikai dr. Jūratė Grubliauskienė

PARDAVĖJAS:

UAB „Abbott Medical Lithuania“

Pardavimų vadovė Lietuvai ir Latvijai Matilda Astrauskienė