

VŠĮ LSMU KAUNO LIGONINĖ

Viešųjų pirkimų komisijai

2025-05-12

Paaiškinimas

UAB Polsa, dalyvaudama konkurse Nr.1866443, pateikė multifunkcinės procedūrinės kėdės FD-K01 katalogą, kuriame nurodyti reikalaujami techninės specifikacijos parametrai. Gamintojas, ruošdamas katalogą, techninės specifikacijos parametruose nurodė, kad „Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas diapazone (nuo -19° iki $+75^{\circ}$)“, o brėžinuką įkėlė su parametrais, kurie nurodomi (nuo -19° iki $+74^{\circ}$).

Gamintojas, savo rašte, paaiškina šią situaciją:

Įmonė WS TECH Lorens Sp. J, kaip medicinos prietaisų gamintoja, pareiškia, kad turi teisę ir gali keisti savo gaminių parametrus, kad atitiktų kliento užsakymo poreikius.

Pakeitimai gali būti susiję su konkretaus gaminio matmenimis, aukščio reguliavimo diapazonu arba reguliuojamų padėčių kampu.

Gamintojas pareiškia, kad pakeitimai yra nedideli ir neturės įtakos gaminių funkcionalumui ir saugumui.

(pridedamas gamintojo raštas ir pataisytas brėžinukas);

Apgailestaujame dėl įvykusios klaidos ir norime patikinti, kad laimėjus šį konkursą, gaminiai bus pateikti laiku ir reikalaujamų techninių parametrų (esame gamintojo WS TECH įmonės atstovai daugiau, kaip 10 metų).

Prašome atmesti pretenziją, nes šis netikslumas nėra reikšmingas, o mūsų pateikta kaina yra mažiausia ir tai leidžia racionaliai panaudoti skirtas lėšas.

Direktorius

Vidmantas Jocius