

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- [illegible]

7	Linija prailginimo Nr.2	Vienkartinė, sterili, prailginimo linija, „Luer Lock“, su kamštukais abiejose linijos galuose, be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės), pagaminta iš PVC, sterilizacija gama spinduliais. Būtinas ženklinimas ant pakuotės: Matrix kodas. Blister pakuotė. 1,5-1,55m ilgio, vidinis diametras 1,49-1,51mm, užpildymo tūris ne daugiau 2,6ml.	Vnt.	5 000	B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Original Perfusor line k. 8722960	0,4200	2 100,00	5	105,00	2 205,00	Vienkartinė, sterili, prailginimo linija, „Luer Lock“, su kamštukais abiejose linijos galuose, be DEHP yra ženklinimas ant pakuotės, pagaminta iš PVC, sterilizacija gama spinduliais. Yra ženklinimas ant pakuotės - Matrix kodas. Blister pakuotė. 1,5m ilgio, vidinis diametras 1,50 mm, užpildymo tūris	5	2500,00	2625,00	33140000-3
---	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------------------------------------------------------------------	--------	----------	---	--------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	---------	------------

8.3	Vienkartiniai skysčių surinkimo maišai su granulėmis	Vienkartiniai skysčių surinkimo maišai. Pagaminti iš stipraus polietileno. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. Maišo viduje turi būti įdėtos granulės paverčiančios skystį geliu. Ant maišo turi būti speciali jungtis mėginių indelio prijungimui. Maišai turi būti sulankstyti su lipnia juosta. Maišelio svoris ne daugiau 101 g. Pritaikyti įdėti į 8.1. pirkimo dalyje nurodytus indus.	Vnt.	50 000			0,00	5	0,00	0,00		5	166000,00	174300,00	
8.4	Vamzdelis	Vienkartinio naudojimo jungiamasis vamzdelis skirtas sujungti lignoninėje naudojamus Serres skysčių siurbimo sistemos vienkartinius maišelius į vientisą skysčių surinkimo sistemą.	Vnt.	1 700			0,00	5	0,00	0,00		5	748,00	785,40	
8.5	Jungtys siurbimo sistemai	T formos daugkartinio naudojimo jungtis, įstatoma į siurbimo sistemos indus ir leidžianti juos sujungti į vientisą vakuumo sistemą. Jungtis gali būti plaunama (95°C) ir autoklavuojama (121°C).	Vnt.	50			0,00	21	0,00	0,00		21	118,50	143,39	
8.6	Mėginių surinkimo indelis	Speciali vienkartinė talpa mėginių paėmimui, tinkama naudoti su lignoninėje naudojama Serres skysčių siurbimo sistema. Talpa 290 - 310 ml.	Vnt.	1 000			0,00	5	0,00	0,00		5	5600,00	5880,00	
8.7	Skysčių surinkimo indelis	Speciali vienkartinė talpa skirta mažiems skysčio tūriams tiksliai išmatuoti. Talpa 240 - 260 ml.	Vnt.	400			0,00	5	0,00	0,00		5	3032,00	3183,60	
Viso: 8 dalis							0,00		0,00	0,00			176782,50	185846,03	
9	Elektrodas miego monitoravimui entropijos būdu	Vienkartinis, tinkantis prie „Datex-Ohmeda S/A Avance“ aparato.	Vnt.	200			0,00	5	0,00	0,00		5	3080,00	3234,00	33140000-3
10	Adata „peteliškės“ tipo	Vienkartinė, sterili, adata „peteliškės“ tipo adata. Galimi dydžiai 20 G, 21G, 22 G, 23G, ilgis 19-21mm (galimybė rinktis pagal poreikį).	Vnt.	30 000			0,00	5	0,00	0,00		5	1050,00	1102,50	33141320-9
11	Antibakterinis filtras „RVTM2“ reguliatoriui	Vienkartinis, tinkantis vakuumo reguliatoriui „RVTM2“.	Vnt.	5 000			0,00	5	0,00	0,00		5	6250,00	6562,50	33140000-3
12	Universalus trišakis konektorius	Sterilus, permatomas, pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos. ¼ x ¼ x ¼ (trišakis)	Vnt.	2 500			0,00	5	0,00	0,00		5	6000,00	6300,00	33140000-3
13	Enterinio maitinimo sistema	Sterili, tinkanti „FloCare Infinity“ enterinio maitinimo pompai su 1,2- 1,4 litrų talpos maišu.	Vnt.	200			0,00	5	0,00	0,00		5	1880,00	1974,00	33140000-3

14	Sistema valandinei diurezei matuoti	Sterili, vienkartinė, uždara šlapimo surinkimo sistema, skirta tiksliai matuoti valandinę diurezę. Sistema sudaryta iš trijų nuosekliai sujungtų šlapimo surinkimo rezervuarų. Pirmo rezervuaro talpa 50 ± 5 ml, leidžia labai tiksliai matyti pradinio šlapimo išskyrimą, gradacija kas 1 ml, antro rezervuaro talpa 150 ± 10 ml, gradacija kas 5 ml ir trečio rezervuaro talpa 500 ± 20 ml, gradacija kas 10 ml. Sujungti su 1,8 -2 l maišeliu (gradacija kas 100 ml) su išleidimo kraneliu. Sistema turi ne mažiau kaip du antirefliuksinius vožtuvus, kurie užtikrina visišką sistemos sterilumą ir be adatinę prieigą, skirtą mėginių paėmimui. Sujungimo vamzdelis 110-120 cm. Sistema su dviem tvirtinimo juostelėmis.	Vnt.	5 500	B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Ureofix 500 k. 4417930	7,95	43 725,00	5	2 186,25	45 911,25	Sterili, vienkartinė, uždara šlapimo surinkimo sistema, skirta tiksliai matuoti valandinę diurezę. Sistema sudaryta iš trijų nuosekliai sujungtų šlapimo surinkimo rezervuarų. Pirmo rezervuaro talpa 50ml, leidžia labai tiksliai matyti pradinio šlapimo išskyrimą, gradacija kas 1 ml, antro rezervuaro talpa 150 ml, gradacija kas 5 ml ir trečio rezervuaro talpa 500ml, gradacija kas 10 ml. Sujungti su 2 l maišeliu (gradacija kas 100 ml) su išleidimo kraneliu. Sistema turi du antirefliuksinius vožtuvus, kurie užtikrina visišką sistemos sterilumą ir be adatinę prieigą, skirtą mėginių	5	43725,00	45911,25	33140000-3
15	Prailginimo linija	Vienkartinė, sterili infuzinė prailginimo linija, ilgis 200 +- 1 cm. Vidinis diametras 1,5 mm +- 0.01mm. Užpildymo tūris 200cm. ne daugiau 3,6 ml. Jungtis "LUER – LOCK" tipo. Be DEHP (būtinai ženklintas ant pakuotės), pagaminta iš PVC arba analogiškos medžiagos. Sterilizacija gama spinduliais. Matrix kodas (būtinai ženklintas ant pakuotės) arba lygiavertis. "Blister" tipo pakuotė arba lygiavertė. Su kamštukais abiejuose linijos galuose.	Vnt.	70 000	B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Original Perfusor line k.	0,5000	35 000,00	5	1 750,00	36 750,00	Vienkartinė, sterili infuzinė prailginimo linija, ilgis 200 cm. Vidinis diametras 1,5 mm. Užpildymo tūris 200cm. 3,6 ml. Jungtis "LUER – LOCK" tipo. Be DEHP yra ženklintas ant pakuotės, pagaminta iš PVC. Sterilizacija gama spinduliais. Matrix kodas yra ženklintas ant pakuotės. "Blister" tipo pakuotė. Su kamštukais abiejuose linijos galuose. Katalogas p.d. 15	5	35700,00	37485,00	33140000-3

30	Rinkinys epiduralinei anestezijai	Sterilus, vienkartinis, adata metalinė 18G, su sparneliais (kurie pritvirtinti prie adatos gamybos metų), Tuohy tipo. Mažo pasipriešinimo plastikinis, permatomas 8±1 ml švirkštas, paraboline gradacija, antibakterinis 0.2 µm filtras atsparus 7 bar slėgiui, poliamido kateteris, rentgeno kontrastinis su ilgio atžymomis, 95-105 cm ilgio, užapvalintu galu su 3 šoninėm angomis, kateterio nukreipėjas, „click“ tipo konektorius.	Vnt.	4 000	B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Perifix k. 4514513	5,40	21 600,00	5	1 080,00	22 680,00	Sterilus, vienkartinis, adata metalinė 18G, su sparneliais kurie yra pritvirtinti prie adatos gamybos metų, Tuohy tipo. Mažo pasipriešinimo plastikinis, permatomas 8 ml švirkštas, paraboline gradacija, antibakterinis 0.2 µm filtras atsparus 7 bar slėgiui, poliamido kateteris, rentgeno kontrastinis su ilgio atžymomis, 100 cm ilgio, užapvalintu galu su 3 šoninėm angomis, kateterio nukreipėjas, „click“ tipo konektorius. Katalogas p.d. 16,17, 30, 35 ir Katalogas p.d. 30 papildomas	5	21920,00	23016,00	33140000-3
----	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------------------------------------------------	------	-----------	---	----------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	----------	------------