

Technical Data Sheet

Manufacturer Name	Betatech Medikal Cih.San.Mum.Ic ve Dis Tic.Ltd.Sti.	
Manufacturer Address	Ikitelli Org.san.Bolg.Ataturk Oto Sanayi Sitesi, 22.Sok. Unal Is Merkezi. No:9, Basaksehir/Istanbul, TURKEY	
Product Name	Vaginal Sling and Prolapse Repair Mesh	
Brand	Betamix	
Size Range / Codes	2.1.2. polipropileno tinklelis, 9-10 mm pločio, kurio galai baigiasi susiaurėjimu ir kilpelėmis BTVS / Vaginal Sling 1x45cm 2.1.3. Išmatavimai 1 cm, 45 cm ilg BTMN / Mini Sling 1x11cm BTTO / Transobturator Set (Vaginal Sling + TOT Applicator) BTSP / Retropubic Set (Vaginal Sling + TVT Applicator) BTHE / Helical Set (Vaginal Sling + Helical Applicators) BTPOP2 / Prolapse Repair Mesh-2 Arms PTPOP4 / Prolapse Repair Mesh-4 Arms	
Indication for use	Indicated for stress urinary incontinence and pelvic prolapse repair	
Material	Polypropylene Monofilament	
Structure	Knitted ir kilpelėmis	
Characteristics	Pore Size: 1,50mm Weight: 97 gr/m ² Thickness: 0,78 mm Tensile Strength: 604,22 N Burst Strength: 995,20 kPa	2.1.5. Juostelės porų dydis 1,50 mm mm, 2.1.6. Juostelės porų tankis 97g/m2 2.1.7. Juostelės porų storis 0,78 mm 2.1.9. Atsparumas tempimui ne mažiau 604N 2.1.10. Atsparumas plyšimui 995 kPa
Packaging	Inner pack	Sling: protective tube and sterilization pouch Applicator: sterilization pouch
	Outer pack	Cardboard box with sticker seal
	Number/Inner pack	One unit
	Number/outer pack	One unit
	All materials latex and phthalate free	
GMDN Number		
Sterilization	Sterile with EO	
Shelf life	3 years from the date of sterilization	
Storage / Disposal	05-30°C / No need special waste disposal	

TD.PM.UB.01

Betatech Medical


Ikitelli Org. San. Bolgesi, Ataturk Oto Sanayi Sitesi, Unal Is Merkezi, No:9, Basaksehir - ISTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 671 06 83 Fax: +90 212 671 06 84

www.betatechmedical.com



Classification	IIB
Certification	CE certified
Directives and standards	Council Directive 93/42/EEC concerning of medical devices
Notified Body:	UDEM, 2292
Certificate No:	M.2016.106.6949
Date of CE mark:	04.06.2020/01
Expiry Date of CE mark:	27.05.2024

2.1.4. Sistema tinka įvedimui prie ligininės turimų transobturatorių įvedėjų.



2.1.8. Mazgai užlydyti ar užfiksuoti, kad juosta negalėtų keisti savo formos

2.1.2. polipropileno tinklelis, 9-10 mm pločio, kurio galai baigiasi susiaurėjimu ir kilpelėmis

Prepared By / Revised By	Controlled by/Confirmed By	Approval Date	ORIGINAL
Quality Assurance Pınar Güver 	General Manager Yusuf Kajan 	8.05.2020	

TD.PM.UB.01

Betatech Medical

Ikitelli Org. San. Bolgesi, Ataturk Oto Sanayi Sitesi, Unal Is Merkezi, No:9, Basaksehir - ISTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 671 06 83 Fax: +90 212 671 06 84

www.betatechmedical.com



ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo

- vienkartinė (pažymėta simboliu);
- sterili (simbolis ant pakuotės);



Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė KAJA BLEKAITYTĖ
Data: 2025-05-02 15:04:58
Paskirtis: Pirkimo Nr. 2333880
Vieta: J. Pabrėžos g. 24 A,
Kaunas
Kontaktinė informacija: Viešųjų
pirkimų specialistė