

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Rentgeno diagnostinė sistema		
Sutarties data	2025-06-16	Sutarties numeris	S1-149

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	VšĮ Prienų ligoninė
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	190160991
	1.1.3. Adresas	Pušyno g. 2, Prienai
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	-
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT954010041100050743
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB Luminor bankas, banko kodas 40100
	1.1.7. Telefonas	
	1.1.8. El. paštas	
	1.1.9. Šalies atstovas	Jūratė Milaknienė
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Direktorė
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Abameda“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	305938555
	1.2.3. Adresas	Sūkurio g. 38, LT-36253 Panevėžys
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100015073515
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT804010051005571509
	1.2.6. Bankas, banko kodas	Luminor bankas AS Lietuvos skyrius, 40100
	1.2.7. Telefonas	
	1.2.8. El. paštas	
	1.2.9. Šalies atstovas	Direktorius Gintaras Mikelionis
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per „SABIS“ priėmimą	
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	

3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui rentgeno diagnostinę sistemą „Radspeed Pro“, Shimadzu (toliau – Prekės, įranga). Su Prekėmis teikiamų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, Pirkėjo turimo stacionaraus rentgeno aparato išmontavimas, pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas, paruošimas darbui ir suderinimas,

	išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, prekių gavėjo personalo apmokymas dirbti su įranga. Išsamus Prekių aprašymas, kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija).
3.2. Pirkimo numeris	1867976
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	4.1.1. Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ir su prekėmis teiktinas paslaugas (išskyrus konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimą) atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Pušyno g. 2, Prienai. 4.1.3. Tiekėjui pristačius nekokybiškas, reikalavimų neatitinkančias Prekes ir (ar) nustačius Prekių defektus po Prekių perdavimo Pirkėjui, Tiekėjas savo sąskaita jas turi pakeisti kokybiškomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokia būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo pagrįstų kliūčių ar trukdymų atsiradimo momento, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsimas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 3 (trių) mėnesių laikotarpiui.
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Netaikoma
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: 4.5.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, 4.5.2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba. 4.5.3. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos įdiegimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu,

	kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos įdiegimą ir garantinį aptarnavimą. 4.5.4. Pristatomų prekių CE ar lygiaverčių sertifikatų kopijos originalo ir lietuvių kalbomis, Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos kainodara. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 148.000,00 Eur, 00 ct (Vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Sutarties kaina yra 179.080,00 Eur, 00 ct (Vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) Eur su PVM. PVM sudaro 31.080,00 Eur, (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoniasdešimt eurų 00 ct). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	Netaikoma
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Netaikoma
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	Netaikoma
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties)</u> keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina.
5.6. Avansas	Netaikoma

5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai . Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	6.2.1. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti Prekės techninę priežiūrą, galimų defektų ir gedimų šalinimą, remontą, vadovaujantis gamintojo parengtomis techninėmis instrukcijomis ir rekomendacijomis, teikti konsultacijas, susijusias su įrangos naudojimu visą Sutarties 6.1. punkte nurodytą garantinį terminą. Tiekėjas garantinio termino laikotarpiu padengia visas su garantinės priežiūros paslaugomis susijusias išlaidas (transporto, remonto, detalių). 6.2.2. Prekės techninės būklės vertinimas, techninė priežiūra bei remonto darbai turi būti atliekami gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo. 6.2.3. Pirkėjo pranešimai apie Prekės defektus ir (ar) gedimus 6.2.4. Prekės garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą telefonu apie Prekės defektus ir (ar) gedimus, turi atvykti į Pirkėjo patalpas (Pušyno g. 2, Prienai) ir pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Prekės trūkumus Tiekėjui gavimo momento. 6.2.5. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo neįmanoma pašalinti Pirkėjo patalpose, Tiekėjas privalo Prekę savo sąskaita išvežti defektui ir (ar) gedimui šalinti. Sutaisyta ir veikianti Prekę Tiekėjo sąskaita pristatoma Pirkėjui, sumontuojama ir paruošiama darbui. 6.2.6. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo šalinimas užtrunka ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Tiekėjas sekančią darbo dieną privalo pristatyti Pirkėjui ir perduoti defekto ir (ar) gedimo šalinimo laikotarpiui naudoti ekvivalentišką veikiančią Prekę, ją sumontuoti ir paruošti darbui. 6.2.7. Garantinė Prekės priežiūra netaikoma gedimams, defektams atsiradusiems dėl neteisingo ar netinkamo Pirkėjo elgesio su Preke, dėl jo paties be Tiekėjo leidimo atliekamo Prekės remonto, modifikacijų, Prekės gamintojo neapbruotų eksploatacinių medžiagų naudojimo. Tuo atveju, visas su Prekės remontu / keitimu susijusias išlaidas apmoka Pirkėjas. 6.2.8. Jei Pirkėjas pažeidžia Prekės eksploataavimo sąlygas pagal Sutarties 6.2.7 punktą, turi būti surašomas Prekės eksploataavimo sąlygų pažeidimo aktas. 6.2.9. Kitos Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo sąlygos nustatytos Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMO SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	

8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais, bauda).
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ne ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas, Pirkėjas pradeda Tiekėjui skaičiuoti 50 (penkiasdešimt) Eur dydžio baudą už kiekvieną sekančią uždelstą dieną. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekių ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekių pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekių ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Nustačius, kad Tiekėjas pažeidė Sutarties 12.2 p. nurodytus reikalavimus, Tiekėjui skiriama 50,00 EUR (penkiasdešimt) bauda už nustatytą atvejį.
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių	Netaikoma

kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo priimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 11.2.2. jeigu Tiekėjas pristato įrangą, kuri neatitinka reikalavimų nustatytų Techninėje specifikacijoje ir Tiekėjo teiktame pasiūlyme ir nepakeičia jos per Sutartyje nustatytą terminą; 11.2.3. jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti įrangą arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendoriniu dienų; 11.2.4. jeigu Tiekėjui priskaičiuotų netesybų suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.5. jeigu Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 11.2.6. jeigu Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinių pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu.
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte

	patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti.
12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Įrangos pristatymo dienos turi įvykdyti mokymus Pirkėjo darbuotojams. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju raštu (el. paštu) suderina mokymų datą.
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija: 1. Bendrųjų sąlygų 1.1.1.10 punktą išdėstyti nauja redakcija: „1.1.1.10. Sutarties kaina – galima pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina maksimali suma, įskaitant vertes, galinčias atsirasti dėl Sutarties atnaujinimo galimybių, taip pat visus privalomus mokesčius ir išlaidas;“. 2. Bendrųjų sąlygų 1.3.1 punkte vietoj žodžio „eilės“ rašyti žodį „viršenybės“ ir šį 1.3.1 punktą iki dvitaškio išdėstyti taip: „1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia viršenybės tvarka:“. 3. Bendrųjų sąlygų 3.1.1.2 punktą išdėstyti nauja redakcija: „3.1.1.2. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokia teisę turintys asmenys;“. 4. Bendrųjų sąlygų 12.2.1 punktą su papunkčiais išdėstyti nauja redakcija: „12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose. Sąskaitos priimanamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus“. 5. Bendrųjų sąlygų 12.3.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

	„12.3.2. Pirkėjas turi teisę Tiekėjo mokėtinas sumas išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo“. 6. Bendrųjų sąlygų 15.3 punktą išdėstyti nauja redakcija: „15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektualiais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Pradinės Sutarties vertės.“
13.2.	13.2. Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 1. Papildyti Bendrąsias sąlygas nauju 2.4 punktu: „2.4. Pirkimo dokumentai ir Tiekėjo pasiūlymas yra neatskiriama Sutarties dalis“.
13.3.	Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 12.2.2.
13.4.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija
14.2. Priedas Nr. 2	Pasiūlymas
14.3. Priedas Nr. 3	
14.4. Priedas Nr. 4	
14.5. Priedas Nr. 5	
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Direktorė Jūratė Milaknienė	Direktorius Gintaras Mikelionis
(parašas)	(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Reikalavimai aukšto dažnio generatoriui		
1.1	Maksimali galia	≥ 80 kW	80 kW, Prekių aprašymo psl. Nr. 4
1.2	Įtampos diapazonas	$\geq (40 - 150)$ kV	(40 - 150) kV, Prekių aprašymo psl. Nr. 4
1.3	Maksimali srovė	≥ 1000 mA	1000 mA, Prekių aprašymo psl. Nr. 4
1.4	Automatinis ekspozicijos valdymas	≥ 3 laukų	3 laukų automatinis ekspozicijos valdymas Prekių aprašymo psl. Nr. 7
1.5	Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas	Būtina	Taip, iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas Prekių aprašymo psl. Nr. 21
1.6	Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje	Būtina	Taip, skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje, Prekių aprašymo psl. Nr. 21, 24
2.	Reikalavimai rentgeno vamzdžiui		
2.1	Besisukantis rentgeno vamzdžio anodas	Būtina	Taip, besisukantis rentgeno vamzdžio anodas Prekių aprašymo psl. Nr. 47
2.2	Židinio dėmių skaičius	≥ 2	2, Prekių aprašymo psl. Nr. 7
2.3	Mažojo židinio dydis	$\leq 0,6$ mm	0,6 mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 7
2.4	Didžiojo židinio dydis	$\leq 1,3$ mm	1,2 mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 7
2.5	Mažojo židinio nominali galia	≥ 35 kW	38 kW, Prekių aprašymo psl. Nr. 7
2.6	Didžiojo židinio nominali galia	≥ 80 kW	92 kW, Prekių aprašymo psl. Nr. 7
2.7	Rentgeno vamzdžio nominali įtampa	≥ 150 kV	150 kV, Prekių aprašymo psl. Nr. 7
2.8	Maksimali anodo šiluminė talpa	≥ 400 kHU	400 kHU, Prekių aprašymo psl. Nr. 7
2.9	Maksimali rentgeno vamzdžio gaubės šiluminė talpa	≥ 1300 kHU	1600 kHU, Prekių aprašymo psl. Nr. 7
3.	Reikalavimai rentgeno vamzdžio kolonai	1 vnt.	1 vnt.
3.1	Montuojama prie lubų	Būtina	Taip, montuojama prie lubų, Prekių aprašymo psl. Nr. 3
3.2	Kolonos išilginis judėjimas	≥ 3400 mm	iki 4450 mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 11
3.3	Kolonos skersinis judėjimas	≥ 1900 mm	iki 2700 mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 11

3.4	Rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas	≥ 1600 mm	1600 mm (2000 mm – 400 mm = 1600 mm) Prekių aprašymo psl. Nr. 11
3.5	Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos)	$\geq \pm 180$ laipsnių	± 180 laipsnių, Prekių aprašymo psl. Nr. 11
3.6	Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos)	$\geq \pm 115$ laipsnių	+120/-180 laipsniai, Prekių aprašymo psl. Nr. 11
3.7	Elektromagnetiniais arba lygiaverčiais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai	Būtina	Taip, elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai Prekių aprašymo psl. Nr. 11
3.8	Elektromagnetiniais arba lygiaverčiais stabdžiais stabdomas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis	Būtina	Taip, elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis Prekių aprašymo psl. Nr. 11
4.	Reikalavimai kolimatoriui		
4.1	Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas su automatinio atsijungimo funkcija	Būtina	Taip, LED tipo indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas su automatinio atsijungimo funkcija, Prekių aprašymo psl. Nr. 13
4.2	Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos)	$\geq \pm 45$ laipsniai	± 45 laipsniai, Prekių aprašymo psl. Nr. 13
4.3	Integruotas atstumo matavimo įrenginys	Būtina	Taip, integruotas atstumo matavimo įrenginys Prekių aprašymo psl. Nr. 75
5.	Reikalavimai stalui rentgenografijai		
5.1	Stalviršio ilgis	≥ 2350 mm	2350 mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 14
5.2	Stalviršio plotis	≥ 800 mm	810 mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 14
5.3	Motorizuotas stalo aukščio keitimas	Būtina	Taip, motorizuotas stalo aukščio keitimas Prekių aprašymo psl. Nr. 14
5.4	Maksimali stalo apkrova	≥ 200 kg	200 kg, Prekių aprašymo psl. Nr. 14
5.5	Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį	Būtina	Taip, rentgenografinis tinklelis, su galimybe atlikti tyrimą išėmus tinklelį, Prekių aprašymo psl. Nr. 15
5.6	Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating)	Būtina	Taip, stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas), Prekių aprašymo psl. Nr. 14
5.7	Stalviršio skersinio judėjimo užraktas	Būtina	Taip, stalviršio skersinio judėjimo užraktas Prekių aprašymo psl. Nr. 88
6.	Reikalavimai stovui rentgenografijai		
6.1	Stovas rentgenografijai su imtuvo aukščio keitimu	Būtina	Taip, stovas rentgenografijai su imtuvo aukščio keitimu Prekių aprašymo psl. Nr. 17
6.2	Imtuvo centro aukščio keitimo ribos	Ne siauresnės kaip nuo 400 iki 1850 mm	Nuo 380 mm iki 1880 mm (627 mm – 247 mm = 380 mm)

			(2127 mm – 247 mm = 1880 mm) Prekių aprašymo psl. Nr. 17
6.3	Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį	Būtina	Taip, rentgenografinis tinklelis su galimybe atlikti tyrimą išėmus tinklelį, Prekių aprašymo psl. Nr. 17
6.4	Su viršutine ir šoninėmis rankenomis pacientui	Būtina	Taip, su viršutine ir šoninėmis rankenomis pacientui, Prekių aprašymo psl. Nr. 18
7.	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stalui		
7.1	Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stovė	Būtina	Taip, galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stovė remiantis tarptautiniu ISO4090 standartu kuris aprašo detektorių išmatavimus bei leistinus nuokrypius Prekių aprašymo psl. Nr. 140
7.2	Detektoriaus komunikacija su radiologijos technologo darbo vieta	Belaidė	Taip, belaidė detektoriaus komunikacija su radiologijos technologo darbo vieta Prekių aprašymo psl. Nr. 157
7.3	Scintiliatoriaus tipas	Cezio jodido (CsI)	Taip, Cezio jodido (CsI) scintiliatorius Prekių aprašymo psl. Nr. 158
7.4	Detektoriaus jautrios zonos dydis	≥ (350 x 420) mm	(360 x 430) mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
7.5	Pikselio dydis	≤ 125 μm	99 μm, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
7.6	Skiriamoji geba	≥ 4,0 lp/mm	5,0 lp/mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
7.7	Pilkumo skalės gylis	≥ 16 bit	16 bitų, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
7.8	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC 62220-1 arba lygiavertį standartą	≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm	67 % prie 0,5 lp/mm Prekių aprašymo psl. Nr. 143
7.9	Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijų įkrovimu	≥ 7 val.	16 val., Prekių aprašymo psl. Nr. 158
7.10	Detektoriaus svoris (kartu su baterija)	≤ 3,0 kg	2,4 kg, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
7.11	Detektoriaus atsparumo drėgmei klasė	Ne prastesnė nei IPX5	IP67 Prekių aprašymo psl. Nr. 158
7.12	Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus atsparumas išskirstytai apkrovai	≥ 300 kg	400 kg Prekių aprašymo psl. Nr. 155
7.13	Baterija turi būti automatiškai kraunama detektorių įdėjus į rentgenografijos stalė esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu.	Būtina	Taip, detektorius sukomplektuotas su dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. Prekių aprašymo psl. Nr. 156, 157
8.	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stovui		

8.1	Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stale	Būtina	Taip, galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stale remiantis tarptautiniu ISO4090 standartu kuris aprašo detektorių išmatavimus bei leistinus nuokrypius Prekių aprašymo psl. Nr. 166
8.2	Detektoriaus komunikacija su radiologijos technologo darbo vieta	Belaidė	Taip, belaidė detektoriaus komunikacija su radiologijos technologo darbo vieta, Prekių aprašymo psl. Nr. 157
8.3	Scintiliatoriaus tipas	Cezio jodido (CsI)	Taip, Cezio jodido (CsI) scintiliatorius Prekių aprašymo psl. Nr. 158
8.4	Detektoriaus jautrios zonos dydis	$\geq (420 \times 420)$ mm	(430×430) mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
8.5	Pikselio dydis	≤ 125 μ m	99 μ m, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
8.6	Skiriamoji geba	$\geq 4,0$ lp/mm	5,0 lp/mm, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
8.7	Pilkumo skalės gylis	≥ 16 bit	16 bitų, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
8.8	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC 62220-1 arba lygiavertį standartą	≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm	67 % prie 0,5 lp/mm Prekių aprašymo psl. Nr. 170
8.9	Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijų įkrovimu	≥ 7 val.	16 val., Prekių aprašymo psl. Nr. 158
8.10	Detektoriaus svoris (kartu su baterija)	$\leq 3,5$ kg	2,95 kg, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
8.11	Detektoriaus atsparumo drėgmei klasė	Ne prastesnė nei IPX5	IP67, Prekių aprašymo psl. Nr. 158
8.12	Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus atsparumas išskirstytai apkrovai	≥ 300 kg	400 kg Prekių aprašymo psl. Nr. 155
8.13	Baterija turi būti automatiškai kraunama detektorių įdėjus į rentgenografijos stovą esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuoti su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu.	Būtina	Taip, detektorius sukomplektuotas su dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. Prekių aprašymo psl. Nr. 156, 157
9.	Dozimetrijos sistema skirta informuoti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu	Būtina	Taip, dozimetrijos sistema skirta informuoti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu Prekių aprašymo psl. Nr. 13, 21
10.	Reikalavimai kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai (aparatinė ir programinė įrangai)		
10.1	Informacijos iš detektorių nuskaitymas	Būtina	Taip, informacijos iš detektorių nuskaitymas Prekių aprašymo psl. Nr. 198
10.2	Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas	Būtina	Taip, ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas, Prekių aprašymo psl. Nr. 21, 24, 198
10.3	Gautų vaizdų peržiūra	Būtina	Taip, gautų vaizdų peržiūra, Prekių aprašymo psl. Nr. 198
10.4	Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas	Būtina	Taip, rentgenodiagnostinio tyrimo protokolų programavimas, Prekių aprašymo psl. Nr. 218

10.5	Pacientų registravimas automatinio ir rankiniu būdais	Būtina	Taip, pacientų registravimas automatinio ir rankiniu būdais, Prekių aprašymo psl. Nr. 247
10.6	Automatinis rentgeno spindulių tinklelio sukeliama artefaktų slopinimas	Būtina	Taip, automatinis rentgeno spindulių tinklelio sukeliama artefaktų slopinimas, Prekių aprašymo psl. Nr. 334
10.7	Vaizdo manipuliacijos: 1. Padidinimas; 2. Apvertimas; 3. Pasukimas; 4. Pilkosios skalės inversija; 5. Pastūmimas; 6. Šviesumo/kontrasto keitimas.	Būtina; Būtina; Būtina; Būtina; Būtina; Būtina.	Taip, vaizdo manipuliacijos: 1. Padidinimas; Prekių aprašymo psl. Nr. 289 2. Apvertimas; Prekių aprašymo psl. Nr. 289, 290 3. Pasukimas; Prekių aprašymo psl. Nr. 289 4. Pilkosios skalės inversija; Prekių aprašymo psl. Nr. 289 5. Pastūmimas; Prekių aprašymo psl. Nr. 289 6. Šviesumo/kontrasto keitimas. Prekių aprašymo psl. Nr. 289
10.9	Anotacijos: 1. Tekstiniai komentarai; 2. Skaitmeniniai žymekliai.	Būtina; Būtina.	Taip, anotacijos: 1. Tekstiniai komentarai Prekių aprašymo psl. Nr. 290 2. Skaitmeniniai žymekliai. Prekių aprašymo psl. Nr. 290
10.10	DICOM funkcijos: 1. Vaizdų spausdinimas (DICOM Print); 2. Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage); 3. DICOM Storage Commitment; 4. Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist); 5. DICOM Radiation Dose Structured Report.	Būtina; Būtina; Būtina; Būtina.	Taip, DICOM funkcijos: 1. Vaizdų spausdinimas (DICOM Print); Prekių aprašymo psl. Nr. 502 2. Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage); Prekių aprašymo psl. Nr. 502 3. DICOM Storage Commitment; Prekių aprašymo psl. Nr. 502 4. Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist); Prekių aprašymo psl. Nr. 502 5. DICOM Radiation Dose Structured Report. Prekių aprašymo psl. Nr. 502
10.11	Kompiuterio procesoriaus, virtualios atminties, kieto disko, vaizdo plokštės, kompiuterinio tinklo plokštės,	Būtina	Taip, kompiuterio procesoriaus, virtualios atminties, kieto disko, vaizdo plokštės, kompiuterinio tinklo plokštės,

	operacinės sistemos parametrai turi atitikti radiologinės sistemos gamintojo nustatytus reikalavimus		operacinės sistemos parametrai atitinka radiologinės sistemos gamintojo nustatytus reikalavimus Prekių aprašymo psl. Nr. 199, 543, 544
10.12	Monitorius	Būtina	Taip, monitorius, Prekių aprašymo psl. Nr. 550
10.13	Monitoriaus skiriamoji geba	$\geq 1280 \times 1024$ taškų	1920x1080 taškų, Prekių aprašymo psl. Nr. 551
10.14	Ekrano įstrižainė	$\geq 23''$ (48 cm)	23.8" (60,45 cm), Prekių aprašymo psl. Nr. 551
10.15	Kartu su kompiuteriu komplektuojama klaviatūra ir pelė	Būtina	Taip, kartu su kompiuteriu komplektuojama klaviatūra ir pelė Prekių aprašymo psl. Nr. 539
10.16	Kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai skirtas nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) ne mažiau kaip 1500 VA	Būtina	Taip, 1500 VA nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) radiologijos technologo darbo vietai Prekių aprašymo psl. Nr. 552
10.17	Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas	Būtina	Taip, rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas Prekių aprašymo psl. Nr. 21
11.	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėnesiai	24 mėnesiai
12.	Garantiniu laikotarpiu techninis aptarnavimas ir remontas laimėjusios konkursą įmonės lėšomis	Būtina	Taip. Garantijos laikotarpiu teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atliksime prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), ir garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuosime arba keisime sugedusias dalis (detales), medžiagas.
13.	Įstaigoje turimo stacionaraus rentgeno aparato išmontavimo darbai laimėjusios konkursą įmonės lėšomis	Būtina	Taip, įstaigoje turimo stacionaraus rentgeno aparato išmontavimo darbai atliekami laimėjusios įmonės lėšomis
14.	Projekto radiacinei saugai paruošimas	Būtina	Taip, projekto radiacinei saugai paruošimas
15.	Instrukcija lietuvių kalba, personalo apmokymas, techninis prietaiso pasas	Būtina	Taip, instrukcija lietuvių kalba, personalo apmokymas, techninis prietaiso pasas
16.	Prietaisas pristatymo metu privalo būti naujas, nesenesnis kaip 1 metai.	Būtina	Taip, prietaisas pristatymo metu - naujas, nesenesnis kaip 1 metai.

Kiti reikalavimai:

1. Siūlomos įrangos bei kartu su ja pateikiamos dokumentacijos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. Būtinai tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. [Prekių aprašymo psl. Nr. 553.](#)

2. Siūlomos įrangos bei kartu su ja pateikiamos dokumentacijos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. Būtinai tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. [Prekių aprašymo psl. Nr. 553](#)

3. Rentgeno diagnostinė sistema turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Tiekėjas kartu su prekėmis pateikia galiojančio CE sertifikato (arba lygiavėčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance“, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiavėčiai dokumentai).

[Prekių aprašymo psl. Nr. 553.](#)

4. Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 „Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus (būtinai tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). [Prekių aprašymo psl. Nr. 553.](#)



Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „ABAMEDA“

Sūkurio g. 38, LT-36253 Panevėžys, tel. +370611 51205, el. paštas info@abameda.lt, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 305938555, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100015073515

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai istaigai Prienu ligoninei**PASIŪLYMAS****RENTGENO DIAGNOSTINĖS SISTEMOS PIRKIMUI**

2025-05-02 Nr. PS-25-62

Panevėžys

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	UAB „Abameda“ 305938555
Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) adresas (-ai)	Sūkurio g. 38, LT-36253 Panevėžys
Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	
Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės)	Gintaras Mikelionis
Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus*, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)	Gintaras Mikelionis [Redacted]
Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti dalyviui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį*, vardai ir pavardė	Vienasmeninis vadovavimas Direktorius Gintaras Mikelionis

* Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis

Siūloma rentgeno diagnostinė sistema: „**Radspeed Pro**“, **Shimadzu Corp.**

Pateikiame siūlomo pirkimo objekto kiekybės kriterijų aprašymą:

Eil. Nr.	Kiekybės kriterijai	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės
1.	„Glass free“ technologijos detektorius. (Taikoma Techninės specifikacijos 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams).	<i>Taip</i> T1 - Prekių aprašymo psl. Nr. 155
2.	Detektoriaus svoris (įskaitant bateriją) ≤ 2.5 kg (Taikoma Techninės specifikacijos 7 punkte aprašytam detektoriumi).	<i>Taip</i> T2 - Prekių aprašymo psl. Nr. 158
3.	Detektoriaus svoris (įskaitant bateriją) ≤ 3.0 kg (Taikoma Techninės specifikacijos 8 punkte aprašytam detektoriumi).	<i>Taip</i> T3 - Prekių aprašymo psl. Nr. 158
4.	Pikselio dydis $\leq 99 \mu\text{m}$ (Taikoma Techninės specifikacijos 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams).	<i>Taip</i> T4 - Prekių aprašymo psl. Nr. 158
5.	Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės lygis $\geq \text{IPX7}$ (Taikoma Techninės specifikacijos 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams).	<i>Taip</i> T5 - Prekių aprašymo psl. Nr. 158
6.	Detektoriaus veikimo laikas vienos baterijos(jų) įkrovimu ≥ 15 val. (Taikoma Techninės specifikacijos 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams).	<i>Taip</i> T6 - Prekių aprašymo psl. Nr. 158

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.

Siūlom šią pirkimo objekto kainą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (apimtis)	Vnt. kaina EUR be PVM	PVM tarifas %	Kaina EUR su PVM
1.	Rentgeno diagnostinė sistema „Radspeed Pro“	vnt.	1	148.000,00	21	179.080,00
Kaina be PVM - 148.000,00 EUR 00 ct (Vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct).						
PVM - 31.080,00 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoniasdešimt eurų 00 ct).						
Pasiūlymo kaina su PVM - 179.080,00 EUR (Vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 00 ct).						

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai (teikti paslaugos, tiekti prekės)	Partnerio darbų (paslaugų, prekių) dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai (teikti paslaugos, tiekti prekės)	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitikties				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės nurodomos užpildytoje techninė specifikacijoje.

[Žiūrėti CVP IS dokumentą „2 Techninė specifikacija“](#)

TEIKIAMAI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE JUOSE PATEIKIAMĄ KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ		
Dokumento pavadinimas <i>(pridedami visi išvardinti dokumentai išskyrus atvejus, kai nėra skliaustuose išvardintų aplinkybių ir dėl to dokumentą pridėti neaktuali)</i>	Informacija, ar dokumente yra konfidencialios informacijos <i>(pasirenkama taip/ne/netaikytina (jei nėra aktuvalu pridėti atitinkamą dokumentą))</i>	Paaškinimas, kuri informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ji yra laikoma konfidencialia ¹ <i>(jei dokumente nėra konfidencialios informacijos, padėkite brūkšnelį)</i>
1. Pasiūlymas 6 priedas	Ne	-
2. Techninė specifikacija 2 priedas	Ne	-
3. Prekių aprašymas Konfidencialu	Taip	Tai yra specifinio pobūdžio įmonės informacija, išduota gamintojo tiekėjui, susijusi su siūlomos įrangos techniniu išskirtinumu, vertinant techninės specifikacijos atitikimus. Ši informacija ir duomenys nėra viešai prieinami
4. Deklaracija dėl Reglamento Juridiniui asmeniui 8 priedas	Ne	-
5. Deklaracija dėl Reglamento Fiziniam asmeniui 9 priedas	Ne	-
6. Licencija RSC konfidencialu	Taip	Konfidencialu 2-4 psl. Ši informacija ir duomenys nėra viešai prieinami
7. EBVPD 5 priedas	Ne	-
8. Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	Taip	Asmens duomenų apsauga

Deklaruojame, kad dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), subtiekęs (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) nėra:

- a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;
- b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a punkte nurodytam subjektui;
- c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

(Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

¹ Konfidenciali informacija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 20 straipsniu. Pvz., konfidencialia informacija negali būti laikoma prekių, paslaugų ar darbų kaina ir kita informacija, kurią reikalauja paskelbti VPĮ.