

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vienartinės medicinos pagalbos priemonės oftalmologijai

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinaimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

SIŪLOMA												PLANUOJAMA		
Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vnt. įkainis Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	PVM tarifas, %	PVM suma, Eur	Kaina Eur su PVM	Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)	Planuojama maksimali suma Eur be PVM po RK	Planuojama maksimali suma Eur su PVM po RK	BVPŽ kodas
		mPas.10 ml sterilus švirkštas. Aliejus turi pasižymėti maža emulsifikacija.	Vnt.	50	Oxane 1300 VRL500 , Bausch&Lomb	36,00	1800,00	5	90,00	1890,00	1000 mPas.10 ml sterilus švirkštas. Pasižymi gera emulsifikacija. Failas: 22-23-24 PD Katalogas.pdf	1800,00	1890,00	33140000-3
23	Silikono aliejus 5000	Ypač grynas silikono aliejus 100% PDMS (polidimetilsiloksanas) 10 ml sterilus švirkštas. Klampumas 4800-5500 mPas. Aliejus turi pasižymėti maža emulsifikacija.	Vnt.	100	Oxane 5700 VRL600 , Bausch&Lomb	55,00	5500,00	5	275,00	5775,00	Ypač grynas silikono aliejus 100% PDMS (polidimetilsiloksanas) 10 ml sterilus švirkštas. Klampumas 5000 mPas. Pasižymi gera emulsifikacija. Failas: 22-23-24 PD Katalogas.pdf	5600,00	5880,00	33140000-3
24	Sunkusis skystis F-Decalin 7ml (arba lygiavertis)	Perfluorodecalin, 7ml sterilus flakonas	Vnt.	450	Dk-line VRL110 , Bausch&Lomb	34,00	15300,00	5	765,00	16065,00	Perfluorodecalin, 7ml sterilus flakonas Failas: 22-23-24 PD Katalogas.pdf	15300,00	16065,00	33140000-3